

固原市中医医院 2025 年医疗设备政府采购项目

货物类政府采购公开招标文件

采购人：固原市中医医院

采购代理机构：宁夏荣盛工程咨询有限公司

2025 年 11 月

目录

第一章 投标邀请（招标公告）	3
第二章 供应商须知前附表	7
第三章 投标供应商须知	15
第四章 项目说明和采购需求	32
第五章 资格审查方法及标准	53
第六章 评审方法和标准	55
第七章 政府采购合同主要条款	62
第八章 投标文件格式	67

第一章 投标邀请（招标公告）

一、项目基本情况

1. 政府采购计划编号：2025NCZ(GY)002206
2. 项目名称：固原市中医医院 2025 年医疗设备政府采购项目
3. 项目编号：D6404000141100271
4. 采购方式：公开招标
5. 预算金额（元）：3785000.0
6. 最高限价（如有）：二标段：2585000.00 元
7. 采购需求：
采购全高清电子胃肠镜系统 1 套；详见招标文件第四章。
8. 合同履行期限：按甲方要求。
9. 本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，应提供以下材料：
 - 1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；
 - 1.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）；
 - 1.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

1.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格承诺函》）。

2、供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

3. 本项目（是/否）专门面向中小微企业： 否

4. 合格投标供应商的其他资格要求：

（1）投标供应商是代理商的须提供二类医疗器械经营许可证；

（2）投标供应商是生产厂家的须提供二类医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；

三、获取招标文件

时间：2025-11-11 至 2025-11-18（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00：00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：

宁夏回族自治区公共资源交易网

方式：

网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-02 09:00（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点：固原市公共资源交易中心

加密电子投标文件通过宁夏回族自治区公共资源交易网电子交易系统上传、递交。(注：本项目不接受纸质投标文件方式递交)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

1.本次公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；宁夏政府采购网（www.ccgp-ningxia.gov.cn）；宁夏公共资源交易网（www.nxggzyjy.org）同时发布。

2.其他事宜：本项目采用网上“不见面开标”方式，投标供应商开标时可不到开标现场，通过网上在线参与开标，完成在线远程投标文件解密。解密要求：投标供应商使用 CA 锁进行远程解密，解密的 CA 锁与生成加密电子投标文件时的 CA 锁须为同一个 CA 锁，否则无法解密，造成的后果由投标供应商自行负责。投标文件递交截止时间后根据系统提示，在规定的时间内进行解密，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。具体操作流程参照宁夏回族自治区公共资源交易网-服务指南-操作手册-宁夏不见面开标系统-政府采购操作手册-(投标供应商)，由于系统按标段进行公布投标人后才可进行解密，未公布投标人的需在线等待公布投标人后进行解密。如有疑问，致电软件公司 0951-6891120、4009980000 获得帮助。

3.供应商投标报价总价及单价均不能超过预算价。

注：请各投标供应商在开标前随时关注相关网站“澄清/变更”公告栏。项目有可能进行时间或内容上的调整，调整内容只在“澄清/变更”公告栏中

以公告形式公示。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，后果自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：固原市中医医院

联系人：苏丽青

地址：新区北京路

联系方式：0954-7288199

2. 采购代理机构信息

名称：宁夏荣盛工程咨询有限公司

项目负责人：张荣

地址：固原市北京路派胜世贸城 S-2 号楼

联系方式：15296942713

代理机构：宁夏荣盛工程咨询有限公司

2025-11-11

第二章 供应商须知前附表

本表是项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容
1	项目名称：固原市中医医院 2025 年医疗设备政府采购项目 合同履行期限：按甲方要求。
2	采购人：固原市中医医院 联系人：苏丽青 地 址：新区北京路 电 话：0954-7288199
3	采购代理机构：宁夏荣盛工程咨询有限公司 地址：固原市北京路派胜世贸城 S-2 号楼 项目负责人：张荣 电话：15296942713 邮箱：/
4	合格供应商的资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，应提供以下材料： 1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

	1.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）； 1.3 提供具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函； 1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函； 1.6 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格承诺函》）。 2、供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 3. 本项目（是/否）专门面向中小微企业： 否 4. 合格供应商的其他资格要求： （1）投标供应商是代理商的须提供二类医疗器械经营许可证； （2）投标供应商是生产厂家的须提供二类医疗器械生产许可证和医疗器械注册证； （如无其他资格要求，不填写）
5	是否允许采购进口产品： ☐ 是 ☒ 否
6	专门面向中小微企业：专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》，未出具或未按规定填写不完整的（如产品制造商不全等），视为未提供《中小企业申明函》，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，中小企业不再执行价格评审优惠扶持政策。
7	根据工信部联企业〔2011〕300号文件；本项目所属行业为： 1. 非专门面向中小企业采购：（1）中小微企业参加宁夏政府采购招

	投标活动，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于落实政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（宁财规发【2022】275号）文件执行，小型和微型企业应提供《中小企业声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，监狱企业应提供证明文件，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；（3）按照《自治区财政厅残疾人联合会关于政府采购支持残疾人就业有关问题的通知》，宁财（采）发〔2020〕545号文，残疾人企业应提供声明函，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）企业分支机构参与投标，需提供总公司出具的《中小企业声明函》、《残疾人企业声明函》，分支机构提供的声明函不参与价格折扣。
8	是否允许联合体投标：否
9	联合体的其他资格要求： / （如不允许联合体投标，不填写）
10	项目预算金额：3785000.0元；最高限价：二标段 2585000.00元 （如有）
11	报价方式：☒总价 ☐单价 ☐费率 ☐折扣
12	投标保证金：0元 缴纳时间：投标截止时间前 投标保证金缴纳方式： /

13	是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： /
14	是否需要提供样品： 否 提供样品要求包括： /
15	投标有效期：提交投标文件截止之日起 90 自然日（日历日）
16	投标文件（电子/纸质）提交截止时间： 2025-12-02 09:00 投标文件提交地点： 固原市公共资源交易中心 加密电子投标文件通过宁夏回族自治区公共资源交易网电子交易系统上传、递交。（注：本项目不接受纸质投标文件方式递交）
17	开标时间： 2025-12-02 09:00 开标地点： 固原市公共资源交易中心 投标人须使用 CA 锁通过“宁夏回族自治区公共资源交易网—宁夏回族自治区公共资源电子交易系统”上传、递交加密电子投标文件；本项目采用网上“不见面开标”方式，投标人须使用 CA 锁登录“宁夏政府采购不见面开标系统”进入本项目，按要求准时参加线上开标会议。
18	核心产品： 全高清电子胃肠镜系统
19	评标方法： 综合评分法
20	推荐中标候选人数量： 3
21	采购人是否委托评标委员会直接确定中标供应商： 是

	定标原则：按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。 评标委员会由 5 人组成，其中评委专家 4 人，评委专家从专家库内随机抽取，采购方评委 1 人。
22	是否提交履约保证金：否 履约保证金金额：合同总价的/（不得超过政府采购合同金额的 5%） 提交履约保证金的时间：签订合同前/自然（日历）日, 履约保证金有效期：自合同生效之日起至合同约定的中标或成交供应商主要义务履行完毕止, 履约保证金提交方式： /
23	是否收取招标代理费：是 是否由中标供应商缴纳招标代理费：是 招标代理费： 按中标金额的 1.5%收取招标代理费 收取形式： 转账、电汇或现金 收取时间： 领取中标通知书之时一次性付清
24	质疑供应商应在法定质疑期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”一次性提出质疑。
25	其他政府采购政策： 节能产品、环境标志产品否 属于品目清单的强制采购产品，投标供应商应提供有效期内的认证证书及相关佐证材料。
26	根据《宁夏回族自治区政府采购合同信用融资管理办法》（宁财规

	发〔2021〕10号）要求，凡在宁夏回族自治区境内注册的中小微企业，不分政府采购项目的资金性质（含财政性资金和单位自有资金）、不分合同金额，在取得政府采购中标通知书及合同后，均可办理融资业务。具体融资事宜请登录“宁夏回族自治区政府采购网”政府采购合同线上融资系统查询办理。
27	政府采购合同签订及公告：①采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同；②采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在宁夏政府采购服务平台上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
其他补充事项：	
1	根据工信部联企业(2011)300号文件:本项目所属行业为:工业(从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业:从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业:从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业)
2	本项目为电子开评标项目(不见面开标)，相关要求如下(一)电子投标文件编制及开评标要求:1. 电子投标文件的编制:电子投标文件应按照招标文件中“投标文件格式”要求，使用国泰新点投标文件制作软件专用工具进行编制,并进行电子签名、签章,生成.NXTF以及.nNXTF两种后缀形式的文件。其中:(.NXTF)后缀形式的文件是加密的电子版文件，须在投标截止时间前上传至宁夏回族自治区公

	共资源交易网上的电子招投标交易平台。国泰新点投标文件制作软件下载地址详见宁夏回族自治区公共资源交易网下载专区或国泰新点官方网站。供应商操作手册详见宁夏回族自治区公共资源交易网下载专区。如有疑问，可致电 0951-6891120、4009980000 或加入 Q 群 311870151 寻求技术支持。 2. 上传电子投标文件:投标供应商须在招标文件规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件通过宁夏回族自治区公共资源交易网上的电子招投标交易平台进行上传递交，逾期上传的投标文件采购人不予接收。 3. 系统环境配置:为保障投标活动正常进行，请至少提前一天根据操作手册对系统进行相关配置，完善软件环境，确保能顺利操作网上不见面开标流程。 4. 开标解密:本项目采用网上“不见面开标”方式，各投标供应商无需到开标现场参加开标活动。投标截止时间后，采购人(采购代理机构)在“宁夏政府采购不见面开标系统”系统内公布投标供应商名单，发出投标文件解密指令投标供应商在各自地点按规定时间(40 分钟内)自行完成远程解密否则投标文件不予接收。因投标供应商网络或电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 锁发生故障、用错 CA 锁等自身原因造成未在规定时限内完成解密的，视为投标供应商放弃解密。因采购人(或采购代理机构)原因或系统发生故障，导致投标供应商无法按时完成投标文件解密的，经行政监督部门核实无误后可延迟解密时间。 (二)无效投标情形： 1. 投标截止时间后上传电子投标文件的： 2. 因投标供应商网络或电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬
--	--

	件、CA 锁发生故障、用错 CA 锁等自身原因造成未在规定时间内完成解密的： 3. 因投标供应商自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的； 4. 因投标供应商 CA 锁保管不当、硬件老化、电器性能不稳定、软硬件未及时更新等自身问题导致不能正常解密的； 5. 法律法规和招标文件规定的其他情形。
3...	中标后须提交的纸质投标文件： 本次为电子化招投标，开标结束后中标单位在领取中标通知书时将纸质版投标文件递交至代理机构，不需要密封；投标文件与新点软件制作上传至系统的电子版文件一致。纸质版投标文件将按目录打印并连续编排页码，必须在需要盖章的位置加盖投标供应商公章。 投标文件纸质版：叁份 电子版投标文件（nXTF 后缀形式的文件是未加密投标文件）（U 盘壹份）； 备注：投标文件采用双面打印并连续编排页码，投标文件必须在文件左侧装订并采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页：不得采用活页装订并确保纸质，单册厚度不超过 5cm，并确保补足的投标文件与上传电子交易平台的投标文件所有内容一致。

第三章 投标供应商须知

（一）总则

1.采购人、采购代理机构及投标供应商

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 投标供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标供应商：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4 投标供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、第二十二条关于供应商条件的规定。

1.4.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 符合本项目合格投标供应商的其他资格要求

1.4.4 若本项目允许采购进口产品，投标供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如投标供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4.5 若本项目专门面向中小企业采购的，如投标供应商所投产品为非中小企业制造，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标供应商

的身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合本须知 1.4.1 的规定。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件的内容提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.8 **其他投标无效情形：** [详见供应商须知前附表](#)。

1.9 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.9.1 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系。

1.9.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事。

1.9.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

1.9.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.9.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.9.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2 投标供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的,其投标将被认定为**投标无效**。

3.投标费用

不论投标结果如何,投标供应商应承担所有与投标有关的费用。

(二) 招标文件

4.招标文件构成

4.1 投标邀请

4.2 供应商须知前附表

4.3 供应商须知

4.4 项目说明和采购需求

4.5 资格审查方法及标准

4.6 评标方法和标准

4.7 政府采购合同主要条款

4.8 投标文件格式

5.招标文件的澄清与修改

5.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标供应商及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

5.4 其他：[详见供应商须知前附表](#)。

6. 投标截止时间的顺延

6.1 为使投标供应商有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。

6.2 投标供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

7. 其他投标事项：

7.1 投标供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

7.2 原则上采购人、采购代理机构不要求投标供应商提供样品。

除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见供应商须知前附表。

（三）投标文件的编制

8.投标范围及文字、计量单位要求

8.1 投标供应商应当对招标文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为**投标无效**。

8.2 无论招标文件中是否要求，投标供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.3 投标文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成

投标供应商应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，对其投标文件的真实性与准确性负责，投标供应商中标后，其投标文件将作为合同的组成部分。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标供应商应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：[详见供应商须知前附表](#)

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和

服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

10.5 其他：[详见供应商须知前附表](#)。

11. 投标报价

11.1 投标供应商的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。

11.2 投标供应商应在价格明细表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 价格明细表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4 投标供应商所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12. 投标保证金

12.1 保证金是投标文件的组成部分。本项目要求投标供应商提交投标

保证金的，应当在招标文件中明确保证金的数额及缴纳形式。

12.2 投标供应商未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足以及未按招标文件规定交纳保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

13. 投标有效期

13.1 投标供应商应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标。投标供应商也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。

14. 投标文件的制作

14.1 投标供应商应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交投标文件。电子投标文件需符合以下要求：[详见供应商须知前附表](#)

14.2 投标文件需由投标供应商的法定代表人或委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

（四）投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件的制作应按照招标文件的要求进行制作并递交。投标文

件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。

15.2 纸质投标文件密封和递交要求：（采购人或者采购代理机构不得因投标文件装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标）

15.3 电子投标文件密封和递交要求：[详见供应商须知前附表](#)。

16. 投标截止

16.1 投标供应商应在[供应商须知前附表](#)中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 递交投标文件以后，如果投标供应商要进行修改，须在投标截止时间前提出申请，投标供应商对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标供应商要进行撤回的，须在投标截止时间前提出申请，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.4 除投标供应商不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

17.5 其他：[详见供应商须知前附表](#)。

（五）开标及评标

18.开标

18.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标供应商代表参加。投标供应商不足 3 家的，不予开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

18.2 开标时，采购人或者采购代理机构公布投标供应商名单，介绍参加开标的人员，宣布工作人员，宣读投标供应商在开标一览表中所填写的全部内容。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标供应商未派代表参加开标的，视同投标供应商认可开标结果。

18.4 投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5 其他开标要求：

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标供应商及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标供应商不进入评标。

合格投标供应商不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询投标供应商的信用记录。

19.2.1 投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。投标供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.3.2 评标委员会成员名称在评标结果公告前应当保密。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会要求投标供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

20.4 如本项目只有一种产品，不同投标供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，

其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

20.5 如本项目包含多种产品的，采购人或采购代理机构应当在供应商须知前附表中载明核心产品，若投标供应商提供的核心产品的品牌相同，相关投标供应商将被认定为属于提供相同品牌产品，按第 20.4 条规定处理。

20.6 投标供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标供应商应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

21.符合性审查

21.1 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

21.1.1 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

21.1.2 未满足招标文件中的实质性要求；

21.1.3 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

21.1.4 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响履约的，且投标供应商未按照规定证明其报价合理性的；

21.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.1.6 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

21.1.7 不符合政府采购法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.其他投标无效情形：[详见供应商须知前附表](#)

23.比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评标方法：

23.2.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标供应商为中标候选人的评标方法。

23.2.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》相关属于监狱企业的证明文件的投标供应商，按照相关价格扣除规定和供应商须知前附表要求执行。

23.4 落实其他政府采购政策条款，具体详见供应商须知前附表。

24.废标

24.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

25.保密要求

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

（六）确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

26.1 除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标供应商按下列方法进行排序，确定中标候选人：

26.1.1 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：[详见评标方法和标准](#)

26.1.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：[详见评标方法和标准](#)

27. 确定中标供应商及定标

27.1 评标委员会将根据评标标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按供应商须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

27.3 [采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内按照《供应商须知前附表》规定的原则确定中标人。](#)

28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标

通知书是合同的组成部分。

29.告知中标结果

在公告中标结果的同时，采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

（七）合同及履约验收

30.签订合同

30.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3 如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标函内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4 当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，且合格的供应商数量符合规定，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

如果需要履约保证金，中标供应商应按照供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

32.履约验收

按照宁财规发〔2022〕10号《宁夏回族自治区政府采购履约验收管理暂行办法》执行

33. 招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准，按照供应商须知前附表规定执行。

34. 政府采购合同线上信用融资

中标的投标供应商为中小微企业的，可以在取得中标通知书后，通过“政府采购合同线上信用融资系统”，向相关金融机构、担保机构申请政府采购融资服务。

（八）质疑和投诉

35. 质疑

35.1 投标供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

35.2 提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑采购文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。

35.3 质疑供应商应在法定质疑期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

35.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出

的质疑函，应当在收到质疑函 7 个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和相关供应商。

36. 投诉

36.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

36.2 投诉供应商应在法定投诉期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”提出投诉。

第四章 项目说明和采购需求

一、商务部分

- 1.合同履行期限：按甲方要求。
- 2.交付地方:按甲方要求。
- 3.付款方式： 设备安装调试验收合格并交付使用后，一次性支付全部货款。
结算方式以银行结算方式为准，乙方不得签署委托第三方结算账款函。
- 4.包装和运输方式:乙方负责。
- 5.安装调试:乙方负责所有设备安装调试。
- 6.设备免费质保期限为：三年。

二、技术部分

1、标的清单

标的名称：全高清电子胃肠镜系统，1套；具体标的清单详见标的详细参数。

2、标的详细参数：

（1）全高清电子胃肠镜系统（数量 1 套）（单价 2585000.00 元） ；

详细参数：

一、配置清单

- 1、图像处理器，1 台
- 2、LED 冷光源，1 台
- 3、高清电子上消化道检查内窥镜，2 条
- 4、高清电子上消化道治疗内窥镜，1 条

- 5、高清电子放大胃镜，1 条
- 6、高清电子下消化道检查内窥镜，1 条
- 7、内窥镜台车，1 台
- 8、高清内镜显示器，1 台
- 9、水泵，1 套
- 10、气泵，1 套

二、技术参数

总体要求：

- 1.分体式设计，全高清电子内镜设备，设备面板按钮为触控按键；
- 2.视频信号光纤传输，支持镜体带电热插拔，具有不少于两种特殊光染色模式；
- 3.可兼容常规胃肠镜、放大胃肠镜。

图像处理器：

- 1.高清视频信号输出视频分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；
- 2.具有 DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO 等信号输出方式；
- 3.红色调、蓝色调及饱和度调节功能： ≥ 30 级可调；
- 4.具有自动增益功能（AGC）；
- 5.测光模式： ≥ 3 种；
- 6.具有亮度均衡功能；
- ★7.具有图像降噪功能， ≥ 4 级可调；
- 8.色彩增强功能： ≥ 30 级调节；
- 9.轮廓强调功能： ≥ 30 级调节；

- ★10.构造调节功能， ≥ 30 级调节；
 - 11.具有对比度调节功能， ≥ 3 档可调；
 - 12.具有白平衡自动修正功能；
 - 13.具有红蓝伪彩图显示功能；
 - 14.具有电子放大功能，最大放大倍数 ≥ 4 倍；
 - 15.有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；
 - 16.具有实时存储功能；
 - 17.具有界面模式切换功能；
 - ★18.具有内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索；
 - 19.可通过 USB 接口一键导出当前检查数据；
 - 20.支持 DI 标准协议，通过网络可传输病例数据；
 - 21.具有图像冻结功能；
 - 22.具有画中画功能；
 - ★23.可兼容同品牌内窥镜用超声诊断设备；
 - ★24.正常使用条件下，本设备的预期使用期限不少于 10 年。
- 医用内窥镜冷光源：
- 1.采用 ≥ 4 路 LED 光源；
 - 2.支持白光和 ≥ 3 种特殊光照明模式；
 - 3.光源灯泡平均连续使用寿命 ≥ 20000 小时；
 - 4.色温：3000-7000K；
 - 5.具有手动和自动两种调光模式，调光级别： ≥ 18 级；

6.气泵流量可调，调节范围 ≥ 3 档；

7.灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握剩余寿命情况；

8.具有透光功能；

★9.正常使用条件下，本设备的预期使用期限不少于 10 年(连续使用，灯泡和气泵除外)。

高清电子上消化道检查内窥镜：

1.视场角 $\geq 145^{\circ}$ ；

2.景深 $\geq 2-100\text{mm}$ ；

3.头端部外径 $\leq 9.3\text{mm}$ ；

4.插入部主软管外径 $\leq 9.3\text{mm}$ ；

5.最小器械孔道内径 $\geq 2.8\text{mm}$ ；

★6.弯曲角度：向上 $\geq 110^{\circ}$ ， 向下 $\geq 120^{\circ}$ ， 左右各 $\geq 100^{\circ}$ ；

7.工作长度 $\leq 1050\text{mm}$ ；

8.镜体全长 $\geq 1400\text{mm}$ ；

9.钳道最小可视距离 $\leq 3\text{mm}$ ；

10.具备辅助送水功能（具有独立的副送水通道）。

高清电子上消化道治疗内窥镜：

1.视场角 $\geq 145^{\circ}$ ；

2.景深： 2-100mm；

3.头端部外径 $\leq 9.7\text{mm}$ ；

4.插入部主软管外径 $\leq 9.6\text{mm}$ ；

5.最小器械孔道内径 $\geq 3.2\text{mm}$ ；

★6.弯曲角度：向上 $\geq 210^\circ$ ，向下 $\geq 120^\circ$ ，左右各 $\geq 100^\circ$ ；

7.工作长度 $\leq 1050\text{mm}$ ；

8.镜体全长 $\geq 1400\text{mm}$ ；

9.钳道最小可视距离 $\geq 3\text{mm}$ ；

10.具备辅助送水功能（具有独立的副送水通道）。

高清电子放大胃镜：

1.具备可变焦技术；

★2.视场角：广角模式 $\geq 145^\circ$ ，长焦模式 $\geq 95^\circ$ ；

3.观察景深：广角模式 3-100mm，长焦模式 1.5-3.0mm；

4.头端部外径 $\leq 11\text{mm}$ ；

5.插入部主软管外径 $\leq 11\text{mm}$ ；

6.弯曲角度：向上 $\geq 210^\circ$ ，向下 $\geq 90^\circ$ ，左右均 $\geq 100^\circ$ ；

7.最小器械孔道内径 $\geq 2.8\text{mm}$ ；

8.工作长度 $\leq 1050\text{mm}$ ；

9.镜体全长 $\geq 1400\text{mm}$ ；

10.具备辅助送水功能；

11.导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消。

高清电子下消化道检查内窥镜：

1.视场角 $\geq 145^\circ$ ；

2.景深 $\geq 2-100\text{mm}$ ；

★3.头端部外径 $\leq 12\text{mm}$ ；

4.镜体具有独立的副送水通道；

- 5.插入部主软管外径 $\leq 12\text{mm}$;
- 6.最小器械孔道内径 $\geq 3.8\text{mm}$;
- 7.弯曲角度：上下 $\geq 180^\circ$ ，左右 $\geq 160^\circ$ ；
- 8.工作长度 $\geq 1350\text{mm}$;
- ★9.镜体全长 $\geq 1700\text{mm}$;
- 10.镜体操作部有 ≥ 4 个自定义功能远程控制按钮。

台车：

- 1、专业设计的内镜专用台车；
 - 2、一键电源开关，带隔离电源，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；
 - 3、带键盘托盘，层板高度可调；
- 可支撑 ≥ 2 个导光部插头，两种方式悬挂镜体，可 4、同时悬挂两条内镜。

专业医用监视器：

- 1、监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有 16:9 比例高亮度、高清液晶显示；
- 2、 ≥ 32 英寸 4K 显示；
- 3、分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ；
- 4、视角：水平 $\geq 178^\circ$ ，垂直 $\geq 178^\circ$ ；
- 5、信号输入：DVI/DP/HDMI/SDI。

水泵：

- 1.尺寸： $\geq 24.6\text{cm}$ (宽) $\times 17.7\text{cm}$ (高,含水瓶) $\times 39.3\text{cm}$ (深)；
- 2.流量调节范围：0-270mL/min；

★3.最小流量调节单位：≤27mL/min；

4.最大传输压强：≤400kPa；

5.自动平衡供水压力，防止内镜送水压力过大；

6.开机不送水状态下允许快速稳定的更换送水管，无需操作电源开关；

7.泵管内径≥3.2mm；

8.工作噪声≤55dB；

★9.正常使用条件下，本设备的预期使用期限≥10 年。

气泵：

1.流量调节范围：≥3 档可调；2.定时功能：≥4 档可调；

3.流量实时监控；4.具有减压过滤、压力预警功能。

附属设备：

（一）胃肠镜专用图文工作站，1 套

一、硬件配置：

1、要求原装品牌商用电脑 1 台，处理器≥I5 处理器，液晶显示器≥23.8 寸，内存≥16G ，硬盘≥512G 固态+1T 机械。

2、打印机 1 台，原装外置彩色喷墨打印机，含加密狗，高清数据线，高清采集卡（分辨率≥1080P），脚踏开关。

二、工作站软件参数：

1、操作界面：

（1）系统基于 WINDOWS 平台，全中文操作；屏幕刷新率支持 120HZ，

（2）无菜单式逻辑设计，全图标化操作界面，易学易用；

★（3）病人信息、病人列表、书写报告、动态图像、采集图像，五项功能

模块在同一操作界面，无需切换，医生可以边写报告边看图像；

2、权限管理：

（1）规范的用户权限管理，方便自如的角色切换；

（2）分为管理者和普通用户，管理员用户可以对所有病人资料进行系统管理，普通用户仅可以对自身建立的病人资料进行编辑管理，不能修改、删除其他用户建立的病人信息资料。而病例资料的浏览功能不受角色限制；此功能让用户尽享数据安全；

3、后台处理：

（1）全新的分组式后台采集功能模式，支持先采集，后登记，采集的图像可以指定给任何病人；

（2）后台批量打印功能，一次性集中打印当天检查或医生特定需要的某一批次所有报告

4、报告设计：

（1）全模式任意报告样式的报告编辑器，输出病人报告单的格式医生可根据临床习惯直接进行个性化设计，包括线、字段、图片、位置、大小、颜色任意设计；

（2）自动生成彩色图文一体化的诊断报告单；

（3）可以自定义默认打印报表类型或自由选择打印报表类型

（4）可选择 **WORD** 报告模式，编辑更方便、简单。

5、模版病例：

（1）具备规范的开放性专家系统词库和报告模板，模板囊括了常用检查病例，并有下拉词条选择功能，使医生几乎无需使用汉字输入方法，即可在

系统词库和模板的帮助下，迅速完成诊断报告。专家词库和模板可根据临床习惯随时进行修改和补充；

（2）模板和词库结构均采用流行的树形目录方式，使医生选择报告模板更加快捷方便；

（3）支持典型病例建立功能；

6、图像采集：

（1）实时跟踪高清内窥镜设备的图像，模糊触发式采集方式，医生可以通过鼠标点击实时图像的任意区域进行单张图像的采集，无需瞄准采集按钮，方便医生操作；

（2）支持通过手动或脚踏采集开关进行遥控采集；

（3）独特自动发声确认采图成功，而无需外接音箱设备；

（4）图像采集幅数不受限制；

（5）支持 DVI、HDMI、HD-SDI、VGA 等多种高清信号格式

7、图像显示：

（1）动态调节图像亮度、对比度、色度、饱和度和锐度，支持动态影像的全屏显示功能，让医生观看图像更加方便，全屏显示亦可采集图像。

★（2）医生可以根据需要调节动态影像的输出显示大小（最高可达1920*1200P）。

（3）系统可以对已经采集的图像进行同屏显示，并且医生可根据需要对图像先后位置自由调换。

8、图像质量：

（1）采用高清专用的图像采集卡，集成高性能图形处理芯片；

★（2）采用 DirectX 先进处理技术，确保采集到的图像高清晰、逼真；

9、图像处理：提供图像长度、角度、面积的测量，图像亮度、对比度、饱和度和、文字标注、放大、剪裁、镜像、旋转、浮雕、雾化、伪彩、黑白显示、负向等丰富的图像后处理功能。

10、图像裁剪：

医生可以根据需要对图像区域无效图像信息进行裁剪，使报告图像更美观的同时，更能节省打印的成本。

11、录像管理：

（1）采用软件技术压缩方式，系统录像可以支持多种压缩格式，医生可以根据需要选择录像的输出大小，压缩的质量；

（2）同一个病人可以分段、多段录取动态影像，每一段录像的时间没有限制（根据计算机的存储空间而定），并可对播放录像进行二次回采。

（3）录像管理中，可以播放、删除录像，并设置了录像的存储路径，医生可以直接找到录像的源文件，方便拷贝。

12、检索功能：20 多种项目组合查询，可多条件的进行数据过滤，方便医生精确锁定查询结果，诊断内容和结论的模糊查询，便于医生对资料的归纳和总结

13、备份功能：

（1）数据库的人工智能备份：采用 IE 浏览格式，无须依赖软件环境，可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料，可以制作成幻灯片，进行医学讲座和交流；

（2）支持 WORD 备份图文报告（需采用 WORD 报告打印功能）；

(3) 支持图片报告备份功能，方便医生保存图文一体化报告；

14、统计功能：提供日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量统计，送检医生工作量统计，诊断医生检查项目分类统计，病人性别统计，病人年龄统计，病区工作量统计，设备工作量统计，科室工作量统计等，方便科室日常管理；

15、高级版功能：

(1) 系统具备自动组网功能；

★(2) 套及以上在同一局域网内，可自动组网，互通互查；

(3) 系统开放局域网内远程示教直播端口，配备示教工作站可获取实时视频教学；

(4) 系统具备全接口，一套系统可匹配市面多家品牌内镜。

(二) 转运台车，3 台

1、周转托盘由高分子复合材料 PMMA 制成，光滑易清洁；

2、托盘尺寸：外尺寸 $\leq 500\text{mm} \times 560\text{mm}$ ，内径上方 $\geq 390\text{mm} \times 460\text{mm}$ ，内径底部 $\geq 350\text{mm} \times 400\text{mm}$ ，内深 $\geq 80\text{mm}$ ；

3、车体耐腐蚀、不沾水、车行顺畅；

4、推车带橡胶把手，握感舒适；

5、转运车宽度 $\leq 580\text{mm}$ ，前后距离 $\leq 845\text{mm}$ ，高度 $\leq 960\text{mm}$ ；

6、万向轮，带两刹车。

(三) 内镜清洗工作站，1 套

1、材质与结构：

1.1 槽体、台面、背板采用高分子复合材料一次吸塑成型，原料厚度 $\geq 6\text{MM}$ 。

1.2 采用钢架结构，钢架材料厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。整体造型采用非倾斜式设计，增加储存空间。

1.3★清洗工作站复合板主材耐酸碱腐蚀。提供复合板耐化学试剂 1%NaOH 溶液和 5% H₂SO₄ 溶液腐蚀的检测报告，并且板材在其中浸泡 48 小时无可视变化。（提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告）

1.4 供、排水系统：供水管路采用优质 PP-R，耐温性好，韧性好，强度高，不易结垢、不易滋生细菌，符合 GB/T 18742.2 中 PP-R 技术要求；排水管路采用优质的 PVC 管，耐腐蚀。下水器过滤网尺寸 $\leq 4.0\text{mm}$ ，有效避免管道堵塞问题。

2、槽体与台面：

★2.1 台面可承重 $\geq 90\text{KG}$ 。

2.2 台面高度介于 880mm-910mm。

2.3 清洗槽采用“前后高中间低”的防泛水设计，防止积水倒流到柜门或室内楼地面。正面设计有半径 $\geq 70\text{MM}$ 的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度，槽体底部有“米”字型凸起，提高内镜与消毒液接触面积。

2.4 干燥台台面采用内凹式平台圆弧设计，台面设计有圆弧凸起，可有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落。正面设计有半径 $\geq 70\text{MM}$ 的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。

2.5 清洗工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标识的分度值不大于 2L，容量标识误差应不超过 10%。

3、柜体：

3.1 柜体底板采用厚度 $\geq 8\text{mm}$ 的PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。

3.2 柜门板采用钢化玻璃加铝合金边框制成，柜门采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

3.3 采用分段式柜体，柜体底部离地高度 $\geq 120\text{mm}$ 。

4、背板:

4.1 灯箱背板高度 $\geq 1600\text{mm}$ 。

5、控制器:

★5.1 清洗槽控制器采用防水触摸按键，显示屏 > 8 英寸，显示清晰直观。

★5.2 可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0秒~99分59秒），计时准确误差 $< 1\%$ 。

6、多功能灌流器/水气灌注器:

6.1 多功能灌流器，通过微控制器自动完成脉动注水、注气过程;

★6.2 注水装置：当供水压力为 $0.2\text{MPa}\sim 0.3\text{MPa}$ 时，注水流量 $\geq 3.7\text{L/min}$ 。

6.3 注气装置：压力 $0\sim 0.7\text{MPa}$ 可调。

7、酶液/消毒液注流器:

7.1 通过微控制器实现注水、清洗、消毒等功能，时间设定可达到 $99\text{min}59\text{s}$ 。

7.2 注流器：电压 $\text{DC}24\text{V}$ ；最大流量 $\geq 1.3\text{GPM}$ （ 5L/min ）。

7.3 灌流循环入口采用 ≥ 150 目的不锈钢滤网。

8、消毒控制系统:

8.1 根据不同种类消毒液可自由设定浸泡时间。

8.2 可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。

8.3 可自由设定消毒液有效期或循环次数，检测到消毒液过期时报警提示。

★8.4 回收箱容量 $\geq 30\text{L}$ 。

8.5 消毒液槽盖：采用透明亚克力板材一次成型，板材厚度 $\geq 4\text{mm}$ 。避免吸塑、塑料把手不易握持、非不锈钢把手生锈情况；配备两个不锈钢把手，用于洁污分区，避免交叉感染。

9、医用空气压缩机：

9.1 工作方式：采用医用静音无油空气压缩机：工作电压：AC220V，50Hz，功率： $\leq 600\text{W}$ ；产气量 $\geq 60\text{L/min}$ ，最大产气压力 $\geq 0.8\text{ Mpa}$ ，噪音： $\leq 60\text{db}$ 。

10、高压水气枪：

10.1 采用优质 SUS304 不锈钢材料一次性成型，耐受压力 0-0.8MPa。

11、中心气体处理器：

11.1 两级过滤，第一级过滤精度不低于 $5\mu\text{m}$ ，第二级过滤精度不低于 $0.3\mu\text{m}$ 。

★11.2 气压调节范围：0.05 Mpa $\sim$ 0.85Mpa，压力表显示精度 $\leq 0.02\text{Mpa}$ 。

12、测漏装置：

12.1 自动显示测漏结果，测漏结束声讯提示；集成于设备内部，非外挂式简易测漏装置。

13、排污型水处理器：

13.1★过滤精度 $0.01\mu\text{m}$ ，水处理量： $\geq 300\text{L/h}$ 。

14、除菌型水处理器：

★14.1 对终末漂洗槽清洗用水进行除菌处理，处理后清洗喷枪出水细菌数 $\leq 1\text{CFU}/100\text{ml}$ ，注水装置细菌数 $\leq 1\text{CFU}/100\text{ml}$ 。

14.2 具有管路消毒装置，可对水枪、注流器等管路进行消毒。

14.3 管路消毒时间：0-99 分 59 秒可调。

15、酒精干燥系统：

15.1 干燥系统注流器：电压 DC24V，用于内管腔的酒精灌注。

16、清洗槽：

16.1 规格：

16.1.1 单方槽

外尺寸 $\leq$ 540mm（左右）*795mm(前后)，槽体内尺寸 $\geq$ 顶部 410mm（左右）*430mm(前后)。

16.1.2 单方槽

外尺寸 $\leq$ 660mm（左右）*795mm(前后)，槽体内尺寸 $\geq$ 顶部 530mm（左右）*430mm(前后)。

16.1.3 单方槽

外尺寸 $\leq$ 990mm（左右）*795mm(前后)，槽体内尺寸 $\geq$ 顶部 860mm（左右）*430mm(前后)。

16.1.4 双方槽

外尺寸 $\leq$ 1320mm（左右）*795mm(前后)，单槽内尺寸 $\geq$ 顶部 530mm（左右）*430mm(前后)。

16.2 节液槽

外尺寸 $\leq$ 660mm（左右）*795mm(前后)，内部具有节液岛设计。

16.3 转角槽规格：

外尺寸 $\leq$ 795mm（左右）*795mm(前后)，槽体内尺寸 $\geq$ 顶部 480mm（左右）*480mm(前后)。

16.4 大转角槽规格

外尺寸长 983mm*宽 983mm*952mm,槽体内尺寸: $\geq$ 顶部 882mm*425mm,
 $\geq$ 底部 820mm*365mm。

17、干燥台:

17.1 规格

外尺寸 $\leq$ 660mm（左右）*795mm(前后),台面内腔尺寸 $\geq$ 620mm（左右）
*580mm(前后)。

17.2 规格

外尺寸 $\leq$ 990mm（左右）*795mm(前后),台面内腔尺寸 $\geq$ 950mm（左右）
*580mm(前后)。

17.3 规格

外尺寸 $\leq$ 1320mm（左右）*795mm(前后),台面内腔尺寸 $\geq$ 1280mm（左右）
* 580mm(前后)。

17.4 规格

外尺寸 $\leq$ 1650mm（左右）*795mm(前后),台面内腔尺寸 $\geq$ 1610mm（左右）
*580mm(前后)。

18、使用年限: $\geq$ 八年

（四）内镜专用纯水系统, 1 套

1、设备名称: 纯水机

2、产品水用途: 为医院内镜清洗中心提供无菌水

3、产水量: 300L/H/套（25℃）温度每降低 1℃, 产水量约下降 3%

4、水利用率: $\geq$ 75%

5、脱盐率： >98%

★6、产水水质

6.1 原水水质符合 GB5749 的规定，电导率 $\leq 15 \mu S/cm$ 25℃

6.2 符合卫计委颁布实施的 WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》

6.3 细菌总数 $\leq 10CFU/100ml$

6.4 生产纯化水所使用的滤膜孔径应 $\leq 0.2 \mu m$ ，并定期更换

7、产品技术参数

7.1 全自动控制，通过液位连锁，设备自动开、停机，实现无人值守；

7.2 多层级过滤，内毒素、细菌，去除率 $\geq 99\%$ ；

7.3 多参数监测实现压力、流量、电导率等参数的在线显示；

7.4 水箱缺水自动制水，水箱满水自动停机，通过液位连锁，设备自动开、停机。

7.5 采用多重优化的反渗透技术，出水水质稳定；

7.6 多层级过滤，耗材配置高，使用寿命长，使用成本低。

7.7 主机采用镀锌板喷塑工艺，布局合理，结构紧凑，底部自带万向轮，节省使用空间、便于操作；

工艺原理：预处理系统+RO 反渗透膜处理系统+紫外杀菌+0.2 μm 细菌过滤装置+纯水输送系统

预处理系统

8.1 预处理系统主要由原水泵、多介质过滤器、阻垢剂投加装置、保安过滤器组成。

8.2 原水泵，过流部件为 304 不锈钢，能为预处理提供足够的压力和流量。

8.3 多介质过滤器，内填充石英砂颗粒及活性炭，能有效截留自来水中的泥沙，铁锈，胶体，有机物等肉眼可见物质，降低进水浊度。优质果壳烧制而成的活性炭，降低水中异色，异味，余氯及氯的衍生物，防止反渗透膜快速氧化。

8.4 阻垢剂投加装置，标配加药箱，材质 PE，容积 40L；用于投加阻垢剂，可以与水中的阳离子（例如镁离子，钙离子等）形成可溶性螯合物，以防止与阴离子接触，因此大大减少了水垢形成的可能性，阻垢剂可有效控制碳酸钙，硫酸钡，硫酸钙和硫酸锶垢从而防止反渗透膜结垢。

8.5 保安过滤器：由 5 μ 精密滤芯组成，材质聚丙烯纤维，有效截留或吸附水中残存的微量悬浮颗粒、胶体等；

反渗透系统

9.1 反渗透部分具有自动冲洗、脉动循环正反洗、水满待机冲洗功能，有效避免膜表面高浓度离子附着堆积和微生物滋生，防止反渗透膜性能快速衰减。

9.2 采用优质反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）

电源要求：单相 AC220V $\pm$ 10%,50Hz；功率 2.3Kw,环境要求：适应于环境温度+5℃-+30℃之间，相对湿度 $\leq$ 80%。

纯水输送系统

11.1 纯水箱：采用 304 不锈钢材质，容量 300L，带不锈钢支架，用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。

11.2 供水采用恒定压力输出方式，自动循环供水，有效减少细菌滋生，输

出稳定、无间断；

11.3 管路采用 UPVC 材质；

★杀菌系统

12.1 主机紫外线结合水箱紫外线双重消毒，可定期对管路进行化学消毒，有效抑制细菌滋生。

12.2 后置 0.2 μ 除菌，采用快速拆卸和更换的筒式精密过滤器，内部装有 0.2um 的除菌滤膜，截留产品水长时间存放产生的残留物质和经过紫外线照射后微生物残留体。

（五）内镜自动清洗消毒机，1 台

1、整机结构要求

- （1）设备底部配备锁控式脚轮，洗消舱配备透明观察盖。
- （2）设备内置无线信息采集装置，可以采集内镜和清洗人员的信息。

2、洗消系统的要求

- （1）清洗舱体容积≤11L。

★（2）采用全浸泡消毒，非喷淋式洗消设计，消毒液能浸泡到消毒槽盖内表面。（提供设备运行视频或照片佐证）

3、舱门机构与检测锁紧装置

（1）舱盖可通过脚踏开关实现开关门，也可通过程序界面上的按键自动开关门。

（2）采用电动推杆作为开关门时的执行机构，避免电机驱动钢丝结构存在的单纯依靠门的重力而无法有效锁紧的问题。

- （3）具备门开关检测功能，并自动反馈信号给控制系统。

运行过程中，发生意外开门的情况，设备应当报警并停止运行。

4、化学助剂

（1）消毒液箱有效容量 $\geq 12\text{L}$ 、酶液桶容量 $\geq 2\text{L}$ 、酒精桶容量 $\geq 2\text{L}$ 。

（2）消毒液箱、酶液桶、酒精桶，均有低液位自动检测装置，当达到低液位时设备无法运行，自动进行声讯报警提醒。

（3）在程序运行中，可实现不打开舱体密封盖且不中断程序运行情况下，对清洗舱内消毒液浓度是否达标进行检测。

（4）自动记录消毒液使用情况，既可设置消毒液使用次数，又可同时设置消毒液使用天数，两种方式可同时监控，消毒液过期自动报警。

★（5）设备可使用符合规定的多种消毒液：提供戊二醛、邻苯二甲醛、二氧化氯、过氧乙酸中不少于三种消毒剂的枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值 ≥ 3.0 消毒效果的第三方检测报告。

★（6）设备使用过氧乙酸作为消毒剂时，内镜处理可达灭菌水平。

（7）具有消毒液自动取样功能。

5、液体的排放

（1）采用独立的排液泵实现液体的强制排除。

（2）具有排液检测开关，出现排放故障或堵塞时，自动进行声讯报警提醒。

6、洗消记录

（1）★洗消记录包括：设备序号、清洗日期、清洗模式、测漏结果、酶液浓度、消毒液使用状态、清洗人员编号、清洗内镜编号、清洗阶段时间、故障信息等。（提供拍照或扫描的纸质记录）。

（2）具有历史洗消数据记录导出功能。

7、控制系统的软硬件要求

★（1）采用彩色高清液晶触摸屏，显示尺寸 ≥ 5 寸。

（2）最快可在 15 分钟内完成酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、酒精干燥、空气干燥全过程，此时间包含进水排水时间和有效的消毒时间。

★（3）待机界面应能实时显示消毒液已使用天数、已使用次数、洗消人员编号、内镜编号、日期、加热温度等信息。（提供待机界面照片佐证）

（4）可在触摸显示屏上设置清洗剂稀释比例，可按规定速率自动注入。

★（5）系统至少内置快速程序、标准程序、加强程序、自消毒、漂洗水采样、空气采样等模式。（提供程序界面照片佐证）

（6）系统配有快速启动模式，可在待机界面实现一键启动程序。

（7）洗消全程监测内镜有无泄漏，能够区分不同程度的内镜泄漏并自动采取措施。严重泄漏时停止洗消。内镜存在微小泄漏时，自动提供正向压力，防止水进入内镜，达到泄漏保护作用。

（8）具有专门的进水管道路流量或压力检测功能，在水压不够时，能够报警。

（9）采用除菌级空气过滤滤芯，过滤精度不低于 $0.01\ \mu\text{m}$ 。

（10）加热装置可对酶液、消毒剂进行加热。

★（11）在 10°C - 50°C 范围内，温度指示装置误差 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ ，计量分辨率 0.1°C 。

8、★设备使用寿命 ≥ 8 年。

第五章 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标供应商的资格进行审查，以确定其资格是否合格。

资格审查标准

（一）资格审查表

序号	资格要求	需提供的资料
1	具有独立承担民事责任的能力	如投标供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。
2	授权委托书	法人/负责人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。

6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
7	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	
8	投标保证金	按须知前附表要求。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	
10	本项目的其他资格要求	（1）投标供应商是代理商的须提供二类医疗器械经营许可证； （2）投标供应商是生产厂家的须提供二类医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；

（二）确定资格审查合格投标供应商

1. 按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标资格证明文件进行审查。依据对各投标供应商资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标供应商。

2. 资格审查合格投标供应商不足 3 家的，不进行评标。

第六章 评审方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件进行评标工作，采购人或者采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

一、评标准备工作，由采购人或者采购代理机构负责

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2. 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3. 公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法律、招标文件。

二、符合性审查工作

评标委员会开展符合性审查：符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

序号	内容
1	投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；
2	未按照招标文件规定要求签署、盖章；
3	出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；
4	投标有效期不足的；
5	响应文件中附有采购人不能接受条件；

6	不满足招标文件商务、技术实质性要求；
7	出现招标文件规定的其他无效投标条款；
8	出现不同供应商投标文件机器制作码一致的情况；
9	出现不同供应商投标保证金转入同一保证金账号的情况；

三、详细评审

评标委员会要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）；

评标委员会各成员依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审；

如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标供应商的投标价格进行任何调整。

如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选供应商。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标供应商的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选供应商。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、采购人或者采购代理机构核对评标结果

五、确定中标候选供应商名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应

六、评审标准中应考虑下列因素

1. 政府采购政策要求

中小企业：

中小微企业参加宁夏政府采购招投标活动，参照《财政部关于进一步
加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）和《宁夏
回族自治区财政厅 发展和改革委员会工业和信息化厅 住房和城乡建设厅
交通运输厅 水利厅 公共资源交易管理局 中国人民银行银川中心支行关
于落实政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（宁财（采）发〔2022〕
275 号）文件执行，小型和微型企业的应提供《中小企业声明函》，对
报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（专门面向中小企业采购
的项目或者采购包，中小企业不再执行价格评审优惠扶持政策。）

残疾人福利性企业：

残疾人企业应提供声明函，对报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格
参与评审。

监狱企业：

监狱企业视同为小型、微型企业，监狱企业应提供证明文件,对报价给
予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

联合体中小微企业协议合同金额占到联合体协议合同总金额
30%以上的：

/

其他政府采购政策要求：

1) 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国
家公布的节能清单中产品。

2) 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购
国家公布的环保产品清单中产品。

3) 属于政府强制采购产品的，提供认证证书，否则投标无效。

2. 同品牌处理办法

如采用最低评标办法，则：

/;

如采用综合评标法，则：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 中标候选供应商并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：

/;

采用综合评标法，则：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。如仍有并列情况出现，由采购人随机抽取。。

七、评审因素和标准

公开招标（综合评分法）

序号	评审项目	分值权重	评分标准
1	投标报价	30.0	满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = （评标基准价 / 投标报价）× 30。
2	技术标响应情况	40.0	技术指标、参数中带“★”的为重要技术指标、参数，不带“★”的为一般技术指标、参数。 投标供应商所投产品完全满足招标文件中技术指标、参数的得 40 分，重要的技术指标、参数每低于一项减 2 分；一般的技术指标、参数每低于一项减 1 分，减完为止。 【注：重要参数要求必须提供产品彩页、说明书或第三方检测机构出具的检测报告等资料证明，未提供或提供内容模糊不清的，经评委判定不满足要求，按照扣分处理】重要参数需提供相关证明材料（需标注页码）。
3	实施方案	10.0	据投标供应商提供的方案进行评分： (1) 项目实施方案：包括但不限于供货方案、支持保障及质量保证标准、验收方案等，投标供应商提供的技术方案包含上述全部内容，且方案编制完善、可行性强、完全满足招标文件需求得 5 分；投标供应商提供的方案包含上述全部内容，但方案内容不完善、基本满足招标文件需求得 3 分；投标供应商编制的方案仅包含上述部分内容得 1 分；未提供技术方案不得分。 (2) 项目进度安排：包括但不限于项目供货进度安排、进度保障措施、人员安排等进行评价，投标供应商编制的项目进度安排包含上述全部内容，且方案编制完善、可行性强、保障措施有力、完全满足招标文件需求得 5 分；投标供应商编制的项目进度安排包含上述全部内容，但方案内容不完善、可行性一般、保障措施可行性一般、基本满足招标文件需求得 3 分；投标供应商编制的项目进度安排仅包含上述部分内容得 1 分；未提供项目进度安排不得分。
4	培训方案	10.0	投标供应商应针对本项目实际特点制定相关的培训方案；

			培训方案体系完善、计划详细、具体，有明确的培训目标及任务，培训时间、地点和人员的安排详细明了，培训前的准备工作充分具体的得 10 分； 培训方案体系完善、计划详细，有培训方案，有培训目标及任务安排，但不够具体明确的得 7 分； 培训方案体系简略，培训时间、地点和人员的安排存在缺漏的得 4 分； 未提供不得分。
5	售后服务	10.0	投标供应商需结合项目的实际特点来制定符合本项目的售后服务方案，售后服务方案内容包括但不限于：针对本项目所能提供的相关售后服务内容，设备故障问题解决方案，故障处理时限响应及时并明确时限，各类故障应急措施，维保响应方案，维保响应时间并明确时限，产品备品备件的更换及保修期外的收费情况、突发情况应急措施、专业维护团队或人员的安排，免费服务年限，完整的售后服务体系流程，质量服务的承诺等。 根据以上要求内容，由评审专家针对各投标文件响应程度进行赋分： 1. 故障处理解决方案，内容详细具体全面，明确处理时间，现场服务到位及时，明确免费服务年限及产品备品备件的更换及保修期外的收费情况、突发情况应急措施的得 5 分；故障处理解决方案，明确处理时间，明确免费服务年限及产品备品备件的更换及保修期外的收费情况的得 3 分；故障处理解决方案内容一般，明确处理时间，现场服务到位及时的得 1 分；未提供方案的不得分。 2. 售后服务流程体系方案内容详细，内容具体全面，提供专业维护团队或人员，明确免费服务年限，有完整的售后服务体系流程的得 5 分；方案内容完整，明确免费服务年限，有完整的售后服务体系流程的得 3 分；方案内容有缺漏，无详细的售后服务体系流程的得 1 分；未提供者不得分。

（一）澄清有关问题

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）投标报价修正（如有）

投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正；

（三）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评审因素和标准》。

（四）推荐中标候选人名单

中标候选人数量详见《投标供应商须知前附表》。评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（五）编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

第七章 政府采购合同主要条款

（主要条款，但不限于此文本）

采购方：固原市中医医院（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

依据宁夏公共资源交易服务中心中标通知书： 内容，经甲乙双方协商，特制订立本合同，以便共同遵守。

一、项目名称，设备名称、品牌、规格、数量、价格、项目完成时间

1、项目名称：

2、设备名称、品牌、技术参数、数量、价格等，见下表。

序号	货物名称	型号	品牌	单价	数量	价格
----	------	----	----	----	----	----

1						
---	--	--	--	--	--	--

2						
---	--	--	--	--	--	--

3						
---	--	--	--	--	--	--

合 计						
-----	--	--	--	--	--	--

技术参数详见投标文件

3、项目总价人民币（大写）：（小写）：

元。（税后价，到达现场安装，包括安装、调试，培训等其他的所有费用在内）

4、项目完成时间：将所需货物运达需方指定地点，并在产品装运发车当日将发货情况向甲方报告。

二、质量要求，技术标准

以国家和行业相关标准及投标文件参数或优于招标参数为准。

三、项目实施

1、由乙方送货至甲方指定地点安装、调试。并按照乙方的承诺提供售后服务，质保期为合同货物最终验收合格后 壹 年。

2、伴随服务：

- （1）监督指导所供货物的现场组装，实施所供货物的试运行；
- （2）提供货物组装和维修所需的工具；
- （3）为货物每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
- （4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行、监督、维护、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；
- （5）在乙方厂家和在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和维修并对甲方人员进行培训；
- （6）进行现场技术服务及对甲方人员培训时，负责提供现场翻译；
- （7）厂家应提供工程师在线维修服务，在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一免费服务热线，并列出电话号码；
- （8）在产品质保期内，免费维修和更换故障、缺陷部件的期限为乙方收到通知后，生产厂家必须在 12 小时内响应，48 小时内赶赴现场进行维修。质保期内非人为损坏的，直接进行退换货处理。

四、验收标准、方法及提出异议期限和方法

1、验收标准：以国家和行业相关标准及招投标文件规定参数为准；

2、方法：由甲方及相关专家、质检人员、监督人员组成验收小组现场按合

同第 1 条验收标准验收设备；

3、提出异议的期限和方法：

（1）甲方在验收中，如果发现设备的品种、型号、规格、质量等不符合规定，立即书面或电传通知乙方全部退货，解除合同并上报政府采购管理中心，所退货物甲方为乙方保管三天，保管期满后，一切责任由乙方承担。

（2）如果甲方未按规定期限提出书面异议的，视为验收合格；

（3）甲方因使用、保管、保养不善等造成设备损坏、损失和质量下降的不得提出异议。

（4）乙方接到甲方书面异议后，在 3 天内（另有规定或当事人另行商定期限除外）负责处理，否则，即认为默认甲方提出的异议和处理意见；

（5）验收后由验收小组出具验收报告视为验收合格，并作为甲方付款的依据。

（6）使用期间如发现设备质量问题，乙方应立即无偿维修或更换设备及配件，并从维修验收合格后重新计算付款期限和质保期。

五、乙方义务：结算方式及期限

经甲乙双方约定，设备安装调试验收合格并交付使用后，一次性支付全部货款。结算方式以银行结算方式为准，乙方不得签署委托第三方结算账款函。

六、违约责任：

1、乙方责任：

（1）乙方不能交付采购货物，不能提供服务，甲方拒付该项货款后，乙方应向甲方偿付不能提供标的物价格、服务 5%的违约金；

(2) 乙方提供的设备型号、品牌、规格、质量、服务、技术等不符合规定的，由乙方负责包换并承担费用；

(3) 若乙方逾期交货的，每逾期一天甲方扣除合同金额的 1%作为违约金，造成甲方损失的，由乙方全部承担。

2、甲方责任：

乙方按要求将所采购货物送达后，若无质量问题，甲方提出退货的，由甲方赔偿乙方损失的费用，甲方应积极支付合同款项。

七、按本合同规定应该偿付违约金、赔偿金和各种经济损失应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行扣发货物或者拒付货款来充抵。

本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成功时，由固原市工商局协调解决，协调不成时，按所在地法院判决执行。

八、保修承诺

售后服务方案

1、送货、安装及调试服务

在合同规定的交货期内，免费将仪器送到甲方指定地点，并派专业技术人员免费上门为用户进行安装调试，安装调试后现在对操作人员进行仪器操作及维护知识培训，直至仪器验收合格为止。

2、质保期内服务承诺

1) 仪器免费保修期限：仪器验收合格后 12 个月。

2) 如设备发生故障，乙方在接到甲方电话后在 1 小时内响应，并可在 12 小时内派维修工程师到甲方指定现场，并在 1 个工作日内解决问题，故

障期间由于产品质量造成的停机，待机器修复后按实际停驶天数双倍延长保修期。

3) 保修期内因产品本身质量问题所产生的一切费用均由乙方承担。

3、质保期后服务承诺

1) 质保期满后，乙方提供仪器终身维修服务。

2) 质保期后维修费：质保期结束后，乙方依然负责维修售后，但只收取元器件成本费，为甲方提供及时、高效的服务。

本合同自签订之日起生效，合同执行期内甲乙双方不得随意变更或者解除合同。合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充合同与本合同具有同等效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同副本一式四份，分别送市财政局采购办和市政府采购服务中心留存一份，甲方两份。

采购方（甲方） 公章

供应商（乙方） 公章

法人代表

或委托人（签字）

法人代表（签字）

地址：

地址：

电话：

电话：

账号：

账号：

开户行：

开户行：

日期：

日期：

第八章 投标文件格式

目 录

- 一、封面
- 二、投标函
- 三、开标一览表
- 四、投标价格明细表
- 五、评审因素和内容响应详情
- 六、资格证明文件
- 七、符合性审查响应详情

封面

(封 面)

货物类政府采购 投标文件

项目名称：_____

政府采购计划编号：_____

项目编号：_____

标段（包号）：_____

投标供应商：（电子签章）_____

_____年____月____日

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

电子邮件：_____ 邮编：_____

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

二、开标一览表

项目名称	
项目编号	
标段（包号）	
投标价格	人民币小写(元):_____（项目报价方式为总价招标的填写此栏）
	人民币大写:_____（项目报价方式为总价招标的同时填写此栏）
	单价: ____（元）（项目报价方式为单价招标的填写此栏）
	费率: 按照****（招标文件中规定的）标准的_____%（项目报价方式为费率招标的填写此栏）
	折扣: 按照****（招标文件中规定的）标准的____折（项目报价方式为折扣招标的填写此栏）
合同履行期限	
投标有效期	
备 注	1. 投标价格为供应商考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。 2. 投标人提出的赠送不作为评标依据。

投标供应商: _____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章): _____

日期: _____

三、投标价格明细表

(货物类)

(此表格需固化在投标文件编制软件中由投标人逐项填写，并在填写后将中标人此表内容同步至政府采购管理系统)

序号	产品名称	品牌、规格型号	制造商	单价(元)/费率(%) /折扣(折)	数量	总价(元)	中小企业(中型/小型/微型)	节能环保(是/否)	节能环保证书编号及有效期	强制采购产品(是/否)	强制采购产品证书编号及有效期
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
...											
合计											

注：节能环保产品及强制采购产品须提供对应证书扫描件附于电子投标文件

件中对应模块中并加盖投标供应商电子签章，未按要求提交证书的节能环保和强制采购产品均不予认可。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

四、评审因素和内容响应详情

（一）商务要求响应表

序号	商务条款	招标文件规定	投标文件响应	偏离情况	备注
		商务条款要求	商务条款响应		
1	采购标的交付 （实施）的时间（期限）				
2	采购标的交付 地点（范围）				
3	付款条件（进 度和方式）				
4	包装和运输方 式				
5					
6					
7					
8					
9					
...		...	...	...	...

注：如响应内容较多可在表格中填写基本响应内容，在本表后附件中上传详细响应内容或相关资料（包括但不限于佐证材料或投标供应商自行认为

需要提供的相关资料）扫描件。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

附件：

(二) 技术标响应表

序号	标的名称	招标文件规定	投标文件响应情况	偏离情况	备注 (页码)
		技术、参数指标要求	技术、参数指标响应		
1					
2					
3					
4					
5					
...	...	...	...	...	...

注：如响应内容较多可在表格中填写基本响应内容，在本表后附件中上传详细响应内容或相关资料（包括但不限于佐证材料或投标供应商自行认为需要提供的相关资料）扫描件。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

附件：

（三）类似业绩

注：招标文件评审因素中未要求提供类似业绩的可不提供。

（四）售后服务

注：投标供应商应根据招标文件采购内容及评审因素中售后服务条款提供。

(五) 节能、环保产品明细表

节能产品明细表

序号	产品名称	制造商名称	品牌	规格型号	国家节能标志认证证书编号	节能产品认证证书有效期

注 1：节能产品依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》《财库（2019）19 号》中非加“★”项确定；

注 2：政府强制采购节能产品无须填写本表；

注 3：投标供应商须在本表附件中上传国家节能产品认证证书扫描件并电子签章，同时按以上要求填写明细表，否则不享受相关优先采购政策。

附件：

环境标志产品明细表

序号	产品名称	制造商名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	环境标志认证证书有效期

注 1：环境标志产品依据财政部、发展改革委发布的《环境标志产品政府采购品目清单》《财库（2019）18 号》确定；

注 2：如所报产品为环境标志产品，必须按照规定格式逐项填写；

注 3：投标供应商须在本表附件中上传国家环境标志产品认证证书扫描件并电子签章，同时按以上要求填写明细表，否则不享受相关优先采购政策。

附件：

（六）其他评审因素内容

注：投标供应商应根据招标文件采购内容及评审因素中其他内容条款提供。

五、资格证明文件

(一) 具有独立承担民事责任的能力证明材料

具有独立承担民事责任的能力	如投标供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；自然人，应提供有效的自然人身份证明。
---------------	---

(二) 法人/负责人/自然人身份证明及授权委托书

授权委托书	法人/负责人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）
-------	--

法人/负责人身份证明

致：（采购人/采购代理机构名称）

（姓名）现任（投标供应商名称）、（担任）职务，为法定代表人（企业或单位负责人），特此证明。

法定代表人身份证号：（标签化）

法定代表人联系电话：（标签化）

法定代表人签字：_____

投标供应商：_____（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

注：自然人可以只附身份证，不填写本表。

附：法定代表人/企业或单位负责人法人身份证（正反面）



法定代表人授权委托书

致：（采购人/采购代理机构名称）

本授权书声明：（投标供应商名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就（采购项目名称）、（标段）项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事务。

本授权书于____年____月____日签字生效,特此声明。

投标供应商（电子签章）：_____

法定代表人（签字或签章）：_____

身份证号：（标签化）_____

联系电话：（标签化）_____

委托代理人（签字或签章）：_____

身份证号：（标签化）_____

联系电话：（标签化）_____

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供授权委托书。

附：被授权人身份证（正反面）



（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
---------------------	----------------------

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）（标段）项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位具有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

说明：投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标供应商承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
---------------------	----------------------

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）（标段）项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位具有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

（五）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
---------------------	----------------------

致：（采购人/采购代理机构名称）_____

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）（标段）项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位具有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳社会保障资金和税收的良好记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

说明：投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》

及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标供应商承诺依法缴纳社会保障资金和税收；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

(六) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。
-----------------------------	----------------------

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）（标段）项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的要求。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

说明：投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（申请人承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

(七) 保证金相关证明

1. 宁夏回族自治区政府采购信用评价 A 级以下的供应商须提供：

致：（采购人/采购代理机构名称）

我方在_____（项目名称）（项目编号：_____）____标段中保证金人民币（大写）_____元，已于_____年____月____日以_____方式按采购文件规定缴纳。

详见附件：保证金缴纳（提供）证明。

该项目保证金以到账时间为准，未能及时到账的责任，我方将承担全部责任 and 损失。

附件：

保证金缴纳证明

投标供应商名称：_____（电子签章）_____

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

2. 宁夏回族自治区政府采购信用评价 A 级的供应商须提供：

致：（采购人/采购代理机构名称）

我公司在宁夏回族自治区政府采购网的信用等级为 A 级, 详见以下截图。（截图日期：招标文件发放期限截止之日至开标之日内）

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

3. 未参与宁夏回族自治区政府采购信用评价或初次参与宁夏政府采购活动的供应商需提供：

未参与宁夏回族自治区政府采购信用评价或初次参与宁夏政府采购活动的
声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我公司属于未参与宁夏回族自治区政府采购信用评价或初次参与宁夏政府采购活动。的单位。

特此声明。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

(八) 落实政府采购政策需满足的资格要求

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）¹，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元²，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

¹ 投标供应商需按提供的货物标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业声明函》。

² 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注 1：应填写产品生产制造厂商。

注 2：投标文件项目所属行业应与采购文件中明确的所属行业相一致。

注 3：专门面向中小企业采购项目本声明函为资格项，非专门面向中小企业采购项目依据招标文件相关规定及本声明函内容进行价格扣除。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注 1：应填写产品生产制造厂商。

注 2：非残疾人福利性单位无须填写。

3、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注 1：应填写产品生产制造厂商。

注 2：非监狱企业无须填写。

4、政府强制采购节能产品明细表

序号	产品名称	制造商名称	品牌	规格型号	国家节能标志认证证书编号	节能产品认证证书有效期

注 1：政府强制采购节能产品依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》《财库（2019）19 号》中带“★”项确定；

注 2：投标供应商应根据招标文件中政府强制采购节能产品项选择节能产品进行投标，招标文件中未要求的无须填写；

注 3：投标供应商须在本表附件中上传国家节能产品认证证书扫描件并电子签章，同时按以上要求填写政府强制采购节能产品明细表。

附件：

（九）本项目的其他资格要求

六、符合性审查响应详情

(一) 联合体投标声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我方郑重声明，我单位与_____组建联合体参与本项目投标，联合体各方未再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，如有虚假，我方愿承担相关法律责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注：不接受联合体投标项目及非联合体投标供应商无须填写。

(二) 投标供应商关联性企业说明

1、与投标供应商存在关联企业明细表

序号	单位名称	关联关系
1		
2		
...		

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注：投标供应商存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”时，应据实填写 1 明细表。

2、声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我方郑重声明，我单位不存在与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他相关单位，如有虚假，我方愿承担相关法律责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

注：与投标供应商无关联企业情形的须提供 2 声明函。

（三）投标供应商未对本项目提供过有关服务的声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）（标段）项目的政府采购活动中声明如下：

我单位没有为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

（四）投标供应商对本项目报价的声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）（标段）项目的政府采购活动中声明如下：

我单位报价为_____，未超过本项目预算价（最高限价）_____。

我公司所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

我公司投标文件中无任何包含价格调整的要求。

若我单位以上声明不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

（五）投标供应商对本项目投标文件附加条件的声明函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与（项目名称）（项目编号：_____）（标段）项目的政府采购活动中声明如下：

我单位投标文件中附加条件如下：

1、

2、

3、

...

若我单位以上声明不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

注 1：投标文件中无附加条件的无须填写。

注 2：投标供应商应谨慎在投标文件中提出附加条件，如提出的附加条件采购人无法接受，其投标将被认定为无效投标。

（六）招标文件中其他符合性审查内容

注：本模块包括招标文件中其他（未提供即认定为无效投标）的条款。