

竞争性谈判文件

(货物类)

采购项目名称：医院口腔科诊室治疗台、医养中心、会议室家具采购项目

采购项目编号：N5103222026000117

富顺县中医医院

富顺县政府采购中心共同编制

2026年09月14日

第一章 竞争性谈判邀请

富顺县政府采购中心（以下简称“代理机构”）受富顺县中医医院委托，拟对医院口腔科诊室治疗台、医养中心、会议室家具采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加谈判。本项目为四川省自贡市富顺县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号：N5103222026000117

1.2.采购项目名称：医院口腔科诊室治疗台、医养中心、会议室家具采购项目

1.3.谈判项目简介

富顺县中医医院因日常工作需要，拟采购口腔科诊室治疗台、医养中心、会议室家具等一批。

1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加谈判。公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取谈判文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书在全国公共资源交易平台（四川省）能够互认；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.谈判文件获取时间、方式及地址

一、谈判文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在谈判文件获取时间开始前，将本项目电子谈判文件上传至交易系统，向供应商免费提供，供应商通过交易系统获取谈判文件。供应商成功获取谈判文件后，将收到已获取谈判文件的回执单。未按规定获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

注：获取的谈判文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人：富顺县中医医院

地址：自贡市富顺县富世镇富达路116号

邮编：643200

联系人：聂洪波

联系电话：0813-5197655

代理机构：富顺县政府采购中心

地址：四川省自贡市富顺县富世街道釜江大道309号

邮编：643200

联系人：李老师

联系电话：0813-7216595

第二章 供应商须知

2.1.供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：440,228.00元 供应商报价不得超过谈判文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。
2	评审方法	最低评标价法(具体规则详见第五章)
3	是否接受联合体★	采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
5	履约保证金★	采购包1：不收取
6	响应有效期★	提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。
7	代理服务费★	本项目不收取代理服务费
8	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：否
10	是否召开采购前答疑会	本项目不组织标前答疑

11	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、谈判小组应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本谈判文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。
14	其他说明	本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。
- 二、本谈判文件由 富顺县中医医院 和 富顺县政府采购中心 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是富顺县中医医院。
- 二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取谈判文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 富顺县政府采购中心。
- 四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。
- 五、“电子评审”是指谈判小组开展资格审查、符合性审查、谈判、推荐成交候选供应商、出具谈判报告等活动。

2.3.谈判文件

2.3.1.谈判文件的构成

谈判文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、竞争性谈判邀请；
- 二、供应商须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、谈判过程中可实质性变动的内容；
- 五、评审办法；
- 六、响应文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.谈判文件的澄清或者修改

- 一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的谈判文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取谈判文件的供应商发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，通过交易系统向已获取谈判文件的供应商发送更正信息，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达供应商。供应商应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的谈判文件，进行响应文件编制。

2.4.响应文件

2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，谈判小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2.计量单位★

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.响应报价★

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照谈判文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照谈判文件规定编制响应文件，谈判文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交，成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按谈判文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5.开启、评审和确定成交供应商

2.5.1.开启

2.5.1.1.开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合谈判文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为 30 分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

2.5.1.3.有关要求

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款情形的可以为2家。

2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.评审

详见谈判文件第五章。

2.5.4.成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1： 否

三、是否邀请专家：

采购包1： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包1： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、验收条件说明：供应商完成全部货物安装调试后，向采购人提交验收申请及相关资料（包括但不限于产品合格证、出厂检验报告、第三方检测报告、装箱清单、安装调试报告等），采购人收到申请后，达到验收条件起7日内，验收合同总金额的100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：无

九、技术履约验收内容：

采购包1：依据本项目的技术要求，供应商的响应文件，严格按照政府采购相关法律法规、相关行业标准的要求和双方合同的相关要求进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1：按采购文件中明确的商务要求、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1：（1）验收主体：富顺县中医医院（采购人）组织相关人员组成验收小组，负责本次采购货物的验收工作。（2）验收时限：供应商完成全部货物安装调试后，向采购人提交验收申请及相关资料（包括但不限于产品合格证、出厂检验报告、第三方检测报告、装箱清单、安装调试报告等），采购人收到申请后7日内完成验收工作。（3）验收方式：采用自行验收、一次性验收方式，验收小组对照采购文件、供应商响应文件及相关标准，对货物的数量、规格、外观、性能、安装调试等情况等进行全面验收。（4）验收内容 ①供应商须完整交付货物、装箱清单、产品资质证明、第三方检测报告、安装调试报告等相关资料，资料缺失或不符合要求的，须在验收小组指定期限内补齐，逾期未补齐的，视为验收不合格。②货物采用第三方物流运输的，运费、保险费及货物交付前的一切风险由供应商承担，若货物在运输过程中出现损坏、丢失等情况，供应商须无条件更换，工期不予顺延，同时承担由此造成的损失。③货物包装须严格符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》，满足长途运输、防潮、防震、防锈、防野蛮装卸要求，因包装不当造成货物损坏、变形的，由供应商承担全部责任，须无条件更换货物，工期不予顺延。④到货后，采购人现场清点核对货物数量、规格，对货物外观进行检查，对性能进行抽样检测，发现不合格产品、瑕疵产品或与约定不符的产品，供应商须无条件更换，更换费用由供应商承担，工期不予顺延。⑤本次验收仅针对货物的数量、外观及表面性能，不免除供应商对货物隐蔽质量缺陷的责任，质保期内产品出现非人为质量问题（包括但不限于材质缺陷、工艺问题、零部件损坏等），供应商须免费提供包修、包退、包换“三包”服务，并承担全部相关费用（包括但不限于维修材料费、上门服务费、运输费等）；货物交付使用后3个月内累计出现2次及以上自身质量问题，采购人有权调换货物，并追究供应商的违约责任，同时赔偿由此造成的损失。⑥验收依据：本项目采购需求、商务要求、《参数明细表》、成交供应商响应文件、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《自贡市财政局关于印发自贡市政府采购履约验收管理办法的通知》自财规〔2023〕2号的要求进行验收等政府采购相关规定及国家、行业最新标准。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：无

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.供应商不得具有的情形★

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件异常一致；
- （二）不同供应商的响应报价呈规律性差异；
- （三）不同供应商的响应文件相互混装；
- （四）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- （五）不同供应商编制或者提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；
- （六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- （二）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- （三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- （六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- （七）供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取成交；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至六条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至六条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对谈判文件中采购需求的询问、质疑由 富顺县中医医院 负责答复；供应商对除采购需求外的谈判文件的询问、质疑由 富顺县政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 富顺县政府采购中心 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：聂洪波

联系电话：0813-5197655

地址：自贡市富顺县富世镇富达路116号

邮编：643200

答复主体：代理机构

联系人：李老师

联系电话：0813-7216595

地址：四川省自贡市富顺县富世街道釜江大道309号

邮编：643200

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日。对更正后的谈判文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出谈判文件更正通知之日；如质疑内容为原谈判文件内容，为获取原谈判文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他

直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- （三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、谈判小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、谈判小组应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、谈判小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在谈判文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：440,228.00
采购包最高限价（元）：440,228.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A05019 900 其他 家具	护士台	3.00（米）	8,400.00	工业	否	否	否	否	是
2	A05019 900 其他 家具	候诊椅	4.00（组）	6,000.00	工业	否	否	否	否	是
3	A05019 900 其他 家具	水槽柜（ 器械预处 理室）	2.00（米）	4,800.00	工业	否	否	否	否	是
4	A05019 900 其他 家具	大理石台 面（器械 预处理室 ）	2.02（米）	969.60	工业	否	否	否	否	否
5	A05019 900 其他 家具	定制不锈 钢药架	3.30（米）	3,300.00	工业	否	否	否	否	是
6	A05019 900 其他 家具	治疗上柜 （种植牙 室）	4.00（米）	6,400.00	工业	否	否	否	否	是
7	A05019 900 其他 家具	治疗中柜 （种植牙 室）	4.00（米）	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
8	A05019 900 其他 家具	治疗下柜 （种植牙 室）	4.00（米）	9,600.00	工业	否	否	否	否	是

9	A05019 900 其他 家具	大理石台面（种植牙室）	4.02（米）	1,929.60	工业	否	否	否	否	否
10	A05019 900 其他 家具	不锈钢洗手池	1.00（个）	1,800.00	工业	否	否	否	否	是
11	A05019 900 其他 家具	治疗上柜（技工室）	2.00（米）	2,200.00	工业	否	否	否	否	是
12	A05019 900 其他 家具	治疗下柜（技工室）	2.00（米）	4,800.00	工业	否	否	否	否	是
13	A05019 900 其他 家具	大理石台面（技工室）	2.02（米）	969.60	工业	否	否	否	否	否
14	A05019 900 其他 家具	药品柜（无菌室）	3.00（组）	3,600.00	工业	否	否	否	否	是
15	A05019 900 其他 家具	治疗上柜（VIP诊室）	3.50（米）	5,600.00	工业	否	否	否	否	是
16	A05019 900 其他 家具	治疗中柜（VIP诊室）	3.50（米）	1,750.00	工业	否	否	否	否	是
17	A05019 900 其他 家具	治疗下柜（VIP诊室）	3.50（米）	8,400.00	工业	否	否	否	否	是
18	A05019 900 其他 家具	水槽柜（VIP诊室）	1.00（米）	2,400.00	工业	否	否	否	否	是
19	A05019 900 其他 家具	大理石台面（VIP诊室）	4.52（米）	2,169.60	工业	否	否	否	否	否
20	A05019 900 其他 家具	巴凳	1.00（张）	649.60	工业	否	否	否	否	是
21	A05019 900 其他 家具	定制烤漆隔离屏风	2.00（套）	16,400.00	工业	否	否	否	否	是

22	A05019 900 其他 家具	定制烤漆 隔离屏风 1	1.00 (套)	6,800.00	工业	否	否	否	否	是
23	A05019 900 其他 家具	水槽柜 (诊室)	5.00 (米)	12,000.0 0	工业	否	否	否	否	是
24	A05019 900 其他 家具	治疗下柜 多抽柜	4.00 (米)	9,600.00	工业	否	否	否	否	是
25	A05019 900 其他 家具	治疗下柜 电脑柜	4.80 (米)	11,520.0 0	工业	否	否	否	否	是
26	A05019 900 其他 家具	大理石台 面 (诊室)	16.00 (米)	7,680.00	工业	否	否	否	否	否
27	A05019 900 其他 家具	适老化护 理床 (含 床垫)	48.00 (张)	96,000.0 0	工业	是	否	否	否	是
28	A05019 900 其他 家具	适老化床 头柜	48.00 (个)	16,800.0 0	工业	否	否	否	否	是
29	A05019 900 其他 家具	洽谈桌 (含 肿瘤科 2套)	23.00 (张)	13,800.0 0	工业	否	否	否	否	是
30	A05019 900 其他 家具	洽谈椅 (含 VIP6把)	52.00 (张)	20,800.0 0	工业	否	否	否	否	是
31	A05019 900 其他 家具	换鞋凳	6.00 (个)	5,040.00	工业	否	否	否	否	是
32	A05019 900 其他 家具	适老化餐 桌	20.00 (张)	17,200.0 0	工业	否	否	否	否	是
33	A05019 900 其他 家具	适老化餐 椅	80.00 (张)	24,000.0 0	工业	否	否	否	否	是
34	A05019 900 其他 家具	定制适老 化休息座 椅 (6间V IP)	6.00 (个)	14,400.0 0	工业	否	否	否	否	是

35	A05019 900 其他家具	适老化置物台（6间VIP）	6.00（套）	5,160.00	工业	否	否	否	否	是
36	A05019 900 其他家具	适老化储物柜	4.00（组）	9,840.00	工业	否	否	否	否	是
37	A05010 202 会议桌	洽谈接待桌	2.00（张）	1,600.00	工业	否	否	否	否	是
38	A05010 303 会议椅	洽谈接待凳	8.00（张）	7,040.00	工业	否	否	否	否	是
39	A05010 202 会议桌	培训桌1带抽屉	28.00（张）	22,400.00	工业	否	否	否	否	是
40	A05010 202 会议桌	培训桌2带抽屉	4.00（张）	2,800.00	工业	否	否	否	否	是
41	A05010 202 会议桌	发言台	1.00（张）	650.00	工业	否	否	否	否	是
42	A05010 303 会议椅	培训椅	64.00（张）	40,960.00	工业	否	否	否	否	是

是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	护士台	3.00（米）	8,400.00	总价	无
2	候诊椅	4.00（组）	6,000.00	总价	无
3	水槽柜（器械预处理室）	2.00（米）	4,800.00	总价	无
4	大理石台面（器械预处理室）	2.02（米）	969.60	总价	无
5	定制不锈钢药架	3.30（米）	3,300.00	总价	无
6	治疗上柜（种植牙室）	4.00（米）	6,400.00	总价	无
7	治疗中柜（种植牙室）	4.00（米）	2,000.00	总价	无
8	治疗下柜（种植牙室）	4.00（米）	9,600.00	总价	无

9	大理石台面（种植牙室）	4.02（米）	1,929.60	总价	无
10	不锈钢洗手池	1.00（个）	1,800.00	总价	无
11	治疗上柜（技工室）	2.00（米）	2,200.00	总价	无
12	治疗下柜（技工室）	2.00（米）	4,800.00	总价	无
13	大理石台面（技工室）	2.02（米）	969.60	总价	无
14	药品柜（无菌室）	3.00（组）	3,600.00	总价	无
15	治疗上柜（VIP诊室）	3.50（米）	5,600.00	总价	无
16	治疗中柜（VIP诊室）	3.50（米）	1,750.00	总价	无
17	治疗下柜（VIP诊室）	3.50（米）	8,400.00	总价	无
18	水槽柜（VIP诊室）	1.00（米）	2,400.00	总价	无
19	大理石台面（VIP诊室）	4.52（米）	2,169.60	总价	无
20	巴凳	1.00（张）	649.60	总价	无
21	定制烤漆隔离屏风	2.00（套）	16,400.00	总价	无
22	定制烤漆隔离屏风1	1.00（套）	6,800.00	总价	无
23	水槽柜（诊室）	5.00（米）	12,000.00	总价	无
24	治疗下柜多抽柜	4.00（米）	9,600.00	总价	无
25	治疗下柜电脑柜	4.80（米）	11,520.00	总价	无
26	大理石台面（诊室）	16.00（米）	7,680.00	总价	无
27	适老化护理床（含床垫）	48.00（张）	96,000.00	总价	无
28	适老化床头柜	48.00（个）	16,800.00	总价	无
29	洽谈桌（含肿瘤科2套）	23.00（张）	13,800.00	总价	无
30	洽谈椅（含VIP6把）	52.00（张）	20,800.00	总价	无
31	换鞋凳	6.00（个）	5,040.00	总价	无
32	适老化餐桌	20.00（张）	17,200.00	总价	无
33	适老化餐椅	80.00（张）	24,000.00	总价	无
34	定制适老化休息座椅（6间VIP）	6.00（个）	14,400.00	总价	无
35	适老化置物台（6间VIP）	6.00（套）	5,160.00	总价	无
36	适老化储物柜	4.00（组）	9,840.00	总价	无
37	洽谈接待桌	2.00（张）	1,600.00	总价	无
38	洽谈接待凳	8.00（张）	7,040.00	总价	无
39	培训桌1带抽屉	28.00（张）	22,400.00	总价	无
40	培训桌2带抽屉	4.00（张）	2,800.00	总价	无
41	发言台	1.00（张）	650.00	总价	无

42	培训椅	64.00（张）	40,960.00	总价	无
----	-----	----------	-----------	----	---

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05019900 其他家具	适老化护理床（含床垫）	适老化护理床（含床垫）

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05019900 其他家具	护士台	护士台
2	A05019900 其他家具	候诊椅	候诊椅
3	A05019900 其他家具	水槽柜（器械预处理室）	水槽柜（器械预处理室）
4	A05019900 其他家具	定制不锈钢药架	定制不锈钢药架
5	A05019900 其他家具	治疗上柜（种植牙室）	治疗上柜（种植牙室）
6	A05019900 其他家具	治疗中柜（种植牙室）	治疗中柜（种植牙室）

7	A05019900 其他家具	治疗下柜（种植牙室）	治疗下柜（种植牙室）
8	A05019900 其他家具	不锈钢洗手池	不锈钢洗手池
9	A05019900 其他家具	治疗上柜（技工室）	治疗上柜（技工室）
10	A05019900 其他家具	治疗下柜（技工室）	治疗下柜（技工室）
11	A05019900 其他家具	药品柜（无菌室）	药品柜（无菌室）
12	A05019900 其他家具	治疗上柜（VIP诊室）	治疗上柜（VIP诊室）
13	A05019900 其他家具	治疗中柜（VIP诊室）	治疗中柜（VIP诊室）
14	A05019900 其他家具	治疗下柜（VIP诊室）	治疗下柜（VIP诊室）
15	A05019900 其他家具	水槽柜（VIP诊室）	水槽柜（VIP诊室）
16	A05019900 其他家具	巴凳	巴凳
17	A05019900 其他家具	定制烤漆隔离屏风	定制烤漆隔离屏风
18	A05019900 其他家具	定制烤漆隔离屏风1	定制烤漆隔离屏风1
19	A05019900 其他家具	水槽柜（诊室）	水槽柜（诊室）
20	A05019900 其他家具	治疗下柜多抽柜	治疗下柜多抽柜
21	A05019900 其他家具	治疗下柜电脑柜	治疗下柜电脑柜
22	A05019900 其他家具	适老化护理床（含床垫）	适老化护理床（含床垫）
23	A05019900 其他家具	适老化床头柜	适老化床头柜
24	A05019900 其他家具	洽谈桌（含肿瘤科2套）	洽谈桌（含肿瘤科2套）
25	A05019900 其他家具	洽谈椅（含VIP6把）	洽谈椅（含VIP6把）
26	A05019900 其他家具	换鞋凳	换鞋凳
27	A05019900 其他家具	适老化餐桌	适老化餐桌
28	A05019900 其他家具	适老化餐椅	适老化餐椅
29	A05019900 其他家具	定制适老化休息座椅（6间VIP）	定制适老化休息座椅（6间VIP）
30	A05019900 其他家具	适老化置物台（6间VIP）	适老化置物台（6间VIP）
31	A05019900 其他家具	适老化储物柜	适老化储物柜
32	A05010202 会议桌	洽谈接待桌	洽谈接待桌
33	A05010303 会议椅	洽谈接待凳	洽谈接待凳
34	A05010202 会议桌	培训桌1带抽屉	培训桌1带抽屉
35	A05010202 会议桌	培训桌2带抽屉	培训桌2带抽屉
36	A05010202 会议桌	发言台	发言台
37	A05010303 会议椅	培训椅	培训椅

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：护士台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.面材：面材采用钢琴烤漆工艺，具体款式由成交供应商结合现场环境及参考图片深化优化设计，与采购人确认后进行生产制造。 2.基材：≥E1级中密度纤维板；甲醛释放量≤0.124mg/m³，24h吸水厚度膨胀率≤9.0%。 3.水性面漆：采用环保水性面漆，VOC含量≤250g/L。 4.护士站整体性能：翘曲度（对角线≥1400mm）≤3.0mm；平整度≤0.20mm；外观无可见缺陷；耐酸碱、漆膜耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性≥2级；静载荷、冲击、耐久性试验无损伤，稳定性试验不倾翻。 5.尺寸（mm）：3000*650*760/1100（±5mm）

标的名称：候诊椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.座板与靠背：采用整体结构，座板与靠背板材厚度≥2.0mm冷轧钢板，数控冲网、整体弯制成型，表面高温喷塑处理，边部采用钢管加固装饰。 2.支架与扶手：支架采用≥1.5mm冷轧钢，经防锈处理后静电喷涂；横梁采用≥1.8mm加厚钢管成型；扶手、脚架采用铝合金压铸成型。 3.候诊椅整体性能：表面无明显缺陷；附着力≥2级；座面静载荷、椅背静载荷、座面耐久性试验均无损伤、无松动、不变形、不影响使用。 4.尺寸（mm）：四人位（2280*675*780±5mm）

标的名称：水槽柜（器械预处理室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用≥0.9mm电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀；配置大理石台面。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链，启闭顺畅、防锈耐腐蚀；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度≥1.5mm，全盖式设计可有效防护标签不受消毒液侵蚀。 4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；钢板平均粗糙度Ra≤0.7μm。具备国家认可的第三方检验（检测）机构出具的“电解钢板”抽样检验（检测）报告，报告须完整覆盖技术参数、性能指标，检验（检测）报告在成交后随货物一同交付，提供承诺函，格式自拟。（注：各室的水槽柜、治疗上柜、治疗中柜、治疗下柜、药品柜、治疗下柜多抽柜、治疗下柜电脑柜等参数一致，提供一份“电解钢板”抽样检验（检测）报告即可。） 5.尺寸（mm）：2000*600*850（±5mm）

标的名称：大理石台面（器械预处理室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.台面材质：采用人造大理石，核心指标满足：莫氏硬度≥3、吸水率<0.35%、弯曲强度≥20MPa；耐液性、耐湿热、耐干热性能≥3级；对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥99%。具备国家认可的第三方检验（检测）机构出具的“人造大理石”抽样检验（检测）报告，报告须完整覆盖技术参数、性能指标，检验（检测）报告在成交后随货物一同交付，提供承诺函，格式自拟。（注：各室的水槽柜、治疗下柜、治疗下柜多抽柜、治疗下柜电脑柜等参数一致，提供一份“人造大理石”抽样检验（检测）报告即可。）。 2.尺寸（mm）：2020*620*20（±5mm）

标的名称：定制不锈钢药架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.整体采用≥304不锈钢制作，板材厚度≥1.0mm。 2.不锈钢表面光洁平整，无裂纹、黑斑等明显缺陷。 3.尺寸（mm）：2000*600*2000（±5mm）

标的名称：治疗上柜（种植牙室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用≥0.9mm电解钢板，表面无铬耐指纹处理，防腐蚀。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度≥1.5mm，全盖式设计可有效防护标签不受消毒液侵蚀。 4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；钢板平均粗糙度Ra≤0.7μm。 5.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥2级，硬度、冲击强度、耐腐蚀性符合国家标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 6.尺寸（mm）：4000*350*550（±5mm）。

标的名称：治疗中柜（种植牙室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★	技术参数与性能指标	1.采用≥0.9mm电解钢板，表面无铬耐指纹处理，防腐蚀。（无柜体、门板等） 2.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；钢板平均粗糙度Ra≤0.7μm。 3.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥2级，硬度、冲击强度、耐腐蚀性符合国家标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 4.尺寸（mm）：4000*50*500（±5mm）。
---	---	-----------	--

标的名称：治疗下柜（种植牙室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用≥0.9mm电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀；柜脚采用高100mm（±5mm），≥304不锈钢，底部围脚采用品质≥304不锈钢，板厚≥1.0mm，防潮稳固；配置大理石台面。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度≥1.5mm，全盖式设计可有效防护标签不受消毒液侵蚀。4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；钢板平均粗糙度Ra≤0.7μm。 5.功能配置：含四抽柜，抽屉分区明确，第一抽8个小格、第二抽10个小格、第三抽和第四抽各4格，满足分类存放需求。 6.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥2级，硬度、冲击强度、耐腐蚀性符合国家标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 7.尺寸（mm）：4000*600*850（±5mm）。

标的名称：大理石台面（种植牙室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.台面材质：采用人造大理石，核心指标满足：莫氏硬度≥3、吸水率<0.35%、弯曲强度≥20MPa；耐液性、耐湿热、耐干热性能≥3级；对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥99%。 2.尺寸（mm）：4020*620*20（±5mm）。

标的名称：不锈钢洗手池

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★	技术参数与性能指标	1.规格配置：1位洗手位，自带洗手液出口，满足基础使用需求。 2.材质要求：整体采用≥304不锈钢制作，表面细密光滑，无裂纹、黑斑等明显缺陷。 3.尺寸（mm）：800*650*900/1200（±5mm）。
---	---	-----------	--

标的名称：治疗上柜（技工室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用≥0.9mm电解钢板，表面无铬耐指纹处理，防腐蚀。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链，启闭顺畅、防锈耐腐蚀；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度≥1.5mm，全盖式设计可有效防护标签不受消毒液侵蚀。 4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；钢板平均粗糙度Ra≤0.7μm。 5.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥2级，硬度、冲击强度、耐腐蚀性符合国家标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 6.尺寸（mm）：2000*350*550（±5mm）。

标的名称：治疗下柜（技工室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用≥0.9mm电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀；柜脚采用高度100mm（±5mm），≥304不锈钢，底部围脚采用品质≥304不锈钢，板厚≥1.0mm，防潮稳固；配置大理石台面。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链，启闭顺畅、防锈耐腐蚀；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度≥1.5mm，全盖式设计可有效防护标签不受消毒液侵蚀。 4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；钢板平均粗糙度Ra≤0.7μm。 5.功能配置：含四抽柜，抽屉分区明确，第一抽8个小格、第二抽10个小格、第三抽和第四抽各4格，满足分类存放需求。 6.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥2级，硬度、冲击强度、耐腐蚀性符合国家标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 7.尺寸（mm）：2000*800*850（±5mm）。

标的名称：大理石台面（技工室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.台面材质：采用人造大理石，核心指标满足：莫氏硬度≥ 3、吸水率$< 0.35\%$、弯曲强度$\geq 20\text{MPa}$；耐液性、耐湿热、耐干热性能≥ 3级；对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率$\geq 99\%$。 2.尺寸（mm）：2020*770*20（$\pm 5\text{mm}$）。

标的名称：药品柜（无菌室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用$\geq 0.9\text{mm}$电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀，符合国家相关标准要求；柜脚采用高度100mm（$\pm 5\text{mm}$），304不锈钢，底部围脚采用品质≥ 304不锈钢，板厚$\geq 1.0\text{mm}$，防潮稳固。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链，启闭顺畅、防锈耐腐蚀，易装易调节；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板如图（6层）。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，全盖式设计可有效防护标签不受消毒液侵蚀。4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥ 2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$；钢板平均粗糙度$Ra \leq 0.7\mu\text{m}$。 5.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥ 2级，硬度、冲击强度、耐腐蚀性符合国家标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 6.尺寸（mm）：850*400*1850（$\pm 5\text{mm}$）。

标的名称：治疗上柜（VIP诊室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用$\geq 0.9\text{mm}$电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链，启闭顺畅、防锈耐腐蚀；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，全盖式设计可有效防护标签不受消毒液侵蚀。 4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥ 2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$；钢板平均粗糙度$Ra \leq 0.7\mu\text{m}$。 5.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥ 2级，硬度、冲击强度、耐腐蚀性符合国家标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 6.尺寸（mm）：3500*350*550（$\pm 5\text{mm}$）。

标的名称：治疗中柜（VIP诊室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.采用$\geq 0.9\text{mm}$电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀。（无柜体、门板等） 2.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥ 2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$；钢板平均粗糙度$Ra \leq 0.7\mu\text{m}$。 3.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥ 2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 4.尺寸（mm）：3500*50*600（$\pm 5\text{mm}$）。

标的名称：治疗下柜（VIP诊室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用$\geq 0.9\text{mm}$电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀；柜脚采用高度100mm（$\pm 5\text{mm}$），304不锈钢，底部围脚采用品质≥ 304不锈钢，板厚$\geq 1.0\text{mm}$，防潮稳固；配置大理石台面。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链，启闭顺畅、防锈耐腐蚀；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，全盖式设计可有效防护标签不受消毒液侵蚀。 4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥ 2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$；钢板平均粗糙度$Ra \leq 0.7\mu\text{m}$。 5.功能配置：含四抽柜，抽屉分区明确，第一抽8个小格、第二抽10个小格、第三抽和第四抽各4格，满足分类存放需求。 6.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥ 2级，硬度、冲击强度、耐腐蚀性符合国家标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 7.尺寸（mm）：2500*600*850（$\pm 5\text{mm}$）。

标的名称：水槽柜（VIP诊室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用≥0.9mm电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀；配置大理石台面。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链，启闭顺畅、防锈耐腐蚀；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度≥1.5mm，全盖式设计可有效保护标签不受消毒液侵蚀。 4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；钢板平均粗糙度Ra≤0.7μm。 5.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 6.尺寸（mm）：1000*520*800（±5mm）。
---	---	-----------	--

标的名称：大理石台面（VIP诊室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.台面材质：采用人造大理石，核心指标满足：莫氏硬度≥3、吸水率<0.35%、弯曲强度≥20MPa；耐液性、耐湿热、耐干热性能≥3级；对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥99%。 2.尺寸（mm）：4520*790*20（±5mm）。

标的名称：巴凳

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.椅座面料：采用韩皮饰面，表面平整，适配日常使用及清洁需求。 2.椅座海绵：采用PU高密度阻燃定型海绵，长期使用不易变形。 3.核心配件：配备气压棒及底盘机构，搭配铝合金抛光五星脚，结构稳固、承重达标，耐腐蚀、不易变形。 4.整体性能：产品外观无明显缺陷，各部件连接牢固，无松动、无毛刺；面料与海绵贴合紧密，五星脚支撑稳定。 5.尺寸（mm）：580*360*72.5-860（±5mm）。

标的名称：定制烤漆隔离屏风

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	技术参数与性能指标	1.面材：钢琴烤漆，如图设计。 2.≥E1级中密度纤维板：密度、含水率、静曲强度、弹性模量、表面结合强度、24h吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面耐液性、耐冷热温差、握螺钉力合格。 3.水性面漆：甲醛含量≤20mg/kg；VOC含量≤180g/L，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50%，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞）含量检测合格， 4.采用钢琴烤漆工艺，上部玻璃、下部柜体结构，整体美观牢固，台面往上贴400mm（±5mm）的人造大理石。 5.尺寸（mm）：5200*70*1800（±5mm）。
---	---	-----------	--

标的名称：定制烤漆隔离屏风1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.面材：钢琴烤漆。台面网上贴400mm（±5mm）的人造大理石。 2.≥E1级中密度纤维板：密度、含水率、静曲强度、弹性模量、表面结合强度、24h吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面耐液性、耐冷热温差、握螺钉力合格。 3.水性面漆：甲醛含量≤20mg/kg；VOC含量≤180g/L，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤50%，重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞）含量检测合格。 4.尺寸（mm）：5200*70*1500（±5mm）。

标的名称：水槽柜（诊室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用≥0.9mm电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀；配置大理石台面。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链，启闭顺畅、防锈耐腐蚀；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度≥1.5mm，全盖式设计可有效防护标签不受消毒液侵蚀。 4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；钢板平均粗糙度Ra≤0.7μm。 5.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥2级，硬度、冲击强度、耐腐蚀性符合国家标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 6.尺寸（mm）：1400*600*850（±5mm）。

标的名称：治疗下柜多抽柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	技术参数与性能指标	1.柜体：采用≥0.9mm电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀；柜脚采用高度100mm（±5mm），≥304不锈钢，防潮稳固。配置大理石台面。 2.门板：配置缓冲（阻尼）铰链，启闭顺畅、防锈耐腐蚀；采用多组对开门设计，搭配银色金属拉手，柜内配备隔板，满足使用功能。 3.防水标签框：采用双D型全盖式透明标签夹，厚度≥1.5mm，全盖式设计可有效保护标签不受消毒液侵蚀。 4.电解钢板及涂层性能：涂层附着力≥2级，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；钢板平均粗糙度Ra≤0.7μm。 5.核心功能配置：含两列八抽柜，抽屉分区明确，第一抽8个小格、第二抽10个小格、第三抽和第四抽各4格，满足药品、器械分类存放需求，两列一样，一列4个抽屉。 6.抽屉导轨：采用金属材质，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；核心指标：操作力≤50N，抽拉顺畅；200N载荷试验后无损坏、连接件无松动；开合次数≥60000次（M>15kg）、≥80000次（M≤15kg）；耐腐蚀试验（NSS、AASS、CASS）保护及外观评级均达10级；金属件外观无缺陷，底部变形量不超过内部最窄尺寸1/75，过载测试无损坏。 7.整体性能：产品外观及喷涂涂层无明显缺陷；金属件焊接、配件及活动部件无缺陷，可触及区域无瑕疵；涂层附着力≥2级，硬度、冲击强度，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；搁板弯曲、开门加载等试验合格，柜体稳固无倾翻、无松动、不变形。 8.尺寸（mm）：1000*600*850/1100（±5mm）。
---	---	-----------	--

标的名称：治疗下柜电脑柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.主材：采用≥0.9mm电解钢板，表面无铬耐指纹处理，结构防腐蚀；柜脚采用高度100mm（±5mm），≥304不锈钢，防潮稳固。配置大理石台面。 2.抽屉导轨：采用金属材质，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；核心指标：操作力≤50N，抽拉顺畅；200N载荷试验后无损坏、连接件无松动；开合次数≥60000次（M>15kg）、≥80000次（M≤15kg）；耐腐蚀试验（NSS、AASS、CASS）保护及外观评级均达10级；金属件外观无缺陷，底部变形量不超过内部最窄尺寸1/75，过载测试无损坏。 3.台面预留穿线孔，可抽拉键盘架，独立主机柜设计。 4.尺寸（mm）：1200*600*850/1100（±5mm）。

标的名称：大理石台面（诊室）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.台面材质：采用人造大理石，核心指标满足：莫氏硬度≥3、吸水率<0.35%、弯曲强度≥20MPa；耐液性、耐湿热、耐干热性能≥3级；对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥99%。 2.尺寸（mm）：3620*620*20（±5mm）。

标的名称：适老化护理床（含床垫）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.核心功能：电动调节，背部上升角度0~75°，腿部上升角度0~45°，适配老年人起卧、休憩需求。 2.核心参数：床体采用$\geq 60 \times \geq 30 \times \geq 1.2$mm冷轧碳素钢管，床面采用$\geq 1.2$mm冷轧钢板一次冲压成型（凹型多气孔、防滑设计）；床体静态承载≥ 300Kg、动态承载≥ 200Kg，结构稳固安全；配备≥ 2个低电压直流静音电机，实现背部、腿部电动升降，低噪安全。 3.床体配置：橡胶木框架，多层实木板配软包床头床尾及双侧护板；六档木纹铝合金可折叠护栏（隐藏锁定开关、可快速拆卸），配备≥ 125mm静音脚轮，移动便捷、使用安全，贴合适老化照护需求。具备国家认可的第三方检验（检测）机构出具的“橡胶木”抽样检验（检测）报告。报告须完整覆盖技术参数、性能指标，检验（检测）报告在成交后随货物一同交付，提供承诺函，格式自拟。 4.床垫配置：尺寸与床体适配，外套为牛津布（防水、防霉、防菌、透气）；内置≥ 3cm高弹海绵+≥ 3cm棕垫，总厚度≥ 6cm，全脱拉链设计，便于装卸清洗，经高温消毒、防虫处理，不易变形。 5.整体性能：①面板及正视面板件（对角线≥ 1400mm）翘曲度≤ 3.0mm、平整度≤ 0.20mm，底脚平稳性≤ 2.0mm；②床铺面及床框架各项力学性能测试（垂直静载荷、垂直冲击、耐久性等）无损坏；③有害物质限量：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均≤ 0.010mg/m³；④外观无缺陷，符合适老化使用要求。 6.尺寸（mm）：2000*1050*430/860（± 5mm）。

标的名称：适老化床头柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.基材要求：采用橡胶木制作，无贯通裂缝、无虫蛀现象，适配老年人群使用。 2.核心参数：水性面漆具备耐冲击、抗粘连、耐磨耐划伤性能，耐水耐碱无异常；水性底漆搅拌后均匀无硬块，贮存稳定、耐冻融，易打磨；产品平整度≤ 0.20mm，分缝≤ 1.5mm，核心指标达标。 3.工艺与性能：表面经水性底、面漆处理，漆面均匀无瑕疵，易清洁、不易脱落；抽屉推拉顺畅，底脚平稳（平稳性≤ 0.2mm），抽屉下垂度、摆动度均≤ 5mm。 4.整体性能：翘曲度、位差度符合规范要求，顶板、底板加载及各类推拉构件试验均无损；苯、甲苯、二甲苯及TVOC≤ 0.010mg/m³，环保安全，无有害物质。 5.尺寸（mm）：550*430*820mm（± 5mm）。

标的名称：洽谈桌（含肿瘤科2套）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	技术参数与性能指标	1.基材：采用橡胶木，无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，苯、甲苯、TVOC均未检出。 2.表面工艺：水性底、面漆处理，底漆均匀无硬块，面漆耐冲击、抗粘连、耐磨损，耐水耐碱无异常。 3.核心参数：面板平整度≤0.20mm、底脚平稳性≤2.0mm，满足使用及承重需求。 4.尺寸（mm）：Φ600*760（±5mm）。
---	---	-----------	--

标的名称：洽谈椅（含VIP6把）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.橡胶木：应无贯通裂缝、不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2.水性面漆：耐冲击性涂膜无脱落，无开裂；具有抗粘连性、耐磨性、耐划伤性；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性、耐污染性无异常；耐干热性≥2级。 3.水性底漆：在容器中搅拌后均匀无硬块；贮存稳定性无异常，耐冻融性不变质，涂膜外观正常，打磨性要易打磨。 4.定型海绵：表观密度≥35kg/m³；外观（色泽、气孔、裂缝）未见缺陷；不应有严重污渍。 5.超纤皮饰面：可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料≤0.1mg/kg；无异味、pH值4.0～9.0、色牢度（沾色）≥4级。 6.尺寸（mm）：550*620*880（±5mm）。

标的名称：换鞋凳

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.基材为实木结构，座板配软包坐垫。有适用于老年人抓握把手。 2.尺寸（mm）：800*400*500/700（±5mm）。

标的名称：适老化餐桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.基材：采用橡胶木，无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，苯、甲苯、二甲苯及TVOC均未检出，增设适老化抓握结构。 2.表面工艺：水性底、面漆处理，底漆均匀易打磨、贮存稳定；面漆耐冲击、耐磨耐污，耐干热性≥2级。 3.整体性能：①基材无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，苯、甲苯、二甲苯及TVOC均未检出；②桌面平整度≤0.20mm、底脚平稳性≤2.0mm、外形尺寸偏差≤±10mm；③表面经水性底、面漆处理，木质件漆膜耐干热、耐湿热、附着力、抗冲击、耐磨性均≥3级；④水平静载荷、垂直静载荷、垂直冲击等各类力学试验无损，稳定性试验无倾翻。 4.尺寸（mm）：1400*800*750（±5mm）。

标的名称：适老化餐椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.基材：采用橡胶木，无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，苯、甲苯、二甲苯及TVOC均未检出。 2.表面工艺：水性底、面漆处理，底漆均匀无硬块、耐冻融易打磨；面漆耐冲击、耐磨耐污，耐干热性≥2级。 3.整体性能：①基材无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，苯、甲苯、二甲苯及TVOC均未检出；②地脚水平差值≤2mm；③表面经水性底、面漆处理，底漆均匀无硬块、耐冻融易打磨，面漆耐冲击、耐磨耐污，耐干热性≥2级；④座面、椅背静载荷及冲击、耐久性试验均无损；⑤椅子向前、向后倾翻试验无倾翻，椅腿向前静载荷试验无损。 4.尺寸（mm）：550*620*880（±5mm）。

标的名称：定制适老化休息座椅（6间VIP）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.采用橡胶木，应无贯通裂缝、不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 2.定型海绵：表观密度≥35kg/m³；外观（色泽、气孔、裂缝）未见缺陷；不应有严重污渍；回弹率≥50%；75%压缩永久变形≤5.0%。 3.沙发：内部的金属件和各类型弹簧等配件均应经防锈处理并未见缺陷；表观密度≥30kg/m³；回弹性能≥45%；压缩永久变形≤5.0%；皮革面料应无表面龟裂；缝纫和包覆未见缺陷；五金件及其配件安装未见缺陷；摩擦色牢度（干摩擦、湿摩擦、人造汗液）≥4级；耐磨性无明显损伤、剥落；沙发座背及扶手耐久性无损。 4.尺寸（mm）：1870*850*880（±5mm）。

标的名称：适老化置物台（6间VIP）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.水性面漆：耐冲击性涂膜无脱落，无开裂；具有抗粘连性、耐磨性、耐划伤性；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性、耐污染性无异常；耐干热性≥2级。 2.水性底漆：在容器中搅拌后均匀无硬块；贮存稳定性无异常，耐冻融性不变质，涂膜外观正常，打磨性要易打磨。 3.尺寸（mm）：1000*500（±5mm）。

标的名称：适老化储物柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	技术参数与性能指标	1.基材：采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，无虫蛀、无腐朽、无贯通裂缝。 2.表面工艺：采用水性底、面漆处理，底漆搅拌均匀无硬块，耐冻融易打磨；面漆耐冲击、耐磨耐污，耐干热性≥2级。 3.核心参数：①缓冲铰链金属镀层耐腐蚀等级达10级（240h连续喷雾）；②储物柜分缝≤2.0mm；③抽屉下垂/摆动度≤5mm，保障使用稳定性。 4.配件与性能：缓冲铰链无电镀缺陷，人造气氛腐蚀试验（240h）保护及外观评级均为10级；各类力学、耐久性试验均无损，着地平稳（底脚水平差值≤2.0mm）。 5.尺寸（mm）：1700*500*2600（±5mm）。
---	---	-----------	---

标的名称：洽谈接待桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.橡胶木框架。 2.水性面漆：耐冲击性涂膜无脱落，无开裂；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性、耐污染性无异常；耐干热性≥2级。水性底漆：在容器中搅拌后均匀无硬块；贮存稳定性无异常，耐冻融性不变质，涂膜外观正常，打磨性要易打磨。 3.三合一偏心连接件：电镀件未见缺陷；连接件尺寸同一型号的产品应具有互换性；三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°～190°范围内。 4.尺寸（mm）：Φ600*720（±5mm）。

标的名称：洽谈接待凳

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.橡胶木框架。 2.水性面漆：耐冲击性涂膜无脱落，无开裂；具有抗粘连性、耐磨性、耐划伤性；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性、耐污染性无异常；耐干热性≥2级；水性底漆：在容器中搅拌后均匀无硬块；贮存稳定性无异常，耐冻融性不变质，涂膜外观正常，打磨性要易打磨。 3.定型海绵；超纤皮饰面，超纤皮甲醛≤75mg/kg，五氯苯酚≤0.5mg/kg，可萃取的重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞）检测合格，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料检测合格；异味、pH值、色牢度（沾色）均检测合格。 4.尺寸（mm）：550*620*880（±5mm）。

标的名称：培训桌1带抽屉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	技术参数与性能指标	1.采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，①基材静曲强度≥15MPa、内结合强度≥0.4MPa、表面胶合强度≥1.0MPa；②环保性能：TVOC（7d）≤1μg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.5μg/m³，抗菌抑菌率≥99.00%；③表面性能：耐污染腐蚀≥5级，耐干热、耐龟裂等表面性能≥4级；④物理性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，密度0.70～0.90g/cm³；⑤封边：采用塑料封边条，外观无缺陷，边缘直线度≤2.00mm/m，具备耐干热、耐磨、耐冷热循环性能。 2.封边条：塑料封边条外观未见缺陷，边缘直线度≤2.00mm/m；具有耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性。 3.尺寸（mm）：1400*600*760（±5mm）。
---	---	-----------	--

标的名称：培训桌2带抽屉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，①基材静曲强度≥15MPa、内结合强度≥0.4MPa、表面胶合强度≥1.0MPa；②环保性能：TVOC（7d）≤1μg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.5μg/m³，抗菌抑菌率≥99.00%；③表面性能：耐污染腐蚀≥5级，耐干热、耐龟裂等表面性能≥4级；④物理性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，密度0.70～0.90g/cm³；⑤封边：采用塑料封边条，外观无缺陷，边缘直线度≤2.00mm/m，具备耐干热、耐磨、耐冷热循环性能。 2.封边条：塑料封边条外观未见缺陷，边缘直线度≤2.00mm/m；具有耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性。 3.尺寸（mm）：1400*600*760（±5mm）（倒一个角）。

标的名称：发言台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★	技术参数与性能指标	1.采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，①基材静曲强度≥15MPa、内结合强度≥0.4MPa、表面胶合强度≥1.0MPa；②环保性能：TVOC（7d）≤1μg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.5μg/m³，抗菌抑菌率≥99.00%；③表面性能：耐污染腐蚀≥5级，耐干热、耐龟裂等表面性能≥4级；④物理性能：2h吸水厚度膨胀率≤2.5%，密度0.70～0.90g/cm³；⑤封边：采用塑料封边条，外观无缺陷，边缘直线度≤2.00mm/m，具备耐干热、耐磨、耐冷热循环性能。 2.封边条：塑料封边条外观未见缺陷，边缘直线度≤2.00mm/m；具有耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性。 3.尺寸（mm）：700*500*1150（±5mm）。

标的名称：培训椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	技术参数与性能指标	1.曲木坐背板：采用曲木板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$，TVOC（72h）达标；含水率、抗压、浸渍剥离等力学与外观性能合格。 2.西皮软包饰面：游离甲醛$\leq 10\text{mg/kg}$，VOC$\leq 10\text{mg/kg}$；达到阻燃I级；抗霉菌0级，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率$\geq 99\%$；拉伸、耐磨、耐光、色牢度、气味、pH等性能合格。 3.定型高弹海绵：表观密度$\geq 35\text{kg/m}^3$；回弹率$\geq 50\%$，75%压缩永久变形$\leq 5.0\%$；烟密度等级（SDR）≤ 50；恒定负荷反复压陷疲劳性能合格，无明显塌陷。 4.弓形金属脚架：钢管/型材，焊接牢固、表面光滑无毛刺；通过中性盐雾（NSS）测试，保护评级≥ 10级；金属件外观、漆膜附着力、耐冲击性能合格；着地平稳，符合办公椅力学强度与稳定性要求。 5.尺寸（mm）：570*500*980（$\pm 5\text{mm}$）。
---	---	-----------	---

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	知识产权归属和处理方式	采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及 知识产权，如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，成交供应商提供使用自有知识 成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，成交供应商提供各类技术 文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三 方在该项目后续开发的使用）。
2	★	其他服务要求	1. 供应商应按合同约定确保产品质量、按期供货、安全运输、规范安装调试，并针对供货延迟、安装故障、产品质量问题等突发情况采取应急处置措施，确保项目按期交付。 2. 供应商应配备专人负责售后对接，明确故障响应时效、维修时限及维修标准，并提供免费现场操作培训，确保采购人相关人员熟练掌握设备操作及日常维护。 3. 口腔科定制家具的规格、尺寸以技术参数为准；因现场条件存在偏差，成品尺寸与理论尺寸可能存在微小差异，定制加工前须结合现场实际复核调整，最后据实结算。

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起42日
2	★	交货地点	富顺县中医医院指定地点（具体地点由采购人另行通知），供应商须负责将货物搬运至指定楼层及具体位置，产生的所有搬运费用包含在报价中。
3	★	支付方式	分期付款

4	★	付款进度安排	1付款条件：合同签订生效后，采购人收到成交供应商开具的合法有效等额增值税普通发票后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00% 2付款条件：货物全部交付并经采购人验收合格后，采购人收到成交供应商提供的合法有效剩余金额增值税普通发票后，达到该付款条件起20个工作日内，支付合同总金额的57.00% 3付款条件：售后服务期限满后，收到成交供应商提供的合法有效完整的完税发票及凭证资料后，达到付款条件起，达到该付款条件起20个工作日内，支付合同总金额的3.00%
---	---	--------	--

5	★	验收、交付标准和方法	（1）验收主体：富顺县中医医院（采购人）组织相关人员组成验收小组，负责本次采购货物的验收工作。（2）验收时限：供应商完成全部货物安装调试后，向采购人提交验收申请及相关资料（包括但不限于产品合格证、出厂检验报告、第三方检测报告、装箱清单、安装调试报告等），采购人收到申请后5个工作日内完成验收工作。（3）验收方式：采用自行验收、一次性验收方式，验收小组对照采购文件、供应商响应文件及相关标准，对货物的数量、规格、外观、性能、安装调试情况等进行全面验收。（4）验收内容 ①供应商须完整交付货物、装箱清单、产品资质证明、第三方检测报告、安装调试报告等相关资料，资料缺失或不符合要求的，须在验收小组指定期限内补齐，逾期未补齐的，视为验收不合格。②货物采用第三方物流运输的，运费、保险费及货物交付前的一切风险由供应商承担，若货物在运输过程中出现损坏、丢失等情况，供应商须无条件更换，工期不予顺延，同时承担由此造成的损失。 ③货物包装须严格符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》，满足长途运输、防潮、防震、防锈、防野蛮装卸要求，因包装不当造成货物损坏、变形的，由供应商承担全部责任，须无条件更换货物，工期不予顺延。 ④到货后，采购人现场清点核对货物数量、规格，对货物外观进行检查，对性能进行抽样检测，发现不合格产品、瑕疵产品或与约定不符的产品，供应商须无条件更换，更换费用由供应商承担，工期不予顺延。⑤本次验收仅针对货物的数量、外观及表面性能，不免除供应商对货物隐蔽质量缺陷的责任，质保期内产品出现非人为质量问题（包括但不限于材质缺陷、工艺问题、零部件损坏等），供应商须免费提供包修、包退、包换“三包”服务，并承担全部相关费用（包括但不限于维修材料费、上门服务费、运输费等）；货物交付使用后3个月内累计出现2次及以上自身质量问题，采购人有权调换货物，并追究供应商的违约责任，同时赔偿由此造成的损失。 ⑥验收依据：本项目采购需求、商务要求、《参数明细表》、成交供应商响应文件、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《自贡市财政局关于印发自贡市政府采购履约验收管理办法的通知》自财规〔2023〕2号的要求进行验收等政府采购相关规定及国家、行业最新标准。
6	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

7	★	质量保修范围和保修期	(1) 质保期及售后服务期：自货物验收合格之日起1年；质保期内，非人为因素造成的产品质量问题，供应商须免费提供维修、更换服务，所有维修、更换费用（包括零部件、人工、运输等）均包含在报价中，不得额外向采购人收取任何费用；质保期届满后，供应商须提供终身优惠维修服务，收取合理的零部件成本费用。 (2) 响应时效：采购人发出故障通知后，供应商须在24小时内派员到场维修或更换；逾期未到场处置的，采购人可自行委托第三方进行维修，产生的全部费用由中标供应商承担，同时供应商须按合同金额的0.5‰向采购人支付违约金；若故障无法现场解决，供应商须在48小时内提供备用产品，保障采购人正常使用。 (3) 质量要求 1. 供应商所供货物款式参考采购人提供图片（详见附件）；颜色、材质细节由采购人最终选定确认，供应商需配合在签订合同后，提供色板等样品供采购人审核。 2. 供应商须提供全新、未使用、无破损的货物及配套零部件，货物表面无划伤、无碰撞、无变形、无污渍，零部件齐全完好，不得侵犯第三方知识产权；若发生任何侵权纠纷，由供应商全权处理并承担全部法律责任、经济损失及由此给采购人造成的一切损失。 3. 货物须符合国家现行技术标准、行业标准、原厂质量要求及本项目约定，来源合法、资质齐全（包括但不限于产品合格证、出厂检验报告等）；因供应商资质不全、产品质量不达标、货源合法性存在问题引发的全部责任与损失，由供应商自行承担，采购人有权解除合同并追究违约责任。 4. 质保期内产品出现非人为质量问题（包括但不限于材质缺陷、工艺问题、零部件损坏等），供应商须免费提供包修、包退、包换“三包”服务，并承担全部相关费用（包括但不限于维修材料费、上门服务费、运输费等）；货物交付使用后3个月内累计出现2次及以上自身质量问题，采购人有权调换货物，并追究供应商的违约责任，同时赔偿由此造成的损失。
8	★	违约责任与争议解决的方法	(1) 采购人与成交供应商双方必须遵守本项目合同并执行本项目合同中的各项规定，保证本项目合同的正常履行。双方的违约责任在合同中具体约定，约定的内容须符合国家相关法律法规的规定。 (2) 在执行本项目合同中发生的或与本项目合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交采购人所在地仲裁委员会仲裁，仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

3.4.其他要求

采购包1：

无

第四章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”：

“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”中的所有内容。

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

“拟签订采购合同文本”

除以上内容外，谈判小组不得变动谈判文件中的其他内容。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

第五章 评审办法

5.1.总则

- 一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审办法。
- 二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
- 三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
- 四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。
- 五、评审过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。谈判小组成员在签署谈判报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
- 六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

5.2.谈判小组

- 一、本项目谈判小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物和服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组成员人数应为5人以上单数。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
- 二、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。
- 三、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商投标文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。
- 四、谈判小组应当履行下列职责：
 - （一）熟悉和理解谈判文件；
 - （二）审查、评价供应商响应文件等是否满足谈判文件要求；
 - （三）对响应文件进行比较和评价；
 - （四）根据需要要求采购人、代理机构对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
 - （五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
 - （六）起草资格审查报告、谈判报告并进行签署；
 - （七）向采购人、代理机构或者有关部门报告谈判中发现的违法行为；
 - （八）按规定告知供应商，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理；
 - （九）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评审程序

5.3.1.熟悉和理解谈判文件

谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评审的情形

本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- 一、谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；
- 二、谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、谈判文件载明的成交原则不合法的；
- 六、谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力。	1、供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。2、提供下述营业执照（可提供电子营业执照）等证明材料（四选一）：A.供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”。B.供应商若为事业法人：提供有效的“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提供有效的“事业法人登记证书、组织机构代码证”。C. 供应商若为其他组织：提供有效的“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。D.供应商若为自然人：提供有效的“身份证明材料”；身份证明材料包括在有效期内的居民身份证或户口本或军官证或护照等。	供应商应提交的相关证明材料,投标（响应）函

2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章并提供以下任一材料①可提供近三年（任意一年）供应商经审计的完整有效的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供近三年（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准。	投标（响应）函,具有健全的财务会计制度
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，可以同时承担前述服务内容，但不得再参加采购项目前述服务之外的其他采购活动。	投标（响应）函

5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如供应商以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件
---	-------------------	--	-------------------------------

5.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

5.3.4.符合性审查

谈判小组依据本谈判文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。
在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和谈判文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	需要供应商进行承诺的实质性要求。	无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交响应文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由供应商在提交响应文件时进行确认，评审委员会通过开启记录表进行查看。	投标（响应）函
2	符合采购文件的实质性要求	供应商按照采购文件要求上传响应文件	响应文件封面,产品技术参数响应表,供应商应提交的相关证明材料,服务应答表,报价表,供应商认为应当提供的其他证明材料

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后

，谈判小组发现供应商还存在未响应谈判文件实质性要求的，则按无效响应处理，并在谈判报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.5.谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员通过交易系统集中在线与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第四章约定的内容，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

七、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在谈判报告中予以记录，并向项目同级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

5.3.6.最后报价

采购包1：谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如本项目满足《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形，提交最后报价的供应商可以为2家。有效最后报价供应商家数不足本采购包约定最低有效家数的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

一、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息提醒，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

三、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

六、最后报价出现下列情况的，除谈判文件另有规定外，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由供应商经交易系统加盖电子印章后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

七、评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50 %的，即响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 $\times$ 50 %；

2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50 %的，即响应报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商响

应报价× 50 %；

3.响应报价低于采购项目（采购包）最高限价 50 %的，即响应报价<采购项目（采购包）最高限价× 50 %；

4.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变谈判文件的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。谈判小组和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

5.3.8.谈判小组复核

评审结束后，谈判小组成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

5.3.9.代理机构现场复核评审结果

一、供应商最后报价结束后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在资格审查认定错误的，代理机构应当根据情况书面建议谈判小组现场修改评审结果或者重新评审，由谈判小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。

二、谈判小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在谈判报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被谈判小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

5.3.10.推荐成交候选供应商

采购包1：确定3名成交候选供应商。

按供应商最后报价从低到高顺序排列，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。最后报价相同的，按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；最后报价且

提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交候选供应商并列的，由谈判小组根据谈判文件规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对最后报价进行评审前，对提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评审（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商）；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评审，其他作无效响应处理。未被推荐为成交候选供应商的供应商不再递补为成交候选供应商。

5.3.11.出具谈判报告

谈判小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，谈判小组成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

评审结果经代理机构核对无误后，谈判小组成员应当在谈判报告中签字或加盖电子印章确认。谈判报告签署前，谈判小组成员可以对已评环节的评审意见进行修改调整，并在谈判报告中进行记录。谈判报告签署后，评审意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评审结果。谈判小组成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

5.3.12.评审争议处理规则

谈判小组在谈判过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件作无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评审方法、细则及标准

5.4.1.评审方法

最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2.评审细则及标准

价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	--------------------	---------	----------------

1	落实本国产品政策	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	--	----------------

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

投标人可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

价格评审

采购包1：
 价格评审条款

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	--------	---------	----------------

1	合计	100.00%	价格评审系数=(基准价/评审价)×评审价格权重×100。满足采购文件要求且评审价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审价。注：不涉及价格扣除的评审价=最后报价，涉及价格扣除的评审价=最后报价×（1-扣除比例）。	报价明细表,报价表
---	----	---------	--	-----------

优先采购产品评审细则

采购包1：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	优先采购环境标志产品	根据供应商响应的优先采购的环境标志产品，确定具有环境标志产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ http://cx.cnca.cn ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	供应商认为应当提供的其他证明材料

5.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

5.6.确定成交供应商

本项目授权谈判小组在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序直接确定1名成交供应商。采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，谈判文件应当随成交结果同时公告。

5.7.谈判小组义务

谈判小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.谈判小组成员工作纪律

谈判小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于谈判小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评审格式和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 供应商应提交的相关证明材料

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 服务应答表

详见附件: 报价表

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 具有健全的财务会计制度

详见附件: 供应商认为应当提供的其他证明材料

详见附件: 报价明细表

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：富顺县中医医院口腔科诊室治疗台、医养中心、会议室家具采购项目采购合同）(定) 924.docx