

# 呼和浩特市玉泉区财政局

ᠬᠤᠬᠣᠳᠤᠰᠤ ᠶᠤᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ

## 投诉处理决定书

投诉人：上海昌鸿元国际贸易有限责任公司

地址：上海市青浦区盈港东路6868号1幢二层273室

法定代表人：王庆斌

被投诉人：内蒙古鑫铭项目管理咨询有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路  
街道中星国际1501室

法定代表人：杨红梅

中标供应商：内蒙古呼味医疗科技有限公司

投诉人上海昌鸿元国际贸易有限责任公司（以下简称“投诉人”）在参加被投诉人组织的“呼和浩特市玉泉区总医院（呼和浩特市玉泉区红十字医院）重症医学、能力提升及医防融合项目（项目编号:150104-XMZC-GK-20250001）（合同包2）”（以下简称本项目）公开招标过程中，认为中标结果损害其权益，经质疑后向我局提出投诉，我局受理后进行了审查，现已审查终结。

一、关于投诉人提出的第1、2、4项投诉能否成立的问



题。

本项目招标文件第五章评标“技术参数响应”中规定：“技术参数评审时需提供产品技术白皮书、检测报告、产品彩页、证明材料等佐证材料，如提供产品技术白皮书等材料与技术偏离表不符，以产品技术白皮书等材料为准……。”

首先，就投诉事项1而言，招标文件要求“4.1.5探头规格：▲4.1.5.1系统支持探头频率范围2~24MHz”。中标供应商内蒙古呼味医疗科技有限公司（以下简称呼味公司）在投标文件《技术白皮书》中，对应的参数表述为“系统支持探头谐波频率范围：不窄于2-24MHz（依据不同探头）”。

其次，就投诉事项2而言，招标文件要求“▲4.1.5.4阵元数：凸阵 $\geq 192$ ,帧率：线阵 $\geq 512$ ”。呼味公司在《技术白皮书》中，对应的参数表述为“凸阵阵元数： $\geq 192$ ，线阵帧率： $\geq 512$ ”。

最后，就投诉事项4而言，招标文件要求“4.1.4探头接口 $\geq 6$ 个(不包括笔试探头接口)可激活探头接口 $\geq 4$ 个(不包括笔式探头接口)，可通用互换均为，均为无针触点式大接口”。呼味公司在《技术白皮书》中，对应的表述为“6个全激活探头接口(不包括笔试探头接口)，可通用互换均为，均为无针触点式大接口”。

由此可知，呼味公司提供的投标文件中上述参数满足招标文件的要求。



## 二、关于投诉人提出的第3项投诉能否成立的问题。

招标文件中要求“4.6应变弹性成像技术▲4.6.4应用范围至少支持凸阵、线阵探头等；▲4.7.3标配腹部凸阵探头、小器官线阵探头、同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像功能，便于提供临床工作效率”。呼哧公司在《技术白皮书》中，对应的表述为“应变式弹性成像主要参数：应用范围支持凸阵探头、或腹部探头”；“剪切波弹性成像主要参数：小器官线阵探头、腹部凸阵探头，可分别实现应变式弹性及剪切波弹性成像功能，便于提供临床工作效率”。我局在审查时发现《技术白皮书》“应变式弹性成像主要参数”中，“或腹部探头”字样与其他字体存在明显差异，为此，我局于2025年8月25日向汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称汕头超声公司）出具《协助调查函》，要求其就呼哧公司在其投标文件中提供的Apogee 6800型彩色多普勒超声诊断仪《技术白皮书》的真实性作出说明。2025年9月4日，汕头超声公司向我局提供了加盖其公章的《技术白皮书》。经我局核对两份技术白皮书后发现，汕头超声公司出具的《技术白皮书》中，“应变式弹性成像主要参数：2.应用范围支持线阵探头”与呼哧公司在其投标文件中《技术白皮书》对应参数内容不一致，该参数内容存在虚假。

## 三、关于投诉人提出的投诉事项5能否成立的问题。




经我局核实本项目评审资料，评标委员会不存在评分不当的情形。

综上所述，投诉人提出第1、2、4、5项投诉不能成立，提出的第3项投诉成立，由于本项目已确定中标供应商，但尚未签订政府采购合同，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项、第二款以及《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第三十二条第一款第（二）项之规定，我局决定：本项目中标结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，采购人呼和浩特市玉泉区总医院（呼和浩特市玉泉区红十字医院）应当依法另行确定中标供应商；否则责令重新开展采购活动。

如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向呼和浩特市玉泉区人民政府申请行政复议，也可以在决定书送达之日起六个月内向呼和浩特市玉泉区人民法院提起行政诉讼。

联系地址：呼和浩特市玉泉区财政局

联系人：玉泉区财政局政府采购科 0471-4612803



# 呼和浩特市玉泉区财政局

ᠬᠤᠰᠢᠬᠤᠲᠤᠰᠤ ᠶᠤᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤᠵᠢᠨ

## 政府采购投诉恢复采购活动通知书

呼和浩特市玉泉区总医院（呼和浩特市玉泉区红十字医院）：

上海昌鸿元国际贸易有限责任公司在参加你单位开展的呼和浩特市玉泉区总医院（呼和浩特市玉泉区红十字医院）重症医学、能力提升及医防融合项目（项目编号：150104-XMZC-GK-20250001）（合同包2）”公开采购活动中，认为中标结果损害其权益，经质疑后向本局提出投诉。我局已按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项、第二款以及《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第三十二条第一款第（二）项的规定，对该项目作出投诉处理决定且出具《政府采购投诉处理决定书》。即日起恢复该项目采购活动。

特此通知。

呼和浩特市玉泉区财政局

2025年9月17日

