

合作市妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目技术 参数

序号	名称	技术要求	单位	数量	备注
1	全自动生化分析仪	1. ★检测速度：单模块生化比色分析恒速1000 测试/小时； 2. 试剂开放程度：完全开放 3. 同时在线分析项目：≥120 个，不含拓展项目； 4. 试剂位：≥200 个，不含拓展位置； 5. 试剂盘：具备 24 小时 2-8℃冷藏功能； 6. 样本位：≥180 个，不含拓展位置； 7. ★样本进样方式：样本架进样； 8. ★反应位：≥200 个； 9. ★最小反应体积：<80 μL； 10. 光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm，16 波长； 11. 吸光度线性范围:0-3.5Abs； 12. 耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒； 13. ★糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理； 14. ★系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥55 项，校准品≥32 项，并提供项目注册证。	台	1	