

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1. 采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,512,000.00
采购包最高限价（元）：1,512,000.00

序号	采购品 目名称	标的名 称	数量 (计量 单位)	标的金 额 (元)	所属行 业	是否涉 及核心 产品	是否涉 及采购 进口产 品	是否涉 及强制 采购节 能产品	是否 涉及 优先 采购 节能 产品	是否 涉及 优先 采购 环境 标志 产品
1	其他柜 类	病房床 头柜	1,200. 00 (个)	672,00 0.00	工业	否	否	否	否	否
2	其他椅 凳类	陪护椅	1,200. 00 (张)	840,00 0.00	工业	是	否	否	否	否

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形 式	报价说明
1	病房床头柜	1,200.00 (个)	560（元）	672,000.00	总价	无
2	陪护椅	1,200.00 (张)	700（元）	840,000.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他椅凳类	陪护椅	陪护椅

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3. 2. 技术要求

采购包1:

标的名称：病房床头柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>1. 产品尺寸：480×450×750±20mm。</p> <p>2. 整体为全ABS优质工程塑料, 运用注射成型外型高雅坚固耐用不褪色。</p> <p>3. 配餐桌、抽屉、单拉门、柜内带隔板，可放置水瓶。</p> <p>4. 两侧配不锈钢伸缩式毛巾架实用方便。</p> <p>参考图：</p> 
---	--	--	--

标的名称：陪护椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>核心产品</p> <p>★1. 检验依据：GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》</p> <p>2. 产品尺寸：1900×600×400±20mm（展开时尺寸），820×600×980±20mm（折叠时尺寸）。</p> <p>3. 金属件外观要求：</p> <p>3.1 管材：管材无裂缝、叠缝；外露管口端面封闭。</p> <p>★3.2 焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀。</p> <p>3.3 冲压件：冲压件无脱层、裂缝。</p> <p>3.4 皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致。</p> <p>★3.5 喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂疙瘩皱皮飞漆等缺陷。</p> <p>4. 护手主框采用优质 $\Phi 38 \geq 1.2\text{mm}$ 碳钢圆管经过专用设备弯制而成型，直角处都采用圆弧过渡，采用优质 $\Phi 25 \geq 1.2\text{mm}$ 碳钢圆管连接主框。</p> <p>5. 护手主框背面脚采用两只 $\geq \Phi 75$ 高性能橡胶刹车脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象。</p>
---	--	--	--

6. 折叠床面连接件全部使用钢件，采用活动转套，受压力强、转动时无噪音。床面外围框采用优质 $\Phi 25 \geq 1.0\text{mm}$ 碳钢圆管经过专用设备弯制而成型。

7. 床面垫子和护手套外表面采用高级人造革，内面采用泡沫，底面采用七层板，枕头采用高泡，使头部感到温馨和舒畅。

8. 皮革：采用优质环保皮革，面料表面防水处理易于清洗。

9. 厚度偏差：

9.1 主材焊管： $\Phi 38\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ，壁厚 $1.2\text{mm} \pm 0.06\text{mm}$ 。

9.2 钢板：厚度 $1.0\text{mm} \pm 0.04\text{mm}$ 。

★10. 钢板中性盐雾试验：按GB/T 10125-2021方法，经48小时中性盐雾试验后按GB/T 6461-2002评级不低于9级。

11. 外观：

11.1 主框架为Q235焊管，皮面应平整光滑，不允许有明显的变形和划伤，架体不得有锋棱、毛刺等缺陷；焊接部位应牢固，焊缝应连续均匀、平整，不应有漏焊、烧损、冷裂等缺陷。

★11.2 涂层表面应光滑、色彩柔和、色泽均匀，不允许有露底、起泡、剥落、开裂、流挂现象。

11.3 座垫下有折叠式支撑脚，带轮，方便移动。

12. 安全性能：

★12.1 主要使用性能：可收折为椅类，可放平当作临时病床使用。

★12.2 背板、臀板、腿板平放时应处于同一水平面，连接处高度差 $\leq 3\text{mm}$ 。

12.3 臀板后有一拉手，向上拉取可放折为椅子，将腿板翘起，向下推滑便成为简易病床。

★12.4 椅状态，锁定脚轮，椅架靠背处向左右施力80N应无旋转现象。

12.5 靠背和座垫厚度5cm，由皮革和高密度定型海绵制成。

12.6 背板、腿板的支撑应正确可靠。

★12.7 床状态下，床面均布150kg额定载荷时，床面凹陷量 $\leq 5\text{mm}$ ，去掉载荷后应无明显变形。

★12.8 椅身应平稳，在臀板两侧的任意位置向下施加100kg重力时，另一侧应无翘起现象。

★12.9 拉手在承受20kg向上的拉力时，不应脱落。

			<p>★12.10 床状态下，在座椅面板均匀加载80kg负荷，背板、臀板各均匀加载35kg负荷，总载荷150kg，加载1小时，不得变形，不得垮塌。</p> <p>★12.11 陪护椅在与水平地面成10°的斜坡上时，不应滑行和翻倒。</p> <p>13. 喷涂：经静电粉末喷涂的试板测试，附着力应达到≥0级；硬度涂层表面应达到≥2H。</p> <p>参考图：</p> 
--	--	--	--

3.3. 服务要求

3.3.1. 服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2. 商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容

1	★	交货时间	自合同签订之日起200日
2	★	交货地点	采购人指定地点
3	★	支付方式	分期付款
4	★	支付约定	1、采购合同签订后，供应商提供等额的票据凭证资料，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00% 2、所有货物安装调试且通过验收后，供应商提供等额的票据凭证资料，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.00%

5	★	验收、交付标准和方法	<p>（1）交付标准：产品颜色以采购人要求为准，按医院供货要求分批交付。（2）验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。（3）验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。验收程序：严格按照政府采购相关法律 法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）及眉山市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。（4）审查要求：签订合同前，产品带★的技术参数，中标供应商需提供证明材料（2024年最新国家认可的第三方检测报告），检测报告证明文件需提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询结果截图，并提供相关检测报告原件备查，如不能提供则视为虚假应标，将按规定报相关部门对虚假应标行为依法依规处理。</p>
---	---	------------	---

6	★	质量保修范围和保修期	<p>（1）质保期：所投产品自验收合格之日起5年。</p> <p>（2）在质保期内，严格按照国家“三包”政策要求。</p> <p>（3）保修期外供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。</p> <p>（4）维修响应时间:提供每周7天每天24小时的全年无休服务，维修响应时间：4小时以内；无须更换重要部件时在8小时内解决，如无法排除，须提供备用设备确保正常运行，24小时内到场维修，故障修复时间不超过48小时。</p> <p>（5）供应商应具有24小时电话维修系统，提供负责人及专职技术人员姓名、通讯地址及24小时在线移动联系电话。</p> <p>（6）供应商需派专业技术人员对采购单位的技术人员进行使用操作、设备维护、保养等技术的现场培训，培训至能完成一般常见故障的维修工作。</p> <p>质量要求：</p> <p>（1）供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。</p> <p>（2）货物必须符合或优于国家及行业标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。</p> <p>（3）质保期内货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商负担。</p> <p>（4）成交供应商提供货物的现场安装调试并达到采购文件指标要求的技术性能。如果现场安装调试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。</p> <p>（5）货到现场后交付采购人使用前由于成交供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，由成交供应商负责修理，并承担相应费用。</p> <p>安装要求：</p> <p>（1）成交供应商应将所供货物运送到采购人指定地点，并为采购人提供安装及调试服务，以保证货物正常投入使用。</p> <p>（2）安全及环境保护要求:成交供应商负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等纸质塑料垃圾搬运</p>
---	---	------------	--

			至采购人指定地点。（3）交货时应提供备件手册、零件及易损件的图纸及其它相关技术资料。
7	★	违约责任与解决争议的方法	1. 采购人与供应商双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。 2. 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿等责任。 3. 合同履行期间, 若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4. 其他要求

采购包1:

无