

GE 核磁共振维保项目

单一来源论证会签到表

专家	姓名	身份证号码	工作单位	职务/职称	移动电话	签名
	陈美育	350102197802162846	漳州市中心血站	副主任技师	13695962175	陈美育
	林伟平	350627198708190532	福建省漳州市中医院	工程师	19905962161	林伟平
	叶顺福	350600196310060034	漳州市就业服务中心	高级工程师	13055367777	叶顺福

日期：2025 年 03 月 10 日

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：GE核磁共振维保项目		预算金额（元）：980000	
采购人	单位名称：南靖县医院		
	联系人：吴永佳	联系电话：0596-6035711	
代理机构	名称：/		
	联系人：/	联系电话：/	
单一来源供应商	名称：厦门翊畅医疗设备维修有限公司		
	地址：厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座1002-1003单元		
论证专家	姓名：陈美育	联系电话：13695962175	
	工作单位：漳州市中心血站		职称：副主任技师
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的； <input checked="" type="checkbox"/>			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/>			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 <input type="checkbox"/>			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
<p>该院GE核磁共振为高精技术影像设备，技术较为复杂，配件与设备型号对应匹配，且按相关规定医用设备的设备要经过整机注册，其主要部件不能改变其组成，GE为原厂家，能提供专业的售后服务，能提供原厂的合格备件，为了保证质量与安全使用，建议该维保项目采用单一来源的方式进行采购。</p>			
专家签名：	陈美育	论证日期：	2025年3月10日

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：GE核磁共振维保项目		预算金额（元）：980000	
采购人	单位名称：南靖县医院		
	联系人：吴永佳	联系电话：0596-6035711	
代理机构	名称：/		
	联系人：/	联系电话：/	
单一来源供应商	名称：厦门翊畅医疗设备维修有限公司		
	地址：厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座1002-1003单元		
论证专家	姓名：林伟平	联系电话：19905962161	
	工作单位：福建省漳州市中医院		职称：工程师
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的； <input checked="" type="checkbox"/>			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； <input type="checkbox"/>			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。 <input type="checkbox"/>			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
<p>GE公司生产的MR 1.5 BRIVOMR 355 磁共振设备为高精度技术影像设备，技术复杂，相关备件需专门设计匹配对应型号。GE原厂专业提供该设备的技术及相关备件，保证质量与安全应用。此外GE原厂提供的维修服务及备件能够确保设备的正常运行和诊断检查的准确性，从而为患者提供及时、准确的医疗服务，因此选择GE原厂作为维保服务的单一来源是合理的。</p>			
专家签名：	林伟平	论证日期：	2025年3月10日

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：GE核磁共振维保项目		预算金额（元）：980000	
采购人	单位名称：南靖县医院		
	联系人：吴永佳	联系电话：0596-6035711	
代理机构	名称：/		
	联系人：/	联系电话：/	
单一来源供应商	名称：厦门翊畅医疗设备维修有限公司		
	地址：厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座1002-1003单元		
论证专家	姓名：叶顺福	联系电话：13055367777	
	工作单位：漳州市就业服务中心		职称：高级工程师
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的；（√）			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（ ）			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。（ ）			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
<p>该单位所使用的磁共振为GE公司生产的MR1.5T BR1V0 MR355，按照国家食品药品监管局第47号令规定，医疗设备的设备要经过整机注册，其主要部件不能改变其组成，为确保整机的维保能完整正常运行，以及原厂合格的配件和原厂专业技术人员维修技术，故本人同意该单位采用单一来源采购方式。</p>			
专家签名：	叶顺福	论证日期：	2025.3.10