

技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

采购人要求（用户填写）				投标人响应（投标人填写）			
配置序号	配置名称	详细技术参数要求	数量	数量	应答技术规格指标	技术指标偏离情况	备注
随机定位仪二轴旋转微重力培养系统			2 台				
1	控制器	1、适用国内民用电，交流 220V，频率 50Hz； 2、转速可数字显示，至少有 1 个数字显示屏； 3、最小转速不大于 4RPM，最大转速不小于 30RPM； 4、培养容器至少有两只可以独立控制； 5、外观尺寸应不大于 1530*25cm；					
2	多通道旋转主机座	1、外观尺寸应不大于 35*35*35cm, 并可长期放入 CO2 培养箱内使用； 2、无需特别安装，常规培养箱即可以使用； 3、可同时安装不少于 3 只培养容器； 4、配备主动换气泵，流量不小于 7L/min；					
3	反应容器	1、反应容器应可以采用湿热法灭菌，并能多次重复使用；	16				

		2、最小培养能力不大于 5ml，最大培养能力不小于 600ml； 3、培养容器具有空气交换功能，交换膜面积不小于 350mm <sup>2</sup> ，内部深度不小于 5mm；					
--	--	--	--	--	--	--	--