

长治市人民医院
单一来源采购专家论证登记表

论证单位名称：长治市人民医院
论证日期：2024年12月26日

序号	姓名	单位	专业	职称	身份证号	备注
1	苏.厚力	山西医科大学	检验	副主任医师	140102195706064092	
2	胡.礼艳	山西中医药大学附属医院	医疗设备	副高	160103196304023608	
3	苏.明会	山西省肿瘤医院	内科	主任医师	140102196209272338	

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 黄明志	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 山西省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 长治市人民医院达芬奇 IS4000 内窥镜手术控制系统(手术机器人)维保服务项目	
	供应商名称: 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>本次拟采购的达芬奇IS4000内窥镜手术控制系统维保服务, 由于达芬奇IS4000手术机器人属于精密仪器, 其核心技术、软硬件设计以及维修技术均为原制造商独有。制造商对设备的技术档案、源代码、精密零部件等有着严格的保密措施, 其他第三方维修公司难以获取这些关键资源, 无法进行关键部件的维修。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第一款、第三款规定, 同意单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	黄明志	日期 2024 年 12 月 26 日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡玉艳
	职称: 副高
	工作单位: 山西中医药大学附属医院
项目信息	项目名称: 长治市人民医院达芬奇 IS4000 内窥镜手术控制系统(手术机器人)维保服务项目
	供应商名称: 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司
专业人员论证意见	<p>该设备使用的达芬奇IS4000内窥镜手术系统由特定的制造商研发生产,其核心技术、软硬件设计以及维修技术均为该制造商所独有。制造商其他第三方维修供应商难以获取,无法进行全面且精准的维保工作。</p> <p>该设备的配件具有高度的专业性和特殊性,只有原厂生产的配件才能确保与设备完美匹配,保证设备的稳定性、安全性和精准性。并且,设备的校准程序和技术也是由原厂独家掌握,原厂维保服务能够利用专业的校准工具和技术标准,对设备进行精确校准,使设备始终处于最佳状态。非原厂维保难以实现同等效果。</p> <p>符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定。</p> <p>同意单一来源采购。</p>
专业人员签字	胡玉艳. 日期 2024年12月26日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 苏厚力	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 山西职工医学院	
项目信息	项目名称: 长治市人民医院达芬奇 IS4000 内窥镜手术控制系统(手术机器人)维保服务项目	
	供应商名称: 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司	
专业人员论证意见	<p>拟采购维保服务项目,因设备技术复杂同时具有专利保护,当设备出现故障时,原厂具有丰富维保售后服务经验的工程师,提供原厂技术支持及专用检测及维修,可快速判断并解决设备故障,确保设备尽快正常投入使用,保证原有采购项目一致性和服务配套的要求,当设备发生故障时,必须使用原厂生产的配件才能配套使用,具有不可替代性和技术唯一性,本采购项目只能从原厂售后服务机构采购。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款,第三款规定,以满足临床现有手术机器人使用的兼容性,安全性,高效性,特同意采取单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	苏厚力	日期 2024年12月26日