


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 卢东明
	职称: 22
	工作单位: 哈电力工程安装有限公司
项目信息	项目名称: 产前诊断中心购置试剂
	供应商名称: 南昌市泽骏医疗器材有限公司
专业人员论证意见	<p>论证意见: 本次拟采购的胎儿染色体非整倍体 (T21, T18, T13) 检测试剂盒, 染色体非整倍体检测试剂盒, 染色体非整倍体和非整倍体检测试剂盒是 5 MGISEK-2000 基因测序仪及其配套试剂盒所产及一致, 上述试剂盒均已获国家药品监督管理局审批, 其他暂无替代产品。具有唯一性。</p> <p>南昌市泽骏医疗器材有限公司为本次唯一合法代理商。综上所述, 该项目符合《政府采购法》第二十一条第一款规定, 只能从唯一供应商处采购的情形。望采购委员会予以认可方式, 建议采购南昌市泽骏医疗器材有限公司作为单一来源供应商。</p>
专业人员签字	<div data-bbox="560 1883 933 1968">  </div> <div data-bbox="933 1883 1359 1968">日期 2025 年 4 月 21 日</div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡明昊	
	职称: 高工	
	工作单位: 中国医药集团	
项目信息	项目名称: 产前诊断中心购置试剂	
	供应商名称: 南昌市泽骏医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	<p>经论证, 喻医大二院同用的是武汉华大智造科技有限公司的MG252Q-2000基因测序仪及配套仪器, 测序原理为联合探针锚定聚合测序法, 必须采用该原理一致的检测试剂盒。目前仅有华大生物科技(721、718、713)检测试剂盒、罗氏非侵入性检测试剂盒、非侵入性胎儿染色体检测试剂盒与测序原理一致。</p> <p>综上, 本项目符合政府采购法第二十一条第一款规定的“只能从唯一供应商处采购”情形, 建议采用单一来源方式开展采购活动。</p>	
专业人员签字	胡明昊	日期 2025 年 4 月 21 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专业人员信息	姓名:	王松
	职称:	高级
	工作单位:	哈尔滨医科大学附属第一医院
项目信息	项目名称:	产前诊断中心购置试剂
	供应商名称:	南昌市泽骏医疗器材有限公司
专业人员论证意见	<p>经论证，哈尔滨医科大学附属第一医院现使用MGIS2R-2000基因测序仪及其配套试剂是武汉华大智造科技有限公司，其测序原理为联合探针锚定聚合测序法，与临床实验室一致的检测试剂盒。哈尔滨华大生物科技(武汉)有限公司生产的胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒，染色体非整倍体检测试剂盒，染色体非整倍体和性别缺失检测试剂盒与MGIS2R-2000基因测序仪及其配套试剂测序原理一致。本项目符合政府采购法第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的情形，宜采用单一来源采购方式。遂以哈尔滨华大生物科技(武汉)有限公司唯一代理商南昌市泽骏医疗器材有限公司做为单一来源供应商。</p>	
专业人员签字	王松	日期 2025年4月21日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴迪	
	职称: 副高	
	工作单位: 黑龙江中医药大学	
项目信息	项目名称: 产前诊断中心购置试剂	
	供应商名称: 南昌市泽骏医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	<p>经论证, 本次拟采购无创/胎儿染色体非整倍体试剂盒54项, 因有某国际方以及其配套仪器为联合设计诸多配套试剂, 经使用其原配一款试剂测试, 其他各三款品牌无法替代, 具有唯一性, 南昌市泽骏医疗器材有限公司为本项目唯一合格供应商。综上论证, 本项目符合原招标文件第三十一条第一款之规定: “本次拟采购试剂盒54项, 具有唯一性, 符合原招标文件第三十一条第一款之规定, 符合单一来源采购方式。”</p>	
专业人员签字	吴迪	日期 2025年4月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。






单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李博宇	
	职称: 讲师	
	工作单位: 黑龙江护理高等专科学校	
项目信息	项目名称: 产前诊断中心购置试剂	
	供应商名称: 南昌市泽骏医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	<p>经认真论证,本次拟采购无创胎儿染色体非整倍体试剂盒等4项,因原有基因测序仪及其配套仪器为联合探针锚定聚合测序法,须采用与之原理一致的检测试剂盒,其他暂无法有效替代,具备唯一性,南昌市泽骏医疗器材有限公司为本项目唯一合法授权代理商,综上所述,该项目适用于并符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定的“只能从唯一供应商处采购的”情形,宜采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	李博宇	日期 2025年4月21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

论证意见汇总

项目名称： 产前诊断中心购置试剂

论证意见	<p>哈尔滨医科大学附属第二医院使用的是由武汉华大智造科技有限公司的 MGISEQ-2000 基因测序仪及其配套仪器，其测序原理为联合探针锚定聚合测序法，必须采用与之原理一致的检测试剂盒。目前仅有华大生物科技（武汉）有限公司生产的胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）（国械注准 20173400059）、染色体非整倍体检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）（国械注准 20223401423，适用于流产绒毛组织样本）、染色体非整倍体和片段缺失检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）（国械注准 20243400384，适用于羊水样本）与 MGISEQ-2000 基因测序仪及其配套仪器测序原理一致，且上述试剂盒均已获得国家药品监督管理局审批。只能从武汉华大智造科技有限公司这一唯一供应商处采购。</p> <p>南昌市泽骏医疗器材有限公司为华大生物科技（武汉）有限公司在“哈尔滨医科大学附属第二医院”的唯一代理商。综上所述，该项目符合政府采购法第三十一条第一款规定的“只能从唯一供应商处采购的”情形，宜采用单一来源采购方式，建议采用南昌市泽骏医疗器材有限公司作为单一来源供应商。</p>
论证专家签字：	<div></div> <div>2025年4月21日</div>