



苍溪县龙山镇中心卫生院

拟采取单一来源采购方式采购龙山镇中心卫生院 X 射线计算机 体层摄影整机维保服务项目征求意见公示

各潜在供应商、单位、个人：

一、项目基本情况：

项目名称	龙山镇中心卫生院 X 射线计算机体层摄影整机维保服务项目
资金来源	单位自筹
项目金额	60.00 万元

二、拟采用单一来源采购方式的原因及说明：

1、此设备由明峰医疗系统股份有限公司研发和生产，该设备为大型高精技术产品——先进、复杂且属于放射类设备。设备全部零配件为明峰公司独家生产或定制生产，特别是核心配件型号为 ScintCare Blue 755 的探测器等部件，属我国自主研发的 CT 探测器，其后续零备件更换由于有统一规格的需要只能向原厂采购。

2、2014 年 10 月 1 日起施行的《医疗器械注册管理办法》第六章第四十九条规定：“产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。”在设备使用及维修过程中，难免需要更换零备件，很多备件是整机的重要结构及组成，与整机一同注册，如使用非原厂配件，则整机的结构及组成已发生变化，按此法规要求，整机需要重新注册，将浪费大量时间和成本，并且如使用非原厂配件，明峰医疗系统股份有限公司不负责重新注册，因此只能使用原厂配件。

3、此设备工作量较大，出现故障时，需要及时有效解决故障，保证设备稳定高效运行。原厂能够提供互联网远程故障诊断、原厂升级等服务，保证设备维修的及时性和设备运行的稳定性。只能购买由原厂提供的维保服务。

综上所述，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源采购：（一）只能从唯一供应商处采购的”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条“政



府采购法第三十一条第一项规定的情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。”之规定，本项目采购的设备具有不可替代性，建议本采购项目实行单一来源方式进行采购。

三、经专业人员论证，该项目符合单一来源采购方式适用情形，可以采用单一来源方式进行采购。

供应商名称：明峰医疗系统股份有限公司

供应商地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 851 号

各潜在供应商、单位、个人对公示内容及论证意见有异议的，应于公示发布之日起 5 个工作日内，以书面形式（包括异议具体内容、事实、供应商名称及联系人姓名和联系方式等）将异议情况反馈至采购单位。

采购人：苍溪县龙山镇中心卫生院

采购单位地址：苍溪县龙山镇

采购单位联系人：唐先生 联系电话：13548466286



单一来源采购专业人员论证意见

采购单位	苍溪县龙山镇中心卫生院				
项目名称	苍溪县龙山镇中心卫生院信息系统维保项目				
项目金额	60.00 万元				
项目背景	<p>1. 此设备由明峰医疗系统股份有限公司研发和生产，该设备为大型高精技术产品——先进、复杂且属于放射类设备。设备全部零配件为明峰公司独家生产或定制生产，特别是核心配件型号为 ScintCare Blue 755 的探测器等部件，属我国自主研发的 CT 探测器，其后续零备件更换由于有统一规格的需要只能向原厂采购。</p> <p>2. 2014 年 10 月 1 日起施行的《医疗器械注册管理办法》第六章第四十九条规定：“产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。”在设备使用及维修过程中，难免需要更换零备件，很多备件是整机的重要结构及组成，与整机一同注册，如使用非原厂配件，则整机的结构及组成已发生变化，按此法规要求，整机需要重新注册，将浪费大量时间和成本，并且如使用非原厂配件，明峰医疗系统股份有限公司不负责重新注册，因此只能使用原厂配件。</p>				
专业人员论证意见	<p>经论证，该项目符合单一来源采购方式适用情形，可以采用单一来源方式进行采购。</p>				
姓名	谢志刚	工作单位	苍溪县	职称	工程师
姓名	谢志刚	工作单位	苍溪县	职称	工程师
姓名	谢志刚	工作单位	苍溪县	职称	工程师