

牡丹江市妇幼保健院（牡丹江市妇女儿童医院）哨点监测项目竞争性磋商公告

牡丹江市德信招投标代理有限公司受采购人的委托，对牡丹江市妇幼保健院（牡丹江市妇女儿童医院）哨点监测项目进行竞争性磋商采购，请合格供应商前来参加磋商。

1、项目编号：MDJDX2022-197

2、项目名称：牡丹江市妇幼保健院（牡丹江市妇女儿童医院）哨点监测项目

3、采购项目类型：货物类

4、采购内容：哨点监测；（技术条款附后，其它内容请参见竞争性磋商文件）

5、资金来源及预算：项目资金，最高限价 44242.00 元

6、供货日期：签订合同后 5 日内安装完毕

7、交货地点：牡丹江市妇幼保健院（牡丹江市妇女儿童医院）

8、本项目不接受联合体投标

9、评标方法：综合评分法

10、供应商资格条件：

10.1 拟参加本项目的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。

10.2 供应商必须具有医疗器械经营许可证；

10.3 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，享受相应的政府采购政策；

10.4 供应商未被“信用中国”网站“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询网址：

信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)

中国政府采购网：(<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>)

11、参与方式：

11.1 凡有意参加供应商，请于 2022 年 12 月 06 日 08:30 时至 2022 年 12 月 12 日 17:00 时（北京时间），请下载附件《登记确认表》并填好信息发送至牡丹江市德信招投标代理有限公司公共邮箱 mdjsdxztb@126.com（逾期发送的登记确认表将不予受理，视为无效登记）。只有获取竞争性磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

11.2 发布公告的媒介

本次竞争性磋商公告在《中国政府采购网》(<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>)上发布。

11.3 公告期限：五个工作日

12、询问和质疑：

对本次招标中的采购需求、评审结果等实体性事项的询问和质疑由采购人负责；对本次招标的过程、工作纪律等程序性事项的询问和质疑由项目经办人负责。

13、本次采购不组织标前答疑会。

14、磋商会开始时间: 2022 年 12 月 16 日 09:30 时（北京时间），磋商截止、开标时间: 2022 年 12 月 16 日 10:00 时（北京时间）。

注：供应商代表须持本人身份证原件亲自递交投标文件，否则投标文件被拒收。

15、开标地点：牡丹江市德信招投标代理有限公司（牡丹江市江南开发区领秀城西侧 107 门市二楼）会议室。

16、投标有效期为 90 日历天。

17、联系方式：

采购单位：牡丹江市妇幼保健院（牡丹江市妇女儿童医院）

地 址：牡丹江市西三条路 307 号

联系电话：18746331567

联 系 人：田女士

招标代理机构：牡丹江市德信招投标代理有限公司

地 址：牡丹江市江南开发区领秀城西侧 107 门市

邮 编：157000

开 户 行：中国银行牡丹江分行

户 名：牡丹江市德信招投标代理有限公司

账 号：165230640923

联系电话：0453-6273009

联 系 人：赵经理

牡丹江市德信招投标代理有限公司

2022 年 12 月 06 日

附：技术条款

技术条款

序号	内容	技术参数要求	单位	数量
1	ATP 荧光检测仪	1、显示屏：3.5 英寸高精度图形触摸屏 2、处理器：32 位高速数据处理芯片 3、检测精度：1×10 ⁻¹⁸ mol 4、大肠菌群：1-106cfu 5、检测范围：0 to 9999 RLU 6、检测时间：15 秒 7、检测干扰：±5 % 或±5 RLU 8、操作温度范围：5℃到 40℃ 9、操作湿度范围：20—85 % 10、ATP 回收率：90-110% 11、检出模式：RLU、大肠菌群筛查 12、50 个用户 ID 设定 13、可设定的结果限值个数：251 个 14、自动判断合格与不合格 15、自动统计合格率 16、内置自校光源 17、开机 30 秒自检 18、备用状态（20℃）：6 个月 19、稳定的液体荧光素酶 20、润湿的一体化采集拭子 21、配有 miniUSB 接口，可将结果上传至 PC 22、配备专用软件驱动 U 盘代替传统光盘 23、仪器尺寸（W×H×D）：188 mm×77mm×37mm 24、使用可充电锂电池免电池更换 25、配备 400 个采样拭子	套	1
2	紫外辐照计	1、响应光谱：220-280nm λp254 2、量程范围：1uW/cm ² -1000W/m ² 3、分 辨 率：1uW/cm ² 4、测量误差：≤±8 % 5、采样频率：3 次/秒 6、视窗尺寸：48×48mm 7、主机尺寸：132×71×29mm 8、产品净重：190g 9、工作电源：4 节 7 号（AAA） 10、传 感 器：UV 光电二极管+滤光片 11、探头：外置探头	台	1

		12、线长：1 米 13、配备：紫外线防护眼镜		
3	生物安全运输箱	1、容积：12L 2、内径：330mm×170mm×225mm 3、外径：400mm×240mm×300mm 4、材料：食品级材质丙烯（PP），高密度聚氨酯（PU）发泡保温层 5、内配说明：冰盒 XLH-400C 或 D/4 个 6、结构样式：箱体、箱盖采用吹塑、注塑中空工艺成形，耐磨抗摔，两侧背带环与箱体的连接采用塑料扣，向上开盖，箱口有塑胶密封胶条，背带长度可调节。 7、功能配置：具备温度显示功能，可随时查看箱内温度。	台	2
4	便携式消毒喷雾	1、电池容量：不小于 7.8AH 2、药箱容量：不小于 3L 3、电机功率：≤450W 4、额定电压：29.6V 5、喷射距离：5-8m 6、风叶直径：≤55mm 7、喷雾直径：20-50μm 8、连续使用时间：1-2h	台	2
5	空气消毒机	1、产品适用范围：手术室、产房、婴儿室、早产儿室、供应室、重症监护病房、一般病房等医院各个科室。 2、外壳美观大方，功能实用，便于清洁维护，耐腐蚀抗氧化。可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用，实现人机共处消毒，安全有效。 3、产品配有移动轮，使用灵活方便。 4、消毒适用空间：≥100m³ 5、高速风机，循环风量大，风速高、中、低可选。 6、循环风量：≥800m³/h； 7、工作电源：220V±20V，50Hz±1Hz； 8、采用高强度紫外线杀菌，有效去除空气中的病毒及微生物 9、采用高效过滤器，有效去除空气中异味 10、紫外线管寿命：≥8000h 11、消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒等多种功能； 12、报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障等提示。	台	7