

乌审旗财政局

乌财函〔2025〕42号

政府采购投诉处理决定书

投诉人：内蒙古华广医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91150302MACG0QE6A

法定代表人：张宇

地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区林荫大道东街北六街坊7号

凯阳建材城6号楼108.208.308

被投诉人：乌审旗蒙医综合医院

地址：鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇

投诉人内蒙古华广医疗科技有限公司对采购人乌审旗蒙医综合医院组织实施的“核磁共振设备采购项目（项目编号：ESZCWSS-G-H-250066）”的包1采购文件提出质疑，投诉人对质疑答复不满意，向本局提起投诉，经本局审查投诉材料后予以受理。

投诉事项1：设备先进性总体要求：招标文件中关于“核心

部件必须原厂生产”的规定具有倾向性；

投诉事项 2：磁体均匀度参数（▲项）明显有排他性；

投诉事项 3：梯度系统参数（★项）：梯度切换率 $\geq 150\text{T/m/s}$ 的设置偏向某国产品牌，构成排他性。

本局向被投诉人送达了《政府采购投诉答复通知书》及投诉书副本，下达《暂停采购活动通知书》，并依法调取该项目采购文件等资料，现已审查终结。

经审查认定：

关于投诉事项 1，设备先进性要求，核心部件原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，该要求旨在保障设备稳定性及售后服务，该要求与供应商所提供的货物服务的质量相关，为满足采购项目实际需要，且未作为实质性条款，该项参数设置并未不当，该投诉事项缺乏事实依据不成立。

关于投诉事项 2，关于磁体均匀度参数（▲项），投诉人提交的对比表显示标▲项参数与联影产品技术指标高度匹配，采购人虽辩称其他品牌可满足，但其提供图表对比的证据表明，参数设定具有倾向性，竞争的充分性不足，该投诉事项成立，

关于投诉事项 3，关于梯度切换率参数（★项）采购人提供表格称西门子、飞利浦等 5 个品牌梯度切换率满足招标要求，该要求与供应商所提供的货物服务的质量相关，为满足采购项目实际需要，该项参数设置并未不当，该投诉事项缺乏事实依据不成

立。

另查明，该项目未产生中标供应商。

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十九条、第三十一条第（一）项，本局决定：1、驳回投诉事项1、3；2、投诉事项2成立，责令采购人修改采购文件，重新开展采购活动。

如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向乌审旗人民政府申请行政复议，也可以在决定书送达之日起六个月内直接向鄂尔多斯市康巴什区人民法院提起行政诉讼。



