

青岛大学附属医院血管神经介入类部分医用耗材采购项目招标文件变更内容如下：

招标文件第一册更改内容：

一、第一章投标人须知 一、说明 10. 投标报价 删除 10.3 投标人在投标时只允许提供一个方案，对同一种设备只允许有一个报价。

二、第三章投标文件格式：

格式三、*开标一览表

*开标一览表（1包）

项目名称：

包号：

投标人全称（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：

序号	产品名称		规格	品牌	型号	报价（元）
1	腹主动 脉支架	主体				
		延长支				
		CUFF				
报价之和			大写：			
			小写：			
交货期			接到采购计划后____天内到货			
质量保证期			____年			
对招标文件的认同程度（是否完全认同）						

年 月 日

注：1、本表每包一张，单独逐项按格式要求填写完整，不允许空白，不得修改格式。

2、本表除需装订在投标文件中外，还需一式三份单独密封在一个信封内，供唱标使用（同时投多个包的，各包开标一览表按包号分别密封在一个信封内）。

3、不可分包响应的包，投标总报价为各小包合计报价。

4、本表只需体现按照招标文件规定参与报价计算的一种规格，其他规格产品可在报价明细表中列明。

*开标一览表（2包、3包、5包、7-13包）

项目名称：

包号：

投标人全称（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：

序号	产品名称	规格	品牌	型号
1				
	报价	大写： 小写：		
	交货期	接到采购计划后____天内到货		
	质量保证期	____年		
	对招标文件的认同程度（是否完全认同）			

年 月 日

注：1、本表每包一张，单独逐项按格式要求填写完整，不允许空白，不得修改格式。

2、本表除需装订在投标文件中外，还需一式三份单独密封在一个信封内，供唱标使用（同时投多个包的，各包开标一览表按包号分别密封在一个信封内）。

3、不可分包响应的包，投标总报价为各小包合计报价。

4、本表只需体现按照招标文件规定参与报价计算的一种规格，其他规格产品可在报价明细表中列明。

*开标一览表（4包）

项目名称：

包号：

投标人全称（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：

序号	产品名称		规格	品牌	型号	报价（元）
1	胸主动 脉支架	4-1：直径≤140mm				
	（裸支 架）	4-2：160mm≤直径≤ 200mm				
报价之和			大写：			
			小写：			
交货期			接到采购计划后____天内到货			
质量保证期			____年			
对招标文件的认同程度（是否完全认 同）						

年 月 日

注：1、本表每包一张，单独逐项按格式要求填写完整，不允许空白，不得修改格式。

2、本表除需装订在投标文件中外，还需一式三份单独密封在一个信封内，供唱标使用（同时投多个包的，各包开标一览表按包号分别密封在一个信封内）。

3、不可分包响应的包，投标总报价为各小包合计报价。

4、本表只需体现按照招标文件规定参与报价计算的一种规格，其他规格产品可在报价明细表中列明。

*开标一览表（6包）

项目名称：

包号：

投标人全称（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：

序号	产品名称		规格	品牌	型号	报价（元）
1	可解脱	6-1：0.035 系统				
	带纤维 毛弹簧 圈栓塞 系统	6-2：0.018 系统				
报价之和			大写： 小写：			
交货期			接到采购计划后____天内到货			
质量保证期			____年			
对招标文件的认同程度（是否完全认同）						

年 月 日

注：1、本表每包一张，单独逐项按格式要求填写完整，不允许空白，不得修改格式。

2、本表除需装订在投标文件中外，还需一式三份单独密封在一个信封内，供唱标使用（同时投多个包的，各包开标一览表按包号分别密封在一个信封内）。

3、不可分包响应的包，投标总报价为各小包合计报价。

4、本表只需体现按照招标文件规定参与报价计算的一种规格，其他规格产品可在报价明细表中列明。

格式四、*报价明细表

***报价明细表**

项目编号：

项目名称：

包号：

单位：元

序号	货物名称	单位	产地	品牌	投标单价（元）	备注
.....						
合计：		小写： 大写：				

说明：1、投标人所投标包的可供货规格及报价在本表中列明（1-4包）。

2、投标人所投标包的报价只允许唯一报价，可供货规格均在本表中列明（5-13包）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年月日

招标文件第二册更改内容：

一、第五章招标公告 采购需求：

包号	分包名称	数量	是否 可采 进口	预算金 额（元）	最高限价（元）
1	腹主动脉支架	以实际发生为准	是	采购单价	主体：70889 元 延长支：18923 元 CUFF：不高于所投品牌关于国家医保局要求的腹主动脉覆膜支架生产企业承诺的最高价

二、提交投标文件截止时间、开标时间

1. 投标文件截止时间：2024 11 月 20 日 07 点 30 分-08 点 30 分整（北京时间）

2. 开标时间：2024 年 11 月 20 日 08 点 30 分整（北京时间）

三、第六章投标人须知附表 4、资金来源与采购预算

包号	分包名称	数量	是否 可采 进口	预算金 额（元）	最高限价（元）
1	腹主动脉支架	以实际发生为准	是	采购单价	主体：70889 元 延长支：18923 元 CUFF：不高于所投品牌关于国家医保局要求的腹主动脉覆膜支架生产企业承诺的最高价

四、第七章评分办法 新增备注 1：

1 包各投标人选择腹主动脉支架全系列产品的主体和配套延长支的最高价组合（各 1 根）作为代表品参与报价计算。（CUFF 报价不作为评标参考）

2 包各投标人选择胸主动脉支架全系列产品中长度为 180mm 的最高价产品作为代表品参与报价计算，若无 180mm 规格，则按照与 180mm 规格最接近的产品参与报价计算。

3 包各投标人选择选择胸主动脉支架全系列产品中长度为 200mm 的最高价产品作为代表品参与报价计算，若无 200mm 规格，则按照与 200mm 规格最接近的产品参与报价计算。

4 包各投标人选择胸主动脉支架全系列产品中长度为 160mm 的最高价产品作为代表品参与报价计算，若无 160mm 规格，则按照与 160mm 规格最接近的产品参与报价计算。

五、第八章采购内容及项目要求 2、项目要求

1 包-腹主动脉支架产品技术参数 新增以下内容：

3、产品各组成部分规格（特征、参数）：产品覆膜支架主体近端直径涵盖：23mm-34mm；覆膜支架分支远端直径 \geq 10mm，长度 \geq 40mm；CUFF 直径 \geq 23mm，长度 \geq 33mm。（填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格都必须报价）

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。（须提供挂网截图证明）

*6、投标人须承诺不高于所投品牌关于国家医保局要求的腹主动脉覆膜支架生产企业承诺的最高价、主动脉支架生产企业承诺的最高价。（须提供承诺函）

2 包-胸主动脉支架（覆膜无分支）技术参数 新增以下内容：

3、产品各组成部分规格（特征、参数）：产品近端直径涵盖：26mm-44mm，远端直径涵盖：22mm-42mm，产品长度 \geq 60mm。（填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格都必须报价）

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。（须提供挂网截图证明）

*6、投标人须承诺报价不得高于国家医保局要求的主动脉支架生产企业承诺的最高价。（须提供承诺函）

3 包 胸主动脉支架（覆膜有分支）技术参数 新增以下内容：

3、产品各组成部分规格（特征、参数）：产品近端直径涵盖：26mm-44mm，远端直径涵盖：20mm-42mm，产品长度 \geq 60mm。产品侧支远端直径涵盖：6-14mm，后移长度涵盖：5-30mm。（填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格都必须报价）

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产

品。(须提供挂网截图证明)

*6、投标人须承诺报价不得高于国家医保局要求的主动脉支架生产企业承诺的最高价。(须提供承诺函)

4包 胸主动脉支架(裸支架)技术参数 新增以下内容:

3、产品各组成部分规格(特征、参数):产品近端直径涵盖:16mm-40mm,远端直径涵盖:16mm-40mm,产品长度60-200mm。(填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格都必须报价)

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。(须提供挂网截图证明)

*6、投标人须承诺报价不得高于国家医保局要求的主动脉支架生产企业承诺的最高价。(须提供承诺函)

5包-髂静脉支架产品技术参数 新增以下内容:

3、产品各组成部分规格(特征、参数):产品直径涵盖:10mm-16mm,长度涵盖:60mm-100mm。(填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格只允许一种报价)

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。(须提供挂网截图证明)

6包-可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统产品技术参数 新增以下内容:

3、产品各组成部分规格(特征、参数):产品需包含18系统和35系统(含2D和3D系列)。18系统产品直径涵盖:3mm-20mm,长度涵盖:6cm-60cm;35系统2D系列产品直径涵盖:3mm-18mm,长度涵盖:4cm-40cm;35系统3D系列产品直径涵盖:4mm-20mm,长度涵盖:6cm-40cm。(填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格只允许一种报价)

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。(须提供挂网截图证明)

7包-取栓支架产品技术参数 新增以下内容:

3、产品各组成部分规格(特征、参数):产品直径涵盖:4-6mm,产品长度 ≥ 20 mm。
(填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格只允许一种报价)

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。(须提供挂网截图证明)

8包-远端通路导管产品技术参数 新增以下内容:

3、产品外径应兼容5F或6F输送装置,5F输送装置内腔直径 ≥ 0.055 英寸,6F输送装置内腔直径 ≥ 0.070 英寸,并具备一定的抗负压抽吸能力。(填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格只允许一种报价)

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。(须提供挂网截图证明)

9包-神经介入支撑辅助导管产品技术参数 新增以下内容:

3、产品各组成部分规格(特征、参数):产品外径应兼容6F或8F输送装置,6F输送鞘内腔直径 ≥ 0.070 英寸,8F输送装置内腔直径 ≥ 0.087 英寸。(填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格只允许一种报价)

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。(须提供挂网截图证明)

10包-颅内支架产品技术参数 新增以下内容:

3、产品各组成部分规格(特征、参数):产品直径涵盖:2.5mm-4.0mm,产品长度涵盖:15mm-30mm。(填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格只允许一种报价)

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。(须提供挂网截图证明)

11包-球囊封堵导管技术参数 新增以下内容:

3、产品各组成部分规格(特征、参数):产品能进入8F短鞘,同时内径 ≥ 0.084

英寸，外径 ≤ 0.165 英寸，有效工作长度 ≥ 80 cm。（填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格只允许一种报价）

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。（须提供挂网截图证明）

12包-椎动脉支架技术参数 新增以下内容：

3、产品各组成部分规格（特征、参数）：产品兼容5F及以上输送装置，产品直径涵盖：2.5-4.0mm，产品长度涵盖：10-18mm。（填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格只允许一种报价）

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。（须提供挂网截图证明）

13包-外周球囊扩张导管产品技术参数 新增以下内容：

3、产品各组成部分规格（特征、参数）：产品直径涵盖：4-6mm，产品长度涵盖20-40mm。产品输送装置外径 ≤ 0.020 英寸，内腔兼容0.014或0.018英寸导丝，输送长度 ≥ 135 cm以上。（填报符合招标参数且在医疗器械注册证有效期内的所有产品---全系列产品所有规格只允许一种报价）

*5、产品必须为山东省药品和医用耗材招采管理子系统中阳光挂网目录内的产品。（须提供挂网截图证明）

招标文件涉及到以上内容的变更均作相应修改，其他内容不变。