

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,562,300.00
采购包最高限价（元）：1,562,300.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	诊断用生物试剂盒	HIV 快诊 筛查试剂	976,438.00 (个)	1,562,300.00	工业	是	否	否	否	否

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	HIV 快诊筛查试剂	976,438.00 (个)	1,562,300.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	诊断用生物试剂盒	HIV 快诊筛查试剂	HIV 快诊筛查试剂

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：HIV 快诊筛查试剂

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		技术参数	1.方法学：胶体金法； 2.试剂规格及有效期：卡型，单人份铝箔袋封装，试剂有效期≥24 个月，到货有效期≥18 个月； 3.2020年以来经国家疾控中心临床评估质量稳定，敏感性为100%，特异性≥99.2 %； ▲4.检测样本：适用于全血的样本（含指尖、耳垂末梢血）、血清样本和血浆样本（需提供产品说明书）； 5.结果判读：最短判读时间应≤10分钟，最长判读时间≤20分钟； ▲6.2023年以来在国家卫生健康委临床检验中心感染性抗原抗体快速检测室间质量评价中，统计客户使用数量≥100家。（提供证明文件） 注：以上带▲项参数为重要参数，须提供相关证明材料，并加盖投标人鲜章，否则按评分标准扣除相应分数。

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	质量要求	1、供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； 2、所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，供应商不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作； 3、供应商所提供的货物是经检验合格的全新正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工作延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接或间接损失向成交供应商索赔。 4、供应商提供的货物制造标准、技术规范等，必须符合各项行业技术标准，符合国家强制性标准。 5、供应商应按照国家有关标准和采购文件要求对其在本采购项目范围内所提供产品进行现场测试，确保各产品完整地通过验收。 6、供应商对所供试剂应适当备货，确保采购人随时需要，不得因供货不及时影响采购人正常医疗工作。 7、试剂的运达所产生的费用由供应商负责，且运输途中的破损、遗失等风险，由供应商负责承担。 8、安全要求：项目实施过程中的安全责任全部由供应商自行承担，与采购人无关。
2		售后服务要求	1、在质保期内出现质量问题或破损产品，供应商应具有全天候24小时技术支持，并在接到采购人退换货通知后2个工作日内完成免费更换合格质量产品，终身提供同质服务。 2、所投产品必须符合国家有关法律法规，符合采购人对产品的性能验证要求。在使用中对不符合采购人要求的试剂必须立即更换。 3、在产品使用过程中，对不符合要求的试剂必须立即更换，保证试剂的正常使用率≥99%，。一旦出现判断困难，严重影响检测结果的质量问题，采购人有权无条件终止合同。 4、在试剂使用期内，如果根据国家法规要求对技术参数有更改或对于采购人有需要培训的产品，供应商必须做好相关培训工作并提供相应符合要求更改的法规文件，进行必要的技术培训与指导，培训产生的费用由供应商负责。

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起15日
2	★	交货地点	采购人指定地点。

3		支付方式	一次付清
4		付款进度安排	1、采购人在收到本合同全部货物且组织专家验收合格后，收到成交供应商通知和存放票据凭证资料后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的100.00%
5	★	验收、交付标准和方法	根据国家相关的规范及行业验收规范、标准执行及四川省财政厅印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2021〕22号）的要求、验收。
6		质量保修范围和保修期	试剂有效期≥24个月，到货有效期≥18个月（技术要求有明确要求的，按要求执行）。
7		违约责任与解决争议的方法	在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，可以直接向甲方所在地人民法院起诉。
8		包装方式及运输	1、包装：包装应坚固完好，能抗御运输、储存和装卸过程中正常冲击，振动和挤压，并便于装卸和搬运。包装前检查包装材料的材质、规格和包装结构与所装产品的规格和重量相适应。组件包装时安全，防止撞击，包装表面应清洁。组件排放整齐，不可有高低不平。外包装箱不应该有突出的锁扣等装置，以避免箱体移位时发生拉挂等现象，影响箱体安全。2、运输：装运货物的运输工具应清洁、干燥、无污染物。敞车运输时，必须用防雨布盖好，以保证货物不被雨(雪)浸入。产品在装卸时，应采用合适的装卸方式，严防将包装箱(件)损坏，包装箱应注意谨慎堆放，防止产品碰伤。装载时，运输车辆与包装箱之间、包装箱之间应用防震减压的填充物填实，不得留有空隙，防止在运输途中造成货物之间互相碰撞、摩擦，避免发生箱体移位。避免货物在运载工具上的堆码不当，使底层货物承载过重，造成包装破损，甚至商品在运输过程中变形，损坏。在运输过程中避免接触腐蚀性物质。

3.4.其他要求

1、为更好的保障项目后续履约，供应商应针对本招标项目提供以下方案。（1）售后服务方案：内容应包含但不限于：①退换货方案；②产品到货有效期；③产品售后保障方案；④产品正常使用率；⑤技术指导培训计划。（2）包装运输服务方案要求：内容应包含但不限于：①包装方案；②运输服务方案；③实施过程中的安全要求及应急措施；以上内容充分结合项目和对应需求实际情况，描述分析准确。2、提供 2020年1月1日(含)起，至开标截止日期止的类似业绩（提供合同复印件或中标通知书复印件，加盖投标人鲜章）。