

# 招 标 文 件

## （货物类）

采购项目名称：**2024年射频消融主机等设备采购项目**

采购项目编号：**N5101012024002191**

成都市中西医结合医院（成都市第一人民医院、成都市中医医院）

联投项目管理（集团）有限公司共同编制

2024年11月14日

# 第一章 投标邀请

联投项目管理（集团）有限公司（以下简称“代理机构”）受成都市中西医结合医院（成都市第一人民医院、成都市中医医院）委托，拟对2024年射频消融主机等设备采购项目采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省成都市市本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

**1.1.采购项目编号： N5101012024002191**

**1.2.采购项目名称： 2024年射频消融主机等设备采购项目**

**1.3.招标项目简介**

本项目共计5个采购包，拟确定中标人1名

**1.4.邀请供应商方式**

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）发布。

**1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件**

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

采购包2：无。

采购包3：无。

采购包4：无。

采购包5：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）（描述：投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用））

2、投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）（描述：投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用））

采购包2：

1、投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）（描述：投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用））

2、投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）（描述：投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用））

**采购包3：**

1、投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）（描述：投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用））

2、投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）（描述：投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用））

**采购包4：**

1、投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）（描述：投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用））

2、投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）（描述：投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用））

3、投标产品若是进口产品，投标人非投标产品制造厂家的需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。提供复印件并加盖投标人公章。）（描述：投标产品若是进口产品，投标人非投标产品制造厂家的需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。提供复印件并加盖投标人公章。））

**采购包5：**

1、投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）（描述：投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用））

2、投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）（描述：投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用））

3、若投标产品属于压力容器需提供特种设备生产许可证（描述：若投标产品属于压力容器需提供特种设备生产许可证）

## 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

## 1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

## 1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 1.9.供应商信用融资

供应商信用融资（蓉采贷）：参加本次采购活动成交的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采〔2019〕17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20号）文件

## 1.10.联系方式

采购人：成都市中西医结合医院（成都市第一人民医院、成都市中医医院）

地址：成都市高新区万象北路18号

邮编：610000

联系人：刘老师

联系电话：028-85329503

代理机构：联投项目管理（集团）有限公司

地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区20楼2015号

邮编：610000

联系人：陈女士

联系电话：028-67873777转1

## 第二章 投标人须知

### 2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：218,000.00元</p> <p>采购包2：500,000.00元</p> <p>采购包3：90,000.00元</p> <p>采购包4：1,000,000.00元</p> <p>采购包5：1,856,100.00元</p> <p>投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>
2	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>采购包3：综合评分法</p> <p>采购包4：综合评分法</p> <p>采购包5：综合评分法</p> <p>（具体规则详见第五章）</p>
3	是否接受联合体★	<p>采购包1：不接受联合体</p> <p>采购包2：不接受联合体</p> <p>采购包3：不接受联合体</p> <p>采购包4：不接受联合体</p> <p>采购包5：不接受联合体</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>
4	投标（响应）保证金★	<p>本项目不收取投标（响应）保证金。</p>

5	履约保证金★	<p>采购包1：不收取</p> <p>采购包2：不收取</p> <p>采购包3：不收取</p> <p>采购包4：不收取</p> <p>采购包5：不收取</p>
6	投标有效期★	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。
7	代理服务费★	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标人</p> <p>代理服务费收费标准：（1）按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则及与采购人签订的委托代理协议之相关规定，中标金额作为计算基数，按照收费标准下浮20%计算后进行收取。采购代理服务收费按差额定率累进法计算。收费标准为：中标金额100万元以下，费率1.5%；中标金额100-500万元，费率1.1%。（2）由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费；收款单位：联投项目管理（集团）有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司成都益州支行；银行账号：51050141618500000138</p>
8	中标结果公告	中标结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在投标人现场考察	<p>采购包1：否</p> <p>采购包2：否</p> <p>采购包3：否</p> <p>采购包4：否</p> <p>采购包5：否</p>
10	是否召开开标前答疑会	否
11	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> <p>注：</p> <p>1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；</p> <p>2.故障处理详见第二章规定。</p>
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。

14	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。
----	------	--

## 2.2.总则

### 2.2.1.适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件由 成都市中西医结合医院（成都市第一人民医院、成都市中医医院） 和 联投项目管理（集团）有限公司 负责解释。

### 2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 成都市中西医结合医院（成都市第一人民医院、成都市中医医院）。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 联投项目管理（集团）有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。

五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

## 2.3.招标文件

### 2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

### 2.3.2.招标文件的澄清和修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标人根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

## 2.4.投标文件

### 2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### **2.4.2.计量单位★**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### **2.4.3.投标货币★**

本项目均以人民币报价。

#### **2.4.4.知识产权★**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### **2.4.5.投标报价★**

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### **2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★**

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

#### **2.4.7.投标文件的提交★**

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

#### **2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★**

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

## **2.5.开标、资格审查、评标和中标**

### **2.5.1.开标**

#### **2.5.1.1.开标程序**

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

#### **2.5.1.2.解密投标文件★**

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

#### **2.5.1.3.有关要求**

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

### **2.5.2.查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### **2.5.3.资格审查**

详见招标文件第四章。

### **2.5.4.评标**

详见招标文件第五章。

### **2.5.5.中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## **2.6.合同签订、备案、履行及验收**

### **2.6.1.签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

#### **2.6.2.政府采购合同公告、备案**

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### **2.6.3.合同分包和转包★**

##### **2.6.3.1.合同分包**

本项目不允许合同分包。

##### **2.6.3.2.合同转包**

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### **2.6.4.采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### **2.6.5.履行合同**

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### **2.6.6.履约验收方案**

一、验收组织方式：

采购包1： 自行验收

采购包2： 自行验收

采购包3： 自行验收

采购包4： 自行验收

采购包5： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

三、是否邀请专家：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

采购包2： 一次性验收

采购包3： 一次性验收

采购包4： 一次性验收

采购包5： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、验收条件说明： 供应商提出验收申请之日，达到验收条件起 14 日内，验收合同总金额的 100.00%；

采购包2：

1、验收条件说明： 供应商提出验收申请之日，达到验收条件起 14 日内，验收合同总金额的 100.00%；

采购包3：

1、验收条件说明： 供应商提出验收申请之日，达到验收条件起 14 日内，验收合同总金额的 100.00%；

采购包4：

1、验收条件说明： 供应商提出验收申请之日，达到验收条件起 14 日内，验收合同总金额的 100.00%；

采购包5：

1、验收条件说明： 供应商提出验收申请之日，达到验收条件起 14 日内，验收合同总金额的 100.00%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： /

采购包2： /

采购包3： /

采购包4： /

采购包5： /

九、技术履约验收内容：

采购包1： 按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标文件进行验收

采购包2： 按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标文件进行验收

采购包3： 按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标文件进行验收

采购包4： 按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标文件进行验收

采购包5：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标文件进行验收

十、商务履约验收内容：

采购包1：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件进行验收

采购包2：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件进行验收

采购包3：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件进行验收

采购包4：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件进行验收

采购包5：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件进行验收

十一、履约验收标准：

采购包1：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收

采购包2：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收

采购包3：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收

采购包4：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收

采购包5：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收

十二、履约验收其他事项：

采购包1：/

采购包2：/

采购包3：/

采购包4：/

采购包5：/

#### **2.6.7.资金支付**

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### **2.7.纪律要求**

#### **2.7.1.保密要求**

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### **2.7.2.投标人不得具有的情形**

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位和账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

### **2.7.3.采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- 四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## **2.8.询问、质疑和投诉**

- 一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》

《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

## 二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 成都市中西医结合医院（成都市第一人民医院、成都市中医医院） 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 联投项目管理（集团）有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 联投项目管理（集团）有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：刘老师

联系电话：028-85329503

地址：成都市高新区万象北路18号

邮编：610000

答复主体：代理机构

联系人：陈女士

联系电话：028-67873777转1

地址：成都市高新区天府大道北段1700号环球中心N5区20楼2015号

邮编：610000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定时间内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

## 八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

### 2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

## 2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

采购包2：不需要样品评审

采购包3：不需要样品评审

采购包4：不需要样品评审

采购包5：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：218,000.00  
采购包最高限价（元）：218,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	手术室设备及附件	体外冲击波治疗仪	1.00（台）	218,000.00	工业	是	否	否	否	否

采购包2：  
采购包预算金额（元）：500,000.00  
采购包最高限价（元）：500,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	手术室设备及附件	射频消融主机	1.00（台）	500,000.00	工业	是	否	否	否	否

采购包3：  
采购包预算金额（元）：90,000.00  
采购包最高限价（元）：90,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	医用超声波仪器及设备	内镜用超声探头（超声小探头）	1.00（台）	90,000.00	工业	是	否	否	否	否

采购包4:

采购包预算金额（元）：1,000,000.00

采购包最高限价（元）：1,000,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉及 优先 采购节能产品	是否涉及 优先 采购环境标志 产品
1	医用超声波仪器及设备	移动式超声内镜主机	1.00（台）	1,000,000.00	工业	是	是	否	否	否

采购包5:

采购包预算金额（元）：1,856,100.00

采购包最高限价（元）：1,856,100.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉及 优先 采购节能产品	是否涉及 优先 采购环境标志 产品
1	其他化学药品和中药设备	气相色谱仪	1.00（台）	800,000.00	工业	是	否	否	否	否
2	其他化学药品和中药设备	两煎常压煎药包装机	2.00（台）	56,000.00	工业	否	否	否	否	否
3	其他化学药品和中药设备	40L密闭煎药机	1.00（台）	13,500.00	工业	否	否	否	否	否
4	其他化学药品和中药设备	25L密闭煎药机	2.00（台）	19,600.00	工业	否	否	否	否	否
5	其他化学药品和中药设备	煎药包装机	3.00（台）	24,000.00	工业	否	否	否	否	否
6	其他化学药品和中药设备	制丸机	1.00（台）	137,000.00	工业	否	否	否	否	否

7	其他化学药品和中药设备	电热鼓风恒温干燥箱	2.00（台）	56,000.00	工业	否	否	否	否	否
8	其他化学药品和中药设备	高效液相色谱仪	1.00（台）	750,000.00	工业	否	否	否	否	否

#### 报价要求

##### 采购包1:

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	体外冲击波治疗仪	1.00（台）	218,000（元）	218,000.00	总价	无

##### 采购包2:

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	射频消融主机	1.00（台）	500,000（元）	500,000.00	总价	无

##### 采购包3:

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	内镜用超声探头（超声小探头）	1.00（台）	90,000（元）	90,000.00	总价	无

##### 采购包4:

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	移动式超声内镜主机	1.00（台）	1,000,000（元）	1,000,000.00	总价	无

##### 采购包5:

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	气相色谱仪	1.00（台）	800,000（元）	800,000.00	总价	无
2	两煎常压煎药包装机	2.00（台）	28,000（元）	56,000.00	总价	无
3	40L密闭煎药机	1.00（台）	13,500（元）	13,500.00	总价	无
4	25L密闭煎药机	2.00（台）	9,800（元）	19,600.00	总价	无
5	煎药包装机	3.00（台）	8,000（元）	24,000.00	总价	无
6	制丸机	1.00（台）	137,000（元）	137,000.00	总价	无
7	电热鼓风恒温干燥箱	2.00（台）	28,000（元）	56,000.00	总价	无

8	高效液相色谱仪	1.00（台）	750,000（元）	750,000.00	总价	无
---	---------	---------	------------	------------	----	---

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	手术室设备及附件	体外冲击波治疗仪	体外冲击波治疗仪

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	手术室设备及附件	射频消融主机	射频消融主机

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用超声波仪器及设备	内镜用超声探头（超声小探头）	内镜用超声探头（超声小探头）

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用超声波仪器及设备	移动式超声内镜主机	移动式超声内镜主机

采购包5：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他化学药品和中药设备	气相色谱仪	气相色谱仪

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用超声波仪器及设备	移动式超声内镜主机	移动式超声内镜主机

采购包5：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称

不涉及
-----

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1:

标的名称：体外冲击波治疗仪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		<p>1.治疗原理：发散式气压弹道式冲击波。</p> <p>▲2.压力范围1-5.5bar，治疗时连续可调，步进0.1bar。</p> <p>▲3.冲击碰撞频率0.5-25Hz可调，≤1Hz步进0.1Hz，≥1Hz步进1Hz。</p> <p>4.冲击次数0-9900可调节，步进100次。</p> <p>5.高清触摸屏≥10英寸。</p> <p>▲6.常用15mm治疗头可输出最大能量密度≥1.44mj/mm<sup>2</sup></p> <p>▲7.最大穿透深度≥23mm。</p> <p>▲8.最小脉冲宽度≤4.7μs；I</p> <p>▲9.主机具有双通道输出接口。</p> <p>▲10.空气压缩机采用外置减震式全封闭油性空气压缩机，压缩机与主机分体式设计。</p> <p>11.具有独立推车并带有线杆。</p> <p>12.具有人体部位图，可根据患病部位选择治疗处方。</p> <p>13.具有内置推荐方案，也可以新增治疗处方。</p> <p>14.具有患者管理功能，具有新建、修改、查询患者基本信息及治疗记录功能，并可以应用治疗记录中参数进入治疗。</p> <p>15.具有VAS疼痛评估系统，可记录病程中疼痛变化。</p> <p>16.具有单次冲击模式。</p> <p>▲17.整机使用寿命≥10年。</p>
---	--	--

采购包2：

标的名称：射频消融主机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1.主机具有故障报警、自动保护功能和自检系统。</p> <p>2.电极兼容性：射频系统主机能兼容多极电极针。</p> <p>▲3.具有≥4个输出通道，单通道的最大输出功率≥8W。</p> <p>▲4.预置恒温温度范围：50℃～95℃可调。</p> <p>5.测温范围：热电偶测温范围为15℃-100℃。</p> <p>6.射频输出时具有射频指示灯提示，具有脚踏板开关，用于启动和停止射频治疗。</p> <p>▲7.冷却水最大输出量≥55ml/min。</p> <p>8.球囊充气范围：0ml～30ml。</p> <p>9.治疗时间范围为10s～600s。</p> <p>10.射频输出频率：≥430kHz</p> <p>11.备用冷却水吸引管，防止管道堵塞造成窒息。</p> <p>12.手术结果回顾。</p> <p>13.射频电极顶端至连接线尾端（插座处）电阻≤5Ω。</p>

采购包3：

标的名称：内镜用超声探头（超声小探头）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			1.扫描方式：机械环形扫描 ▲2.探头频率：12-20MHz。 3.适用内镜管道直径：≥2.8mm。 4.插入部外径：≤2.6mm。 5.有效长度：≥2200mm。 6.接触方式：直接接触。 ▲7.能够兼容医院现有的奥林巴斯超声主机。
---	--	--	---

采购包4：

标的名称：移动式超声内镜主机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			（一）超声系统 ▲1.超声探头专用主机：独立的超声探头专用主机，与其他的内镜下超声设备独立区分。 ▲2.超声扫描模式：B模式。 3.扫描方式：机械环扫。 4.超声波中心频率：50Hz。 5.图像：通过数字视频信号输出以及数字修正图像伪影来获得超声图像。 ▲6.超声探头频率范围：12MHz、15MHz、20MHz。 7.画中画功能：具备画中画功能，可随时进行内镜/超声/内镜+超声的切换。 8.具备图像回放功能。 9.图像输出:USB。 10.具备患者信息保护功能。 11.具备用户信息保护功能。 ▲12.兼容小肠探头:兼容≥2种长度探头。 ▲13.兼容支气管探头，可插入活检孔道≤2.0mm的内镜。 （二）超声探头 ★1. 数量：2个 2.屏幕显示频率：15MHZ（±2%）。 ▲3.有效长度：≥2620mm。 4.探头插入部外径：Φ≤2.6mm。 5.适用钳道：≥2.8mm。

采购包5：

标的名称：气相色谱仪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			（一）气相色谱仪总体性能 1.要求能同时安装不少于≥两个进样口和≥四个检测器。 2.保留时间重现性≤0.01%。

★3.配备（6%）氰丙基苯基-（94%）二甲基聚硅氧烷为固定液的毛细管柱（30m×0.53mm×3.00μm）1个。

4.压力控制精度0.001psi。配置≥7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。

5.色谱工作站可以控制顶空软件数据采集及控制。

#### （二）柱温箱

1.操作温度：室温以上4°C-450°C。

2.温度分辨：1°C温度设定，0.1°C程序设定。

▲3.降温速率：从450°C降至50°C≤3.5min。（提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书复印件加盖供应商公章或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

4.梯度平台程序升温。

5.温度稳定性：≤0.01°C/1°C环境变化。

6.最大升温速度：≥120°C/min。

#### （三）分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

1.可编程设定压力、流速、分流比，带有阀及控温的阀箱。

2.最高使用温度≥400°C。

3.流量设定范围：0~500ml/min（以N<sub>2</sub>为载气时）。0~1250ml/min（以H<sub>2</sub>，He为载气时）。

▲4.扳转系统。

▲5.进样口材质：超惰性钝化（提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书复印件加盖供应商公章或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

#### （四）火焰离子化检测器(FID)

▲1.最低检测限（十三烷）：≤1.2pg C/s。（提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书复印件加盖供应商公章或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章）

2.电子压力/流量控制,压力控制精度:±0.001psi。

3.最高温度450°C。

4.线性动态范围：≥10<sup>7</sup>

▲5.数据采集速率：≥1000Hz。（提供通用的彩页或检测报告等）

6.具有灭火自动检测和自动重新点火功能。

7.可同时采集≥4通道。

#### （五）自动进样器

▲1.单套自动进样器样品位：≥50位。

2.进样速度：≤0.1微秒。

3.最小进样量≤0.01ul。

#### （六）色谱工作站

1.软件：Windows操作环境，色谱中文工作站，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。

**▲2.具有保留时间锁定功能（RTL）****（七）顶空进样器**

- 1.峰面积重现性：≤1%RSD。
- 2.顶空气路为电子气路控制(EPC)，压力设定精度为±0.001psi。
- 3.气相的触摸屏和浏览器界面可显示顶空状态、指南和追踪。
- 4.样品瓶位数：≥48位。
- 5.加热位数：≥12个加热位。
- 6.支持10mL、20mL和22mL尺寸的顶空样品瓶（无须适配器）。
- 7.可拆卸样品架和智能暂停功能使得在顶空进样器运行时可以更换样品盘，便于在序列运行期间添加样品。
- 8.智能暂停按钮和样品盘架LED可显示顶空进样器的状态。
- 9.恒温箱温度加热：5°C-300°C
- 10.定量样品管/阀：5°C -300°C
- 11.传输管线：5°C-300°C
- 12.在进样以前进行样品瓶的自动检漏。

**（八）氢气发生器**

- 1.氢气纯度：≥99.9999%。
- 2.氢气流量：0-300ml/min。
- 3.输出压力：0-0.4Mpa，0-0.6Mpa(两挡可调)。
- 4.压力稳定性：≤0.001MPa。
- 5.供电电源：220V（±10%），50Hz。
- 6.消耗功率：150W（±10%）。

**（九）全自动空气源**

- 1.输出流量：0-2000ml/min（0.4MPa状态下）。
- 2.输出压力：0-0.4MPa。
- 3.压力稳定性：≤0.003MPa。
- 4.工作噪音：≤35dB(A)。
- 5.工作环境：0-45°C相对湿度≤85%（无大量粉尘及有害气体）。
- 6.消耗功率：150W（±10%）。
- 7.工作电压：220V（±10%）。

**（十）氮气储罐**

- 1.外观:碳钢瓶。
- 2.型号:高纯氮气。
- 3.产品型号:高压钢瓶。
- 4.气体纯度：≥99.9996%。
- 5.容积:≥40L。

**（十一）工作站**

- 1.配备能运行液相色谱化学工作站软件的工作站，包括主机和显示设备及其相应的配件。
- 2.性能不低于1TB的存储内存、16G运行内存。
- 3.主频不低于3GHz。

		<p>(十二) 功能要求</p> <p>★1.可满足《中国药典》2020版四部“通则0871甲醇量检查法”项下第一法，地黄舒筋酒质量标准（四川省食品药品监督管理局标准SZBZ20081075-12（z））项下樟脑，以及挥发性成分的含量测定相关要求。（提供承诺函，加盖投标人公章）</p>
--	--	---

标的名称：两煎常压煎药包装机
 2.配备安装放置本设备相应的操作实验室专用台面。

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>(一) 技术参数</p> <p>1.锅体容量：3×20000ml。</p> <p>2.包装能力：≥7袋/min。</p> <p>3.袋装容量：50-250ml。</p> <p>4.包装数量设定范围：0-250袋循环。</p> <p>5.一次煎药量：3×2-15付。</p> <p>(二) 功能要求</p> <p>1.自动两次煎煮，并设有储液罐装置。</p> <p>2.储液槽位于箱体前置上方，配有可开合盖子。</p> <p>3.箱体采用全不锈钢材质，玻璃缸采用硼硅玻璃。</p> <p>4.具有自动上水、自动清洗功能。</p> <p>▲5.采用电机反转功能。（提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书复印件加盖公章供应商公章）</p> <p>6.煎药包装一体化设计。</p> <p>7.操作控制板位于设备正前方，采用防水材料构造。</p> <p>8.控制箱采用低压驱动设计，控制板采用插件式设计。</p> <p>▲9.采用阀门式开关，减少设备配件故障率。（提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书复印件加盖公章供应商公章）</p> <p>▲10.具有无药液自动停止功能。</p> <p>▲11.双探针药液检测。</p> <p>▲12.可实现煎药结束前20min预约打开包装。</p> <p>▲13.具有均分包装功能。</p> <p>14.电气控制采用数字化技术，具有自检功能，故障时具有声响报警提示。</p> <p>15.先煎后下，武火、文火自动转换。</p> <p>16.每袋的包装容量50-250毫升自由设定。</p>

标的名称：40L密闭煎药机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		<p>(一) 技术参数</p> <p>1.锅体容量: <math>\geq 40000\text{ml}</math>。</p> <p>2.额定电压: <math>220\text{V} (\pm 2\%)</math>。</p> <p>3.总功率: <math>3000\text{W} (\pm 2\%)</math>。</p> <p>4.外形尺寸: <math>600\text{mm} \times 580\text{mm} \times 1220\text{mm} (\pm 2\%)</math>。</p> <p>(二) 功能要求</p> <p>1.煎药机对药液有机械挤压装置。</p> <p>▲2.开盖方式: 手柄式。</p> <p>3.高温时间, 自动显示, 可设置煎药时间。煎药完毕自动停止。</p> <p>▲4.具有安全泄压功能, 双安全阀。</p> <p>5.控制系统具备强弱火自动转换功能。</p> <p>6.具备自动保护干烧功能、自动断电功能。</p>
---	--	---

标的名称: 25L密闭煎药机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>(一) 技术参数</p> <p>1.锅体容量: <math>\geq 25000\text{ml}</math>。</p> <p>2.额定电压: <math>220\text{V} (\pm 2\%)</math>。</p> <p>3.总功率: <math>2200\text{W} (\pm 2\%)</math>。</p> <p>4.外形尺寸: <math>490\text{mm} \times 480\text{mm} \times 1150\text{mm} (\pm 2\%)</math>。</p> <p>(二) 功能要求</p> <p>1.煎药机对药液有机械挤压装置。</p> <p>▲2.采用传统手柄式开盖技术。</p> <p>3.高温时间, 自动显示, 可设置煎药时间。煎药完毕自动停止。</p> <p>▲4.具有安全泄压功能, 双安全阀。</p> <p>5.控制系统具备强弱火自动转换功能。</p> <p>6.具备自动保护干烧功能、自动断电功能。</p>

标的名称: 煎药包装机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1			<p>(一) 技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.锅体容量: <math>\geq 20000\text{ml}</math>。</li> <li>2.包装能力: <math>\geq 7\text{袋/min}</math>。</li> <li>3.袋装容量: <math>50\text{-}250\text{ml}</math>。</li> <li>4.包装数量设定范围: <math>0\text{-}250\text{袋循环}</math>。</li> <li>5.上下辊温设定范围: <math>100\text{-}199^{\circ}\text{C}</math>。</li> <li>6.额定电压: <math>220\text{V}(\pm 2\%)</math>。</li> <li>7.功率: <math>1600\text{W}(\pm 2\%)</math>。</li> <li>8.外形尺寸: <math>600\text{mm}\times 560\text{mm}\times 1170\text{mm}(\pm 2\%)</math>。</li> </ol> <p>(二) 功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.箱体采用全不锈钢材质。</li> <li>2.玻璃缸采用硼硅玻璃。</li> <li>3.具备电机反转功能。(提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书复印件加盖供应商公章)</li> <li>4.电气控制采用数字化技术, 具有自检功能, 故障时有醒目的数字显示与声响提示。</li> <li>5.采用防水材料构造。</li> <li>6.一台包装机可连接多台煎药设备。</li> <li>7.内装过滤网, 防止药渣堵塞管道。</li> </ol>
---	--	--	---

标的名称: 制丸机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>(一) 技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.生产能力: <math>30\text{-}40\text{kg/h}</math>。</li> <li>★2.制药规格: <math>3\text{-}5\text{mm}</math>(以药丸直径为计算单位) 圆形药丸, 也可生产非整数直径药丸。(提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书复印件加盖供应商公章)</li> <li>3.适应范围: 水丸、蜜丸、水蜜丸。</li> <li>4.总功率: <math>\geq 2.2\text{KW}</math>。</li> </ol> <p>(二) 功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>★1.配备2套不同直径大小丸剂规格的模具, 模具可拆卸。</li> <li>2.同药物接触的部分均采用了不锈钢和铝合金材料。</li> <li>★3.配备混合搅拌挤压器1台(安装时根据要求定制)。</li> </ol>

标的名称: 电热鼓风恒温干燥箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		<p>(一) 技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.容积: <math>\geq 240\text{L}</math>。</li> <li>2.电源电压: <math>220\text{V} (\pm 2\%) 50\text{HZ}</math>。</li> <li>3.消耗功率: <math>2100\text{W} (\pm 2\%)</math>。</li> <li>4.控温范围: <math>\text{RT}+10\sim 250^{\circ}\text{C}</math>。</li> <li>5.分辨率: <math>0.1^{\circ}\text{C}</math>。</li> <li>6.波动度: <math>\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>。</li> <li>7.显示、控制系统: 数显显示。</li> <li>8.隔板: <math>\geq 2</math>块。</li> <li>9.定时范围: <math>1\sim 9999\text{min}</math>。</li> </ol> <p>(二) 功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.不锈钢工作室, 采用防菌不锈钢结构氩弧焊制作</li> <li>2.微电脑智能控温仪, 同时显示设定温度和箱内温度具因有停电、死机状态、数据丢失而保护的参数记忆、来电恢复功能。</li> <li>3.具有超温、传感器故障、漏电保护报警功能, 定时功能。</li> <li>4.具有独立限温报警系统, 超过限制温度限自动中断</li> <li>5.外门设有观察窗或双重门结构。</li> </ol>
---	--	--

标的名称: 高效液相色谱仪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			<p>(一) 四元梯度泵</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.串联式双柱塞往复泵, 伺服控制连续可变冲程驱动:<math>20\mu\text{L}\sim 100\mu\text{L}</math>, 浮动活塞设计, 传动装置采用齿轮和滚珠螺杆。(提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书复印件加盖供应商公章)</li> <li>2.自动柱塞清洗装置, 有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损, 实时维护泵的使用性能。</li> <li>3.流速范围: <math>0.001\sim 10\text{mL/min}</math>, 增量为<math>0.001\text{mL/min}</math>。</li> <li>4.最高耐压: <math>\geq 600\text{bar}</math>。</li> <li>5.流量精度: <math>\leq 0.07\%\text{RSD}</math>或<math>\leq 0.02\text{min RSD}</math>。</li> <li>6.流量准确度: <math>\pm 1\%</math>或<math>10\mu\text{L/min}</math>。</li> <li>7.压缩性补偿: 用户可以选择, 根据流动相的可压缩性。</li> <li>8.混合精度: <math>\leq 0.15\%\text{RSD}</math>或<math>\leq 0.04\text{min SD}</math>。</li> </ol> <p>(二) 自动进样器</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.具有可编程进样功能。</li> <li>2.最高耐压: <math>\geq 600\text{bar}</math>。</li> <li>3.进样范围: <math>0.1\sim 100\mu\text{L}</math>, 增量为<math>0.1\mu\text{L}</math>。</li> <li>4.进样精度: <math>\leq 0.25\%\text{RSD}</math>。</li> <li>5.交叉污染: <math>\leq 0.004\%</math>。</li> <li>6.样品盘位数: <math>\geq 130</math>位。(提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书复印件加盖供应商公章)</li> </ol>

1		<p>(三) 智能化柱温箱</p> <p>▲1.温度范围：10℃到85℃，带降温和升温功能。（提供软件截图加盖投标人公章）</p> <p>2.双区域独立控温内体积：左控温模块3μL，右控温模块6μL。</p> <p>▲3.半导体温控设计，具有流动相柱前预加热功能。（提供软件截图加盖投标人公章）</p> <p>★4.配备同品牌（4.6×250mm，5um）色谱柱1根，同品牌预柱（保护柱）1根。</p> <p>5.色谱柱容量：可容纳4根30cm的色谱柱或以上，可内置色谱柱切换阀。（提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书复印件加盖供应商公章）</p> <p>(四) 二极管阵列（DAD）检测器</p> <p>1.检测器类型：1024个二极管元件。</p> <p>2.光源：氙灯和钨灯，紫外灯带RFID标签。</p> <p>3.最大采样速率：≥100Hz。</p> <p>4.漂移：≤0.9×10<sup>-3</sup>AU/h。</p> <p>5.线性吸收范围：≥2.0AU(5%)。</p> <p>6.波长范围：190-950nm。（需提供软件设置界面予以证明）</p> <p>7.检测信号噪声波动：≤±0.7×10<sup>-5</sup>AU。</p> <p>8.波长准确度：±1nm。</p> <p>9.狭缝宽度：可编程：1,2,4,8,16nm。</p> <p>10.二极管宽度：&lt;1nm。</p> <p>(五) 液相色谱化学工作站软件</p> <p>1.参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、三维光谱检索报告等。</p> <p>2.诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析；仪器状态报告：包括仪器配置，错误信息，早期维护反馈参数的计数报告，诊断过程及诊断方法。</p> <p>3.软件：Windows操作环境，液相色谱作软件，图形化设计，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。</p> <p>4.具备GLP功能。</p> <p>(六) 工作站</p> <p>1.配备能运行液相色谱化学工作站软件的工作站，包括主机和显示器及其相应的配件。</p> <p>2.性能不低于1TB的存储内存、16G运行内存。</p> <p>3.主频不低于3GHz。</p> <p>(七) 工作环境</p> <p>1.电源：220V（±2%），50Hz电源。</p> <p>2.环境温度：4-55℃。</p> <p>3.环境湿度：≤95%。</p> <p>(八) 功能要求</p> <p>1.配备安装放置本设备相应的操作实验室专用台面（待中标后根据现场实际情况定制）。</p>
---	--	---

			<p>2.配备相应排风装置，排风速度≥0.5m/s。</p> <p>★3.配备≥20L的化学废液桶2个，≥1L的溶液瓶4个。</p>
--	--	--	--

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	报价要求	<p>投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，是投标人完成本项目所需的一切费用，是最终用户验收合格后的总价，包括送货上门、包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及售后服务与备用物件和招标文件规定的其它全部费用，即包干价</p>
2	★	保险	<p>供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担</p>
3	★	安全要求	<p>（1）供应商在服务实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。</p> <p>（2）如因供应商在项目执行过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的人生、财产损失和由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；供应商项目执行工作人员和物料等安全责任由供应商自行承担。</p>
4	★	安装要求	<p>（1）交货时应提供以下技术资料（如涉及）提供主机及配套设备的安装图纸及说明、提供主机及配套设备使用说明书、维护手册、备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料、其它相关技术资料。</p> <p>（2）安装调试：</p> <p>①供应商负责设备安装、调试。货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后30日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。</p> <p>②供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。</p> <p>（3）耗材</p> <p>所投设备若涉及专用耗材或封闭试剂需在投标文件商务应答表中标明，并列出专用耗材或封闭试剂的项目及价格清单（若属于四川省药械采购平台的需列出挂网产品流水号和平台当月采购最低价格）；所投设备若不涉及专用耗材或封闭试剂需在投标文件商务应答表中标明本次所投设备不涉及专用耗材或封闭式试剂。项目涉及专用耗材请注明。（注：此价格不参与本项目价格评审）</p>

采购包2:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

1	★	报价要求	投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，是投标人完成本项目所需的一切费用，是最终用户验收合格后的总价，包括送货上门、包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及售后服务与备用物件和招标文件规定的其它全部费用，即包干价
2	★	保险	供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担
3	★	安全要求	<p>（1）供应商在服务实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。</p> <p>（2）如因供应商在项目执行过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的人生、财产损失和由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；供应商项目执行工作人员和物料等安全责任由供应商自行承担。</p>
4	★	安装要求	<p>（1）交货时应提供以下技术资料（如涉及）提供主机及配套设备的安装图纸及说明、提供主机及配套设备使用说明书、维护手册、备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料、其它相关技术资料。</p> <p>（2）安装调试：</p> <p>①供应商负责设备安装、调试。货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后30日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。</p> <p>②供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。</p> <p>（3）耗材</p> <p>所投设备若涉及专用耗材或封闭试剂需在投标文件商务应答表中标明，并列出专用耗材或封闭试剂的项目及价格清单（若属于四川省药械采购平台的需列出挂网产品流水号和平台当月采购最低价格）；所投设备若不涉及专用耗材或封闭试剂需在投标文件商务应答表中标明本次所投设备不涉及专用耗材或封闭式试剂。项目涉及专用耗材请注明。（注：此价格不参与本项目价格评审）</p>

采购包3:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	报价要求	投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，是投标人完成本项目所需的一切费用，是最终用户验收合格后的总价，包括送货上门、包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及售后服务与备用物件和招标文件规定的其它全部费用，即包干价
2	★	保险	供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担

3	★	安全要求	<p>(1) 供应商在服务实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。</p> <p>(2) 如因供应商在项目执行过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的人生、财产损失和由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；供应商项目执行工作人员和物料等安全责任由供应商自行承担。</p>
4	★	安装要求	<p>(1) 交货时应提供以下技术资料（如涉及）提供主机及配套设备的安装图纸及说明、提供主机及配套设备使用说明书、维护手册、备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料、其它相关技术资料。</p> <p>(2) 安装调试：</p> <p>①供应商负责设备安装、调试。货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后30日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。</p> <p>②供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。</p> <p>(3) 耗材</p> <p>所投设备若涉及专用耗材或封闭试剂需在投标文件商务应答表中标明，并列出专用耗材或封闭试剂的项目及价格清单（若属于四川省药械采购平台的需列出挂网产品流水号和平台当月采购最低价格）；所投设备若不涉及专用耗材或封闭试剂需在投标文件商务应答表中标明本次所投设备不涉及专用耗材或封闭式试剂。项目涉及专用耗材请注明。（注：此价格不参与本项目价格评审）</p>

采购包4:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	报价要求	投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，是投标人完成本项目所需的一切费用，是最终用户验收合格后的总价，包括送货上门、包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及售后服务与备用物件和招标文件规定的其它全部费用，即包干价
2	★	保险	供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担
3	★	安全要求	<p>(1) 供应商在服务实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。</p> <p>(2) 如因供应商在项目执行过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的人生、财产损失和由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；供应商项目执行工作人员和物料等安全责任由供应商自行承担。</p>

4	★	安装要求	<p>(1) 交货时应提供以下技术资料（如涉及）提供主机及配套设备的安装图纸及说明、提供主机及配套设备使用说明书、维护手册、备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料、其它相关技术资料。</p> <p>(2) 安装调试：</p> <p>①供应商负责设备安装、调试。货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后30日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。</p> <p>②供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。</p> <p>(3) 耗材</p> <p>所投设备若涉及专用耗材或封闭试剂需在投标文件商务应答表中标明，并列出专用耗材或封闭试剂的项目及价格清单（若属于四川省药械采购平台的需列出挂网产品流水号和平台当月采购最低价格）；所投设备若不涉及专用耗材或封闭试剂需在投标文件商务应答表中标明本次所投设备不涉及专用耗材或封闭式试剂。项目涉及专用耗材请注明。（注：此价格不参与本项目价格评审）</p>
---	---	------	--

采购包5:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	报价要求	投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，是投标人完成本项目所需的一切费用，是最终用户验收合格后的总价，包括送货上门、包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及售后服务与备用物件和招标文件规定的其它全部费用，即包干价
2	★	保险	供应商自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担
3	★	安全要求	<p>(1) 供应商在服务实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。</p> <p>(2) 如因供应商在项目执行过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的人生、财产损失和由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；供应商项目执行工作人员和物料等安全责任由供应商自行承担。</p>

4	★	安装要求	<p>(1) 交货时应提供以下技术资料（如涉及）提供主机及配套设备的安装图纸及说明、提供主机及配套设备使用说明书、维护手册、备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料、其它相关技术资料。</p> <p>(2) 安装调试：</p> <p>①供应商负责设备安装、调试。货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后30日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。</p> <p>②供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。</p> <p>③投标人中标后须根据房间尺寸与需求定制设备，到安装现场进行详尽的勘察，并提供设计图纸方案。（投标人提供单独承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）</p> <p>④投标人须根据采购人场地实际情况，负责设备及配套设施的全部安装。</p> <p>⑤安装设备中涉及氮气等气体储罐安装放置区域，应负责隔断为独立区域，并满足安全要求。</p> <p>⑥若所安装设备涉及原设备的拆除，投标人需对原设备拆除，其中涉及到涉及到门、净化区的移除改造维修、并对旧设备进行改造维修等由投标人负责。</p> <p>(3) 耗材</p> <p>所投设备若涉及专用耗材或封闭试剂需在投标文件商务应答表中标明，并列明专用耗材或封闭试剂的项目及价格清单（若属于四川省药械采购平台的需列出挂网产品流水号和平台当月采购最低价格）；所投设备若不涉及专用耗材或封闭试剂需在投标文件商务应答表中标明本次所投设备不涉及专用耗材或封闭式试剂。项目涉及专用耗材请注明。（注：此价格不参与本项目价格评审）</p>
---	---	------	--

### 3.3.2.商务要求

#### 采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订后，采购人通知送货之日起30日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收
2	★	交货地点	成都市中西医结合医院
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	<p>1、合同签订生效且收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、货到验收合格后且收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的70.00%</p>

5	★	验收、交付标准和方法	（1）主体：采购人；（2）时间：供应商提出验收申请之日起 <b>10</b> 日内组织验收；（3）方式：自行验收；（4）程序：一次性验收；（5）技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标文件进行验收；（6）商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件进行验收；（7）履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收
6	★	质量保修范围和保修期	（1）质保期为设备验收合格之日起 <b>3</b> 年。质保期内供应商应负责设备维修及抢修，产生的所有费用包含在投标总价中。（2）提供售后服务承诺函。（提供承诺函扫描件，格式自拟，并加盖投标人公章）（3）备件送达期限：在设备的使用寿命期内，供应商应保证国内不超过 <b>7</b> 天。（4）终身零配件供应：供应商应保证设备停产后的备件供应保证 <b>10</b> 年，并以不高于市场价的价格提供该设备所需的维修零配件。（5）供应商承诺在国内应有 <b>24</b> 小时电话维修系统，并在交货时列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。（提供承诺函扫描件，格式自拟，并加盖投标人公章）
7	★	违约责任与解决争议的方法	违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订后，采购人通知送货之日起 <b>30</b> 日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收。
2	★	交货地点	成都市中西医结合医院
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、合同签订生效且收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票，达到付款条件起 <b>14</b> 日内，支付合同总金额的 <b>30.00%</b> 2、货到验收合格后且收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票，达到付款条件起 <b>14</b> 日内，支付合同总金额的 <b>70.00%</b>
5	★	验收、交付标准和方法	（1）主体：采购人；（2）时间：供应商提出验收申请之日起 <b>10</b> 日内组织验收；（3）方式：自行验收；（4）程序：一次性验收；（5）技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标文件进行验收；（6）商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件进行验收；（7）履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收

6	★	质量保修范围和保修期	（1）质保期为设备验收合格之日起3年。质保期内供应商应负责设备维修及抢修，产生的所有费用包含在投标总价中。（2）提供售后服务承诺函。（提供承诺函扫描件，格式自拟，并加盖投标人公章）（3）备件送达期限：在设备的使用寿命期内，供应商应保证国内不超过7天。（4）终身零配件供应：供应商应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以不高于市场价的价格提供该设备所需的维修零配件。（5）供应商承诺在国内应有24小时电话维修系统，并在交货时列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。（提供承诺函扫描件，格式自拟，并加盖投标人公章）
7	★	违约责任与解决争议的方法	违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订后，采购人通知送货之日起30日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收。
2	★	交货地点	成都市中西医结合医院
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、合同签订生效且收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30.00% 2、货到验收合格后且收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的70.00%
5	★	验收、交付标准和方法	（1）主体：采购人；（2）时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收；（3）方式：自行验收；（4）程序：一次性验收；（5）技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标文件进行验收；（6）商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件进行验收；（7）履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收
6	★	质量保修范围和保修期	（1）质保期为设备验收合格之日起3年。质保期内供应商应负责设备维修及抢修，产生的所有费用包含在投标总价中。（2）提供售后服务承诺函。（提供承诺函扫描件，格式自拟，并加盖投标人公章）（3）备件送达期限：在设备的使用寿命期内，供应商应保证国内不超过7天。（4）终身零配件供应：供应商应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以不高于市场价的价格提供该设备所需的维修零配件。（5）供应商承诺在国内应有24小时电话维修系统，并在交货时列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。（提供承诺函扫描件，格式自拟，并加盖投标人公章）
7	★	违约责任与解决争议的方法	违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》

8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
---	---	---------	--

采购包4:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订后，采购人通知送货之日起 <b>30</b> 日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收。
2	★	交货地点	成都市中西医结合医院
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、合同签订生效且收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票，达到付款条件起 <b>14</b> 日内，支付合同总金额的 <b>30.00%</b> 2、货到验收合格后且收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票，达到付款条件起 <b>14</b> 日内，支付合同总金额的 <b>70.00%</b>
5	★	验收、交付标准和方法	（1）主体：采购人；（2）时间：供应商提出验收申请之日起 <b>10</b> 日内组织验收；（3）方式：自行验收；（4）程序：一次性验收；（5）技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标文件进行验收；（6）商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件进行验收；（7）履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收
6	★	质量保修范围和保修期	（1）质保期为设备验收合格之日起 <b>3</b> 年。质保期内供应商应负责设备维修及抢修，产生的所有费用包含在投标总价中。（2）提供售后服务承诺函。（提供承诺函扫描件，格式自拟，并加盖投标人公章）（3）备件送达期限：在设备的使用寿命期内，供应商应保证国内不超过 <b>7</b> 天。（4）终身零配件供应：供应商应保证设备停产后的备件供应保证 <b>10</b> 年，并以不高于市场价的价格提供该设备所需的维修零配件。（5）供应商承诺在国内应有 <b>24</b> 小时电话维修系统，并在交货时列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。（提供承诺函扫描件，格式自拟，并加盖投标人公章）
7	★	违约责任与解决争议的方法	违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包5:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订后，采购人通知送货之日起 <b>30</b> 日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收。
2	★	交货地点	成都市中西医结合医院

3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	1、合同签订生效且收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30.00% 2、货到验收合格后且收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的70.00%
5	★	验收、交付标准和方法	（1）主体：采购人；（2）时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收；（3）方式：自行验收；（4）程序：一次性验收；（5）技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标供应商投标文件进行验收；（6）商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”及中标供应商投标文件进行验收；（7）履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收
6	★	质量保修范围和保修期	（1）质保期为设备验收合格之日起3年。质保期内供应商应负责设备维修及抢修，产生的所有费用包含在投标总价中。（2）提供售后服务承诺函。（提供承诺函扫描件，格式自拟，并加盖投标人公章）（3）备件送达期限：在设备的使用寿命期内，供应商应保证国内不超过7天。（4）终身零配件供应：供应商应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以不高于市场价的价格提供该设备所需的维修零配件。（5）供应商承诺在国内应有24小时电话维修系统，并在交货时列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。（提供承诺函扫描件，格式自拟，并加盖投标人公章）
7	★	违约责任与解决争议的方法	违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 3.4.其他要求

一、项目文件说明【1.评审因素：业绩；注：各包均适用】【2.说明因系统固化原因，采购文件第二章“2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★”中第一项不适用于本项目，不作为评审依据】

## 第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

### 4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	(1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或多证合一的营业执照”； (2) 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； (3) 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； (4) 若为自然人：提供“身份证明材料”。	其他资料 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
---	--	---	---------

采购包2:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	<p>(1) 供应商若为企业法人: 提供“统一社会信用代码营业执照”; 未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或多证合一的营业执照”;</p> <p>(2) 若为事业法人: 提供“统一社会信用代码法人登记证书”; 未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;</p> <p>(3) 若为其他组织: 提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;</p> <p>(4) 若为自然人: 提供“身份证明材料”。</p>	其他资料 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包3:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	----------	---------	------------

1	具有独立承担民事责任的能力。	<p>(1) 供应商若为企业法人: 提供“统一社会信用代码营业执照”; 未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或多证合一的营业执照”;</p> <p>(2) 若为事业法人: 提供“统一社会信用代码法人登记证书”; 未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;</p> <p>(3) 若为其他组织: 提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;</p> <p>(4) 若为自然人: 提供“身份证明材料”。</p>	其他资料 投标(响应)函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。	投标(响应)函

采购包4:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	----------	---------	------------

1	具有独立承担民事责任的能力。	<p>(1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或多证合一的营业执照”；</p> <p>(2) 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；</p> <p>(3) 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；</p> <p>(4) 若为自然人：提供“身份证明材料”。</p>	其他资料 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包5:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	----------	---------	------------

1	具有独立承担民事责任的能力。	<p>(1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或多证合一的营业执照”；</p> <p>(2) 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；</p> <p>(3) 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；</p> <p>(4) 若为自然人：提供“身份证明材料”。</p>	其他资料 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

#### 4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包2:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	----------------	---------	------------

无
---

采购包3:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包4:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包5:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

### 4.3.特定资格审查

采购包1:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	其他资料
2	投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	其他资料

采购包2:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	其他资料

2	投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	其他资料
---	--	--	------

采购包3：

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	其他资料
2	投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	其他资料

采购包4：

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	其他资料

2	投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	其他资料
3	投标产品若是进口产品，投标人非投标产品制造厂家的需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。提供复印件并加盖投标人公章。）	投标产品若是进口产品，投标人非投标产品制造厂家的需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。提供复印件并加盖投标人公章。）	其他资料

采购包5:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表；提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	其他资料
2	投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	投标产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。提供证明材料。（仅限医疗器械适用）	其他资料
3	若投标产品属于压力容器需提供特种设备生产许可证	若投标产品属于压力容器需提供特种设备生产许可证	其他资料

## 第五章 评标办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评标程序

#### 5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

- 本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
  - 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
  - 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
  - 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
  - 五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；
  - 六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
  - 七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料。	其他资料 服务内容要求、商务要求应答表 技术要求应答表 报价表 投标（响应）函
2	满足采购文件的实质性要求	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料	其他资料 技术要求应答表 服务内容要求、商务要求应答表 报价表 投标（响应）函
3	不属于采购文件规定的无效情形	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料	其他资料 服务内容要求、商务要求应答表 技术要求应答表 报价表 投标（响应）函

4	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理	其他资料 报价表
---	------------------	---	----------

采购包2:

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料。	其他资料 技术要求应答表 服务内容要求、商务要求 应答表 报价表 投标（响应）函
2	满足采购文件的实质性要求	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料	其他资料 服务内容要求、 商务要求应答表 技术要求 应答表 报价表 投标（响应）函
3	不属于采购文件规定的无效情形	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料	其他资料 技术要求应答表 服务内容要求、商务要求 应答表 报价表 投标（响应）函
4	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理	其他资料 报价表

采购包3:

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	---------	---------	------------

1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料。	其他资料 技术要求应答表 服务内容要求、商务要求 应答表 报价表 投标（响应）函
2	满足采购文件的实质性要求	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料	其他资料 服务内容要求、 商务要求应答表 技术要求 应答表 报价表 投标（响应）函
3	不属于采购文件规定的无效情形	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料	其他资料 技术要求应答表 服务内容要求、商务要求 应答表 报价表 投标（响应）函
4	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理	其他资料 报价表

采购包4:

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料。	其他资料 服务内容要求、 商务要求应答表 技术要求 应答表 报价表 投标（响应）函
2	满足采购文件的实质性要求	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料	其他资料 技术要求应答表 服务内容要求、商务要求 应答表 报价表 投标（响应）函
3	不属于采购文件规定的无效情形	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料	其他资料 服务内容要求、 商务要求应答表 技术要求 应答表 报价表 投标（响应）函

4	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理	其他资料 报价表
---	------------------	---	----------

采购包5:

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料。	其他资料 技术要求应答表 服务内容要求、商务要求 应答表 报价表 投标（响应）函
2	满足采购文件的实质性要求	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料	其他资料 服务内容要求、 商务要求应答表 技术要求 应答表 报价表 投标（响应）函
3	不属于采购文件规定的无效情形	投标人按照采购文件要求上传相应证明材料	其他资料 服务内容要求、 商务要求应答表 技术要求 应答表 报价表 投标（响应）函
4	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理	其他资料 报价表

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 5.3.4解释、澄清、说明有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。

采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

#### **5.3.5.比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.3.6.评标委员会复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

#### **5.3.7.代理机构现场复核评审结果**

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

#### **5.3.8.确定中标候选人名单**

采购包1： 确定3名中标候选人。

采购包2： 确定3名中标候选人。

采购包3： 确定3名中标候选人。

采购包4： 确定3名中标候选人。

采购包5： 确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

### 5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评标方法、细则及标准

5.4.1.评分办法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主 观	关联投标文件格式文 本

详细评审	技术参数与性能指标	招标文件“技术参数与性能指标”中：标注“▲”条款8条；一般技术参数条款（指未标注“▲”的条款）9条；（1）标注“▲”条款响应得分=（投标人满足标注“▲”条款的数量÷招标文件中标注“▲”条款的总数量）×48分，得分保留2位小数。（2）一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷招标文件中一般技术参数条款的总数量）*14分，得分保留2位小数。注：①本招标文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”...）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条；②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足	62.00	客观	技术要求应答表 其他资料
	业绩	根据投标人2020年1月1日（含1日）至提交投标文件截止日的类似业绩进行评审，每提供1个业绩得2分，不提供不得分，最多得8分。注：提供合同或中标（成交、中选）通知书复印件加盖投标人公章	8.00	客观	其他资料
价格分	报价	（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30；注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的报价，给予投标人须知附表中的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	30.00	客观	报价表

采购包2:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本
详细评审	技术参数与性能指标	招标文件“技术参数与性能指标”中：标注“▲”条款3条；一般技术参数条款（指未标注“▲”的条款）10条；（1）标注“▲”条款响应得分=（投标人满足标注“▲”条款的数量÷招标文件中标注“▲”条款的总数量）×48分，得分保留2位小数。（2）一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷招标文件中一般技术参数条款的总数量）*14分，得分保留2位小数。注：①本招标文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”...）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条；②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足	62.00	客观	其他资料 技术要求应答表
	业绩	根据投标人2020年1月1日（含1日）至提交投标文件截止日的类似业绩进行评审，每提供1个业绩得2分，不提供不得分，最多得8分。注：提供合同或中标（成交、中选）通知书复印件加盖投标人公章	8.00	客观	其他资料

价格分	报价	(1) 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分； (2) 投标报价得分= $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ ；注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的报价，给予投标人须知附表中的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	30.00	客观	报价表
-----	----	--	-------	----	-----

采购包3:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本
详细评审	技术参数与性能指标	招标文件“技术参数与性能指标”中：标注“▲”条款2条；一般技术参数条款（指未标注“▲”的条款）5条；（1）标注“▲”条款响应得分= $(\text{投标人满足标注“▲”条款的数量} \div \text{招标文件中标注“▲”条款的总数量}) \times 42$ 分，得分保留2位小数。（2）一般技术参数条款响应得分= $(\text{投标人满足一般技术参数条款的数量} \div \text{招标文件中一般技术参数条款的总数量}) \times 20$ 分，得分保留2位小数。注：①本招标文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”...）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条；②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提 供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足 ③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足	62.00	客观	其他资料 技术要求应答表

	业绩	根据投标人2020年1月1日（含1日）至提交投标文件截止日的类似业绩进行评审，每提供1个业绩得2分，不提供不得分，最多得8分。注：提供合同或中标（成交、中选）通知书复印件加盖投标人公章	8.00	客观	其他资料
价格分	报价	（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；（2）投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30；注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的报价，给予投标人须知附表中的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	30.00	客观	报价表

采购包4:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本

详细评审	技术参数与性能指标	<p>招标文件“技术参数与性能指标”中：标注“▲”条款6条；一般技术参数条款（指未标注“★、▲”的条款）11条；（1）标注“▲”条款响应得分=（投标人满足标注“▲”条款的数量÷招标文件中标注“▲”条款的总数量）×48分，得分保留2位小数。（2）一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷招标文件中一般技术参数条款的总数量）*14分，得分保留2位小数。注：①本招标文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”...）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条；②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足</p>	62.00	客观	其他资料 技术要求应答表
	业绩	<p>根据投标人2020年1月1日（含1日）至提交投标文件截止日的类似业绩进行评审，每提供1个业绩得2分，不提供不得分，最多得8分。注：提供合同或中标（成交、中选）通知书复印件加盖投标人公章</p>	8.00	客观	其他资料
价格分	报价	<p>（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；（2）投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）*30；注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的报价，给予投标人须知附表中的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p>	30.00	客观	报价表

采购包5:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评分分值	客观/主观	关联投标文件格式文本
详细评审	技术参数与性能指标	招标文件“技术参数与性能指标”中：标注“▲”条款19条；一般技术参数条款（指未标注“★、▲”的条款）156条；（1）标注“▲”条款响应得分=（投标人满足标注“▲”条款的数量÷招标文件中标注“▲”条款的总数量）×42分，得分保留2位小数。（2）一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷招标文件中一般技术参数条款的总数量）*20分，得分保留2位小数。注：①本招标文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”...）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条；②针对标注“▲”号的技术参数，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供；若技术参数未要求提供证明材料，投标时需提供生产厂家的印刷资料或生产厂家的说明书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，若未提供有效证明材料则该参数将被视为不满足③针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足	62.00	客观	技术要求应答表 其他资料
	业绩	根据投标人2020年1月1日（含1日）至提交投标文件截止日的类似业绩进行评审，每提供1个业绩得2分，不提供不得分，最多得8分。注：提供合同或中标（成交、中选）通知书复印件加盖投标人公章	8.00	客观	其他资料

价格分	报价	(1) 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分； (2) 投标报价得分= $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ ； 注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的报价，给予投标人须知附表中的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	30.00	客观	报价表
-----	----	---	-------	----	-----

#### 价格扣除

##### 采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 % (以“ <b>C1</b> ”表示)	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	10.00%	(1) 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分； (2) 投标报价得分= $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ ； 注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的报价，给予投标人须知附表中的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 报价表 监狱企业的证明文件

##### 采购包2:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 % (以“ <b>C1</b> ”表示)	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	------	------	------------------------------	---------	------------

1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	10.00%	（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；（2）投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30；注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的报价，给予投标人须知附表中的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 报价表 监狱企业的证明文件
---	--------------	---	--------	--	-----------------------------------

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ <b>C1</b> ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	10.00%	（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；（2）投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30；注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的报价，给予投标人须知附表中的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 报价表 监狱企业的证明文件

采购包4:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ <b>C1</b> ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	------	------	-----------------------------	---------	------------

1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	10.00%	（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；（2）投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30；注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的报价，给予投标人须知附表中的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 报价表 监狱企业的证明文件
---	--------------	---	--------	--	-----------------------------------

采购包5:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	10.00%	（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；（2）投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30；注：对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物的报价，给予投标人须知附表中的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 报价表 监狱企业的证明文件

优先采购产品评审细则

采购包1:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包2:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	------	---------	------------

无
---

采购包3:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包4:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包5:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

### 5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；
  - 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
  - 四、因重大变故，采购任务取消的；
- 废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

### 5.6.定标

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

- 一、代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
- 二、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
- 三、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

### 5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- 五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- 六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

## **5.8.评标委员会成员工作纪律**

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章 投标文件格式

### 采购包1:

#### 分册名称：投标响应文件分册

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：服务内容要求、商务要求应答表

详见附件：技术要求应答表

详见附件：投标（响应）函

详见附件：其他资料

### 采购包2:

#### 分册名称：投标响应文件分册

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：服务内容要求、商务要求应答表

详见附件：技术要求应答表

详见附件：其他资料

详见附件：投标（响应）函

### 采购包3:

#### 分册名称：投标响应文件分册

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：服务内容要求、商务要求应答表

详见附件：技术要求应答表

详见附件：其他资料

详见附件：投标（响应）函

### 采购包4:

#### 分册名称：投标响应文件分册

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：服务内容要求、商务要求应答表

详见附件：技术要求应答表

详见附件：其他资料

详见附件：投标（响应）函

**采购包5：**

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：服务内容要求、商务要求应答表

详见附件：技术要求应答表

详见附件：其他资料

详见附件：投标（响应）函

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx