

牡丹江市妇幼保健院（牡丹江市妇女儿童医院）医疗设备采购项目竞争性磋商公告

牡丹江市德信招投标代理有限公司受采购人的委托，对牡丹江市妇幼保健院（牡丹江市妇女儿童医院）医疗设备采购项目进行竞争性磋商采购，请合格供应商前来参加磋商。

1、项目编号：MDJDX2022-196

2、项目名称：牡丹江市妇幼保健院（牡丹江市妇女儿童医院）医疗设备采购项目

3、采购项目类型：货物类

4、采购内容：医疗设备采购；（技术条款附后，其它内容请参见竞争性磋商文件）

5、资金来源及预算：单位自有资金，最高限价 112800.00 元

6、供货日期：签订合同后 5 日内安装完毕

7、交货地点：牡丹江市妇幼保健院（牡丹江市妇女儿童医院）

8、本项目不接受联合体投标

9、评标方法：综合评分法

10、供应商资格条件：

10.1 拟参加本项目的供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。

10.2 供应商必须具有医疗器械经营许可证；

10.3 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，享受相应的政府采购政策；

10.4 供应商未被“信用中国”网站“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询网址：

信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)

中国政府采购网：(<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>)

11、参与方式：

11.1 凡有意参加供应商，请于 2022 年 12 月 06 日 08:30 时至 2022 年 12 月 12 日 17:00 时（北京时间），请下载附件《登记确认表》并填好信息发送至牡丹江市德信招投标代理有限公司公共邮箱 mdjsdxztb@126.com（逾期发送的登记确认表将不予受理，视为无效登记）。只有获取竞争性磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

11.2 发布公告的媒介

本次竞争性磋商公告在《中国政府采购网》(<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>)上发布。

11.3 公告期限：五个工作日

12、询问和质疑：

对本次招标中的采购需求、评审结果等实体性事项的询问和质疑由采购人负责；对本次招标的过程、工作纪律等程序性事项的询问和质疑由项目经办人负责。

13、本次采购不组织标前答疑会。

14、磋商会开始时间: 2022 年 12 月 16 日 08:30 时（北京时间），磋商截止、开标时间: 2022 年 12 月 16 日 09:00 时（北京时间）。

注：供应商代表须持本人身份证原件亲自递交投标文件，否则投标文件被拒收。

15、开标地点：牡丹江市德信招投标代理有限公司（牡丹江市江南开发区领秀城西侧 107 门市二楼）会议室。

16、投标有效期为 90 日历天。

17、联系方式：

采购单位：牡丹江市妇幼保健院（牡丹江市妇女儿童医院）

地 址：牡丹江市西三条路 307 号

联系电话：18746331567

联 系 人：田女士

招标代理机构：牡丹江市德信招投标代理有限公司

地 址：牡丹江市江南开发区领秀城西侧 107 门市

邮 编：157000

开 户 行：中国银行牡丹江分行

户 名：牡丹江市德信招投标代理有限公司

账 号：165230640923

联系电话：0453-6273009

联 系 人：赵经理

牡丹江市德信招投标代理有限公司

2022 年 12 月 06 日

附、技术条款

技术条款

序号	内容	技术参数要求	单位	数量
1	便携式新生儿血氧监测仪	1、设备适用范围：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温。 2、心电 2.1 三/五导联 2.2 心率测量范围：成人：10 bpm~300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm~350 bpm 2.3 心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者) 3、呼吸 3.1 呼吸率监测范围：0~150 bpm 3.2 呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% 4、血氧饱和度 4.1 血氧饱和度测量范围：0~100% 4.2 血氧饱和度（SPO2）及准确度：70-100% 无体动时：成人/儿童/婴儿±2%，新生儿±3%； 体动时：成人/儿童/婴儿/新生儿±3%； 低灌注时：成人/儿童/婴儿/新生儿±2% 5、脉搏 5.1 脉率测量范围：25-240 次/分钟 5.2 脉率测量精度： 无体动时：成人/儿童/婴儿/新生儿±3 次/分钟； 体动时：成人/儿童/婴儿/新生儿±5 次/分钟； 低灌注时：成人/儿童/婴儿/新生儿±3 次/分钟 6、无创血压 6.1 测量范围：成人 10~270mmHg；小儿 10~235mmHg；新生儿 10~135mmHg。 7、体温规格 7.1 双通道体温监测 7.2 测量范围：0~50 ℃ 7.3 精度：±0.1 8、报警 8.1 声光双重三级报警 8.2 高低饱和度和脉搏率（SPO2 范围 1-100%，脉搏率 25-240bpm）报警 8.3 传感器状态、系统故障和电池电量低报警 8.4 声音和可视报警 9、数据显示与存储	台	2

		9.1 具备 72 小时以上趋势图表存储与回顾功能 9.2 数据显示：SPO2、脉搏率、报警、状态等消息 10、机器性能： 10.1 轻便手持，重量≤0.5 千克，具备防摔功能 10.2 电池连续工作时间≥24 小时； 10.3 使用通用 AA 电池，电池容量可在机器上显示		
2	大液体恒温器	1、用于药品，试剂，生理盐水、冲洗液、甘露醇等加温。 2、公称容积（L）≥50 3、温度控制范围 0--60℃ 4、温度波动（℃）±1 5、温度均匀性（℃）±2 6、环境温度（℃）5-30 7、电源~220V/50Hz 8、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。 9、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。 10、标配紫外线杀菌，可定期对箱体内部进行消毒。 11、对人员的保护——配置漏电流、过电压保护器。 12、对样品的保护——具有超温报警，箱内温度超出设置超温温度将启动报警。 13、对仪器的保护——增加温控开关，当温度过高时，开关断开，防止温度过高对仪器产生损害。	台	1
3	空气波压力治疗仪	1、彩色液晶屏，触摸或按键操作,方便操作。 2、放置方式：设备可悬挂、平面放置或选配专用台车放置等多种放置方式，移动简便。 3、主机重量轻，净重≤3Kg，方便医护人员随时取用。 4、压力控制：压力范围控制在 0mmHg~240mmHg，可根据需求进行调节，最高压力设定不超过 240mmHg，避免人为操作失误导致的压力过高，对患者下肢血管壁造成伤害。 6、具备零压跳过功能 7、治疗模式：具备超过四种以上治疗模式。 8、治疗时间：治疗时间可以根据临床需要进行灵活设置。 9、整机噪音：≤60dB 10、超压保护：具备超压保护功能。 11、自动泄压功能：断电、中断治疗、达到阈值时可自动泄压。 12、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。 13、自动报警：设备故障时，会有报警提示功能。 14、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。	台	1

4	生物型蒸汽灭菌器	1、主体 1.1 容积$\geq 100\text{L}$ 1.2 设计压力：$\geq 0.24\text{MPa}$ 1.3 额定压力：$\geq 0.2\text{MPa}$ 1.4 设计温度：$\geq 147^{\circ}\text{C}$ 1.5 额定工作温度：$\geq 134^{\circ}\text{C}$ 1.6 使用寿命：≥ 8 年（≥ 16000 次灭菌循环） 2、密封门 2.1 安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。 2.2 门密封方式：自胀式密封胶圈结构 3、管路系统 3.1 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 3.2 压力表： 量程：$-0.1\sim 0.5\text{MPa}$ 精度等级：1.6 级以上 3.3 冷凝系统：内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现蒸汽无外排。 3.4 高低水位检测：灭菌室内配备高低水位检测装置，保证设备正常运行 4、控制系统 4.1 控制方式："采用 PLC 控制,专用灭菌器控制器； 4.2 流程控制：设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒 4.3 可根据需要设定保温功能， 4.4 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 4.4.1 防干烧保护装置：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。 4.5.2 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。 4.5.3 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 4.6 电磁阀使用知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。 5、适用范围 可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料灭菌 6、参数范围 "灭菌温度设定范围：$105^{\circ}\text{C}\sim 138^{\circ}\text{C}$	台	1
---	----------	---	---	---

		灭菌时间可设范围：0～9999 分钟 干燥时间可设范围：0～9999 分钟 脉动次数可设范围：0～9 次 排汽阀开启温度范围：45℃～134℃ 保温温度可设定范围：40℃～100℃ 保温时间可设定范围：0～160 小时		
--	--	--	--	--