

单一来源采购方式专业人员论证意见

<p>专业人员信息</p>	<p>姓名: 张成云</p>	
	<p>职称: 主治医师</p>	
	<p>工作单位: 四川大学华西第四医院</p>	
<p>项目信息</p>	<p>项目名称: 联影 CT 球管采购项目</p>	
	<p>供应商名称: 国康创科医疗技术(四川)有限公司</p>	
<p>专业人员论证意见</p>	<p>该项目球管的设备是联影公司的。 该设备属精密大型设备。配套的球管 要与原厂的球管保持一致。以免造成 高低回路等损坏。 建议采用单一来源采购。</p>	
<p>专业人员签字</p>	<p>张成云</p>	<p>日期: 2024.12.16</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈敏	
	职称: 高级	
	工作单位: 退休	
项目信息	项目名称: 联影 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 国康创科医疗技术(四川)有限公司	
专业人员论证意见	<p>1. 本项目采购的联影 uCT 710 球管, 无其他可代替产品, 基于专业技术及设备应用知识, 产权保护等原因, 故障维修和所需配件都必须原厂配件保持一致, 设备才能正常工作, 且采购的设备球管其相关电路是围绕球管进行设计, 未经原厂测试认可的球管可能会导致高压回路损坏, 会引起的设备故障造成极大经济损失。</p> <p>本项目 uCT 球管采购项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款, 建议采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字	陈敏	日期: 2024.12.16

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李波	
	职称：工程师	
	工作单位：绵阳市人民医院	
项目信息	项目名称：联影 CT 球管采购项目	
	供应商名称：国康创科医疗技术（四川）有限公司	
专业人员论证意见	<p>计划断层扫描系统(CT)的配套X线球管具有唯一特点，即主机与球管的兼容性要求非常高，其生产厂家生产的球管只能与采购方原有的设备兼容。只能从原生产厂家采购同规格型号的球管，才能保证设备的正常运行。因此，同意单一来源采购。</p>	
专业人员签字	李波	日期：2024.12.17



四川省政府采购评审专家



姓名：唐成志

身份证号：510102196303176122

证书编号：SC0115939

当前状态：资格正常

职称信息：主管技师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人员具备四川省政府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）。



发证日期：2021-08-09





四川省政府采购评审专家



姓名：陈敏

身份证号：510102196201126124


证书编号：SC0111094

当前状态：资格正常

职称信息：主管药师

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）。





四川省政府采购评审专家



姓名：李波

身份证号：513001197403290235

证书编号：SC26039567

当前状态：资格正常

职称信息：统计

本证书由四川省财政厅颁发，表明持证人具备四川省政府采购评审专家评审资格。此证书信息来自评审专家库，相关信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。网络验证的唯一合法网站为：四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）。

