

（七）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加中国石油大学（华东）的（高温高压智能纳米级流控-玻璃刻蚀显影可视化实验装备项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （高温高压智能纳米级流控-玻璃刻蚀显影可视化实验装备），属于（招标文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为（江苏华安科研仪器有限公司），从业人员88人，营业收入6328.68万元，资产总额为7259.33万元，属于（小型企业）；

2. （高温高压智能纳米级流控-玻璃刻蚀显影可视化实验装备），属于（招标文件中明确的所属行业）工业行业；制造商为（江苏华安科研仪器有限公司），从业人员88人，营业收入6328.68万元，资产总额为7259.33万元，属于（小型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：江苏华安科研仪器有限公司
日期：2025 年 7 月 4 日



2、分项报价明细表

项目名称及项目编号：高温高压智能纳米级流控-玻璃刻蚀显影可视化实验装备

项目 、 QXSDZB2025-006

包号：1

序号	货物名称	制造商	品牌、型号	产地	技术指标	单价	数量及单位	小计
1	高精 密注射泵 连续注入 泵	江苏华 安科研 仪器有 限公司	华安 /HA-IV 型	江苏 省海 安市	压力范围：0~60MPa； 压力精度：达到0.1%F.S ；压力控制精度：达到 0.05MPa；连续流量范围 包含0.0005~20ml/min ，具有恒速恒压功能。	195000	2套	390000
2	高压 活塞容 器	江苏华 安科研 仪器有 限公司	华安 /HA-IV 型	江苏 省海 安市	耐压 ≥ 70 MPa，容积约 100ml；容积约1000ml， 带控温装置，温度范围 20℃~90℃。	70000	各2 套	140000
3	智能 纳米级 流控可 视化模 型	江苏华 安科研 仪器有 限公司	华安 /HA-IV 型	江苏 省海 安市	工作压力0~50MPa，工 作温度20℃~150℃，上 、下可视窗，最大可视 区域约10×20mm，钛合 金材质，带光源和加热 控温装置，控温精度 ± 1 ℃以内。	260000	1套	260000
4	玻璃 刻蚀显 影可视 化模型	江苏华 安科研 仪器有 限公司	华安 /HA-IV 型	江苏 省海 安市	工作压力0~50MPa，温 度20℃~150℃，上、下 高压蓝宝石可视窗，透 光特性：T $\approx 99\%$ （0.1 ~5 μ m），最大可视区域 约45×45mm；光刻模型 ：尺寸约45mm×45mm， 孔喉尺寸 $\leq 20\mu$ m。带光 源和加热控温装置，控 温精度 ± 1 ℃以内，摄像 镜头距离芯片距离 $\leq$ 60mm。	290000	1套	290000
5	高压 可视化 模型	江苏华 安科研 仪器有 限公司	华安 /HA-IV 型	江苏 省海 安市	内径 ≥ 25 mm，长度 $\geq$ 100mm，耐压 ≥ 30 MPa， 采用高压蓝宝石可视窗 ，透光特性：T $\approx 99\%$ （0.1 ~5 μ m），折射率 $\approx$ 1.4584。	220000	1套	220000

6	显微摄像系统	莱卡	莱卡/S9	进口	体视显微镜最大放大倍率100x, 工作距离>80mm, 变倍比≥20:1, 30fps全高清实时传输; 可切换的宏观镜头, 实现全局至局部的多尺度观测; 高速摄像模块支持≥1280×860分辨率、≥1000fps帧率。	184000	1套	184000
7	压力测量系统	广州森纳士传感器有限公司	森纳士/SENEX	广州	压力传感器量程≥10MPa, 数显二次仪表量程≥100MPa, 精度达到0.1%F.S。	2500	2套	5000
8	压差测量系统	广州森纳士传感器有限公司	森纳士/SENEX	广州	包括压差传感器与数显仪表, 最高压力≥80Mpa, 压差≥2.0MPa, 精度达到0.25%F.S。	3500	2套	7000
9	图像分析处理软件	江苏华安科研仪器有限公司	华安/HA-IV型	江苏省海安市	具备动态图像量化分析、饱和度分析、轨迹分析功能。可对图像进行目标提取, 计算孔喉道参数、面积、周长、角度曲率、喉道宽度、运动速度等参数, 利用所录取的动态图像, 计算不同时刻采收率、流动轨迹, 描绘驱替液包络曲线, 计算波及系数, 分析不同时刻不同形态类型剩余油的动态变化。	320000	1套	320000
10	环压跟踪系统	江苏华安科研仪器有限公司	华安/HA-IV型	江苏省海安市	包括环压泵、流程管汇、压力监测装置、盛液容器、排空阀等, 工作压力0~60MPa, 精度达到0.1%F.S, 压力控制精度达到0.05MPa。	119000	1套	119000
11	回压系统	江苏华安科研仪器有限公司	华安/HA-IV型	江苏省海安市	回压控制压力0~60MPa, 精度达到0.1%F.S。	16000	2套	32000
12	真空系统	江苏华安科研仪器有限公司	华安/HA-IV型	江苏省海安市	真空泵、真空表、真空缓冲容器及阀门管路	6000	1套	6000

13	管阀件系统	江苏华安科研仪器有限公司	华安/HA-IV型	江苏省海安市	管线、阀门、三通、四通、压帽、压环、直通、转换接头等，耐压100MPa以上	10000	1套	10000
合计总报价（元）		1983000	壹佰玖拾捌万叁仟元整					

投标人名称（公章）：江苏华安科研仪器有限公司

投标人法定代表人或者授权代表（签字或盖章）： 朱祥祥.

时间：2025 年 7 月 4 日