

附件 2

云南省省级政府采购项目单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年05月23日

所属具体情形	云财采(2018)18号第二条 第一款 “3. 公开招标失败或废标，符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家，经评标委员会出具了招标文件没有不合理条款论证意见的;”
采购单位	云南省第一人民医院
项目名称	云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统(MRI)采购项目
项目金额	4800.00万元
专家1论证意见	<p>技术优势与NMPA认证：5T磁共振成像设备作为医学影像技术的最前沿产品，其在影像分辨率、成像速度以及功能成像方面相较于传统设备有着显著提升。更重要的是，该设备已经获得了中国国家药品监督管理局（NMPA）的正式批准，这标志着其在国内市场的合法性和技术成熟度得到了官方认可。这一优势确保了医院在引进该设备后，能够立即投入临床使用，为受检者提供更精确、更安全的医疗服务。</p> <p>单一来源的必要性：鉴于5T磁共振成像设备的超高场体部成像优势，市场上能够提供此类设备的供应商数量有限。经过市场调研，我们发现上海联影公司作为业界领先的医疗设备制造商，不仅具备强大的研发和生产能力，还拥有丰富的临床应用经验和优质的售后服务体系。经过市场调研，仅有上海联影医疗科技股份有限公司的uMRJupiter型号全身超高场5.0T超导磁共振设备，在场强、梯度性能、体部应用等关键指标均可以满足我单位需求。因此建议通过单一来源方式进行采购。</p> <p>根据云南省财政厅文件：云财采[2018]18号第二条第（一）款第3条：公开招标失败或废标，符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家，经评标委员会出具了招标文件没有不合理条款论证意见的货物服务项目，采购人可以向省财政厅提出单一来源采购备案或审批申请。</p> <p>专家姓名：<u>张军</u> 工作单位：<u>云南省第一人民医院</u> 职称：<u>副主任医师</u></p>

<p>专家2论证意见</p>	<p>相比常规3.0等磁共振设备，超高场磁共振设备能带来更高信噪比、更高分辨率，更优异波谱普线分离能力等，可显示人体更细微的组织结构，从而带来更高的影像诊断效能及科研效能。</p> <p>云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统（MRI）采购项目于2025年5月13日-20日发布了招标公告，于2025年5月21日发布了招标失败公告。经审查，该院招标文件符合政府采购相关法律法规，无明显排他性、歧视性及其他违法违规条款。</p> <p>目前对该院招标文件作出实质性响应的供应商厂家只有上海联影医疗科技股份有限公司，其uMR Jupiter5.0T超高端磁共振成像设备是目前市场上唯一的已获得NMPA认证与FDA认证的5.0T磁共振设备。</p> <p>根据云财采[2018]18号第二项第（一）款第3条“公开招标失败或废标，符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家，经评标委员会出具了招标文件没有不合理条款论证意见的”之规定，建议采用单一来源方式向上海联影医疗科技股份有限公司的授权代理商云南医药工业销售有限公司采购5.0T磁共振成像系统。</p> <p>专家姓名: 曹仁华 工作单位: 云南省中医院 职称: 主任医师</p>
<p>专家3论证意见</p>	<p>该项目与2025年5月13日在云南省政府采购网公布公开招标公告，在获取文件截止时间5月20日23:59内，仅有云南医药工业销售有限公司报名，于5月21日发布了招标失败公告。本项目经2025年5月23日对招标文件进行论证，专家组未发现明显的指向性排他性歧视性等不合理条款。</p> <p>本项目从采购需求的角度看，其单一性主要表现在，目前全球范围内，仅有上海联影医疗科技有限公司是唯一能提供全身5.0T磁共振设备的生产商，具有唯一性和不可替代性。</p> <p>本项目从实际应用场景看，其单一性主要表现在5.0T磁共振的独特的全身超高场超导磁体系统及控制方法通过创新磁体设计实现高均匀度，解决了超高场B1不均匀性于局部热点控制问题，确保全身成像的安全性与稳定性。目前只有上海联影5.0T磁共振能实现此功能，具有不可替代性。</p> <p>本项目从采购需求的必要性看，云南省第一人民医院作为区域医疗中心，疑难重症患者众多，传统的3.0T磁共振的信噪比和空间分辨率，实</p>

	<p>现疾病超早期发现与精准定量分析等方面已经不能完全满足医院相关的业务需求，采购高端的5.0T磁共振对提供医院的诊疗水平、科研水平是必要的。</p> <p>本项目符合云南省财政厅文件云财采[2018]18号文第二条第（一）款第3点之规定，建议采用单一来源采购方式，从具有合法资质的供应商云南医药工业销售有限公司进行采购。</p> <p>专家姓名：<u>赵元</u> 工作单位：<u>昆明市第一人民医院</u> 职称：<u>高级工程师</u></p>
专家4论证意见	<p>云南省第一人民医院申报的拟采购项目5.0T超高端磁共振成像系统，为目前最具先进性的全身磁共振检查仪，该设备具有更高的信噪比和图像分辨率，有利于疾病的精准诊断，可应用于神经、心血管、骨肌运动系统，腹盆腔等全身各部位成像，可显著提升医院临床诊疗技术水平，提供更精准的医疗服务和大幅增加社会效益。同时5.0TMRI提供了更高的临床医学研究平台，为各学科的科研发展的重要设备。目前在全球范围内，上海联影医疗科技股份有限公司是唯一经NMPA批注上市、并获FDA全球认证的用于全身临床应用的超高端5T磁共振成像系统。本招标项目于2025年5月13日在云南省政府采购网公开招标公告，截止至5月20日23:59内，仅有云南医药工业销售有限公司报名投标。2025年5月21日宣告本次招标失败。鉴于目前世界范围内仅有上海联影医疗科技股份有限公司具有5.0T磁共振产品，依据以上市场情况，按照云南省财政厅文件云财采[2018]18号文件中的第二条第一款第3点之规定，建议作为单一来源采购。</p> <p>专家姓名：<u>赵元</u> 工作单位：<u>昆明市第一人民医院</u> 职称：<u>主任医师</u></p>

专家5论证意见	<p>云南省第一人民医院于2025年5月13日在《云南省政府采购网》上发布了超高端MR招标公告。相比常规的3.0磁共振设备，超高端人体磁共振成像设备因更高的磁场强度，能够带来更高信噪比，更高成像分辨率，更优异的波普谱线分离能力，可用于人体更细微的组织结构显示。本次采购的超高场磁共振设备可实现全身各部位包括神经、骨肌运动系统、腹部、盆腔、心脏等部位成像，也是超高场磁共振设备中唯一可以实现全身成像的系统，建议采购5.0成像设备。</p> <p>5T磁共振成像设备作为医学影像技术的最前沿产品，其在成像分辨率、成像速度以及功能成像方面相较于传统设备有着显著提升，更重要的是，改设备已获得了中国国家药品监督管理局（NMPA）的正式批准，这标志着其在国内市场的合法性和技术程度得到了官方认可。这一优势确保了医院在引进该设备后，能够立即投入使用，为受检者提供更精确更安全的医疗服务。</p> <p>招标过程中，仅有一家（云南医药工业销售有限公司）提交了招标文件。根据《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（云财采〔2018〕18号）第二条中（3.7）项：公开招标失败或废标，符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家，经评标委员会出具了招标文件没有不合理条款论证意见的。</p> <p>根据上述规定，本项目组建了七人制专家组，对招标文件进行了论证，本项目不存在任何其他合理的选择，需采用单一来源采购。</p> <p>专家姓名：<u>陈军</u> 工作单位：<u>昆明医科大学</u> 职称：<u>副主任医师</u></p>
专家6论证意见	<p>技术优势以NMPA认证情况；5.0T磁共振相较于3.0T具有更好图像分辨率，固有信噪比提高了60%以上，对组织细微结构显示更佳，能更早的发现疾病并精准诊断。5.0T设备还能提供更多、更丰富的代谢成像，能够帮助临床定量检测一系列肿瘤疾病、神经精神疾病的代谢产物，而能早期定性定量诊断。而且无需对比剂就能显示更细小、更多的小血管，为临床应用提供更多信息。</p> <p>更高产的7.0T设备目前只能应用于头颅和膝关节，而且其更高的SAR值</p>

	<p>也限制了其临床应用，相比之下，5.0T可应用于全身各个部位，也有更高的安全性。另外，5.0T对设备安装场地的要求更为普适。该5.0T磁共振也通过了NMPA的正式批准，可以进入临床应用。目前市场上只有上海联影医疗科技股份有限公司生产的uMRJupiter一款设备。</p> <p>综上，本项目符合《云南省财政厅关于加强省政府采购项目单一来源的通知》云财采[2018]18号第二条第一款第3.7项。建议采用单一来源方式向云南医药工业销售有限公司进行采购。</p> <p>专家姓名：<u>丁芳芳</u> 工作单位：<u>昆医附三院</u> 职称：<u>主任医师</u></p>
专家7论证意见	<p>常规3.0T磁共振存在的问题：</p> <p>成像扫描时间长，部分患者不能耐受，长时间制动检查患者检查体验差。检查成像精度不能识别发现神经、肿瘤、心血管疾病早期人体结构功能的细微变化，不利于疾病的早期发现和精准治疗方案的制定。</p> <p>目前临床上急需应用超高场磁共振解决上述检查时间和精度问题。</p> <p>超高场磁共振技术和市场情况：</p> <p>目前7.0T磁共振只有头部和膝关节获准进入临床，无法满足全身成像需求，而联影5.0T全身超高场磁共振是市场上唯一可实现全身各部位成像的超高场磁共振设备，其在影像分辨率、成像速度及功能成像方面性能有显著提高，且该设备已获中国国家药品监督管理局（NMPA）批准。</p> <p>招采情况：</p> <p>本项目2025年5月13日发布招标公告，只有云南医药工业销售有限公司获取招标文件，已于5月21日发布失败公告。经过市场调研，仅有上海联影医疗科技有限公司的uMR Jupiter全身超高场磁共振设备在场强、梯度性能、全身应用等关键指标满足招标要求。</p> <p>经专家讨论，本次招标文件无违法违规指向和排他情形，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）第四十三条（第二款）和《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的规定建议通过单一来源方式进行采购。</p> <p>专家姓名：<u>苏伟</u> 工作单位：<u>云南大学附属医院</u> 职称：<u>主任医师</u></p>

综合论证意见

云南省第一人民医院申报拟采购项目5.0T超高端磁共振成像系统，为目前最具有先进性的磁共振全身检查设备，超高场5.0T磁共振具有更高的分辨率，可以提供更清晰、更精准的图像，能更深入地检测组织和器官提供更全面的信息。对于疾病超早期诊断以及前瞻性探索具有非常重要价值。该设备可广泛应用于神经系统、体部、心血管及骨肌运动系统等各部位成像，显著提升医院临床诊疗水平，提供更精准的医疗服务和大幅度增加社会效益。同时5.0T磁共振提供了更高的临床医学科研平台，为各学科的科研发展的重要设备。目前在全球范围内，上海联影医疗科技股份有限公司是唯一经NMPA批注上市，并获FDA全球认证的应用于全身临床应用的超高端5.0T磁共振成像系统。本项目于2025年5月13日在云南省政府采购网发布公开招标公告，截止至5月20日23:59内，仅有云南医药工业销售有限公司报名投标。2025年5月21日宣告本次招标失败。鉴于目前世界范围内仅有上海联影医疗科技股份有限公司具有5.0T磁共振成像产品，依据以上市场情况，按照云南省财政厅文件云财采[2018]18号文件中的第二条第一款第3点之规定，建议作为单一来源采购。

专家组签字：高仁 潘勇 谭军 苏伟
赵红 赵元 李军

论证日期：2025年5月23日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁芳芳
	职称: 主任医师
	工作单位: 昆明医科大学第三附属医院
项目信息	项目名称: 云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统(MRI)采购项目
	供应商名称: 云南医药工业销售有限公司
专业人员论证意见	<p>技术优势与MRI认证情况, 5T磁共振相较于3.0T具有更好图像分辨率, 固有信噪比提高了60%以上, 对组织细微结构显示更佳, 能更早的发现疾病并精准诊断。5.0T设备还能提供更多、丰富的代谢成像, 能够辅助临床诊断, 检测一些早期病变, 减轻精神疾病的代谢紊乱, 而早期定性定量诊断。同时无需对比剂就可显示更细小、更多的血管, 为临床应用提供更多信息。</p> <p>更高端的7.0T目前只能应用于科研</p>

陈东平, 西昌更高性价比也限制了其应用范围。经过以下三个可应用于各个领域, 也有更高的性价比。另外5T设备对字体的要求更高, 另外5TMR了他通过3T设备的正式批准可以进入医院, 目前市场上只有上海联影医疗科技股份有限公司生产的1.5T Jupiter 一款设备。

综上, 本项目符合《云南省财政厅关于加强医疗设备采购项目管理的通知》云财采〔2018〕15号第一条第三款规定, 现建议采用单一来源采购方式向上海联影医疗科技股份有限公司采购。

专业人员签字

丁清芳

日期 2025 年 5 月 3 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谭军
	职称: 主任医师
	工作单位: 昆明医科大学第二附属医院
项目信息	项目名称: 云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统(MRI)采购项目
	供应商名称: 云南医药工业销售有限公司
专业人员论证意见	<p>云南省第一人民医院于2025年5月13在《云南省政府采购网》上发布了超高端MR招标公告,相比常规的3.0磁共振设备,超高场人体磁共振成像设备因更高的磁场强度,能够带来更高信噪比,更高成像分辨率,更优异的波谱谱分辨率能力,可用于人体更精细的组织结构显示。本次采购的超高场磁共振设备可实现全身各部位包括神经、骨肌运动系统,腹部,盆腔,心脏等部位成像也是超高场磁共振设备中唯一可以实现全身成像的系统,建议采购5.0T磁共振成像设备。</p> <p>5T磁共振成像设备作为医学影像技术的最前沿产品,其在成像分辨率,成像速度以及</p>

	<p>功能成像方面相较于传统设备有着显著提升。更重要的是，该设备已获得了中国国家药品监督管理局（NMPA）的正式批准，这将标志着其在国内市场的合法性和技术成熟度得到了官方认可。这一优势确保了医院在引进该设备后，能够立即投入使用，为受检者提供更精确、更安全的医疗服务。</p> <p>招标过程中，仅有一家（云南医药工业销售有限公司）提交了投标文件。根据《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（云财采〔2018〕18号）第二条中（3.7）项：</p>
	<p>公开招标失败或废标，符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家，经评标委员会出具了招标文件没有不合理条款论证意见的。</p> <p>根据上述规定，本项目组建了七人制专家组，对招标文件进行了论证，本项目不存在任何其他合理的选择，需采用单一来源采购。</p>
<p>专业人员签字</p>	<p>日期 2025年5月23日</p>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 苗亿成
	职称: 主任医师
	工作单位: 云南省中医院
项目信息	项目名称: 云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统(MRI)采购项目
	供应商名称: 云南医药工业销售有限公司
专业人员论证意见	<p>相比常规3.0T磁共振设备,超高端磁共振设备能带来更高信噪比、更高分辨率、更优异的图像质量,可显示人体更细微的组织结构,从而带来更高的影像诊断效能及科研效能。</p> <p>云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统(MRI)采购项目于2025年5月13-20日发布招标公告,于2025年5月21日发布招标公告。经审查,该院招标文件符合政府采购相关法律法规,无明显排他性、歧视性及其他违法违规条款。</p> <p>目前对该院招标文件作出实质性响应的供应商只有上海联影医疗股份有限公司,其uMR Jupiter 5.0T超高端磁共振成像设备是目前市场上唯一的已获得NMPA认证与FDA认证的5.0T磁共振设备。</p> <p>根据云财采[2018]18号文件第二项第(一)</p>

款第3条“公开招标失败或废标,符合法定条件或者对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家,经评标委员会出具招标文件没有不合理条款论意见的”之规定,建议采用单一来源方式向上海联新医药科技股份有限公司之授权代理商云南昆药工业销售有限公司采购5.0T磁共振成像系统。

专业人员签字	高红明	日期2025年5月23日
--------	-----	--------------

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 苏伟
	职称: 主任医师
	工作单位: 云南大学附属医院
项目信息	项目名称: 云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统(MRI)采购项目
	供应商名称: 云南医药工业销售有限公司
专业人员论证意见	<p>一、常规3.0T磁共振存在的问题:</p> <p>1. 成像扫描时间长, 部分患者不能耐受长时间制动检查, 患者检查体验差。</p> <p>2. 检查成像精度不能识别发现神经、肿瘤、血管疾病早期人体结构功能的细微变化, 不利疾病的早期发现和精准治疗方案的制定。</p> <p>目前临床上急需应用超高端磁共振解决上述检查时间和精度问题。</p> <p>二、超高端磁共振技术和市场情况:</p> <p>目前7.0T MRI只有头部和膝关节获准进入临床, 无法满足全身成像需求, 而联影5.0T全身超高端磁共振是市场上唯一可实</p>

现全身各部位成像的超高场磁共振设备
其在影像分辨率、成像速度及功能成像方面
性能有显著提升,且该设备已获中国国
家药品监督管理局(NMPA)批准。

三、招采情况:本项目5月13日发布公开招
标公告,只有云南医药工业销售有限公司
获取招标文件,已于5月21日发布中标公告。

经过市场调研,仅有上海联影医疗科技
有限公司的uMR Jupiter 全身超高场磁共
振设备在场强、梯度性能、全身应用等
关键指标满足招标要求。

经专家讨论,本次招标文件无违法违
规指向和排他情形。根据《政府采购
货物和服务招标投标管理办法》(87号
令)第四十三条第二款和《政府采购法》第
三十一条第一款的规定,建议通过单一来源
方式进行采购。

专业人员签字

苏伟

日期2025年5月27日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>赵正元</u>
	职称: <u>高级工程师</u>
	工作单位: <u>昆明市第一人民医院</u>
项目信息	项目名称: 云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统(MRI)采购项目
	供应商名称: 云南医药工业销售有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目于2025年5月13日在云南省政府采购网公布公开招标公告,在 截标时间 ^{截止时间} 5月20日23:59内,仅有云南医药工业销售有限公司报名,于5月21日发布了招标失败公告。本项目经2025年5月3日对招标文件进行论证,专家组未发现明显的指向性、排他性、歧视性等不合理条款。</p> <p>本项目从采购需求角度看,其单一性主要表现在目前全球范围内,仅有上海联影医疗科技有限公司是唯一能提供全身5.0T磁共振设备的制造商,具有唯一性和不可替代性。</p> <p>本项目从实际使用场景看,其单一性主要表现在5.0T磁共振独特的全身超高场超导磁体系统及控制方法通过创新研</p>

赵正元

体设计实现高均匀度,解决了起高功率不均匀性与局部热点控制问题,确保全身成像的安全性及稳定性,目前只有上海联影5.0T磁共振能够实现此功能,具有不可替代性。

本项目从采购需求必要性来看,云南省第一人民医院作为区域医疗中心,疑难重症患者众多,使低场3.0T磁共振的信噪比和空间分辨率,实现疾病超早期发现与精准定量分析等方面,已经不能完全满足医院相关的业务需求,采购高端的5.0T磁共振,对提高医院的诊疗水平,科研水平是必要的。

本项目符合云南省财政厅文件云财采[2018]18号文第二条第(一)款第3点之规定,建议采用单一来源采购方式,从具有合法资质的供应商云南医药工业销售有限公司进行采购。

专业人员签字

赵正元

日期2025年5月23日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵晋齐
	职称: 主任医师
	工作单位: 昆明市延安医院
项目信息	项目名称: 云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统(MRI)采购项目
	供应商名称: 云南医药工业销售有限公司
专业人员论证意见	<p>云南省第一人民医院申报的拟采购项目5.0T超高端磁共振成像系统,为目前最具先进性的全身磁共振检查仪,该设备具有更高的信噪比和图像分辨率,有利于疾病的精准诊断,可应用于神经、心血管、骨骼运动系统、腹腔脏等全身各部位成像,可显著提升医院临床诊疗技术水平,提供更精准的医疗服务和大幅增加社会效益,同时5.0T MRI提供了更高的临床医学研究平台,为各学科的研究发展的重要设备。目前在全球范围内,上海联影医疗科技股份有限公司是唯一经NMPA批准上市,并获FDA全球认证的用于全身临床应用超高端5T磁共振成像系统。本招标项目于2025年5月13日在云南省政府采购网公开招标公告,截至5月20日23:59内,仅有云南医药工业销售有限公司报名投标。2025年5月21日宣告本次招</p>

标失败。鉴于目前世界范围内仅有上海联影医疗科技股份有限公司具有5.0T磁共振产品。依据以上市场情况，按照云南省财政厅云财采〔2018〕18号文件中的第二条第一款中的第3项之规定，建议作为单一来源采购。

专业人员签字

马永平

日期2025年5月23日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王峰
	职称: 副主任医师
	工作单位: 云南省第一人民医院
项目信息	项目名称: 云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统(MRI)采购项目
	供应商名称: 云南医药工业销售有限公司
专业人员论证意见	<p>技术规格书 NMPA认证: 5T磁共振成像设备作为高端医疗技术装备产品, 其在临床诊断中发挥着至关重要的作用, 且其性能指标相较于传统设备有着显著提升, 且安全可靠, 该设备已经获得了中国国家药品监督管理局(NMPA)的正式批准, 这标志着其在安全性和有效性方面达到了国家规定的标准。这一设备的确投入使用, 将有助于提升该设备的诊断能力, 为患者提供更精准、更安全的医疗服务。</p> <p>第一, 该设备的安全可靠: 鉴于5T磁共振成像设备的高性能特点, 其在使用过程中能够提供更精准的诊断结果, 从而为临床医生提供更准确的诊断依据。经前期调研, 我们发现该设备的安全可靠, 符合国家药品监督管理局(NMPA)的相关规定, 且其性能指标相较于传统设备有着显著提升, 且安全可靠, 该设备已经获得了中国国家药品监督管理局(NMPA)的正式批准, 这标志着其在安全性和有效性方面达到了国家规定的标准。这一设备的确投入使用, 将有助于提升该设备的诊断能力, 为患者提供更精准、更安全的医疗服务。</p>

附件应用设备和技术方案设备清单。经过市场调研，证明上述设备与要求相符，经投标报价有限公司和UMR Jupiter 测试，达到最高档次，可满足系统设备。在实施、操作时，应即应用该系统，招标文件可以在此基础上，同时建议通过本一年期试运行。

根据《招标投标法》第34条：招标文件（2018）18号
第34条第1款第3条：招标文件或投标文件
符合招标文件或者对招标文件“作”复时
可以应和供应商只有一系，经评标委员会
与招标文件有不合理系，经评标委员会
认为项目，采购人可以向省财政厅
提出一年期
采购各单或下批申请。

专业人员签字

李华

日期 2025年5月29日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2

云南省省级政府采购项目单一来源采购专家论证意见表

时间：2025年05月23日

所属具体情形	云财采(2018)18号第二条 第一款“3.3. 公开招标失败或废标，符合专业条件或者对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家，经评标委员会出具了招标文件没有不合理条款论证意见的；”
采购单位	云南省第一人民医院
项目名称	云南省第一人民医院超高端磁共振成像系统(MRI)采购项目
项目金额	4800.00万元
专业人员论证意见	<p>云南省第一人民医院申报拟采购项目5.0T超高端磁共振成像系统，为目前最具有先进性的磁共振全身检查设备。超高场5.0T磁共振具有更高的分辨率，可以提供更清晰、更精准的图像，能更深入地检测组织和器官提供更全面的信息，对于疾病超早期诊断以及前瞻性探索具有非常重要的价值。该设备可广泛应用于神经系统、体检、心血管及骨肌运动系统等部位成像，显著提升医院临床诊疗水平，提供更精准的医疗服务和大幅度增加社会效益。同时5.0T磁共振提供了更高的临床医学科研平台，为各学科的科研发展的重要设备。目前在全球范围内，上海联影医疗科技股份有限公司是唯一经NMPA批准上市、并获FDA全球认证的用于全身临床应用的超高端5.0T磁共振成像系统。本项目于2025年5月13日在云南省政府采购网发布招标公告，截止</p>

至5月20日23:59内,仅有云南医药工业销售有限公司报名投标,2025年5月21日宣布本次招标失败。鉴于目前世界范围内仅有上海联影医疗科技股份有限公司具有5.0T磁共振产品,依据以上市场情况,按照云南省财政厅云财采〔2018〕18号文件中的第二条第一款中的第3项之规定,建议作为单一来源采购。

专家组签字:

高m. 丁瑞 谭军 苏伟
赵子外 赵如元 岑军

论证日期:2025年5月23日