

附件 2-1:

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名:	程伟	
	职称:	高工	
	工作单位:	红河州人社局	
项目信息	项目名称: 蒙自市人民医院佳能DSA球管采购项目		
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司		
专业人员1 论证意见	<p>该院现有的DSA球管为日本佳能公司生产的原装进口机，由于使用较已不能正常使用。球管为该机的重要部件，只有和主机配套使用才能使该机正常使用，由于其特殊性，具有唯一性和不可替代性，根据《红河州财政局关于加强州级政府采购项目单一来源采购管理的通知》(红财采发〔2019〕5号)文件第二条第(一)款中的第7项的规定，建议其主办方采用单一来源方式采购佳能医疗系统(中国)有限公司的产品。</p>		
专业人员签字	程伟	日期:	2025年2月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2-2:

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 吕继菊	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 蒙自市医院	
项目信息	项目名称: 蒙自市人民医院佳能DSA球管采购项目	
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员2 论证意见	蒙自市人民医院拟采购的DSA球管,为原装进口 DSA设备的核心部件,专机专用,为使原设备安全 可靠运行,必须由原生产厂家维修,配套专用产品具有 唯一性和不可替代性,符合红财采发[2019]5号 文件中的第二条第一款第七项之情形,只能由特 定供应商提供货物,且不存在任何其他合理的选 择或替代情况,建议采用单一来源方式进行采 购,由佳能医疗系统(中国)有限公司作为唯一供 应商。	
专业人员签字	吕继菊	日期: 2025年2月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2-3:

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 李波	
	职称: 工程师	
	工作单位: 蒙自市人民医院	
项目信息	项目名称: 蒙自市人民医院佳能DSA球管采购项目	
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员3 论证意见	<p>该采购为DSA机的耗材部件球管,原采购 球管为日本进口产品,并且对宣研公司工艺进 行了技术转让,若选择中行佳能球管,将使产 业风向、电气、阳极球管等核心技术受到影 响,且在辐射剂量、安全性、辐射均匀度等方面起 到作用,为保障论证通过及后期顺利实施 该采购项目,根据《政府采购法》 及《单一来源采购办法》(财库〔2014〕136号) 相关规定建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	李波	日期: 2023年2月26日



注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2:

单一来源采购方式专业人员论证意见表

时间: 2025年 2月26日

所属具体情形	单一来源采购
采购单位	蒙自市人民医院
项目名称	蒙自市人民医院佳能DSA球管采购项目
项目金额	78万元
专家1论证意见	<p>该院现有的DSA球管为日本佳能公司生产的原装进口机,由于使用年久已不能正常使用。球管为该机的重要部件,只有和主机配套使用才能使该机正常使用,由于其特殊性,具有唯一性和不可替代性,根据《红河州财政局关于加强州级政府采购项目单一来源采购管理的通知》(红财采发[2019]5号)文件第二条第(一)款中的第7项的规定,建议业主方采用单一来源方式采购佳能医疗系统(中国)有限公司的产品。</p> <p>专家姓名: 程伟 工作单位: 红河州人社局 职 称: 高工</p>
专家2论证意见	<p>蒙自市人民医院拟采购的DSA球管,为原装进口DSA设备的核心部件,专机专用,为使原设备安全正常运行,必须由原厂家提供配套专用产品,具有唯一性和不可替代性,符合《红河州财政局关于加强州级政府采购项目单一来源采购管理的通知》(红财采发[2019]5号)文件第二条第(一)款中的第7项之情形“只能由特定供应商制造或者提供货物和服务,且不存在任何其他合理的选择或替代情况的其他情况。”建议采用单一来源方式进行采购。由佳能医疗系统(中国)有限公司作为唯一供应商。</p> <p>专家姓名: 吴红萍 工作单位: 蒙自市疾控中心 职 称: 主任技师</p>

专家3论证意见	<p>该采购为DSA机的核心部件球管，原采购的产品为原装进口产品，并且球管结构工艺复杂程度高，技术参数要求高，参数中的指标焦点、管电压、电流、阳极热容量等核心指标要求高，对设备的可用性、安全性、平稳性起着相当关键的作用，为了保障设备良好的运行和后期的维护，需要采用专机专用的方式，根据《红河州财政局关于加强州级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（红财采发[2019]5号）文的文件规定，建议采用单一来源方式进行采购。</p> <p>专家姓名：</p> <p>工作单位：</p> <p>职 称：</p>
综合论证意见	<p>蒙自市人民医院拟采购的DSA球管，为原装进口DSA设备的核心部件，结构精密复杂，技术含量极高，技术参数要求极高，专机专用，为使原设备安全正常运行，必须由原厂家提供配套专用产品，具有唯一性和不可替代性，符合《红河州财政局关于加强州级政府采购项目单一来源采购管理的通知》（红财采发[2019]5号）文件第二条第（一）款中的第7项的规定“只能由特定供应商制造或者提供货物和服务，且不存在任何其他合理的选择或替代情况的其他情况。”之情形，专家组一致建议：采用单一来源方式申请采购。由佳能医疗系统（中国）有限公司作为唯一供应商。</p> <p>专家组签字：</p> <p>论证日期：2025年 2月 26 日</p>