


政府采购单一来源专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	三亚市人民医院
拟采购产品名称	佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 全保
拟采购产品金额	人民币 180 万元/年
采购项目所属项目名称	佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 全保
采购项目所属项目金额	人民币 180 万元/年
二、申请理由	
详见《政府采购单一来源论证申请表》。	
三、专家论证意见	
<p>伍强：采购方已于 2021 年购置了壹台佳能 CT，该机性能优越，使用频率较高，为确保该 CT 今后临床工作的顺利开展，需考虑其日常维护保养及维护工作，目前该机的有关软件配件技术有其独立性，在实际工作中应符合原机性能，确保机器的使用安全，并发挥设备的最大效能，故建议采用原厂开展维护工作，可建议按单一来源方式采购。</p> <p>王少雄：因本次项目为佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 维保服务，需原厂配件和技术支持，为保证设备正常高效运行和确保医疗安全，拟请佳能医疗系统（中国）有限公司来提供该设备的维保服务，该公司是佳能医疗在中国境内唯一授权的维保供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定及实际情况需要，本次三亚市人民医院的佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 维保采购项目建议采用单一来源方式采购。</p> <p>郑小桃：拟采购的佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 全保项目，该佳能 CT 结构精密，物理通道数多，维修存在一定的复杂性，且组件配合的对接端口有特殊规格，在市面上找不到绕过相关组件专利的第三方配件，做不到完全匹配或替代，仅能从设备生产原厂购买，具有不可替代性。为保障设备正常运行和确保医疗安全。建议以单一来源方式选择佳能医疗系统（中国）有限公司作为本次采购的唯一供应商。</p>	
专家签字：	
<div>郑小桃 伍强 王少雄</div> <div>2024 年 10 月 14 日</div>	


政府采购单一来源专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	三亚市人民医院
拟采购产品名称	佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 全保
拟采购产品金额	人民币 180 万元/年
采购项目所属项目名称	佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 全保
采购项目所属项目金额	人民币 180 万元/年
二、申请理由	
详见《政府采购单一来源论证申请表》。	
三、专家论证意见	
<p>贵院方已于2021年购置了壹台佳能CT,该 机性能优越,使用年限较高,为确保该 CT今后临床工作的顺利开展,需考虑其日 常维护保养及维修工作,目前该机的有 关软件配件并未有其独立性,在实际工 作中应符合原机性能,确保机器的使用 安全,并发挥设备的最大效能,故建议采 用原厂开展维护工作,可建议按单一来源方 式采购。</p>	
专家签字:	
<p>何立</p> <p>2024 年 10 月 14 日</p>	

政府采购单一来源专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	三亚市人民医院
拟采购产品名称	佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 全保
拟采购产品金额	人民币 180 万元/年
采购项目所属项目名称	佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 全保
采购项目所属项目金额	人民币 180 万元/年
二、申请理由	
详见《政府采购单一来源论证申请表》。	
三、专家论证意见	
<p>因本次项目为佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 维保服务，需原厂配件和技术支持，为保证设备正常运行和确保医疗安全，拟请佳能医疗系统(中国)有限公司来提供该设备的维保服务，该公司是佳能医疗在中国境内唯一授权的维保供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定及实际情况需要，本次三亚市人民医院的佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 维保采购项目建议采用单一来源方式采购。</p>	
专家签字： 	
2024 年 10 月 14 日	

政府采购单一来源专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	三亚市人民医院
拟采购产品名称	佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 全保
拟采购产品金额	人民币 180 万元/年
采购项目所属项目名称	佳能 Aquilion ONE TSX-305A CT 全保
采购项目所属项目金额	人民币 180 万元/年
二、申请理由	
详见《政府采购单一来源论证申请表》。	
三、专家论证意见	
<p>拟采购的佳能Aquilion ONE TSX-305A CT全保项目，该佳能CT结构精密，物理通道数多，维修存在一定的复杂性，且组件配套的对接端口有特殊规格，在市面上找不到经过相关组件专利的第三方配件，做不到完全匹配和替代，仅能从设备生产厂家购买，具有不可替代性。为保障设备正常运行和确保医疗安全，建议以单一来源方式选择佳能医疗系统(中国)有限公司作为本次采购的唯一供应商。</p>	
专家签字： 	
2024 年 10 月 14 日	