

# 论证专家签到表

项目名称:洪洞县人民医院 CT 球管采购项目

2025 年 02 月 28 日

姓名	职称	工作单位	联系电话
刘益忠	副主任医师	临汾市疾控中心	13935748599
王作来	副主任医师	临汾市中心医院	18635781682
任社社	主管检验师	临汾市妇幼保健院	18903575668

注:非参会人员请自觉退出会场。

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 刘益忠
	职称: 副主任技师
	工作单位: 临汾市疾控中心
项目信息	项目名称: 洪洞县人民医院 CT球管采购项目
	供应商名称: 山西鑫源祥商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>洪洞县人民医院所使用的 HD150 CT 属于 GE 生产, CT 球管属于 CT 机的关键部件, 其精确性等各项参数需与原机匹配, 为保证项目的稳定性和服务的质量, 需采购原厂生产的 CT 球管, 山西鑫源祥商贸有限公司作为唯一指定经销商负责球管 D5703T 的相关销售业务。</p> <p>以上情况符合政府采购法第三十一条之规定, 建议洪洞县人民医院 CT 球管采购项目采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">刘益忠</div> <div style="width: 45%;">日期 2025 年 2 月 28 日</div> </div>

### 单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名： 王和军	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 临汾市中心医院	
项目信息	项目名称： 洪洞县人民医院CT球管采购项目	
	供应商名称： 山西鑫源祥商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>球管属于CT机的重要部件，CT图像的质量与球管的质量、安装校准水平有直接的关系，球管实际扫描系统与要求的尺寸差异，可能引起已图像不易察觉的细节丢失，图像质量明显偏移。因此原厂生产的球管与该CT设备更加匹配及兼容。</p> <p>建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	王和军	日期 2025年2月28日

单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 张, 32 林	
	职称: 主管检验师	
	工作单位: 临汾市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 洪洞县人民医院CT球管采购项目	
	供应商名称: 山西鑫灏祥商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>洪洞县人民医院采购的CT球管, 属于CT机的重要部件. CT图像质量与球管的质量有重要的关联, 并且原厂生产的球管各项参数均与该CT设备性能要求相匹配. 具有不可替代性. 故建议采用单一来源方式采购.</p>	
专业人员签字	张, 32 林	日期 2025年2月28日