

招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：**2024**年第六批医疗设备采购项目

采购项目编号：**N5111012024000446**

乐山市中医医院

四川乐盛招标代理有限公司共同编制

2024年12月13日

第一章 投标邀请

四川乐盛招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受乐山市中医医院委托，拟对2024年第六批医疗设备采购项目采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省乐山市市本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号：N5111012024000446

1.2.采购项目名称：2024年第六批医疗设备采购项目

1.3.招标项目简介

为满足科室业务需求，完善医院诊疗项目，提高医院服务能力，需采购相关功能设备。

1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

采购包2：无。

采购包3：无。

采购包4：无。

采购包5：无。

采购包6：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证（描述：投标人为非生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》）

2、医疗器械注册证或备案凭证（描述：所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证）

3、授权书（描述：投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产厂家对投标产品的授权书，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。（限进口产品））

采购包2：

1、医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证（描述：投标人为非生产厂家须具有《中华人民共和国医

疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》）

2、医疗器械注册证或备案凭证（描述：所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证）

3、授权书（描述：投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产厂家对投标产品的授权书，或具有投杈权限的代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。（限进口产品））

采购包3:

1、医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证（描述：投标人为非生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》）

2、医疗器械注册证或备案凭证（描述：所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证）

3、授权书（描述：投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产厂家对投标产品的授权书，或具有投杈权限的代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。（限进口产品））

采购包4:

1、医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证（描述：投标人为非生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》）

2、医疗器械注册证或备案凭证（描述：所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证）

3、授权书（描述：投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产厂家对投标产品的授权书，或具有投杈权限的代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。（限进口产品））

采购包5:

1、医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证（描述：投标人为非生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》）

2、医疗器械注册证或备案凭证（描述：所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证）

3、授权书（描述：投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产厂家对投标产品的授权书，或具有投杈权限的代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。（限进口产品））

采购包6:

1、医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证（描述：投标人为非生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》）

2、医疗器械注册证或备案凭证（描述：所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证）

3、授权书（描述：投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产厂家对投标产品的授权书，或具有投杈权限的代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。（限进口产品））

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务电话：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人：乐山市中医医院

地址：乐山市市中区柏杨中路183号

邮编：614000

联系人：邓老师

联系电话：0833-2165287

代理机构：四川乐盛招标代理有限公司

地址：乐山市市中区至乐路491号万华国际写字楼20楼1号

邮编： 614000

联系人： 何女士

联系电话： 0833-2105766

第二章 投标人须知

2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,888,000.00元</p> <p>采购包2：2,900,000.00元</p> <p>采购包3：780,000.00元</p> <p>采购包4：2,000,000.00元</p> <p>采购包5：140,000.00元</p> <p>采购包6：220,000.00元</p> <p>投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>
2	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>采购包3：综合评分法</p> <p>采购包4：综合评分法</p> <p>采购包5：综合评分法</p> <p>采购包6：综合评分法</p> <p>（具体规则详见第五章）</p>
3	是否接受联合体★	<p>采购包1：不接受联合体</p> <p>采购包2：不接受联合体</p> <p>采购包3：不接受联合体</p> <p>采购包4：不接受联合体</p> <p>采购包5：不接受联合体</p> <p>采购包6：不接受联合体</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>

4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
5	履约保证金★	采购包1：不收取 采购包2：不收取 采购包3：不收取 采购包4：不收取 采购包5：不收取 采购包6：不收取
6	投标有效期★	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。
7	代理服务费★	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准：1.以每包中标金额作为计算基数，按差额定率累进法计算后下浮48%(代理服务费不足3000元的，按3000元标准收取)，费率为100万以下 1.5%，100-500万元1.1%，500-1000万元0.8%，由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构交纳。2.代理费收取方式:现金或银行转账。3.开户名：四川乐盛招标代理有限公司。4.开户银行：招商银行股份有限公司乐山分行。5.账号：983900415510701
8	中标结果公告	中标结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：否 采购包2：否 采购包3：否 采购包4：否 采购包5：否 采购包6：否
10	是否召开开标前答疑会	否
11	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： 一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； 二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； 三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 注： 1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准； 2.故障处理详见第二章规定。
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。

13	实质性要求	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。
14	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由 乐山市中医医院 和 四川乐盛招标代理有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 乐山市中医医院 。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川乐盛招标代理有限公司 。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。
- 五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

2.3.招标文件

2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.招标文件的澄清和修改

- 一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。
- 二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
- 三、投标人根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

2.4.投标文件

2.4.1.投标文件的语言

- 一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2.计量单位★

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.投标货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.投标报价★

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.投标文件的提交★

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5.开标、资格审查、评标和中标

2.5.1.开标

2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

2.5.1.2.解密投标文件★

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1： 自行验收

采购包2： 自行验收

采购包3： 自行验收

采购包4： 自行验收

采购包5： 自行验收

采购包6： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

采购包6： 否

三、是否邀请专家：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

采购包6： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

采购包6： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

采购包6： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

采购包2： 一次性验收

采购包3： 一次性验收

采购包4： 一次性验收

采购包5： 一次性验收

采购包6： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、验收条件说明： 货物在中标供应商通知安装调试完毕后7个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入15天试用期；试用 期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后5个工作日内完成最终验收。采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包2：

1、验收条件说明： 货物在中标供应商通知安装调试完毕后7个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入15天试用期；试用 期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后5个工作日内完成最终验收。采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包3：

1、验收条件说明： 货物在中标供应商通知安装调试完毕后7个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入15天试用期；试用 期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后5个工作日内完成最终验收。采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包4：

1、验收条件说明： 货物在中标供应商通知安装调试完毕后7个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入15天试用期；试用 期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后5个工作日内完成最终验收。采购人无故不进行验收

工作并已使用货物的，视同验收合格，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包5：

1、验收条件说明：货物在中标供应商通知安装调试完毕后7个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入15天试用期；试用期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后5个工作日内完成最终验收。采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包6：

1、验收条件说明：货物在中标供应商通知安装调试完毕后7个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入15天试用期；试用期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后5个工作日内完成最终验收。采购人无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格，达到验收条件起 7 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：无

采购包2：无

采购包3：无

采购包4：无

采购包5：无

采购包6：无

九、技术履约验收内容：

采购包1：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人和中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

采购包2：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人和中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

采购包3：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人和中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

采购包4：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人和中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

采购包5：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人和中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

采购包6：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人和中标供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1：（一）交货时间：交货期限为合同签订生效后，接到采购人通知90天内交货到采购人指定地点，随即在7天内完成设备安装调试工作（如由于采购人的原因造成安装调试延迟的，时间顺延）。货物到场直至安装前的保管义务由中标供应商自行承担。（二）安装调试及技术服务(含培训)要求：中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。（三）售后服务要求：1.本项目保修期：包

一、包二、包三、包四、包五质保期不少于3年，包六质保期不少于5年，从中标供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视作为中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。

采购包2：（一）交货时间：交货期限为合同签订生效后，接到采购人通知90天内交货到采购人指定地点，随即在7天内完成设备安装调试工作（如由于采购人的原因造成安装调试延迟的，时间顺延）。货物到场直至安装前的保管义务由中标供应商自行承担。（二）安装调试及技术服务(含培训)要求：中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。（三）售后服务要求： 1.本项目保修期：包一、包二、包三、包四、包五质保期不少于3年，包六质保期不少于5年，从中标供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视作为中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。

采购包3：（一）交货时间：交货期限为合同签订生效后，接到采购人通知90天内交货到采购人指定地点，随即在7天内完成设备安装调试工作（如由于采购人的原因造成安装调试延迟的，时间顺延）。货物到场直至安装前的保管义务由中标供应商自行承担。（二）安装调试及技术服务(含培训)要求：中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。（三）售后服务要求： 1.本项目保修期：包一、包二、包三、包四、包五质保期不少于3年，包六质保期不少于5年，从中标供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视作为中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。

采购包4：（一）交货时间：交货期限为合同签订生效后，接到采购人通知90天内交货到采购人指定地点，随即在7天内完成设备安装调试工作（如由于采购人的原因造成安装调试延迟的，时间顺延）。货物到场直至安装前的保管义务由中标供应商自行承担。（二）安装调试及技术服务(含培训)要求：中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。（三）售后服务要求： 1.本项目保修期：包一、包二、包三、包四、包五质保期不少于3年，包六质保期不少于5年，从中标供应商完成安装、调试并经采购人验收合格

次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。

采购包5：（一）交货时间：交货期限为合同签订生效后，接到采购人通知90天内交货到采购人指定地点，随即在7天内完成设备安装调试工作（如由于采购人的原因造成安装调试延迟的，时间顺延）。货物到场直至安装前的保管义务由中标供应商自行承担。（二）安装调试及技术服务(含培训)要求：中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。（三）售后服务要求： 1.本项目保修期：包一、包二、包三、包四、包五质保期不少于3年，包六质保期不少于5年，从中标供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。

采购包6：（一）交货时间：交货期限为合同签订生效后，接到采购人通知90天内交货到采购人指定地点，随即在7天内完成设备安装调试工作（如由于采购人的原因造成安装调试延迟的，时间顺延）。货物到场直至安装前的保管义务由中标供应商自行承担。（二）安装调试及技术服务(含培训)要求：中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。（三）售后服务要求： 1.本项目保修期：包一、包二、包三、包四、包五质保期不少于3年，包六质保期不少于5年，从中标供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。。

十一、履约验收标准：

采购包1： 采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、招标文件规定的要求和响应文件及合同承诺 的内容进行验收。

采购包2： 采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、招标文件规定的要求和响应文件及合同承诺 的内容进行验收。

采购包3： 采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205

号)、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知(财库〔2021〕22号)、招标文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

采购包4: 采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知(财库〔2021〕22号)、招标文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

采购包5: 采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知(财库〔2021〕22号)、招标文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

采购包6: 采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知(财库〔2021〕22号)、招标文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

十二、履约验收其他事项:

采购包1: 无

采购包2: 无

采购包3: 无

采购包4: 无

采购包5: 无

采购包6: 无

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定,及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施,保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外,采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形:

一、有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

- (一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (五)不同投标人的投标文件相互混装;
- (六)不同投标人的投标保证金从同一单位和账户转出。

二、有下列情形之一的,属于恶意串通,对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任:

- (一)投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;
- (二)投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件;
- (三)投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;
- (四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(五) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
(六) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
(七) 投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

- 三、提供虚假材料谋取中标；
- 四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- 五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；
- 六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；
- 八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
- 十、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十一、提供假冒伪劣产品；
- 十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- 四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 乐山市中医医院 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川乐盛招标代理有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川乐盛招标代理有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：邓老师

联系电话：0833-2165287

地址：乐山市市中区柏杨中路183号

邮编：614000

答复主体：代理机构

联系人：何女士

联系电话：0833-2105766

地址：乐山市市中区至乐路491号万华国际写字楼20楼1号

邮编：614000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的招标文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定时间内作出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- （三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

采购包2：不需要样品评审

采购包3：不需要样品评审

采购包4：不需要样品评审

采购包5：不需要样品评审

采购包6：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品

评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,888,000.00
采购包最高限价（元）：1,888,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	医用光学 仪器	视觉质量 分析仪	1.00（台）	890,000.00	工业	是	是	否	否	否
2	医用光学 仪器	角膜生物 力学	1.00（台）	830,000.00	工业	是	是	否	否	否
3	医用光学 仪器	双目间接 检眼镜检 查系统	1.00（台）	90,000.00	工业	否	是	否	否	否
4	医用光学 仪器	非接触式 手持眼压 计	1.00（台）	60,000.00	工业	否	是	否	否	否
5	医用光学 仪器	高分辨（ HR）直 接图像玻 切片	4.00（台）	18,000.00	工业	否	是	否	否	否

采购包2：
采购包预算金额（元）：2,900,000.00
采购包最高限价（元）：2,900,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	医用光学 仪器	眼科手术 显微镜	1.00（台）	2,900,000.00	工业	是	是	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）：780,000.00

采购包最高限价（元）：780,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	医用电子 生理参数 检测仪器 设备	视觉电生 理	1.00（台 ）	780,000. 00	工业	是	是	否	否	否

采购包4:

采购包预算金额（元）：2,000,000.00

采购包最高限价（元）：2,000,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	医用内窥 镜	电子胃肠 镜系统	1.00（台 ）	2,000,00 0.00	工业	是	是	否	否	否

采购包5:

采购包预算金额（元）：140,000.00

采购包最高限价（元）：140,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	医用内窥 镜	输尿管内 窥镜	2.00（台 ）	140,000. 00	工业	是	是	否	否	否

采购包6:

采购包预算金额（元）：220,000.00

采购包最高限价（元）：220,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	其他医疗设备	血液透析滤过机	1.00（台）	220,000.00	工业	是	是	否	否	否

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	视觉质量分析仪	1.00（台）	890,000.00	总价	报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的货物、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、物料费用、培训费、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，投标供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由中标供应商负责，采购人不承担任何费用。

2	角膜生物力学	1.00（台）	830,000.00	总价	<p>报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的货物、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、物料费用、培训费、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，投标供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由中标供应商负责，采购人不承担任何费用。</p>
3	双目间接检眼镜检查系统	1.00（台）	90,000.00	总价	<p>报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的货物、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、物料费用、培训费、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，投标供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由中标供应商负责，采购人不承担任何费用。</p>

4	非接触式手持眼压计	1.00（台）	60,000.00	总价	报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的货物、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、物料费用、培训费、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，投标供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由中标供应商负责，采购人不承担任何费用。
5	高分辨（HR）直接图像玻切片	4.00（台）	18,000.00	总价	报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的货物、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、物料费用、培训费、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，投标供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由中标供应商负责，采购人不承担任何费用。

采购包2:

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
----	------	----------	------	------	------

1	眼科手术显微镜	1.00（台）	2,900,000.00	总价	报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的货物、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、物料费用、培训费、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，投标供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由中标供应商负责，采购人不承担任何费用。
---	---------	---------	--------------	----	---

采购包3:

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	视觉电生理	1.00（台）	780,000.00	总价	报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的货物、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、物料费用、培训费、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，投标供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由中标供应商负责，采购人不承担任何费用。

采购包4:

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	电子胃肠镜系统	1.00（台）	2,000,000.00	总价	报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的货物、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、物料费用、培训费、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，投标供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由中标供应商负责，采购人不承担任何费用。

采购包5：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明

1	输尿管内窥镜	2.00（台）	140,000.00	总价	报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的货物、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、物料费用、培训费、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，投标供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由中标供应商负责，采购人不承担任何费用。
---	--------	---------	------------	----	---

采购包6:

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	血液透析滤过机	1.00（台）	220,000.00	总价	报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的货物、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、物料费用、培训费、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，投标供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因投标供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由中标供应商负责，采购人不承担任何费用。

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补

充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用光学仪器	视觉质量分析仪	视觉质量分析仪
2	医用光学仪器	角膜生物力学	角膜生物力学

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用光学仪器	眼科手术显微镜	眼科手术显微镜

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用电子生理参数检测仪器设备	视觉电生理	视觉电生理

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用内窥镜	电子胃肠镜系统	电子胃肠镜系统

采购包5：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用内窥镜	输尿管内窥镜	输尿管内窥镜

采购包6：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他医疗设备	血液透析滤过机	血液透析滤过机

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用光学仪器	视觉质量分析仪	视觉质量分析仪
2	医用光学仪器	角膜生物力学	角膜生物力学
3	医用光学仪器	双目间接检眼镜检查系统	双目间接检眼镜检查系统
4	医用光学仪器	非接触式手持眼压计	非接触式手持眼压计
5	医用光学仪器	高分辨（HR）直接图像玻切片	高分辨（HR）直接图像玻切片

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用光学仪器	眼科手术显微镜	眼科手术显微镜

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

1	医用电子生理参数检测仪器设备	视觉电生理	视觉电生理
---	----------------	-------	-------

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用内窥镜	电子胃肠镜系统	电子胃肠镜系统

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	医用内窥镜	输尿管内窥镜	输尿管内窥镜

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他医疗设备	血液透析滤过机	血液透析滤过机

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1:

标的名称：视觉质量分析仪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		<p>★1.总体要求：适用于视光检查、角膜屈光术前及术后评估，白内障术前及术后评估、高端IOL手术个性化指导及选择。</p> <p>▲2.具有波前像差测量、自动验光仪验光测量（多区域测量）、角膜地形图测量（含3D）、角膜曲率测量、瞳孔直径测量功能；</p> <p>3.具备全自动、半自动、手动数据采集；</p> <p>▲4.采用Placido盘，光线跟踪像差技术；</p> <p>5.至少具备全眼相差、晶体相差、角膜相差、高阶相差、低阶相差测量功能；</p> <p>6.波前像差测量调制传递函数（MTF）、点扩散函数（PSF）、包围能量函数（EEF）、波前像差均方根（RMS）、斯泰尔比值（SR），各种像差的、不同瞳孔大小状态下的均能显示，像差数据提供像差8阶、44项数据；</p> <p>▲7.视轴偏心测量包括Kappa角与Alpha角测量数据；</p> <p>▲8.具备晶状体功能失调指数测量；</p> <p>9.视觉质量分析评估：模拟昼夜视觉；戴镜前后视觉效果比较；分离角膜、晶体相差；分离高阶、低阶相差；量化视觉功能；</p> <p>10.瞳孔测量范围：≥2-8mm；</p> <p>11.角膜测范围≥2-14mm；</p> <p>12.电脑验光：球镜≥（+15D到-15D）；柱镜≥（+10D到-10D）</p> <p>13.电脑验光精确性、重复性：≤±0.10D；</p> <p>14.具备患者数据管理功能，可分析、存储、删除病人资料；</p> <p>15.白内障术前晶体功能性指数分析、非球面晶体术前指导、多焦晶体植入评估、散光晶体植入规划功能；</p> <p>16.具备白内障手术术后视觉质量分析评估、散光晶体植入术后评估、晶体倾斜以及偏心分析、客观对比敏感度及术后景深测量功能；</p> <p>17.角膜地形图≥24测量环、≥8640分析点数、测量范围≥0-8mm，具备高度地形图、3D地形图、轴向图、圆锥角膜分析；</p> <p>18.支持晶体混浊地形图。</p>
---	--	--

标的名称：角膜生物力学

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>1.非接触式测量，自动化采集；</p> <p>2.扫描速率 > 4000张/秒；</p> <p>3.扫描宽度≥8mm；</p> <p>▲4.具备眼压测量功能，可获取生物力学校正眼压；</p> <p>5.具备角膜断层图像实时观察功能；</p> <p>6.具备角膜厚度测量功能，并可测量角膜最大变形幅度；</p> <p>7.能够反馈角膜最大形变时的曲率，同时反馈角膜回弹速率；</p> <p>8.能够记录角膜在气压脉冲下的形变时间；</p> <p>9.支持视频慢速回放；</p> <p>▲10.具备硬度参数</p> <p>▲11.具备标准生物力学报告，具备生物力学人群数据库，含多参数标准差分析，可获取正常范围，并具备生物力学指数，直接提示生物力学是否正常；</p> <p>▲12.具有生物力学/断层扫描地形联合评估报告功能，可导入断层地形设备数据进行联机分析</p> <p>13.具备检测数据及报告打印功能；</p> <p>14.软件终生免费升级。</p> <p>★15.须配置：工作站（具备打印能力）1套，电动升降台1套。</p>
---	--	--	---

标的名称：双目间接检眼镜检查系统

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>▲1.一体化无线设计，内置处理器和摄像头；</p> <p>2.具备USB接口，可将摄像头连接电脑；</p> <p>3.摄像头有效像素工作距离不低于350mm—650mm，角度±7度可调，景深±35mm；</p> <p>▲4.调节光圈大小时，自动同步调节汇聚和视差，始终保持操作者双眼影像的重合和立体视，视野无观察暗区。</p> <p>▲5.LED光源，光照强度无极可调，灯泡使用时间≥10,000小时；</p> <p>6.光斑种类≥4种；</p> <p>7.照相机在暗光条件下可正常检查，横向分辨率为≥576电视线，成像传感器尺寸≥1/0.5英寸；</p> <p>▲8.超薄锂电池≤55g，电池可供设备连续工作≥6小时。</p> <p>★9.须配置：便携包1个、锂电池2个。</p>

标的名称：非接触式手持眼压计

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1			1.台式眼压计，喷气测量装置手持式设计。 2.喷气测量装置具有光感技术，对焦完成后自动喷气测量。 3.眼压测量范围：5mmHg - 50mmHg，测量精度0.1mmHg。 ▲4.非接触式喷气测量，无耗材且无需麻醉患者角膜。 ▲5.连续两次测量结果偏差在1 mmHg 之内时自动提示测量完成后，计算眼压平均值时自动删除异常偏离值。 6.内置打印机打印测量结果。 7.具备 LED 红外线照明系统。 8.可根据检查需要选择测量精度（1mmHg或0.1mmHg）。
---	--	--	--

标的名称：高分辨（HR）直接图像玻切片

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1.高指数玻璃材质，可高温高压消毒； 2.适合所有主要缝合环的标准设计； ★3. 四个玻切片（镜子）规格分别为： 3.1视场30°，图像放大倍数1.0X玻切片（镜子）1个； 3.2视场45度°（中视野）30°（AFX），图像放大倍数0.5X（中视野）1.0X（AFX）玻切片（镜子）1个； 3.3视场20°，图像放大倍数1.4X玻切片（镜子）1个； 3.4视场40°（20°offset），图像放大倍数0.5X玻切片（镜子）1个。

采购包2：

标的名称：眼科手术显微镜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		<p>1.整体光学系统及全部光学组件采用复消色差技术;</p> <p>2.电动变倍系统,放大倍率1:6,放大因子0.4 -2.4;</p> <p>3.目镜:≥10X,物镜: F≥200mm;</p> <p>▲4.调焦范围:≥70mm;</p> <p>5.双目镜筒,具备电动倒像功能;</p> <p>▲6.助手镜可独立调焦、独立变倍</p> <p>▲7.具备景深增强系统;</p> <p>▲8.双氙灯光源,一备一用;</p> <p>9.具备连续可调的立体同轴照明和视野照明,可脚踏控制;</p> <p>10.具备红光反射照明、视野照明;</p> <p>11.HD高清摄像头,全高清图像工作站;</p> <p>12.蓝光保护滤光片;</p> <p>13.具有视网膜保护装置;</p> <p>▲14.调节范围: ≥ 60mm×60mm</p> <p>15.具备全自动和手动复位功能;</p> <p>16.支架最大承重≥8Kg;</p> <p>17.支架集成触摸屏操作面板,具备用户参数储存功能;</p> <p>18.具备USB接口、LAN接口;支持脚踏开关,脚踏功能≥14种;</p> <p>19.非接触广角眼底成像系统,透镜部分采用非球面设计;</p> <p>20.配置双透镜:用于观察眼底后极部透镜≥60D;用于观察眼底范围的透镜≥120D,观察角度≥130°;</p> <p>▲21.广角镜镜托及支架角度可0-360度可调;</p> <p>22.光学透镜表面采用抗反光多层镀膜;</p> <p>▲23.采用内调焦设计,调焦时透镜与角膜距离保持不变,最大安全工作距离≥110mm;</p> <p>24.镜头支架及透镜系统全部可采用高温高压消毒。</p> <p>★25.须配置:白内障术中导航系统1套、眼底成像系统1套。</p>
---	--	---

采购包3:

标的名称: 视觉电生理

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		<p>★1.总体要求：具备传统电生理（图形刺激、闪光刺激）和多焦电生理功能，可进行视网膜疾病诊断和评估。</p> <p>2.图形刺激器最高亮度$\geq 120\text{cd/m}^2$，最大对比度$\geq 90\%$，可连续调节；</p> <p>3.传统刺激图形至少具备棋盘格图形和格栅图形，可进行图形翻转及图形显消刺激；</p> <p>4.刺激图形显示至少支持全屏显示、1/2屏显示、1/4屏显示；</p> <p>5.多焦刺激点显示方式≥ 7种方式，并可按照国际标准六边形进行逐步刺激；</p> <p>▲6.儿童固视图标≥ 20种；</p> <p>7.闪光刺激器为全视野反射面；</p> <p>▲8.闪光刺激器适用于全年龄段患者双眼，刺激面积不受患者体重限制；</p> <p>9.患者头部固定方式包括但不限于上额托及下颌托；</p> <p>10. LED刺激光源，具备白、红、蓝三色刺激光和背景光；</p> <p>11.闪光强度：10-130cd.s/ m^2；</p> <p>12.闪光持续时间$\leq 5\text{ms}$；</p> <p>13.刺激频率：0.1Hz\sim60Hz；</p> <p>14.视野中点固视点光源采用红色LED，视野两侧具备红色LED EOG光源；</p> <p>15.红外摄像头固视监视；</p> <p>16.具备多焦刺激功能，短M-序列控制六边形刺激模式；</p> <p>▲17.放大器通道数≥ 4通道；</p> <p>18.放大器输入阻抗$\geq 100\text{M}\Omega$，共模抑制比$\geq 110\text{dB}$，噪声$\leq 4\mu\text{V}$；</p> <p>19.曲线采集时间5ms\sim4000ms；</p> <p>20.通频带采集频率范围：低通0.02Hz\sim1kHz，高通30Hz\sim10kHz；</p> <p>▲21.工作软件包括但不限于国际标准ISCEV六项ERG, 全视野/分野图形 ERG,彩色刺激ERG,闪光VEP, 图形 VEP(包括彩色)，EOG软件，客观视力检测软件，明视负波软件，波形分析软件，离线分析软件，振幅-强度关系曲线软件；多焦ERG软件；</p> <p>22.在记录刺激图像过程中，系统自动识别伪迹信号并自动予以剔除；用户能够对伪迹剔除范围以及最大剔除次数进行设置。可自动和手动标记潜时和峰值；</p> <p>23.对于结果波形用户可进行平滑、滤波等后处理；</p> <p>▲24.全视野ERG、PVEP，多焦ERG报告均具备显示正常值功能，可在打印报告中列出正常值，并提示异常结果；</p> <p>★25.须配置：隔离电源箱1套，接地装置1套，可重复性使用皮肤电极≥ 10个，角膜电极≥ 10个，导电膏≥ 1个，眼罩≥ 5个。</p>
---	--	---

采购包4:

标的名称：电子胃肠镜系统

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			<p>一、图像处理装置</p> <p>1.主机光源一体式设计；</p> <p>▲2.主机输出图像分辨率$\geq 4\text{K}$；</p> <p>▲3.LED光源，光源数量≥ 5组；</p>

- ▲4.具有≥4种不同特殊光，能够更好的显示血管及浅表细微纤维结构图像；
- ▲5.兼容同品牌多系列内窥镜，至少包含超声支气管镜、十二指肠镜和小肠镜；
- 6.至少具备轮廓强调、构造强调、色彩强调功能；
- 7.数字信号输出端口≥4个；
- ▲8.至少具备红色调节、蓝色调节、色度调节功能，每种色调调节≥15档；
- 9.具备自动增益控制功能，当目标太远光线不足时，图像亮度自动调节；
- 10.具备保持对比度的亮度调节功能；
- ▲11.具备双红光成像染色技术，用于术中快速发现出血点；
- 12.具备≥3种测光模式：至少包含自动测光，平均测光，峰值测光；
- 13.具备预冻结功能；
- 14.能够根据医生操作习惯自定义功能设置，并支持一键切换多个功能；
- 15.支持2倍电子放大功能，调节步进≥3级；
- 16.具备USB接口，可外接存储设备；
- 17.具备热插拔功能，在不断电情况下可进行内镜更换。
- 18.具有自动白平衡调节功能；
- 19.主面板为液晶触控面板。

二、高清电子胃镜

- 1.操作手柄上具有4个或以上遥控按键，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结等功能；
- 2.视野角度≥140度；
- 3.景深距离最小≤3mm，最大≥100mm；
- 4.最小可视距离：距离先端不小于3.0mm；
- 5.具备附送水功能；
- 6.先端部外径：≤10.0mm；
- 7.插入部外径：≤10.0mm；
- ▲8.弯曲部角度：向上：≥210°；向下：≥100°；向左：≥100°；向右：≥100°；
- 9.钳子管道内径：≥2.8mm；
- 10.有效长度：≥1030mm，全长：≥1350mm。
- ▲11.与主机配合能实现特殊光染色功能；
- 12.具有内镜信息记忆功能，可以将存贮在内镜记忆芯片中的与内镜相关数据，调用并显示在屏幕上；

三、高清电子结肠镜

- 1. 内镜采用全防水设计，无需防水帽可以直接全浸泡消毒；
- 2. 内镜操作手柄上有4个或以上遥控按键，每个按键可自定义功能；
- 3. 具有附送水功能；
- 4.视野角：≥170°；
- 5.景深距离最小≤5mm，最大≥100mm；
- 6. 弯曲部角度：向上≥180度；向下≥180度；向左≥160度；向右≥160度；
- 7. 先端部外径：≤13.2mm；
- 8. 插入部外径：≤13.2mm；
- 9.钳道内径：≥3.2mm；

		<p>10.有效长度：≥1330mm；全长：≥1600mm；</p> <p>▲11.与主机配合能实现特殊光染色功能；</p> <p>12.具有内镜信息记忆功能，可以将存贮在内镜记忆芯片中的与内镜相关数据，调用并显示在屏幕上；</p> <p>★四、配置要求：须配置内窥镜图像处理装置1台、高清电子胃镜1条、高清电子结肠镜1条、二氧化碳送气装置1台、内镜用送水装置1台、内镜维护保养装置1台、测漏器1台、内镜专用台车1台、医用液晶监视器1台、医用图文工作站1台、储镜柜（至少储存8条内镜）1台。</p>
--	--	---

采购包5：

标的名称：输尿管内窥镜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1.蓝宝石镜片，图像无扭曲；</p> <p>▲2.工作长度≥430mm,大小为8/9.8Fr；</p> <p>▲3.视向角度≥12°；</p> <p>4.器械通道≥5Fr；</p> <p>5.视场角≥90°；</p> <p>6.对D65显色指数≥90；</p> <p>▲7.景深范围≥0-150mm；</p> <p>8.照明镜体光效≥0.60，综合镜体光效≥0.30，综合边缘光效≥0.20；</p> <p>▲9.有效像素≥50000；</p> <p>10.角分辨力≥1.20；</p> <p>▲11.允许两支不同的碎石器械或拦石器械同时进入器械腔道；</p> <p>▲12.支持浸泡消毒、高温高压消毒、低温等离子消毒等多种消毒方式；</p> <p>▲13.一体化三通头；</p> <p>14.镜身有光纤直径、视向角度、器械通道尺寸等指示。</p> <p>★15.须配置：鳄鱼抓钳5Fr一把。投标人在投标文件中对此要求做出单独书面承诺，承诺中标之后必须提供，未承诺或未按要求承诺的视为无效投标。（实质性要求）</p>

采购包6：

标的名称：血液透析滤过机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		<p>1.全中文界面，彩色液晶触摸显示屏，屏幕≥15英寸，屏幕可旋转，</p> <p>2.供水压力范围：1.5-6bar，供水温度范围：5℃~30℃。</p> <p>3.透析液流速可调，最小设定值≤300mL/min，最大设定值≥700mL/min，调节步进1mL/min；</p> <p>4.透析液温度设置范围：33.0~40.0℃。</p> <p>5.超滤速度：0.00；0.10~4.00L/h；超滤精度：±30mL/h或±1%；</p> <p>6.血液流速调节范围：50~600mL/min。</p> <p>7.肝素泵设置范围：0.1~9.0mL/h。</p> <p>▲8.采用超声波原理的气泡检测装置，气泡检测器精度：≤0.02mL。</p> <p>9.置换液泵设置范围：1.0~17.0L/h。</p> <p>10.泵前动脉压测量范围：-300~+300mmHg。</p> <p>11.静脉压测量范围：-200~+400mmHg。</p> <p>12.TMP测量范围：-100~+400mmHg。</p> <p>13.透析器血液入口压测量范围：0~+500mmHg。</p> <p>▲14.透析液浓度设置范围：12~18mS/cm。</p> <p>15.具备血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-lineHDF和On-lineHF治疗模式。</p> <p>16.设备具备断电记忆功能，断电后可以保留设定、报警和操作等信息；</p> <p>17.具有声光报警提示功能，≥3种颜色报警指示灯。</p> <p>18.热水柠檬酸消毒时间≤40min，消毒温度最高可达85℃。</p> <p>19.B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。</p> <p>20.透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。</p> <p>21.可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。</p> <p>▲22.具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。</p> <p>23.具备碳酸氢盐干粉自动配制系统。</p> <p>24.具备透析液过滤器组件。</p> <p>25.设备内置电池，停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数；</p> <p>26.设备至少具备热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒功能。</p> <p>▲27.设备外壳可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压。</p> <p>28.具有一键排液功能；</p> <p>▲29.设备具备预冲功能，管路安装完成后，点击预冲按键，设备自动进行血液管路和透析器的预冲，预冲废液联机排放，无需连接废液袋。</p> <p>★30.须配置：滤芯7根。</p> <p>★31.设计使用年限≥10年。</p>
---	--	---

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

采购包2:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

采购包3:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

采购包4:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

采购包5:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

采购包6:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订生效后，接到采购人通知90天内交货到采购人指定地点。
2	★	交货地点	乐山市中医医院
3	★	支付方式	分期付款

4	★	付款进度安排	<p>1、采购人在合同签订生效并接到中标供应商通知和等额、合法、有效的增值税发票资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%</p> <p>2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满6个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%</p> <p>3、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满12个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%</p> <p>4、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满18个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%</p> <p>5、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满24个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%</p>
5	★	验收、交付标准和方法	<p>采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、招标文件规定的要求和投标文件及合同 承诺的内容进行验收。</p>
6	★	质量保修范围和保修期	<p>1.本项目保修期：质保期不少于3年，从供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。 5.中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。 6.供应商所投产品属于计量器具的，供应商应当在货物安装调试完成后30日内提供计量检定/校准服务和合法的计量检定/校准证书，并承担检定费用。 7.供应商供货时须单独提供一份产品电子版说明书。</p>

7	★	违约责任与解决争议的方法	<p>违约责任: 1.中标供应商不能交付货物或逾期交付货物并安装调试完毕经采购人验收合格的,除应及时交足货物外,应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金;累计逾期交货超过20天,采购人有权终止合同,中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金,并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。 2.中标供应商保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,中标供应商除应向采购人返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。因中标供应商提供的货物存在所有权或知识产权瑕疵导致采购人对权利人承担侵权责任的,采购人有权向中标供应商追偿。 3.若中标供应商未按照合同约定提供售后服务,未按时响应或未按约定完毕的,每逾期一天,应向采购人支付500元违约金,累计逾期20天的,采购人有权终止合同,中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金,并须全额退还采购人经付给供应商的货款及其利息。 4.因供应商违约导致采购人为维护自身合法权益而支出的一切费用(包括但不限于律师费、保全担保费等),均由中标供应商承担。争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由采购人承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由中标供应商承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由当事人依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。</p>
8	★	包装方式及运输	<p>涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。</p>

采购包2:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订生效后,接到采购人通知 90 天内交货到采购人指定地点。
2	★	交货地点	乐山市中医医院
3	★	支付方式	分期付款

4	★	付款进度安排	<p>1、采购人在合同签订生效并接到中标供应商通知和等额、合法、有效的增值税发票资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%</p> <p>2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满6个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%</p> <p>3、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满12个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%</p> <p>4、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满18个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%</p> <p>5、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满24个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%</p> <p>6、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满30个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%</p>
5	★	验收、交付标准和方法	<p>采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、招标文件规定的要求和投标文件及合同 承诺的内容进行验收。</p>
6	★	质量保修范围和保修期	<p>1.本项目保修期：质保期不少于3年，从供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。 5.中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。 6.供应商所投产品属于计量器具的，供应商应当在货物安装调试完成后30日内提供计量检定/校准服务和合法的计量检定/校准证书，并承担检定费用。 7.供应商供货时须单独提供一份产品电子版说明书。</p>

7	★	违约责任与解决争议的方法	<p>违约责任: 1.中标供应商不能交付货物或逾期交付货物并安装调试完毕经采购人验收合格的,除应及时交足货物外,应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金;累计逾期交货超过20天,采购人有权终止合同,中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金,并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。 2.中标供应商保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,中标供应商除应向采购人返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。因中标供应商提供的货物存在所有权或知识产权瑕疵导致采购人对权利人承担侵权责任的,采购人有权向中标供应商追偿。 3.若中标供应商未按照合同约定提供售后服务,未按时响应或未按期约定完毕的,每逾期一天,应向采购人支付500元违约金,累计逾期20天的,采购人有权终止合同,中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金,并须全额退还采购人经付给供应商的货款及其利息。 4.因供应商违约导致采购人为维护自身合法权益而支出的一切费用(包括但不限于律师费、保全担保费等),均由中标供应商承担。争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由采购人承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由中标供应商承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由当事人依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。</p>
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订生效后,接到采购人通知 90 天内交货到采购人指定地点。
2	★	交货地点	乐山市中医医院
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	<p>1、采购人在合同签订生效并接到中标供应商通知和等额、合法、有效的增值税发票资料后,达到付款条件起30日内,支付合同总金额的10.00%</p> <p>2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满6个月,采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后,达到付款条件起30日内,支付合同总金额的30.00%</p> <p>3、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满12个月,采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后,达到付款条件起30日内,支付合同总金额的30.00%</p> <p>4、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满18个月,采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后,达到付款条件起30日内,支付合同总金额的30.00%</p>

5	★	验收、交付标准和方法	采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、招标文件规定的要求和投标文件及合同 承诺的内容进行验收。
6	★	质量保修范围和保修期	<p>1.本项目保修期：质保期不少于3年，从供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担；</p> <p>2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。</p> <p>3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。</p> <p>4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。</p> <p>5.中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。</p> <p>6.供应商所投产品属于计量器具的，供应商应当在货物安装调试完成后30日内提供计量检定/校准服务和合法的计量检定/校准证书，并承担检定费用。</p> <p>7.供应商供货时须单独提供一份产品电子版说明书。</p>
7	★	违约责任与解决争议的方法	<p>违约责任：1.中标供应商不能交付货物或逾期交付货物并安装调试完毕经采购人验收合格的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；累计逾期交货超过20天，采购人有权终止合同，中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。</p> <p>2.中标供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。因中标供应商提供的货物存在所有权或知识产权瑕疵导致采购人对权利人承担侵权责任的，采购人有权向中标供应商追偿。</p> <p>3.若中标供应商未按照合同约定提供售后服务，未按时响应或未按期约定完毕的，每逾期一天，应向采购人支付500元违约金，累计逾期20天的，采购人有权终止合同，中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人经付给供应商的货款及其利息。</p> <p>4.因供应商违约导致采购人为维护自身合法权益而支出的一切费用（包括但不限于律师费、保全担保费等），均由中标供应商承担。</p> <p>争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标供应商承担。</p> <p>2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。</p>

8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
---	---	---------	--

采购包4:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订生效后，接到采购人通知 90 天内交货到采购人指定地点。
2	★	交货地点	乐山市中医医院
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	<p>1、采购人在合同签订生效并接到中标供应商通知和等额、合法、有效的增值税发票资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%</p> <p>2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满6个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%</p> <p>3、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满12个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%</p> <p>4、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满18个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%</p> <p>5、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满24个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%</p>
5	★	验收、交付标准和方法	采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、招标文件规定的要求和投标文件及合同 承诺的内容进行验收。

6	★	质量保修范围和保修期	<p>1.本项目保修期：质保期不少于3年，从供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。 5.中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。 6.供应商所投产品属于计量器具的，供应商应当在货物安装调试完成后30日内提供计量检定/校准服务和合法的计量检定/校准证书，并承担检定费用。 7.供应商供货时须单独提供一份产品电子版说明书。</p>
7	★	违约责任与解决争议的方法	<p>违约责任： 1.中标供应商不能交付货物或逾期交付货物并安装调试完毕经采购人验收合格的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；累计逾期交货超过20天，采购人有权终止合同，中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。 2.中标供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。因中标供应商提供的货物存在所有权或知识产权瑕疵导致采购人对权利人承担侵权责任的，采购人有权向中标供应商追偿。 3.若中标供应商未按照合同约定提供售后服务，未按时响应或未按期约定完毕的，每逾期一天，应向采购人支付500元违约金，累计逾期20天的，采购人有权终止合同，中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人经付给供应商的货款及其利息。 4.因供应商违约导致采购人为维护自身合法权益而支出的一切费用（包括但不限于律师费、保全担保费等），均由中标供应商承担。 争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标供应商承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。</p>
8	★	包装方式及运输	<p>涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。</p>

采购包5:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订生效后，接到采购人通知 90 天内交货到采购人指定地点。
2	★	交货地点	乐山市中医医院
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	<p>1、采购人在合同签订生效并接到中标供应商通知和等额、合法、有效的增值税发票资料后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%</p> <p>2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满6个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%</p> <p>3、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满12个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%</p> <p>4、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满18个月，采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%</p>
5	★	验收、交付标准和方法	采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、招标文件规定的要求和投标文件及合同 承诺的内容进行验收。
6	★	质量保修范围和保修期	<p>1.本项目保修期：质保期不少于3年，从供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。 5.中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。 6.供应商所投产品属于计量器具的，供应商应当在货物安装调试完成后30日内提供计量检定/校准服务和合法的计量检定/校准证书，并承担检定费用。 7.供应商供货时须单独提供一份产品电子版说明书。</p>

7	★	违约责任与解决争议的方法	<p>违约责任: 1.中标供应商不能交付货物或逾期交付货物并安装调试完毕经采购人验收合格的, 除应及时交足货物外, 应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金; 累计逾期交货超过20天, 采购人有权终止合同, 中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金, 并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。 2.中标供应商保证本合同货物的权利无瑕疵, 包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的, 中标供应商除应向采购人返还已收款项外, 还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。因中标供应商提供的货物存在所有权或知识产权瑕疵导致采购人对权利人承担侵权责任的, 采购人有权向中标供应商追偿。 3.若中标供应商未按照合同约定提供售后服务, 未按时响应或未按期约定完毕的, 每逾期一天, 应向采购人支付500元违约金, 累计逾期20天的, 采购人有权终止合同, 中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金, 并须全额退还采购人经付给供应商的货款及其利息。 4.因供应商违约导致采购人为维护自身合法权益而支出的一切费用(包括但不限于律师费、保全担保费等), 均由中标供应商承担。 争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议, 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由采购人承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由中标供应商承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 由当事人依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。</p>
8	★	包装方式及运输	<p>涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。</p>

采购包6:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	合同签订生效后, 接到采购人通知 90 天内交货到采购人指定地点。
2	★	交货地点	乐山市中医医院
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	<p>1、采购人在合同签订生效并接到中标供应商通知和等额、合法、有效的增值税发票资料后, 达到付款条件起30日内, 支付合同总金额的10.00%</p> <p>2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满6个月, 采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后, 达到付款条件起30日内, 支付合同总金额的30.00%</p> <p>3、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满12个月, 采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后, 达到付款条件起30日内, 支付合同总金额的30.00%</p> <p>4、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起满18个月, 采购人接到中标供应商通知与等额、合法、有效的增值税发票资料以后, 达到付款条件起30日内, 支付合同总金额的30.00%</p>

5	★	验收、交付标准和方法	<p>采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、招标文件规定的要求和投标文件及合同 承诺的内容进行验收。</p>
6	★	质量保修范围和保修期	<p>1.本项目保修期：质保期不少于5年，从供应商完成安装、调试并经采购人验收合格次日起计算。保修期内设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，由中标供应商承担； 2.保修期内，中标供应商须提供7*24小时的售后服务响应保障，应在采购人发出通知后24小时内响应到场，并在采购人发出通知后10天内完成更换维修，保证正常使用，并承担修理调换的费用；如货物经中标供应商三次维修仍不能达到招标文件及响应文件的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。若中标供应商未按约定响应并完成更换维修义务的，采购人有权委托第三方完成，因此产生的全部费用均应当由中标供应商承担，同时还应承担因此给采购人造成的全部损失。 3.保修期结束前一个月，中标供应商应主动开展1次维修保养服务。 4.保修期结束后中标供应商须提供终身维修服务，须保证设备配件的备品备件充足，设备故障维修产生的差旅费用、人工费、配件费等费用，中标供应商仅按成本费用收取。 5.中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人操作人员和维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后,中标供应商应对采购人操作人员和维修技术人员进行现场培训,直至采购人的操作人员和维修技术人员能独立操作和能完成一般常见故障的维修工作。 6.供应商所投产品属于计量器具的，供应商应当在货物安装调试完成后30日内提供计量检定/校准服务和合法的计量检定/校准证书，并承担检定费用。 7.供应商供货时须单独提供一份产品电子版说明书。</p>
7	★	违约责任与解决争议的方法	<p>违约责任：1.中标供应商不能交付货物或逾期交付货物并安装调整完毕经采购人验收合格的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；累计逾期交货超过20天，采购人有权终止合同，中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。 2.中标供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。因中标供应商提供的货物存在所有权或知识产权瑕疵导致采购人对权利人承担侵权责任的，采购人有权向中标供应商追偿。3.若中标供应商未按照合同约定提供售后服务，未按时响应或未按期约定完毕的，每逾期一天，应向采购人支付500元违约金，累计逾期20天的，采购人有权终止合同，中标供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人经付给供应商的货款及其利息。4.因供应商违约导致采购人为维护自身合法权益而支出的一切费用（包括但不限于律师费、保全担保费等），均由中标供应商承担。争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标供应商承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。</p>

8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
---	---	---------	--

3.4.其他要求

注：1、3.2技术要求中的技术参数描述如与特定品牌或型号相匹配，仅作为技术指标参考，不代表指向特定产品，供应商可提供等同于或优于参数要求的产品。 2、本项目采购清单中的采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的投标产品所对应的证书、证明材料等对产品命名等存在一定差别，在满足本项目采购需求的前提下，本项目给予认可。 3、3.2技术要求中技术参数,带“★”参数为实质性要求，投标供应商不允许负偏离，否则做无效响应认定。带“▲”参数和不带“▲”作为评分因素，针对带“▲”条款的技术参数响应,投标供应商需提供技术支撑材料(如第三方检测报告或产品彩页或产品说明书)，但如果技术参数中的带“▲”技术条款对技术支撑材料有要求,应按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。 ★4、签订合同前：供应商须提供 2024年1月1日以后任意一个月社保缴纳的证明材料（新公司成立不足一个月的无需提供）。

第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包2:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内, 经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的, 也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包3:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函

2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内, 经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的, 也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包4:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

3	具有健全的财务会计制度。	供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包5:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

3	具有健全的财务会计制度。	供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包6:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

3	具有健全的财务会计制度。	供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。	具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包2:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包3:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包4:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	----------------	---------	------------

无

采购包5:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包6:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

4.3.特定资格审查

采购包1:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证	投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》	投标人应提交的相关证明材料
2	医疗器械注册证或备案凭证	所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证	投标人应提交的相关证明材料
3	授权书	投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产厂家对投标产品的授权书，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。（限进口产品）	投标人应提交的相关证明材料

采购包2:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证	投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》	投标人应提交的相关证明材料
2	医疗器械注册证或备案凭证	所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证	投标人应提交的相关证明材料
3	授权书	投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产厂家对投标产品的授权书，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。（限进口产品）	投标人应提交的相关证明材料

采购包3:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证	投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》	投标人应提交的相关证明材料
2	医疗器械注册证或备案凭证	所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证	投标人应提交的相关证明材料
3	授权书	投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产厂家对投标产品的授权书，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。（限进口产品）	投标人应提交的相关证明材料

采购包4:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证	投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》	投标人应提交的相关证明材料
2	医疗器械注册证或备案凭证	所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证	投标人应提交的相关证明材料
3	授权书	投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产厂家对投标产品的授权书，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。（限进口产品）	投标人应提交的相关证明材料

采购包5:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	医疗器械经营许可证或经营备案凭证或医疗器械生产许可证	投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》	投标人应提交的相关证明材料
2	医疗器械注册证或备案凭证	所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案凭证	投标人应提交的相关证明材料

3	授权书	投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产 厂家对投标产品的授权书，或具有授权权限的 代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具 有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须 能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完 整性)。（限进口产品）	投标人应提交的相关证明 材料
---	-----	--	-------------------

采购包6:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	医疗器械经营许可证或经营备案凭 证或医疗器械生产许可证	投标人为非生产厂家须具有《中华人民共和国 医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭 证，投标人为生产厂家须具有《中华人民共和 国医疗器械生产许可证》	投标人应提交的相关证明 材料
2	医疗器械注册证或备案凭证	所投产品具有《中华人民共和国医疗器械注册 证》或备案凭证	投标人应提交的相关证明 材料
3	授权书	投标人非投标产品生产厂家的须提供产品生产 厂家对投标产品的授权书，或具有授权权限的 代理商对投标产品的授权书(须提供该代理商具 有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须 能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完 整性)。（限进口产品）	投标人应提交的相关证明 材料

第五章 评标办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评标程序

5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

- 本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
 - 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
 - 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
 - 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 - 五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；
 - 六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
 - 七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	产品技术参数响应	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.1、3.2项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,产品技术参数响应表
3	服务应答	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.3、3.4项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,服务应答表

采购包2：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	产品技术参数响应	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.1、3.2项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,产品技术参数响应表
3	服务应答	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.3、3.4项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,服务应答表

采购包3：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	---------	---------	------------

1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	产品技术参数响应	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.1、3.2项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,产品技术参数响应表
3	服务应答	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.3、3.4项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,服务应答表

采购包4:

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	产品技术参数响应	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.1、3.2项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,产品技术参数响应表
3	服务应答	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.3、3.4项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,服务应答表

采购包5:

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	产品技术参数响应	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.1、3.2项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,产品技术参数响应表
3	服务应答	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.3、3.4项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,服务应答表

采购包6:

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	产品技术参数响应	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.1、3.2项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,产品技术参数响应表
3	服务应答	投标供应商须全部响应招标文件“第三章 技术、服务 及其他要求，3.3、3.4项全部内容”。	投标人应提交的相关证明材料,服务应答表

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.4解释、澄清、说明有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标

文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1： 确定3名中标候选人。

采购包2： 确定3名中标候选人。

采购包3： 确定3名中标候选人。

采购包4： 确定3名中标候选人。

采购包5： 确定3名中标候选人。

采购包6： 确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因

素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评标方法、细则及标准

5.4.1.评分办法

- （一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本
详细评审	技术响应	就投标人对本项目“技术参数及要求”逐条逐目响应情况进行评定，完全满足招标文件要求的得61.6分；带▲参数共14条，有负偏离的，一条（目）扣3分，不带▲参数共35条，有负偏离的，一条（目）扣0.56分，直至本项得分扣完为止。注：①针对带“▲”条款的技术参数响应,供应商需提供技术支撑材料(如第三方检测报告或产品彩页或产品说明书),但如果技术参数中的带“▲”技术条款对技术支撑材料有要求,应按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。②技术参数中未标注“▲”条款如实响应即可；技术参数中对技术支撑材料有要求的,供应商按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。（以投标人提供的技术响应表结合佐证材料评定）	61.6000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表 投标人应提交的相关证明材料

	业绩	提供 2021年1月1日 （含 1日 ）以来投标人类似业绩，每提供一个得 2.1 分，本项最高得 8.4 分，不提供的不得分；（提供合同复印件并加盖投标人鲜章，合同复印件不得漏页、遮挡、涂改，如不符合条件视为未提供不得分）。	8.4000	客观	投标人应提交的相关证明材料
价格分	合计	满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，价格得分=（评标基准价/报价）×分值	30.0000	客观	报价表

采购包2:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本
详细评审	技术响应	就投标人对本项目“技术参数及要求”逐条逐目响应情况进行评定，完全满足招标文件要求的得 62.4 分；带▲参数共 7 条，有负偏离的，一条（目）扣 6 分，不带▲参数共 17 条，有负偏离的，一条（目）扣 1.2 分，直至本项得分扣完为止。注：①针对带“▲”条款的技术参数响应,供应商需提供技术支撑材料(如第三方检测报告或产品彩页或产品说明书),但如果技术参数中的带“▲”技术条款对技术支撑材料有要求,应按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。②技术参数中未标注“▲”条款如实响应即可；对技术支撑材料有要求的,供应商按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。（以投标人提供的技术响应表结合佐证材料评定）	62.4000	客观	投标人应提交的相关证明材料 产品技术参数响应表 服务应答表

	业绩	提供 2021年1月1日 （含 1日 ）以来投标人类似业绩，每提供一个得 1.9 分，本项最高得 7.6 分，不提供的不得分；（提供合同复印件并加盖投标人鲜章，合同复印件不得漏页、遮挡、涂改，如不符合条件视为未提供不得分）。	7.6000	客观	投标人应提交的相关证明材料
价格分	合计	满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，价格得分=（评标基准价/报价）×分值	30.0000	客观	报价表

采购包3:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本
详细评审	技术响应	就投标人对本项目“技术参数及要求”逐条逐目响应情况进行评定，完全满足招标文件要求的得 64 分；带▲参数共 5 条，有负偏离的，一条（目）扣 7.4 分，不带▲参数共 18 条，有负偏离的，一条（目）扣 1.5 分，直至本项得分扣完为止。注：①针对带“▲”条款的技术参数响应,供应商需提供技术支撑材料(如第三方检测报告或产品彩页或产品说明书),但如果技术参数中的带“▲”技术条款对技术支撑材料有要求,应按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。②技术参数中未标注“▲”条款如实响应即可；对技术支撑材料有要求的,供应商按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。（以投标人提供的技术响应表结合佐证材料评定）	64.0000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表 投标人应提交的相关证明材料

	业绩	提供 2021年1月1日 （含 1日 ）以来投标人类似业绩，每提供一个得 1.5 分，本项最高得 6 分，不提供的不得分；（提供合同复印件并加盖投标人鲜章，合同复印件不得漏页、遮挡、涂改，如不符合条件视为未提供不得分）。	6.0000	客观	投标人应提交的相关证明材料
价格分	合计	满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，价格得分=（评标基准价/报价）×分值	30.0000	客观	报价表

采购包4:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本
详细评审	技术响应	就投标人对本项目“技术参数及要求”逐条逐目响应情况进行评定，完全满足招标文件要求的得 66 分；带▲参数共 9 条，有负偏离的，一条（目）扣 4.5 分，不带▲参数共 34 条，有负偏离的，一条（目）扣 0.75 分，直至本项得分扣完为止。注：①针对带“▲”条款的技术参数响应,供应商需提供技术支撑材料(如第三方检测报告或产品彩页或产品说明书),但如果技术参数中的带“▲”技术条款对技术支撑材料有要求,应按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。②技术参数中未标注“▲”条款如实响应即可；对技术支撑材料有要求的,供应商按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。（以投标人提供的技术响应表结合佐证材料评定）	66.0000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表 投标人应提交的相关证明材料

	业绩	提供 2021年1月1日 （含 1日 ）以来 投标人类似业绩，每提供一个得 1分 ，本项最高得 4分 ，不提供的不得分 ；（提供合同复印件并加盖投标人鲜 章，合同复印件不得漏页、遮挡、涂 改，如不符合条件视为未提供不得分 ）。	4.0000	客观	投标人应提交的相关 证明材料
价格分	合计	满足招标文件要求且报价最低的为评 标基准价，价格得分=（评标基准价 /报价）×分值	30.0000	客观	报价表

采购包5:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00分 报价得分 30.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主 观	关联投标文件格式文 本
详细评审	技术响应	就投标人对本项目“技术参数及要求” 逐条逐目响应情况进行评定，完全满 足招标文件要求的得 63分 ；带▲参数 共 7 条，有负偏离的，一条（目）扣 7.5分 ，不带▲参数共 7 条，有负偏离 的，一条（目）扣 1.5分 ，直至本项 得分扣完为止。注：①针对带“▲”条 款的技术参数响应,供应商需提供技 术支撑材料(如第三方检测报告或产 品彩页或产品说明书),但如果技术参 数中的带“▲”技术条款对技术支撑材 料有要求,应按要求提供,否则对应技 术参数条款将作负偏离认定,作扣分 处理。②技术参数中未标注“▲”条款 如实响应即可；对技术支撑材料有要 求的,供应商按要求提供,否则对应技 术参数条款将作负偏离认定,作扣分 处理。（以投标人提供的技术响应 表结合佐证材料评定）	63.0000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表 投标人应提交的相关 证明材料

	业绩	提供 2021年1月1日 （含 1日 ）以来投标人类似业绩，每提供一个得 1.75 分，本项最高得 7 分，不提供的不得分；（提供合同复印件并加盖投标人鲜章，合同复印件不得漏页、遮挡、涂改，如不符合条件视为未提供不得分）。	7.0000	客观	投标人应提交的相关证明材料
价格分	合计	满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，价格得分=（评标基准价/报价）×分值	30.0000	客观	报价表

采购包6:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本
详细评审	技术响应	就投标人对本项目“技术参数及要求”逐条逐目响应情况进行评定，完全满足招标文件要求的得 65 分；带▲参数共 5 条，有负偏离的，一条（目）扣 7 分，不带▲参数共 24 条，有负偏离的，一条（目）扣 1.25 分，直至本项得分扣完为止。注：①针对带“▲”条款的技术参数响应,供应商需提供技术支撑材料(如第三方检测报告或产品彩页或产品说明书),但如果技术参数中的带“▲”技术条款对技术支撑材料有要求,应按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。②技术参数中未标注“▲”条款如实响应即可；对技术支撑材料有要求的,供应商按要求提供,否则对应技术参数条款将作负偏离认定,作扣分处理。（以投标人提供的技术响应表结合佐证材料评定）	65.0000	客观	产品技术参数响应表 服务应答表 投标人应提交的相关证明材料

	业绩	提供 2021年1月1日 （含 1日 ）以来投标人类似业绩，每提供一个得 1.25 分，本项最高得 5 分，不提供的不得分；（提供合同复印件并加盖投标人鲜章，合同复印件不得漏页、遮挡、涂改，如不符合条件视为未提供不得分）。	5.0000	客观	投标人应提交的相关证明材料
价格分	合计	满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，价格得分=（评标基准价/报价）×分值	30.0000	客观	报价表

价格扣除

采购包**1**：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔 2020 ） 46 号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	20.00%	价格扣除计算公式： 评审价=响应报价×（ 1-C1 ）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔 2020 ） 46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 ） 19 号）要求。	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件

采购包**2**：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	------	------	-----------------------------	---------	------------

1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	20.00%	价格扣除计算公式： 评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件
---	--------------	---	--------	--	-----------------------------------

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	20.00%	价格扣除计算公式： 评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件

采购包4:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	20.00%	价格扣除计算公式： 评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件

采购包5:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	------	------	-----------------------------	---------	------------

1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	20.00%	价格扣除计算公式： 评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件
---	--------------	---	--------	--	-----------------------------------

采购包6:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	20.00%	价格扣除计算公式： 评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件

采购包1:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包2:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包3:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包4:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包5:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包6:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；
 - 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 四、因重大变故，采购任务取消的；
- 废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

5.6.定标

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

- 一、代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
- 二、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
- 三、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件：投标人应提交的相关证明材料

详见附件：产品技术参数响应表

详见附件：服务应答表

详见附件：报价表

采购包2:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件：投标人应提交的相关证明材料

详见附件：产品技术参数响应表

详见附件：服务应答表

详见附件：报价表

采购包3:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件：投标人应提交的相关证明材料

详见附件：产品技术参数响应表

详见附件：服务应答表

详见附件：报价表

采购包4:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标（响应）函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料
详见附件：投标人应提交的相关证明材料
详见附件：产品技术参数响应表
详见附件：服务应答表
详见附件：报价表

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标（响应）函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料
详见附件：投标人应提交的相关证明材料
详见附件：产品技术参数响应表
详见附件：服务应答表
详见附件：报价表

采购包6：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标（响应）函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：具有健全财务会计制度的证明材料
详见附件：投标人应提交的相关证明材料
详见附件：产品技术参数响应表
详见附件：服务应答表
详见附件：报价表

第七章 拟签订合同文本

详见附件：采购合同（草案）.docx