

专家论证签到表

项目编号: ZCFDAHW2501130006/ZCFDAFW2501130005/ZCFDAFW2501130006

项目名称: 太原市中心医院（北京大学第一医院太原医院）80 排 CT 更换佳能球管 / 肿瘤科瓦里安直线加速器维修 / 麻醉科 4k 摄像头

维修

日期: 2025 年 01 月 09 日

评委姓名	身份证号	职称	专业	工作单位	联系方式
张瑞	140102196212063270	主任技师	影像设备	山西省太原市晋源区	15935131212
吴月青	140102197502116523	副主任医师	临床	太原市公共实训基地	18656864402
何国芳	140102196812174847	主任医师	医技	太原市杏花岭区疾控中心	13734028181

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张辉
	职称:	主任医师
	工作单位:	山西医科大学第二医院
项目信息	项目名称:	太原市中心医院（北京大学第一医院太原医院）麻醉科4k摄像头维修
	供应商名称:	山西舒心康健医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>太原市中心医院目前使用的是日本奥林巴斯株式会社生产的腹腔镜。由于摄像系统出现故障，致使无法正常使用。为保证设备的配套完整，经使用原厂配件进行更换维修处理。因“山西舒心康健医疗器械有限公司”取得了奥林巴斯的授权，所以同意该公司按照单一来源采购方式参与采购行为。</p>	
专业人员签字	张辉	日期 2025年元月9日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	倪芳
	职称:	主任技师
	工作单位:	太原市杏花岭疾控中心
项目信息	项目名称:	太原市中心医院(北京大学第一医院太原医院)麻醉科4k摄像头维修
	供应商名称:	山西舒心康健医疗器械有限公司
专业人员 论证意见	<p>太原市中心医院(北京大学第一医院太原医院)拟购置奥林巴斯腹腔镜4k摄像头维修项目,由于该设备(型号CH-S400-XZ-EB)已使用三年多,开展大量临床手术,摄像头已极度老化,严重影响图像清晰度,无法进行手术。山西舒心康健医疗器械有限公司为奥林巴斯(北京)销售服务有限公司西安维修分公司在山西省内原厂维修机构的唯一代理商,可进行该腹腔镜原厂零配件更换及维修,根据政府采^明法第三十一条第一款规定,只能从唯一供应商处采购,故同意采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	倪芳	日期 2025 年 1 月 9 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：吴琳青	
	职称：副高	
	工作单位：太原市政公共设施建设中心	
项目信息	项目名称：太原市中心医院（北京大学第一医院太原医院）麻醉科4k摄像头维修	
	供应商名称： 山西舒心康健医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>太原市中心医院(北京大学第一医院太原医院)麻醉科4k摄像头维修项目，该院使用奥林巴斯腹腔镜为麻醉科使用设备，型号为：CH-S400-XZES，由于该设备已使用三年之久，开展手术近1800台，摄像头内部老化，损坏严重无法进行手术。为确保设备的正常运转及兼容性，以及视觉环境的良好性，需申请原厂维修。日本奥林巴斯医疗株式会社授权奥林巴斯(北京)销售服务有限公司全权处理奥林巴斯内窥镜及内窥镜周边设备零件的销售业务和售后服务业务，(北京)销售服务有限公司将售后服务委托给西安维修分公司进行售后服务包括产品投诉处理和维修。山西舒心康健医疗器械有限公司为奥林巴斯(北京)销售服务有限公司西安维修分公司在山西省内原厂维修机构的唯一代理商，有能力进行该腹腔镜原厂零配件更换及维修，根据政府采购法第三十条第一款规定，只能从唯一供应商处采购。故同意采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	吴琳青	日期 2025年1月9日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。