版本：20230908

第二分册：专用部分

目　　录

第五章　投标邀请
第六章　投标人须知专用部分
第七章　评标方法和评标标准
第八章　采购需求
第九章　合同条款专用部分
第十章　投标被拒绝条款专用部分

中国气象局政府采购中心

第五章　投标邀请

中国气象局政府采购中心受河南省气象探测数据中心（河南省气象档案馆）、安徽省气象科学研究所、宜昌市气象局、常州市金坛区气象局、商洛市气象局、西藏林芝市气象局、日喀则市气象局、锡林浩特国家气候观象台、呼和浩特市气象局、烟台市气象局委托，对本项目的相关货物和有关服务进行境内公开招标，邀请合格投标人提交密封投标。

一、项目名称：2023 年气象观测站网工程国家气候观象台建设-基准辐射观测仪（总/直/散/反/紫）采购。

二、项目编号：ZQC-23281。

三、招标内容

1、本次招标共 **1 包**。

2、采购清单：**（详见第八章采购需求）**

3、招标范围包括：**上述货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。**

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中第八章“采购需求”的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

4、履约时间：**合同签订后 120 天内完成安装调试并具备验收条件。**

5、履约地点：**甲方指定。**

四、招标文件获取

投标人的有关经办人员于 **2023 年 11** 月 **9** 日至 **2023 年 11** 月 **16** 日 (节假日除外)，将领取招标文件申请表的电子版（Excel 格式）及盖章版（盖单位公章）、身份证复印件扫描件，以电子邮件方式发至 cma_gsc@163.com（邮件主题注明投标人全称及所投标项目编号）。采购中心在收到邮件 1 个工作日内以电子邮件向潜在投标人发送招标文件的密码，潜在投标人凭密码获取中国政府采购网下载的招标文件。

五、接受投标时间、投标截止时间及开标时间

接受投标时间： **2023 年 12** 月 **4** 日 **14：00** 至 **14：30**（北京时间）。投标人如

中国气象局政府采购中心

有特殊原因，需提前投标的，请与中国气象局政府采购中心联系。

投标截止及开标时间：**2023 年 12 月 4 日 14:30**（北京时间）。

投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

六、投标地点及开标地点：

北京市海淀区中关村南大街 46 号中国气象局北区 8 号楼 4 层 404 会议室（科技大楼前草坪西侧），届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人授权代表准时到场参加。

七、信息发布

本项目相关信息均在“中国政府采购网”等媒体上发布。

八、联系方式

采购中心联系方式

地址：**北京市海淀区中关村南大街 46 号中国气象局北区 8 号楼（科技大楼前草坪西侧，中国气象局气象发展与规划院办公楼）407 或 408 室，**邮政编码：100081

项目联系人：**李梦杨**

联系电话：**010-68400081**

牵头单位采购人联系方式

采购人名称：河南省气象探测数据中心（河南省气象档案馆）

联系人：**元保军**

联系电话：**0371-65991278**

采购人地址：**河南省郑州市金水路 5 号院**

中国气象局政府采购中心

第六章　投标人须知专用部分

投标人须知专用部分表格中要求事项已列入第十章被拒绝条款专用部分的，若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。投标人须知通用部分或招标文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

序号	对应投标人须知通用部分的条款	内容	说明与要求
6.1	1.2.1	采购人名称	河南省气象探测数据中心（河南省气象档案馆）、安徽省气象科学研究所、宜昌市气象局、常州市金坛区气象局、商洛市气象局、西藏林芝市气象局、日喀则市气象局、锡林浩特国家气候观象台、呼和浩特市气象局、烟台市气象局
6.2	1.3.3	投标人特殊资质条件	*投标人须在中华人民共和国境内注册
6.3	1.3.4	是否允许代理商投标	□否（仅针对以下产品，不允许代理商） ☑是
	1.3.4	进口产品代理商应提交资料	无
	1.3.4，1.28.4	是否设有核心产品	□否 ☑是，核心产品为基准辐射观测仪（总/直/散/反/紫）
6.4	1.3.6	是否允许投标联合体	☑否 □是
6.5	1.3.7	投标的货物，是否需要取得《气象专用技术装备使用许可证》	□否 ☑是（需要《基准辐射观测仪（总/直/散/反/紫）》使用许可证）
6.6	1.5.1	是否专门面向中小企业采购	☑否 □是，本项目（□接受；☑不接受）中小企业以联合体形式参加或者合同分包。
	1.5.1	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	所属行业划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号） （1）标的：站网工程基准辐射观测仪（总/直/散/反/紫）采购，属于工业行业。
6.7	1.8.2	中标人是否交纳中标服务费	☑否 □是，中标服务费：XXX 万元。

中国气象局设备保障中心

6.8	1.13.2、1.13.3	投标人应提交其他商务文件和技术文件	除通用册投标人须知要求提交的商务和技术文件外，投标人还应提交下列商务和技术文件： **无**
6.9	1.15.1、1.15.2	本次招标是否需要提交投标保证金	**☑否** **□是**
6.10	1.17.1	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	**☑否** **□是**
6.11	1.11.7	是否组织现场考察或开标前答疑会	**☑否** **□是**
6.12	1.19.1	投标有效期	**120 日历天（从开标日起计算）**
6.13	1.20.5	投标文件份数	投标文件正本 **1 份**、副本 **2 份**、电子版 **1 份**（word 和 pdf 同时提供，文件名命名规则为项目编号+项目名称主题词+供应商）、单独密封的开标一览表正本 **1 份**
6.14	1.4	是否允许进口产品投标	**☑否** **□是，（仅针对以下产品，允许进口）**
6.15	1.24.6	项目预算	本项目采购预算（或最高限价）为人民币（总价为 970 万元） **河南省气象探测数据中心（河南省气象档案馆）97 万元** **安徽省气象科学研究所 97 万元** **宜昌市气象局 97 万元** **常州市金坛区气象局 97 万元** **商洛市气象局 97 万元** **西藏林芝市气象局 97 万元** **日喀则市气象局 97 万元** **锡林浩特国家气候观象台 97 万元** **呼和浩特市气象局 97 万元** **烟台市气象局 97 万元**
6.16	1.26.2	是否进行述标	**☑否** **□是（本项目进行述标，每个有效投标人述标时间不超过　分钟，评审委员会咨询时间不超过　分钟。）**
6.17	合同条款通用部分	采购资金的支付方式、时间、条件	详见第九章合同条款专用部分
6.18		其他事项	**无**

中国气象局政府采购中心

第七章　评标方法和评标标准

一、评标方法：

本次评标采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委会成员给其评分的算数平均值。其中，客观分评审部分，需评委会成员共同认定、独立打分，存在不同意见的，评委会成员分别作出书面说明。

二、评分标准：

评分标准见下表，投标人应对评分标准表对应投标文件内容的具体位置进行索引应答，格式参照第三章 **3.7 评分标准相关内容索引表**。

评分标准表

序号	评审因素		分值	评审标准	说明
1.	报价分	客观分	30	采用低价优先法计算，公式：投标人得分=评标基准价/评标价×30 1、评标基准价：满足招标文件要求，且经过价格扣除后的最低投标价。 2、评标价：经过价格扣除的投标价。 3、按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。 4、经评审委员会确认，报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人提供的书面说明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	1、投标产品满足第一章 投标人须知 1.5.1 中小企业有关政策优惠条件，投标价格将给予扣除。
2.	商务部分	1、投标完整性（客观分）	2	提供有效的应答索引表和评分标准相关内容索引表得 0.5 分；投标文件电子版与正本印刷版一致情况得 0.5 分；具有有效的目录索引，页码连续无错乱，双面打印，标题、编号、正文、表格、签字盖章等排版规范，电子版介质盘面，证书复印清晰等，得 1 分，每出现一个错误扣 0.2 分。	
3.		2、生产厂家、投标人、投标产品非强	13	1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每项得 1 分，最高得 3 分。	

中国气象局政府采购中心

序号	评审因素		分值	评审标准	说明
		制资质要求（客观分）		2、投标人具有《CNAS 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》的得 3 分，否则不得分。 3、投标人具有《计量保证确认证书》得 3 分，否则不得分。 4、投标产品通信系统具有 3C 认证证书的得 4 分，否则不得分。 （以上需提供相关证书复印件并加盖公章）	
4.		3、投标人业绩（客观分）	3	提供近 3 年（2020 年 1 月 1 日至投标截止日，以合同签订时间为准）在气象或相近行业承接的类似仪器设备销售合同复印件，其中必须包括合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及合同标的页，原件备查。提供一份合同得 1 分，满分 3 分。	
5.	服务部分	1、售后服务方案	5	一档（0 分）：未提供售后服务方案或售后服务方案较简单。 二档（2 分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，且满足招标文件的要求。 三档（5 分）：售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，且满足招标文件的要求。	须提供售后服务方案
6.		2、培训方案	5	一档（0 分）：未提供培训方案或培训方案太简单。 二档（2 分）：培训内容符合实际需要，培训方案详细具体，能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。 三档（5 分）：培训内容符合实际需要，培训人数及课时合理，培训方案详细具体，能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。	须提供培训方案
7.		3、交货期（质保期）保证	5	一档（2 分）：依照合同约定的交货时间，承诺按期交货。 二档（5 分）：依照合同约定的交货时间，承诺按期交货。提供按期交货的保证措施。	
8.	技术部	1、投标产品技术性能	22	1、总辐射表响应时间≤10s 的得 1 分；总辐射表响应时间≤9s, 得 2 分。 2、总辐射表零点漂移（在环境温度中对	须提供相关材料

中国气象局仪器检定中心

序号	评审因素		分值	评审标准	说明
	分			5K/h变化的响应)≤±1.8W/㎡的得1分；≤±1.5W/㎡的得2分； 3、长波辐射表响应时间≤14s得1分；长波辐射表响应时间≤13s得2分。 4、长波辐射表零点漂移≤±1.5W/㎡得1分；长波辐射表零点漂移≤±1W/㎡得2分。 5、直接辐射表响应时间≤10s的得1分；直接辐射表响应时间≤9s的得2分； 6、直接辐射表零点漂移≤±1.8W/㎡得1分；直接辐射表零点漂移≤±1.5W/㎡得2分。 7、紫外辐射表响应时间≤1.0s的得1分；紫外辐射表响应时间≤0.9s的得2分；紫外辐射表温度响应优于UVA：±2.0%、UVB：±4%得1分；紫外辐射表温度响应优于UVA：±1.9%、UVB：±3%得2分。 9、光合有效辐射表非线性（入射光源辐照度250～1050W/m^2）优于±2%得1分；光合有效辐射表非线性（入射光源辐照度250～1050W/m^2）优于±1%得2分。 10、光合有效辐射表方向性响应（天顶角80°以内，方位角360°）优于±10%得1分；光合有效辐射表方向性响应（天顶角80°以内，方位角360°）优于±8%得2分。 （以上需提供证明材料（CNAS认证的检验报告或具有国家级气象仪器计量资质的机构出具的检测报告，否则将不被认定） 11、投标单位承诺提供的投标产品传输数据能够接入相关业务运行平台并提供具体方案的得2分，否则不得分。	
9.		2、项目需求理解（主观分）	5	一档（0分）：未提供该部分或不合理。 二档（1分）：对项目背景和现状理解片面，未能抓住重点、难点、关键技术。 三档（3分）：对项目背景和现状理解全面，重点、 难点、关键技术未突出。 四档（5分）：对项目背景和现状的理解透彻，重点、难点、关键技术分析到位。	须提供项目分析材料

中国气象局气象探测中心

序号	评审因素		分值	评审标准	说明
10.		3、技术能力（客观分）	10	1、投标产品制造商具备自主测试“盐雾、紫外老化、淋雨、恒温（高低温）、砂尘、机械振动冲击”质检项目的，每提供一项真实可信的自主测试的证明文件得 1 分，满分 6 分，否则不得分。 2、投标人具有有关辐射产品的原始取得的专利，每有一项得 1 分，最多得 4 分。（需提供专利证书复印件并加盖公章）	须提供相关材料
		评分合计	100		

中国气象局政府采购中心

第八章　采购需求

一、项目概况及总体要求

为深入贯彻落实习近平总书记关于气象工作的重要指示精神重要指示精神，着力推进观测站网、运行保障、观测产品等高质量发展，进一步强化气象监测预警能力。依据《综合气象观测业务发展“十四五”规划》和《2023 年气象观测站网工程和雷达工程建设初步安排》，结合实际情况，开展生态气象及气候多圈层观测系统建设。

采购的设备原则上需取得气象专用技术装备许可证，通过进一步测试评估，选择技术指标高、运行稳定可靠的仪器设备。

本项目目标是通过 2023 年气象观测站网工程建设，填补生态气象及气候多圈层观测系统建设空白，实现地市全覆盖，提升气候及气候变化网观测能力、拓展专业网观测能力。

二、设备需求一览表

序号	设备名称	规格	数量及单位	交货期	交货地点	质保期
1	基准辐射观测仪（总/直/散/反/紫）	详见技术性能指标	10 套	3 个月	甲方指定	8 年

各采购人采购预算情况表

序号	单位名称	基准辐射观测仪（总/直/散/反/紫）		备注
		数量（套）	采购预算（万元）	
1	河南省气象探测数据中心（河南省气象档案馆）	1	97	含 8 年维保、巡检（每年至少 1 次现场巡检和 4 次远程维护检查）及备品备件、建设安装费 其中河南省气象探测数据中心（河南省气象档案馆）所采购使用经费在安阳市气象局，中标方与安阳市气象局签订合同
2	安徽省气象科学研究所	1	97	
3	宜昌市气象局	1	97	
4	常州市金坛区气象局	1	97	
5	商洛市气象局	1	97	
6	西藏林芝市气象局	1	97	
7	日喀则市气象局	1	97	
8	锡林浩特国家气候观象台	1	97	
9	呼和浩特市气象局	1	97	
10	烟台市气象局	1	97	

中国气象局政府采购中心

三、技术性能指标

序号	设备名称	指标参数
1	基准辐射观测仪（总/直/散/反/紫）	（1）总辐射表 #响应时间：95%响应时间＜10s #零点漂移：在环境温度中对 5K/h 变化的响应±2W/m² 非线性：由于辐照度变化在 100W/m²～1000W/m²范围内的变化引起的对 500W/m²响应度的百分率偏差 0.2%。 方向性：对直接日射方向相应即垂直入射辐照度为 1000W/m²，测量其在任何方向入射时，引起灵敏度变化的百分比（与垂直入射的灵敏度比较）10W/m²。 温度响应：由环境温度 50K 间隔内的变化引起的总偏差的百分比±1%。 倾斜响应：在辐照度 1000W/m²下，由倾斜 0°～90°变化引起与 0°（水平状态）响应偏差的百分比 0.5%。 计量溯源性：国家法定计量检定机构检定或校准。 （2）长波辐射表 #响应时间：95%响应时间＜15s #零点偏移：在环境温度中对 5K/h 变化的响应±2W/m²。 倾斜响应：由倾斜 0°～90°变化引起与 0°（水平状态）响应偏差的百分比±1%。 非线性：（辐照度-250W/m²～250W/m²）（对平均值的偏差百分比）±2%。 温度响应：±2% 计量溯源性：国家法定计量检定机构检定或校准。 （3）直接辐射表 #响应时间：95%响应时间＜10s #零点漂移：在环境温度中对 5K/h 变化的响应±2W/m²。 非线性：±0.2% 温度响应：±1%

中国气象局政府采购中心

序号	设备名称	指标参数
		计量溯源性：国家法定计量检定机构检定或校准。 （4）紫外辐射表 #响应时间：（95%）响应时间±1s #温度响应：（-20℃～+50℃）UVA：±2%、UVB：±4% 方向性响应：（修正到天顶角 70°）4% （5）光合有效辐射表 响应时间：（95%）响应时间≤5ms #非线性：（入射光源辐照度 250～1050W/m^2）±4% #方向性响应：（天顶角 80°以内，方位角 360°）±10% （6）太阳跟踪器 驱动电机：步进电机 光电瞄准器：四象限光电传感器 工作模式： 应具备两种工作模式，根据光照条件，可在两种模式之间自动切换： 1）日历跟踪模式，通过日历计算太阳位置。 2）被动跟踪模式，通过太阳四象限光电传感器反馈确定太阳位置。 遮光球半径：25mm±1mm 遮光臂长：505mm～840mm 遮光角度：5° ±0.2° 捕获角：不小于 15° 功耗：＜6W 转动装置：具备主动自锁功能 （7）加热通风器 通风量：不小于 160m^3/h 通风速度：不小于 2m/s 加热：5W 或者 10W 影响的空气温度上升： ＜0.25K（仅风机工作）

中国气象局政府采购中心

序号	设备名称	指标参数
		＜0.5K（5W 加热） ＜1K（10W 加热） 风机功耗：不大于 5W 输入电源范围：DC，9V～15V （8）供电系统 在高寒地区，蓄电池容量可保证观测系统在脱离交流电源的条件下连续工作 15 天以上（不包含加热通风器），并在蓄电池电压低到不足以维持符合质量要求的观测工作前 4-5 天发出报警信息。 在其他地区，蓄电池容量可保证观测系统在脱离交流电源的条件下连续工作 7 天（不包含加热通风器），并在蓄电池电压低到不足以维持符合质量要求的观测工作前两天发出报警信息。 （9）通信系统 用于数据采集器和上位机之间的通信，与数据采集器以 RS-232 进行连接，可支持以有线或无线方式将数据和状态信息传输到业务观测软件。通信设备一般有光纤、4G 通信模块等。 （10）配套设备 包括立杆、横臂等。

四、数据要求

供应商提供的设备传输数据能够接入国家级业务运行平台。

五、供货要求

供应商将所有设备运送到招标人指定地点（运输相关费用由供应商负责），并负责安装调试。

供货期限要求详见设备需求一览表。

六、服务要求

（一）项目团队

供应商为本项目设立专业团队，负责项目中全部设备的安装、调试、故障排除和质保期内的其他相关工作。其中供应商应确保团队的稳定性和专业性，项目经理应具有必要的项目管理经验。

（二）技术支持

供应商提供完善的售后服务方案，服务方案包含不限于现场服务方案和远程技术指导方案

中国气象局政府采购中心

等。

（三）技术资料

供应商向采购单位提供整套设备技术资料和用于维护使用的维护手册，含性能指标、系统构成等详细的维修内容。

（四）技术培训

通过培训，使工作人员掌握本项目各系统设备的基本结构和原理、操作规范和流程、软件的功能和使用方法，具备常规操作、日常维护、中小故障排除、软件使用和系统管理的能力；熟练掌握所负责业务的质量控制、质量保证方法和措施；掌握本项目进一步开发、应用所需的知识和技能。书面承诺每种设备的培训讲师具有中级以上职称或从事该设备技术工作至少 2 年；每种设备对每个采购单位的培训人数不少于 1 人、课时不少于 1 课时（每课时为 1 小时）。

（五）质保服务

质保期：8 年。

供应商需对质保期（保内、保外）政策进行阐述或承诺，列明有偿服务和无偿服务内容。

中国气象局政府采购中心

第九章　合同条款专用部分

（本合同模板仅供参考，最终合同文本以双方签订为准）

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、项目

项目名称：_____

项目编号和分包号：_____

二、合同标的

1、甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下列设备：

序号	货物名称及规格	数量	产地及品牌	单价	交货时间

2、交货地点：_____

3、安装期限：_____天（____年___月___日～___月___日）。

三、合同价格及付款方式

1、合同总金额为人民币_____元（大写）：_____元（小写）。

2、合同生效后付款：双方签署合同后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 70%，即人民币_____元（大写）：_____元（小写）；

3、到货、检验后付款：双方签署验收报告后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%，即人民币_____元（大写）：_____元（小写）；

4、保修期满后付款：保修期满期满后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 ** %，即人民币_____元（大写）：_____元（小写）。

四、交货

1、交货日期：_____。

2、运输方式：_____。

3、交货（安装、调试、服务）地点：_____。

中国气象局政府采购中心

4、其他约定事项：_____。

五、质量标准和检验方式

补足或更换的货物应在签署货损证明之日起_____日内运达甲方指定地点。

六、技术服务和保修责任方式

1、乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起_____个月。

2、乙方在合同货物的质量保修期内，为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周_____天*_____小时（工作时间）。

3、乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后_____小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后_____小时内派员至甲方维修和提供现场指导。

4、如乙方在接到甲方维修通知后_____小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同一型号的备用货物。

5、如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后_____小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务。

6、在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后____小时内到达现场。

七、违约责任

1、延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天_____‰ 的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的_____%；上述逾期超过_____天且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数 90%的以及单套货物未能全部交足的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

2、其它违约责任：违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额_____%的违约金。

八、履约保证金

中标人在收到中标通知书后___个工作日内，向甲方提供相当于合同总价___%的履约保证金。

中国气象局政府采购中心

甲方：
单位名称：（公章）
地址：
电话：
传真：
开户银行及帐号：

法定代表人：
授权代表：
签约日期：

乙方：
单位名称：（公章）
地址：
电话：
传真：
开户银行及帐号：

法定代表人：
授权代表：
签约日期：

中国气象局政府采购中心

第十章　投标被拒绝条款专用部分

本项目投标被拒绝专用条款详见下表。除下表及**第四章投标被拒绝条款通用部分**以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。下表具体内容以采购中心编制的招标文件为准。投标人若不符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

序号	对应条款号	内 容
第六章 投标人须知专用部分		
1.	6.2	无
2.		…… …… ……
第八章　采购需求		
3.		无

注：根据项目具体情况，对投标人有具体要求，且投标人必须遵守的，逐条列出。

中国气象局政府采购中心