

罗定市中医院 CT 球管采购项目

单一来源论证报告

采购人：罗定市中医院

采购代理机构：罗定市盈和项目管理有限公司

日期：2026 年 09 月 24 日

邵金波 阮新华 谭玉松

专家论证意见

项目名称：罗定市中医院 CT 球管采购项目

项目预算金额：1,320,000.00 元

论证时间：2026 年 09 月 24 日下午 15：30

论证专家：邹金波、谭玉玲、廖彩华

一、项目内容：

罗定市盈和项目管理有限公司受罗定市中医院委托，就罗定市中医院 CT 球管采购项目进行单一来源论证。有关论证情况如下：

采购内容如下：GE Revolution HD 球管

二、拟定的唯一供应商名称、地址：

拟定的唯一供应商名称：广东傲云智慧医疗有限公司

拟定的唯一供应商地址：云浮市市区金山大道 140 号第七层

制造商授权函：已提供

三、采用单一来源采购方式的原因及说明：

（一）原因

1、《中华人民共和国政府采购法》第三十一条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：

（1）只能从唯一供应商处采购的；

（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

根据《中华人民共和国政府采购法》，本项目属上述规定的第一种情形。

2、根据《广东省财政厅关于规范省级单一来源采购方式审批和进口产品核准管理有关事项的通知》（粤财采购〔2020〕13 号）

严格审批单一来源采购方式：

（一）符合下列情形之一的货物或者服务，采购人可以依法采用单一来源方式采购：

1. 因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购的；
2. 公共服务项目具有特殊要求，只能从某一特定供应商处采购的；
3. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

邹金波 谭玉玲 廖彩华

4. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；

5. 公开招标数额标准以上的采购项目，投标（报价）截止后投标（报价）人仅有 1 家或者通过资格审查或符合性审查的投标（报价）人仅有 1 家的，经专家论证，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的。

根据《广东省财政厅关于规范省级单一来源采购方式审批和进口产品核准管理有关事项的通知》（粤财采购〔2020〕13 号），本项目属上述的第一种情形。

（二）说明

罗定市中医院现有 GE Revolution HD CT 机球管即将报废，需采购新的球管。GE Revolution HD CT 机为原装进口机型，必须采用原厂生产的球管，目前市面第三方生产的球管均无法与现有 GE Revolution HD CT 机互相兼容。为保证设备正常运行，需采购与 GE Revolution HD CT 机整体一致的球管。

综合以上所述，本项目拟采用单一来源采购方式对广东傲云智慧医疗有限公司进行采购服务。

四、专家论证意见：

（一）各专家论证意见，详见附件（单一来源采购方式专业人员论证意见）和（单一来源采购项目预算金额专业人员论证意见）。

（二）专家小组综合意见：


罗定市中医院 CT 球管采购项目，根据采购人提供的相关材料，现在综合意见如下：

1、项目采购预算金额：1,320,000.00 元；

2、公司名称：广东傲云智慧医疗有限公司符合项目要求；

3、根据《中华人民共和国政府采购法》和《广东省财政厅关于规范省级单一来源采购方式审批和进口产品核准管理有关事项的通知》（粤财采购〔2020〕13 号）的规定，结合项目的实际情况，专家小组认为可采用“单一来源”采购方式向广东傲云智慧医疗有限公司采购设备。

论证专家小组成员签名：



2026 年 09 月 24 日

附件 1:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 卢新华	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 云浮(罗定)第三人民医院	
项目信息	项目名称: 罗定市中医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 广东傲云智慧医疗有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该项目原有CT机品牌及型号: GE Revolution HD CT机. 该机为原厂球管 GE 宝石CT设备所需 X射线球管, 该球管为特殊定制的全数字探测器, 采用单灯丝动态聚焦革新设计, 专用球管. 目前唯有GE原厂能够供货. 必须从唯一供应商处采购.	
专业人员签字	卢新华	日期 2016年 9 月 21日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 1:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谭玉玲	
	职称: 正高	
	工作单位: 罗定职业技术学院	
项目信息	项目名称: 罗定市中医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 广东傲云智慧医疗有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目拟采购的CT球管,是采购人原有GE Revolution HD CT机的配件,属于高精尖医疗器械,目前尚无其他品牌的球管可以替代。本项目符合《中华人民共和国政府采购法》中第三十一条“只能从唯一供应商处采购的”情形,建议本项目采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	谭玉玲	日期 2026 年 9 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 1:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 邹金波	
	职称: 高级讲师	
	工作单位: 罗定市中等职业技术学校	
项目信息	项目名称: 罗定市中医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 广东傲云智慧医疗有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本次拟采购的 CT 球管是进口人原有 GE Revolution HD CT 机的配件,目前尚无其他品牌的球管可以替代。本项目符合《中华人民共和国政府采购法》中第三十一条“采购人只能从唯一供应商处采购”的情形,建议本项目采用单一来源采购方式。 广东傲云智慧医疗有限公司是通用电气医疗集团授权签约经销商,为四川恩同科技有限公司的二级经销商。	
专业人员签字	邹金波	日期 2016 年 9 月 20 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。