

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：首都医科大学附属北京儿童医院
手术室净化设备维护服务项目

项目编号：11000025210200128980-XM005

采购人：首都医科大学附属北京儿童医院

采购代理机构：中信国际招标有限公司

2025 年 11 月

目 录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	6
第三章	资格审查	20
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	23
第五章	采购需求	31
第六章	拟签订的合同文本	57
第七章	投标文件格式	63

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11000025210200128980-XM005
2. 项目名称：首都医科大学附属北京儿童医院手术室净化设备维护服务项目
3. 项目预算金额：480万元、项目最高限价（如有）：1万元
4. 采购需求：

包号	标的名称	数量	采购包预算金额（万元）	简要技术需求或服务要求
01	首都医科大学附属北京儿童医院手术室净化设备维护服务项目	1 项	480	服务内容主要包括对维保服务范围内的设备机组进行定期的耗材更换、巡检、设备维护等。具体要求详见招标文件“第五章 采购需求”。

5. 合同履行期限：3 年
6. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2-1 中小企业政策（是否面向中小微企业采购招标文件若存在不一致以此投标邀请为准）

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向 ☒中小 ☐小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：**要求获得采购合同的投标人将本采购包金额的至少 1 %分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明》，监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（格式详见招标文件）。**

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：1。

3. 本项目的特定资格要求：

3-1 本项目是否属于政府购买服务：

☒否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3-2 其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 26 日，每天上午 9 点至 12 点，下午 13 点至 16 点（北京时间，法定节假日除外）。
2. 地点：北京市政府采购电子交易平台
3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。
4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025 年 12 月 10 日 13 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市朝阳区东三环中路 59 号京城机电大厦 A 座 17 层 1702 会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

1.1 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19 号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.2 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18 号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.3 扶持中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业发展政策：若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属于小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），评审时其报价享受 10% 的价格折扣后再计入报价得分。不重复享受政策（如申请人的资格要求部分已专门面向中小企业预留采购份额，则不再享受价格评审优惠政策）。

1.4 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分。

2. 本项目采用电子化与线下流程相结合的招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，**视为报名失败**。

3. 评标方法和标准：综合评分法

4. 公告媒体：本项目涉及公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

5. 免责声明：请各投标人提高警惕，不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。投标人由此而造成的一切损失，均由其自身承担，采购人/采购代理机构不承担任何责任。

6. Email: liqing@ck.citic.com, qianbc@ck.citic.com

7. 北京市政府采购管理服务平台项目编号：11000025210200128980-XM005

8. 本项目招标编号：0733-25115462

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京儿童医院

地 址：北京市西城区南礼士路 56 号

联系方式：010-58531328

2.采购代理机构信息

名 称：中信国际招标有限公司

地 址：北京市朝阳区东三环中路 59 号京城机电大厦 A 座 17 层 1710 室

联系方式：010-87945198

3.项目联系方式

项目联系人：李晴、钱柏丞、李思哲、胡杰谦、和学娟、刘莎

电 话：010-87945198-550、196

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容						
2.2	项目属性	项目属性： ■服务 □货物						
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否						
2.4	核心产品	■关于核心产品本项目 01 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：__。						
3.1	现场考察	■不组织 □组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。						
	开标前答疑会	■不召开 □召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。						
4.1	样品	投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____ (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 (3) 样品递交要求：_____ (4) 未中标人样品退还：_____ (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____ (6) 其他要求（如有）：_____。						
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>详见投标邀请</td><td>其他未列明行业</td></tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	详见投标邀请	其他未列明行业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
01	详见投标邀请	其他未列明行业						

条款号	条目	内容
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。
12.1	投标保证金	投标保证金金额： 01 包：人民币 9.6 万元。 投标保证金收受人信息： 投标保证金支持网上银行电汇递交保证金或线下递交支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 采购代理机构账号信息： 开户名称：中信国际招标有限公司 开户行：中信银行北京三元桥支行 账号：8110701013102383606 注：采用电汇形式的有效性以采购代理机构实际到账情况为准，采用支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式的，投标人须在提交投标文件的同时提交。 投标人在投标截止时间前未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： <u>(1) 在投标有效期内，投标人撤销投标的；</u> <u>(2) 中标人不按规定与采购人签订合同的；</u> <u>(3) 中标人不按招标文件要求提交履约保证金的（如需）。；</u> <u>(4) 法律、法规规定的其它不予退还的情形。</u>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历日。
14.1	投标文件份数	投标文件的份数：正本：1 份，副本：4 份，电子版：U 盘 1 个，“开标一览表” 1 份。 注： (1) 正本和副本封面右上角需注明“正本”、“副本”字样； (2) 副本可为签字盖章后的正本的复印件； (3) 电子版应包括投标文件正本的完整扫描版（PDF 格式）、word/excel（可编辑版）文件。 (4) 若上述正副本及电子版存在不一致，以纸质版正本为准。
15.2	投标文件的密封和标记	(1) 投标文件封面详见第七章投标文件格式 (2) 密封包装上建议加盖投标人公章。 (3) 提倡将正本、副本、电子版文件一起密封包装，开标一览表需单独密封包装，包装封面需清楚标注“投标文件”、“开标一览表”。

条款号	条目	内容
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■评审得分相同的，以投标报价低的为中标人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会随机抽取 □随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问送达形式：<u>以书面形式提出，发送到采购代理机构的联系邮箱(详见投标邀请)</u>，请同时电话联系以便采购代理机构及时获知并答复。
26.2	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：<u>中信国际招标有限公司</u>； 联系电话：<u>详见投标邀请</u>； 通讯地址：<u>详见投标邀请</u>。
27	代理费	收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：采购代理服务费用参照中华人民共和国国家计委令计价格[2002]1980号规定的手续费收费标准按包进行收取。 缴纳时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。 采购代理机构账号信息： 开户名称：中信国际招标有限公司 开户行：中信银行北京三元桥支行 账号：8110701013102383606

投标人须知

一、说明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

- 5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标详见第五章《采购需求》。
- 5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内

的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人

数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。

在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制 采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算

机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。**如招标文件包含多个采购包内容未拆分的，投标人只能对应参加（按照投标邀请要求）成功报名的采购包，不得参加未成功报名的采购包。**

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不

利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》，**本项目招标文件若涉及多个编号（如：招标编号、项目编号、北京市政府采购管理服务平台项目编号），投标人编制与投标相关的文件时使用上述任一编号并保持一致即可，不影响投标文件的有效性。**

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效，如“**实质性格式**”中有盖章要求，盖章页面印有符合要求的公章即可，不以盖章位置非指定位置为由认为投标无效，公章指投标人**单位公章**，非合同章、投标专用章。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.4.1 投标人对加注“▲、*、#”符号（如有）的重要技术要求或技术条款或技术参数或技术指标应当在投标文件中提供技术支持资料（未提供不予认可）。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料（包括但不限于 datasheet、厂家白皮书、彩页等）或经国家食品药品监督管理总局或国家药品监督管理局认可的检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。（除采购需求另有规定，该条款仅适用于按医疗器械管理的货物项目），一般技术条款的响应如与投标文件中的技术支持资料不一致的，以技术支持资料为准。

10.4.2 若技术要求或技术条款或技术参数或技术指标有具体证明材料（图片、照片等）要求的，则以该技术指标的要求证明材料为准。

10.4.3 招标文件的采购需求中如出现具体品牌或型号，仅起说明作用，并没有任何指定品牌限制性。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从

其规定。投标分项报价表的填写内容如型号规格、产地等如与医疗器械注册证或其它要求配套证书不一致或填写不明确，供货时以所附证书中的最高端型号或最高配置为准（该条款仅适用于货物项目）。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.8 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.8.1 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.8.2 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.8.3 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.9 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.9.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.9.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 投标人份数应按投标人须知资料表的规定准备相应文件。

14.2 投标文件的正本需打印或用不退色的墨水书写，被授权的投标人代表（投标人的委托代理人）须以书面形式出具的《授权委托书》附在投标文件中。

14.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权的投标人代表（投标人的委托代理人）在旁边签字才有效。

14.4 没有按招标文件实质性和符合性规定签字和盖章的投标，将被视为投标无效。

14.5 本项目不接受以传真、电子邮件形式递交的投标文件，须以纸质版文件递交。

四、投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。为方便开标时唱标，投标人应另行额外准备一份“开标一览表”的正本单独密封提交，并注明“开标一览表”字样，其正副本仍需包含“开标一览表”。

15.2 为方便开标拆启和对迟到的投标进行处理，投标文件封面及密封包装封面建议按照《投标人须知资料表》的要求填写并密封。

15.3 如未按本须知第 15.2 条的要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

15.4 投标人的投标文件须在招标文件中载明的投标截止时间之前，建议于开标当日递交，因特殊情况，可以接受投标人选择提前邮寄或者送达的投标文件，但投标人须充分考虑邮寄时效和文件包装完整性的风险，未在投标截止时间之前准时到达和包装破损造成的不利后果由投标人自行承担。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至开标地点，迟到的投标文件将被拒收，采购代理机构应拒绝在其规定的投标截止期后递交的任何投标文件。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。开标时所有投标人自愿参加，参加开标的投标人的委托代理人应签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
- 18.2 本项目开标过程将由投标人的委托代理人检查投标文件的密封情况，经确认密封完好后，由采购代理机构或采购人当众宣读投标人名称、投标报价等招标文件规定需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人的委托代理人确认，在开标时没有启封和唱标的投标文件在评标时将不予考虑。
- 18.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.4 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会决定投标的响应性只根据采购文件本身，而不是寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六、确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在**政府部门指定的媒体上公告中标结果**，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》

26 询问与质疑

26.1 询问

26.2 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.3 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.4 质疑

26.4.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.4.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

26.4.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.4.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复

26.5 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2. 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
4. 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网

序号	审查因素	审查内容
		(www.creditchina.gov.cn、www.ccg.gov.cn)； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 (本项不需提供证明文件，以采购人或采购代理机构网上查询结果为准)
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《投标邀请》
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》
3-1	本项目对于联合体的要求	本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
3-2	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。

序号	审查因素	审查内容
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件（如非上述平台项目须按照投标邀请的要求获得参与包的招标文件）。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
备注：投标人须提供或实质满足本表所列资格审查要求，如未提供将不得进入评标环节。通过资格审查标注为√；未通过资格审查标注为×。		

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应（如有）	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
9	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
10	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

序号	审查因素	审查内容
11	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
12	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
13	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
备注：投标人须提供或实质满足本表所列符合性证明文件，如未提供将作无效投标处理。通过符合性审查标注为√；未通过符合性审查标注为×		

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准（**未单独递交的以投标文件纸质版正本为准**）；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报

价表)为准;

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力,投标人不确认的,其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的,可以享受中小企业扶持政策,用扣除后的价格参加评审;否则,评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,对小微企业报价给予**10%**的扣除,用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予**4%**的扣除,用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的,视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价;未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为:

■综合评分法,指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法,见《评标标准》,招标文件中没有规定的评标标准不得作

为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人
选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他
投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。
优先采购的具体规定（如涉及）。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：**评审得分相同的，以投标报价低的为中标人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会随机抽取**

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

01包:

序号	评分因素	评分标准	分值
1	投标报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。	10
2	同类项目实施案例	投标人近三年（2022年10月1日至今）具有同类项目实施案例（需提供合同复印件并加盖公章，至少包含相应的合同首页、服务内容页、合同双方签字盖章页，未按要求提供完整材料的不得分，案例时间以合同签订时间为准），每提供一份有效的证明文件得4分，最高得12分。	12
3	整体维保服务方案	根据投标文件针对招标文件“第五章采购需求”的整体内容及要求提供的方案进行打分。 方案应包括“（一）维保服务内容及范围”中的全部四处手术室维保，且方案描述详细、具体；完全简单照抄采购需求的方案将被视为无效投标方案，不得分。完全满足上述要求得满分16分，方案每缺少一处设备机组维保方案扣4分，每有一处方案内容不完备扣2分，最低得0分，未单独提供该方案不得分。（内容不完备是指：存在不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾等任意一种情形）	16
4	人员配置方案	根据投标文件针对招标文件“第五章采购需求”的“（二）维保技术服务要求”中的“1. 人员要求”的要求提供的方案进行打分。 1、方案应包含具体的维保人员岗位职责且分工明确，格式自拟，完全满足要求得5分，不满足要求或未单独提供该方案不得分。 2、人员配置中应至少包含净化空调专业维护人员、电工、电焊工、油工等各专业服务人员，完全满足要求得8分，每缺少一个专业扣2分，未单独提供该方案不得分。 3、所有拟派服务人员均应具有手术室及层流病房维保经验，需提供所有人员姓名、年龄、工作经验简述（上述信息列表即可）及相应岗位证书复印件，完全	24

		满足要求得6分，不满足要求或未单独提供该项不得分。 4、提供拟派服务人员完全满足招标文件要求且不得随意更换的承诺并加盖单位公章，格式自拟，按要求提供得5分，不满足要求或未单独提供该项不得分。	
5	维修材料及耗材更换方案	根据投标文件针对招标文件“第五章采购需求”的“（二）维保技术服务要求”中的“2. 维修材料要求、3. 过滤器更换要求、8. 初、中效、亚高效、高效过滤器更换要求”的要求提供的方案进行打分。 方案详细、具体，应涵盖“2. 维修材料要求、3. 过滤器更换要求、8. 初、中效、亚高效、高效过滤器更换要求”的全部内容并提出具体的检测、清理、更换、记录措施。完全满足上述要求得满分9分，方案有一项缺项扣3分，每有一项内容不完备扣2分，最低得0分；未单独提供该方案不得分。（内容不完备是指：存在不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾等任意一种情形）	9
6	年检要求承诺	提供满足招标文件“第五章采购需求”的“（二）维保技术服务要求”中的“4. 年检要求”中要求的承诺并加盖单位公章，格式自拟，按要求提供得5分，不满足要求或未单独提供该项不得分。	5
7	日巡检方案	根据投标文件针对招标文件“第五章采购需求”的“（二）维保技术服务要求”中的“5. 日巡检要求”的要求提供的方案进行打分。 方案详细、具体，应涵盖“5. 日巡检要求”的全部内容并提出具体的巡检、保养、维修、记录措施。完全满足上述要求得满分5分，方案内容不完备或未提出具体措施的扣3分，未单独提供该方案不得分。（内容不完备是指：存在不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾等任意一种情形）	5
8	月巡检方案	根据投标文件针对招标文件“第五章采购需求”的“（二）维保技术服务要求”中的“6. 月巡检要求”的要求提供的方案进行打分。 方案详细、具体，应涵盖“5. 月巡检要求”的全部内容并提出具体的巡检、保养、维修、记录措施。完全满足上述要求得满分5分，方案内容不完备或未提出具体措施的扣3分，未单独提供该方案不得分。（内容不完备是指：存在不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾等任意一种情形）	5

9	季度巡检方案	根据投标文件针对招标文件“第五章采购需求”的“（二）维保技术服务要求”中的“7. 季度巡检要求”的要求提供的方案进行打分。 方案详细、具体，应涵盖“7. 季度巡检要求”的全部内容并提出具体的巡检、保养、维修、记录措施。完全满足上述要求得满分5分，方案内容不完备或未提出具体措施的扣3分，未单独提供该方案不得分。（内容不完备是指：存在不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾等任意一种情形）	5
10	其他维保方案	根据投标文件针对招标文件“第五章采购需求”的“（二）维保技术服务要求”中的“9.、10.、11.、”的要求提供的方案进行打分。 方案详细、具体，应涵盖“9.、10.、11.、”的全部内容并提出具体的墙面地板修补、给排水管道及消防系统维修、净化机组冷热源管线维保措施。完全满足上述要求得满分9分，方案有一项缺项扣3分，每有一项内容不完备扣2分，最低得0分；未单独提供该方案不得分。（内容不完备是指：存在不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾等任意一种情形）	9
合计		100	

备注：政策性加分条款如下：

1 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品如为节能产品政府采购清单中的产品，投标人的综合得分加1分。

2 根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。投标产品如为环保清单中的产品，投标人的综合得分加1分。

3 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加1分。

第五章 采购需求

（采购需求如与拟签订的合同文本有矛盾，均以采购需求为准。）

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 需求一览表

包号	标的名称	数量	采购包预算金额（万元）	简要技术需求或服务要求
01	首都医科大学附属北京儿童医院手术室净化设备维护服务项目	1 项	480	服务内容主要包括对维保服务范围内的设备机组进行定期的耗材更换、巡检、设备维护等。具体要求详见招标文件“第五章 采购需求”。

二、商务要求

1. 服务期和服务地点

1.1 服务期：3 年

1.2 服务地点：采购人指定地点

2. 付款条件（进度和方式）：详见第六章拟签订的合同文本。

三、技术要求

（一）维保服务内容及范围

住院部四层手术室：新增术间全景摄像系统一套：含交换机一台、录像机一台，半圆形摄像头14个、存储硬盘8套（存储期180天）及相关布线。门诊楼四层手术室、急救楼九层手术室、北楼负压手术室。详见“附件：维保设备清单”，在此清单内的项目内容负责维护保养。

（二）维保技术服务要求

1. 人员要求

维保服务期间应安排净化空调专业维护人员、电工（低压电工证）、电焊工（需持焊接与热切割作业证）、油工等各专业人员进行服务，所有维保服务人员均具有手术室及层流病房维保经验，能够胜任手术室、层流病房的维保工作，工作能力强、有责任心。同时投标人应根据采购人需求制定维保人员岗位职责。

2. 维修材料要求

维保服务期内维修配件的更换，净化空调专业由投标人负责，附房普通材料由投标人负责。

3. 过滤器更换要求

新风机的初、中效过滤器每月更换，净化循环机组的初效、中效过滤器及手术间内回风和排风初效过滤器每两个月定期更换一次，新风机组亚高效过滤器六个月更换一次，手术间内高效过滤器三年更换一次（上次更换为 2024 年 5 月），由投标人承担，并按照国家 and 北京市地方标准《医院洁

净手术部污染控制规范》要求定期更换，维保服务期间采购人不再支付任何耗材费用。

4. 年检要求

按照国家和北京市地方标准《医院洁净手术部污染控制规范》要求，每年需请有资质的第三方工程质量检验检测单位检测一次手术室，并出具符合国家标准 GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求的检测报告，检测费用投标人承担，维保服务期间采购人不再支付任何年检费用。投标人需针对此项要求出具承诺，格式自拟并加盖公章。

5. 日巡检要求

5.1 每天早 7:30 分开始巡检工作，确保 8:00 手术正常开展。

5.2 保障手术室温度应在 22-25℃，相对湿度为 40—60%，手术中保持正压状态（负压手术间除外）。

5.3 保障手术室各医用气体压力正常（氧气 0.40—0.60Mpa,负压吸引-0.04—-0.07Mpa,压缩空气 0.45—0.9Mpa,氮气 0.35—0.40Mpa,二氧化碳 0.35—0.40Mpa,氩气 0.35—0.40Mpa）。

5.4 每日对洁净手术部空调进行巡视检查，并对机组设备进行日常保养，发现问题及时维修、处理。

5.5 每日对手术部日光照明、看片灯、插座排、控制面板、刷手池、自动门、书写台、呼叫、对讲、药品柜等的基础设施、附属间设备、各气瓶间进行巡视检查，对手术室各区域时钟进行统一校正，发现问题及时维修、处理。

5.6 每日对设备层进行巡检，有无漏水、设施损坏、停电故障。

5.7 每日巡检消防设备是否齐备、消防灯是否正常工作，如发现问题立即告知手术室护士长，由护士长联系消防部门予以解决。

5.8 对于巡检过程中发现的问题，立即着手解决，对于需采购人协调的故障第一时间通知采购人主管人员，每日巡检结束后工作人员做好巡检记录并签字确认后交运保处留档。

6. 月巡检要求

6.1 每月对空调机组和设备进行维修保养，填写“净化空调机组巡查记录表（月度表）”，并由采购人主管人员在检查、核实后给予签字确认。

6.2 每月对净化机组控制柜进行巡检维护，内容有：电源正常指示、变压器 TX1，TX2、应急故障及指示、机组自动启停、变频器本遥控启停、电柜排风扇、加湿器运行测试、加湿器排水测试、紧急停机、消防停机、故障远程监控、运行远程监控、继电器板指示灯检查、送风机热继电器设定、外接端子控制输出、外接端子电压输出。

6.3 每月对中央控制箱进行巡检维护，内容有：时钟板，计时钟板、电话板、手术照明开关、值机开关、麻醉废气开关、控制箱内空气开关、控制箱内继电器、变压器、气体报警板。

6.4 月度巡检报告一式叁份，由投标人工作人员签字确认，一份交由护士长存档，一份交由采购人运保处存档，一份由维保单位留底存档。

7. 季度巡检要求

7.1 每一季度对空调机组和设备进行维修保养，填写“净化区域设施巡查记录表（季度表）”，并由采购人主管人员在检查、核实后给予签字确认。维修保养内容有：缺风保护报警信号、中效过滤网报警信号、高效过滤器报警信号、送风机运行信号、送风机故障信号、加湿器故障、高温报警信号、遥控启停控制、遥控值机控制、冬夏工况转换信号、机组自动报警信号、消防报警信号、回风温度信号、回风湿度信号、远程温度设定信号、回风压差信号、变频调节控制、加湿器调节控制、送风机启停控制、加湿器排水控制、起停远程控制、运行指示、值机指示、故障指示、水阀开启控制、水阀关闭控制、起停控制、值机控制、主屏控制、报警监控、变频定频控制切换、温度设定切换、参数设定。

7.2 每一季度对中央控制箱进行维修保养，内容有：各类灯具开关、器械柜药品柜、回风百叶、看片灯、净化天花板、室内排风扇、插座排、书写台、自动门电子板、自动门磁性开关、自动门限高轮、自动门滚动轮、自动门感应开关、自动门手按开关、自动门电源开关、自动门电机、自动门减速箱、把手、变频器、门头灯、同步轮、皮带轮、地脚轮、皮带架、门体。

7.3 季度巡检报告一式叁份，由投标人工作人员签字确认，一份交由护士长存档，一份交由采购人运保处存档，一份由维保单位留底存档。

8. 初、中效、亚高效、高效更换

定期做好系统中过滤器的清洗更换工作。初、中效、亚高效、高效过滤器的检测、清理、更换工作均由投标人人员具体实施，不再收取采购人费用，并认真做好相应的记录工作。一式叁份，由投标人工作人员签字确认，一份交由护士长存档，一份交由采购人运保处存档，一份由维保单位留底存档。

9. 净化区域的墙面墙漆、橡胶地板或PVC地板，修补面积在2m²及以下由投标人负责，2m²以上由采购人承担费用。

10. 手术部门内给排水管道及洁具、消防系统，在维保范围内，投标人负责维修，采购人负责提供材料；因不可抗拒因素、人为损坏，手术部门外等设施不在维保责任范围。

11. 以水为冷热源的各净化机组水管维保范围：界限为净化机组机房门内的净化机组冷热源管线为维保范围，其余机房门外及其他专业管线不在维保范围内，设备整体或部分拆检、翻修、重装、更新改造等不在维保范围内。

附件：维保设备清单

住院部四层手术室					
序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量
一	走廊及辅助用房装饰工程				
1	单开门	800*2100, 夹板气密封	灵镜	樘	7
2	单开门	900*2100, 夹板气密封	灵镜	樘	28
3	双开门	1200*2100, 夹板气密封	灵镜	樘	5
4	双开门	1500*2100, 夹板气密封	灵镜	樘	15
5	双开门	1800*2100, 夹板气密封	灵镜	樘	2
二	洁净手术室基本配置				
1	医用气密性封电动趟门（手术室洁廊）	LY014-E, 1400*2100, 四周采用优质铝合金材料, 门身内部为保温、防火填充料、门身表面采用进口胶合板加贴进口一级防火板, 与门框接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封, 微电脑控制。	灵镜	樘	12
2	医用气密性封手动趟门（体外循环室）	广东羚亚, LY014-H, 1100*2100	广东羚亚	樘	1
3	组合多功能控制面板	广东羚亚, 六联, 含计时器、时钟、温度调节及温湿度显示、压差报警、照明系统控制、气体报警、空调系统控制、免提电话面板, 电子版为香港进口。	广东羚亚	套	12
4	观灯片	广东羚亚, 四联, 底箱采用电解钢板广东加工, 内置 PHILIPS 光管及继电器, 外框铝合金制作。	广东羚亚	个	6
5	观灯片	六联, 其它同上	广东羚亚	个	6
6	不锈钢器械柜	广东羚亚, LY010-1: 分四门开启, 上下两层内均有高强度之玻璃拖架、可放置足量手术器械。柜体采用 1.2mm 磨砂白钢板, 周边采用铝合金包边	广东羚亚	个	12
7	不锈钢药品柜	广东羚亚, LY010-2: 其他同上	广东羚亚	个	12
8	不锈钢麻醉柜	LY010-3: 其他同上	广东羚亚	个	12
9	不锈钢电脑柜		广东羚亚	个	12

10	内嵌式不锈钢书写台	LY011-1, 内嵌式带照明系统, 结构采用 1.2mm 磨砂钢板, 铝合金包边, 台面加贴与手术室色调颜色一致的防火板, 同边采用铝合金包边	广东羚亚	个	12
11	输液导轨	XH-200/L4, 3.1m 长, 含 4 根吊架	北京星汉	套	12
三	净化空调系统工程				
1	超卫型组合式空调机组 AHU-01、02	香港雅士 AAHM2.5H, 2800m ³ /h, 含风机, 变频器, 瑞士 CONDAIR-OEM 加湿器, 电加热器	香港雅士	台	1
2	超卫型组合式空调机组 AHU-03	香港雅士 AAHM2.5H, 3100m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1
3	超卫型组合式空调机组 AHU-04、05	香港雅士 AAHM3.8H, 3700m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1
4	超卫型组合式空调机组 AHU-06	香港雅士 AAHM3.8H, 3570m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1
5	超卫型组合式空调机组 AHU-07	香港雅士 AAHM3.8H, 3680m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1
6	超卫型组合式空调机组 AHU-08、10	香港雅士 AAHM12.5H, 11900m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1
7	超卫型组合式空调机组 AHU-09	香港雅士 AAHM12.5H, 12880m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1
8	超卫型组合式空调机组 AHU-11	香港雅士 AAHM12.5H, 11630m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1
9	超卫型组合式空调机组 AHU-12	香港雅士 AAHM7.5H, 8290m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1
10	新风机组 FAU-01	香港雅士 AAHM10H, 9350m ³ /h, 含风机, 瑞士 CONDAIR-OEM 加湿器, 新风电预热装置、亚高效过滤段	香港雅士	台	1
11	新风机组 FAU-02	香港雅士 AAHM10H, 8730m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1
12	新风机组 FAU-03	香港雅士 AAHM2.5H, 9350m ³ /h, 含风机, 新风电预热装置	香港雅士	台	1
13	普通风机盘管 FP-01	冷量 5780W	国产	台	1
14	普通风机盘管	冷量 6700W	国产	台	1

	FP-02				
15	普通风机盘管 FP-03	冷量 11020W	国产	台	1
16	普通风机盘管 FP-04	冷量 10440W	国产	台	1
17	普通风机盘管 FP-05	冷量 6820W	国产	台	1
18	普通风机盘管 FP-06	冷量 9630W	国产	台	1
19	普通风机盘管 FP-07	冷量 1170W	国产	台	1
20	铝网初效过滤器 (新风管处)	每周清洗, 每月更换一次	国产	个	36
21	喷塑铝合金防 雨新风百叶	1000*800	合资	个	3
22	喷塑铝合金防 雨新风百叶	400*400	合资	个	25
23	双层微穿孔板 式消声器		合资	个	27
24	防火阀	符合当地防火条例		个	36
25	风量调节阀	手动	国产	个	48
26	电动风量调节 阀	西门子	德国	个	3
27	定风量装置	妥思	德国	个	12
28	高效净化送风 口		广东羚亚	个	50
29	带调节阀百叶 (回风口)			个	121
30	手术室内下回 风口中效过滤 器	每两个月更换一次		个	480
31	不带调节阀排 风百叶			个	46
32	排风机	DPT12-33A	广东正野	台	3
33	排风机	DPT15-33A	广东正野	台	7
34	排风机	DPT18-33A	广东正野	台	1
35	排风机	DPT18-33A	广东正野	台	3
36	排风机	DPT20-33A	广东正野	台	8
37	排风机	AFBV-06	广东雅士	台	3
38	排风机吊架			个	25
39	镀锌风管止回 阀			个	25
40	排风系统消声 器		合资产	个	25
41	排风中效过滤 器	每两个月更换一次		个	222
42	功能房排风系 统控制箱			套	13

43	洁净风管	采用 0.6-1.0mm 厚镀锌钢板现场加工，含管道支架、法兰等	国产	m2	2800
44	保温棉	采用 B1 级 PEF 保温材料	广东	m2	3024
45	风管测定孔	国标	国产	个	111
46	风管软接头	国标	国产	个	92
47	风管检修门	国标	国产	个	25
48	风管道支架及吊码	国标	国产	T	12.6
49	风机盘管的铜管接驳			套	7
50	I 级手术室净化送风天花	LY002-III, 3150*2500*502, 采用通过英国 BSI 质量认证的净化手术室专用天花, 外框电解钢板制作		套	3
51	II 级手术室净化送风天花	LY002-I, 1900*2500*502, 其他同上	广东羚亚	套	5
52	III 级手术室净化送风天花	同上	同上	套	4
53	空气处理机组控制系统 (两管制)	含落地式铝合金框架控制柜, 西门子温湿度传感器, 西门子风阀执行器、箍形恒温器、压差开关、HONEYWELL 高温断路器、百利门电动比例积分阀及控制线路		套	12
54	新风机组控制系统	ACP-13.1, 含控制柜及外围控制设备		套	2
55	新风机组控制系统	ACP-11.1, 含控制柜及外围控制设备		套	1
56	独立空调控制面板	电子板	香港进口	套	2
57	风机盘管的控制系统	含电动二通阀、调速开关等		套	7
58	1 级手术室 IT 系统 (隔离变压器)	ES710\8000 单相	德国本德尔	台	4
59	绝缘监视仪	1R427-LD	德国本德尔	台	4
60	电流互感器	ETW2	德国本德尔	支	4
61	外界报警和测试仪	MK7-CN	德国本德尔	台	4
四	医用气体工程				
1	藏墙头气体终端及插头 (氧气)	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12
2	藏墙头气体终端及插头 (笑气)	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12

3	藏墙头气体终端及插头（二氧化碳）	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12
4	藏墙头气体终端及插头（压缩空气）	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12
5	藏墙头气体终端及插头（真空吸引）	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12
6	麻醉废气排放终端及插头	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12
7	设备带	羚亚	广东羚亚	m	26
8	设备带上气体终端及插头（氧气）	广东羚亚, 含底盒	广东羚亚, 含底盒	套	9
9	设备带气体终端及插头（笑气）	广东羚亚, 含底盒	广东羚亚, 含底盒	套	1
10	设备带气体终端及插头（压缩空气）	广东羚亚, 含底盒	广东羚亚, 含底盒	套	8
11	设备带气体终端及插头（真空吸引）	广东羚亚, 含底盒	广东羚亚, 含底盒	套	8
12	麻醉废气收集瓶	英国 Penlon	英国 Penlon	套	12
13	麻醉废气回收泵	英国 MPM SGS1820	英国 MPM SGS1820	台	1
14	笑气汇流排	美国 WESTERN, 2+2 瓶量, 自动	美国 WESTERN, 2+2 瓶量, 自动	套	1
15	气体阀门报警箱	四气, LY017-4, 电子板香港进口	四气, LY017-4, 电子板香港进口	个	1
16	黄铜球阀	Φ 12	日本 KITZ	个	3
17	黄铜球阀	Φ 15	日本 KITZ	个	41
18	黄铜球阀	Φ 22	日本 KITZ	个	14
19	PVC 球阀	DN25	国产	个	12
20	医气脱脂紫铜管	Φ 12	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	85
21	医气脱脂紫铜管	Φ 15	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	760
22	医气脱脂紫铜管	Φ 22	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	330
23	医气脱脂紫铜管	Φ 28	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	55
24	医气脱脂紫铜管	Φ 35	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	35
25	医气脱脂紫铜管	Φ 42	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	12
26	医气脱脂紫铜管	Φ 76	澳大利亚 CRANE	m	10

	管		ENFIELD		
27	高强度 PVC 废气排放管	DN20	广东顾地	m	70
28	高强度 PVC 废气排放管	DN25	广东顾地	m	100
29	高强度 PVC 废气排放管	DN32	广东顾地	m	15
30	高强度 PVC 废气排放管	DN40	广东顾地	m	60
31	高强度 PVC 废气排放管	DN50	广东顾地	m	35
五	给排水工程				
1	不锈钢膝控洗手池	LY013-2K, 带 2 个丹麦进口自动恒温出水龙头	广东羚亚	套	5
2	不锈钢膝控洗手池	LY013-3K, 带 3 个丹麦进口自动恒温出水龙头	广东羚亚	套	4
3	沐浴器	JW801、803、804 普釉	广东钻石	套	5
4	蹲便器	挂式, JW1-568 普釉	广东钻石	个	3
5	小便器	挂式, JW2-700 普釉	广东钻石	个	1
6	台盆及台面	JW4-533 普釉, 带普通水嘴 MK-14	广东钻石	套	3
7	不锈钢拖把池	广东羚亚	广东羚亚	个	2
8	供水管 (脱脂紫铜管)	Φ 15	国产优质	m	20
9	供水管 (脱脂紫铜管)	Φ 22	国产优质	m	12
10	供水管 (脱脂紫铜管)	Φ 28	国产优质	m	5
11	供水管 (铝塑复合管)	DN15	广东联塑	m	20
12	供水管 (铝塑复合管)	DN25	广东联塑	m	20
13	供水管 (铝塑复合管)	DN32	广东联塑	m	20
14	供水管 (铝塑复合管)	DN40	广东联塑	m	15
15	排水管	DN50	广东联塑	m	30
16	排水管	DN75	广东联塑	m	35
17	排水管	DN110	广东联塑	m	10
18	存水弯	DN110	广东联塑	个	21
19	地漏	DN110	广东联塑	个	17
20	清扫口	DN110	广东联塑	个	2
六	照明供电系统				
1	分配电箱 4AP01		广东基业	台	1
2	分配电箱 4AP02		广东基业	台	1
3	I 级手术室内配电	洁净室专用气密封灯带, 10 灯盘/套		套	3

4	II-III 级手术室内配电	洁净室专用气密封灯带, 8 灯盘/套	广东羚亚	套	9
5	组合电源插座箱 (手术室)	220V, 含 3 个万能插座和 1 个接地端子		套	36
6	组合电源插座 (手术室)	380V	3 广东松本电工	个	12
7	I 级手术室德国本德尔 IT 系统	单相隔离变压器	230V/230V, 5KVA	个	3
		绝缘监视仪		个	3
		电流互感器		个	3
		仪器专用电源		个	3
		外界报警和测试单元		个	3
8	白板密封荧光灯	40W*3, 600*1200	广东羚亚	套	59
9	筒灯荧光灯	18W*1, 600*600	广东羚亚	套	138
10	开关	10A/250V/单联单控	广东	个	49
11	开关	10A/250V/双联单控	广东	个	4
12	开关	10A/250V/单联双控	广东	个	10
13	插座	220V	广东松本电工	个	66
七	监控系统				
1	半球摄像头	宇视 POE 供电	宇视	个	14
2	网络交换机	POE 供电带光口	宇视	台	1
3	8 盘位 32 路网络视频录像机	宇视 NVR-B300-E8 @32-X/支持接入 32 路监控, 8 盘位, 支持 1 个 HDMI、1 个 VGA, HDMI 和 VGA 异源输出, 报警输出 4 路, 网络接口: 2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口	宇视	台	1
4	硬盘	希捷 8TB 硬盘 3.5 英寸 SATA 接口, 硬盘转速 5400RPM, 缓存 256MB;	希捷	块	8
5	网线	六类非屏蔽工程级	秋叶原, 海康威视	米	560
门诊楼四层手术室					
序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量
一、建筑装饰					
(一) 门诊洁净手术部维护结构及装饰装潢清单					
1	感应自动门	2100*1500	日本	樘	3
(二) 门诊洁净手术部配置部分清单					
1	中央控制面板	在质保期内	国产优质	套	2
2	内嵌式器械柜	850*850*350	日本 304 不锈钢	个	4
3	X 光观片灯	四联	国产优质	个	2
4	书写台	600*375*300	国产优质	个	2
二、净化空调系统					
(一) 门诊洁净手术部净化空调系统					
1	超卫型组合空调箱	MAAHH-02SS (在质保期内)	雅士风量 6500	台	1
2	超卫型组合空调箱	MAAHH-02SS (在质保期内)	雅士风量 3500	台	1

3	瑞典排风机	CK125	瑞典 OSTBERG	台	3
4	微穿孔板消声器	320*250	中雅	个	3
		500*350	中雅	个	2
		400*350	中雅	个	2
5	III级层流送风天花（高效、含气流补偿装置）	2500*1900	GMF/日本	套	2
6	电动密闭风阀	320*250	深圳联通达	个	2
7	风量调节阀	500*350	深圳联通达	个	1
		400*350	深圳联通达	个	1
		250*200	深圳联通达	个	4
8	高效过滤器送风口	TSU-1.0	深圳联通达	个	14
9	净化 DDC 全自动控制系统	含恒温可编程控制器，风道式温度传感器，风压差开关，冷热水电动调节阀，风阀电动执行器（在质保期内）	德国西门子	套	2
10	可调风量回风口	640*400	北京建筑设计研究院	个	4
	可调风量回风口	600*600	北京建筑设计研究院	个	3
11	铝合金防雨百叶	600*500	北京建筑设计研究院	个	1
		400*300	北京建筑设计研究院	个	1
12	排风口	250*250	北京建筑设计研究院	个	2
13	中效过滤器	320*250 每两个月更换一次	北京建筑设计研究院	个	12
14	空调水系统阀门、管件		按设计要求	个	2
15	镀锌风管（带保温材料）	δ=0.75--1.2mm	广州广华	m ²	196
(二) 门诊洁净手术部照明配电系统					
1	铜芯电缆	25mm ² BV-500V	金龙羽	米	30
		16mm ² BV-500V	金龙羽	米	60
		10mm ² BV-500V	金龙羽	米	30
		6mm ² BV-500V	金龙羽	米	60
		4mm ² BV-500V	金龙羽	米	90
		2.5mm ² BV-500V	金龙羽	米	85
2	净化密封灯盘组	按设计图纸要求	GMF	套	2
3	气密插座组	按设计图纸要求	GMF	套	8
4	净化气密灯盘	1250*300 2*40W	GMF	套	10
5	净化气密灯盘	650*300 2*40W	GMF	套	10
6	格栅灯盘	1250*300 2*40W	GMF	套	3
7	单级单控开关	WC511	松下	个	12
8	单级双控开关	WC511	松下	个	10

9	三级单控开关	WC511	松下	个	1
10	多功能插座	二、三插孔		套	4
11	单相插座	10A 2P+3P	松下	个	13
12	手术室配电分箱	按设计图纸要求	梅兰、日兰	套	3
13	焊接钢管	Φ 20	国产优质	米	800
14	焊接钢管	Φ 25	国产优质	米	30
15	焊接钢管	Φ 40	国产优质	米	20

三、给排水系统

(一) 门诊洁净手术部给排水系统

1	超卫型医用洗手池（三位）	恒温出水、日本 304 不锈钢洗手池、膝控德国出水水龙头	中国 GMF	位	2
---	--------------	------------------------------	--------	---	---

急救楼九层手术室

序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量
----	----	-------	----	----	----

一、建筑装饰

(一) 急救中心洁净手术室装饰

1	气密封自动趟门	1600*2100	江苏永信/门机：韩国思派斯（带观察窗，四周采用不锈钢包边，门为胶合板面贴防火板组成，与门窗接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，微电脑控制，门机为韩国进口思派斯品牌）	樘	2
2	气密封自动铅趟门	1800*2100	江苏永信/门机：韩国思派斯（带观察窗，四周采用不锈钢包边，门为胶合板面贴防火板组成，与门窗接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，微电脑控制，另外门体内加有铅板，观察窗为铅玻璃，可防 X 射线辐射，门机为韩国进口思派斯品牌）	樘	1
3	气密封手动铅趟门	1000*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成，另外门体内加有铅板，观察窗为铅玻璃，可防 X 射线辐射。）	樘	1

4	气密封手动趟门	900*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	橦	2
5	气密封手动趟门	1000*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	橦	2
（二）急救中心洁净手术部走廊及辅房装修					
1	气密封自动趟门	1600*1200	江苏永信/门机：韩国思派斯（带观察窗，四周采用不锈钢包边，门为胶合板面贴防火板组成，与门窗接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，微电脑控制，门机为韩国进口思派斯品牌）	橦	2
2	气密封单开门	800*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	橦	11
3	气密封单开门	900*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	橦	7
4	气密封双开门	1100*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	橦	6
5	气密封双开门	1400*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	橦	2
6	单开门	2000*1200	钢制门	橦	2
（三）急救中心洁净手术室室内基本设施					
1	组合多功能控制面板	LY004-6B，六联	广州宝赛（采用平面触摸式开关按钮，铝合金包边，采用清洁走廊背面维修方式，避免维修时对手术室的影响。）	套	6
2	内嵌式X光看片箱	六联	江苏永信（框边采用特别高强度铝合金制作，表面装饰采用ABS材料，内置光管及继电器，表面光线均匀，不刺眼。）	套	3
3	内嵌式不锈钢器械柜	900*1700*300	江苏永信（分四门开启，上下两层均有高强度玻璃托架，柜体采用磨砂	套	4

			白钢板，柜门色调与手术室主色调相近，周边采用铝合金包边。）		
4	内嵌式不锈钢麻醉柜	900*1700*300	江苏永信（分四门开启，上下两层均有高强度玻璃托架，柜体采用磨砂白钢板，柜门色调与手术室主色调相近，周边采用铝合金包边。）	套	4
5	内嵌式不锈钢药品柜	900*1700*300	江苏永信（分四门开启，上下两层均有高强度玻璃托架，柜体采用磨砂白钢板，柜门色调与手术室主色调相近，周边采用铝合金包边。）	套	4
6	内嵌式不锈钢书写台	700*400	江苏永信（开启照明）	套	3

二、净化空调系统

（一）急救中心洁净手术部净化空调系统

1	空调处理机组 JK01	送风量 9000m ³ /h, 新风量 9000m ³ /h, 机外余压 750Pa, 加湿量 13kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1
2	空调处理机组 JK02	送风量 12000m ³ /h, 新风量 1300m ³ /h, 机外余压 650Pa, 加湿量 13kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1
3	空调处理机组 JK03	送风量 10000m ³ /h, 新风量 1000m ³ /h, 机外余压 650Pa, 加湿量 13kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1
4	空调处理机组 JK04	送风量 12000m ³ /h, 新风量 3000m ³ /h, 机外余压 650Pa, 加湿量 25kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1
5	空调处理机组 JK05	送风量 11300m ³ /h, 新风量 3000m ³ /h, 机外余压 650Pa, 加湿量 8kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1

6	空调处理机组 JK06	送风量 4000m ³ /h, 新风量 1000m ³ /h, 机外余压 650Pa, 加湿量 8kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1
7	空调处理机组 JK07	送风 3500m ³ /h, 新风量 1000m ³ /h, 机外余压 650Pa, 含过滤器、风机、亚高效过滤段。	雅士	台	1
8	盘管机	1. 名称 : ACS-01/02/03 2. 型号 : 10HP 3. 规格 : 制冷量 25KW, 电源 380/3P/50HZ1, 额定功率 9KW, 冷媒 R22	雅士	台	3
9	室外机	快速降温管道	大金	台	3
10	电加热箱	31.5KW	安装在机组电加热 功能段	套	1
11	电加热箱	27KW		套	2
12	电加热箱	31.5KW		套	1
13	电加热箱	27KW		套	2
14	电加热箱	9KW		套	1
15	电加热箱	9KW		套	1
16	加湿器	电极式	雅士	套	6
17	加湿桶	15KG	雅士	个	6
18	防雨新风百叶	1200*900	国产国标	个	1
19	初效过滤器	置于新风口处 每月更换一次	国产国标	个	24
20	初效过滤器 JK01	W595*H490*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	24
21	中效过滤器 JK01	W592*H490*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	24
22	初效过滤器 JK02	W595*H595*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	24
23	中效过滤器 JK02	W592*H592*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	24
24	初效过滤器 JK03	W595*H490*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	24
25	中效过滤器 JK03	W592*H490*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	24
26	初效过滤器 JK04	W595*H595*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	24
27	中效过滤器 JK04	W592*H592*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	24
28	初效过滤器 JK05	W595*H595*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	24
29	中效过滤器 JK05	W592*H592*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	24
30	中效过滤器 JK06	W595*H595*D46 每两个月更换一次 W290*H595*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	12

31	中效过滤器 JK06	W592*H592*D381 每两个月更换一次 W287*H592*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	12
32	中效过滤器 JK07	W595*H595*D46 每两个月更换一次 W290*H595*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	12
33	中效过滤器 JK07	W592*H592*D381 每两个月更换一次 W287*H592*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	12
34	风阀执行器	300*300	德国西门子	个	2
35	电动双位定风量调节阀	RN200	妥思	个	1
36	电动双位定风量调节阀	RN250	妥思	个	3
37	电动双位定风量调节阀	RN315	妥思	个	1
38	天圆地方		雅士	个	10
39	空调机组消声器	双层微穿孔	雅士	个	16
40	防火阀	带信号输出	国产国标	个	12
41	防火阀	不带信号输出	国产国标	个	9
42	手动风量调节阀		国产国标	个	70
43	高效净化送风口		烟台宝源	个	2
44	亚高效净化送风口		烟台宝源	个	38
45	铝合金上回风口	600*600	国产国标	个	26
46	手术室专用下回风口	795*345	国产国标	个	22
47	排风机 EAF-901	风量 300m ³ /h, 机外余压 130Pa	合资松下	台	1
48	排风机 EAF-902	风量 300m ³ /h, 机外余压 130Pa	合资松下	台	1
49	排风机 EAF-903	风量 220m ³ /h, 机外余压 105Pa	合资松下	台	1
50	排风机 EAF-904	风量 200m ³ /h, 机外余压 84Pa	合资松下	台	1
51	排风机 EAF-905	风量 100m ³ /h, 机外余压 65Pa	合资松下	台	1
52	排风机 EAF-906	风量 100m ³ /h, 机外余压 65Pa	合资松下	台	1
53	排风机 EAF-907	风量 180m ³ /h, 机外余压 80Pa	合资松下	台	1
54	排风机 EAF-908	风量 170m ³ /h, 机外余压 79Pa	合资松下	台	1
55	排风机 EAF-909	风量 240m ³ /h, 机外余压 91Pa	合资松下	台	1

56	排风机吊架		国产国标	套	9
57	辅房排风控制开关		苏州梅兰日	套	6
58	洁净排风口	430*430	国产优质	个	7
59	镀锌风管止回阀	排风系统	国产优质	个	9
60	镀锌风管止回阀	回风管上	国产优质	个	6
61	防雨排风百叶	500*300	国产优质	个	2
62	风管测定孔		国产优质	个	53
63	风管软接头		国产优质	个	38
64	风管检修门		国产优质	个	21
65	洁净风管	采用镀锌钢板现场加工	武钢	m²	996
66	橡塑保温棉	20mm 厚	河北华美	m²	996
67	风管管道支架及吊码	现场制作	国产国标	T	2
68	I 级手术室净化送风天花		江苏永信	套	2
69	II 级手术室净化送风天花		江苏永信	套	1
70	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL1 2. 型号:71KW 3. 规格:760*1520*350	广州宝赛	台	1
71	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL2 2. 型号:71KW 3. 规格:760*1520*350	广州宝赛	台	1
72	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL3 2. 型号:33KW 3. 规格:710*1340*330	广州宝赛	台	1
73	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL4 2. 型号:89KW 3. 规格:760*1520*350	广州宝赛	台	1
74	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL5 2. 型号:62KW 3. 规格:760*1520*350	广州宝赛	台	1
75	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL6 2. 型号:33KW 3. 规格:710*1340*330	广州宝赛	台	1
76	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL7 2. 型号:33KW 3. 规格:710*1340*330	广州宝赛	台	1
77	主电源柜	一级闸箱	ABB	台	1
78	动力柜	二级闸箱	ABB	台	1
79	独立空调控制面板		宝赛	套	6
80	新风机组自控系统	四管制恒温恒湿控制系统	西门子	套	1
81	手动排气阀		国产国标	个	16
82	压力表		国产国标	个	38

83	温度计		国产国标	个	32
84	水流开关	DN125	埃美柯	个	6
85	电动两通调节阀	DN25	江森	个	4
86	电动两通调节阀	DN32	江森	个	1
87	电动两通调节阀	DN40	江森	个	7
88	电动两通调节阀	DN80	江森	个	1
89	止回阀	DN125	埃美柯	个	3
90	旁通阀	DN80	埃美柯	个	13
91	闸阀	DN32	埃美柯	个	23
92	闸阀	DN50	埃美柯	个	10
93	铸铁蝶阀	DN80	埃美柯	个	5
94	铸铁蝶阀	DN80	埃美柯	个	5
95	铸铁蝶阀	DN100	埃美柯	个	4
96	铸铁蝶阀	DN125	埃美柯	个	8
97	Y 型过滤器	DN100	埃美柯	个	2
98	Y 型过滤器	DN125	埃美柯	个	3
99	Y 型过滤器	DN25	埃美柯	个	4
100	Y 型过滤器	DN32	埃美柯	个	1
101	Y 型过滤器	DN40	埃美柯	个	7
102	Y 型过滤器	DN80	埃美柯	个	1
103	橡胶软管	DN125	国产国标	个	6
104	供回水管（无缝钢管）	DN20，含 PEF 保温材料	天津利达	M	60
105	供回水管（无缝钢管）	DN25，含 PEF 保温材料	天津利达	M	67
106	供回水管（无缝钢管）	DN32，含 PEF 保温材料	天津利达	M	70
107	供回水管（无缝钢管）	DN40，含 PEF 保温材料	天津利达	M	200
108	供回水管（无缝钢管）	DN50，含 PEF 保温材料	天津利达	M	122
109	供回水管（无缝钢管）	DN65，含 PEF 保温材料	天津利达	M	125
110	供回水管（无缝钢管）	DN80，含 PEF 保温材料	天津利达	M	130
111	供回水管（无缝钢管）	DN100，含 PEF 保温材料	天津利达	M	134
112	供回水管（无缝钢管）	DN125，含 PEF 保温材料	天津利达	M	181
113	金属结构刷油		国产优质	KG	150
114	管道刷油		国产优质	KG	90
115	软接头	DN40	国产优质	个	26
116	制冷剂回气管	Φ 16，含 PEF 保温材料	宁波永亨	M	24
117	制冷剂回气管	Φ 22，含 PEF 保温材料	宁波永亨	M	63

118	制冷剂回气管	Φ28, 含 PEF 保温材料	宁波永亨	M	38
119	水管支架		国产国标	个	150
120	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	国产优质	m	1179
121	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	国产优质	m	224
122	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	国产优质	m	49
123	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	国产优质	m	28
124	配线	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN32	国产优质	m	646.2
125	配线	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN40	国产优质	m	720
126	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR1.5mm	津成	m	275.5
127	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR2.5mm	津成	m	91
128	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR2.5mm	津成	m	291.3
129	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR2.5mm	津成	m	84
130	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR4mm	津成	m	121.6
131	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:BVR4mm	津成	m	42
132	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR6mm	津成	m	8
133	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:BVR6mm	津成	m	7
134	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR10mm	津成	m	8
135	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:BVR10mm	津成	m	7
136	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP2*1.0mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	540
137	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP2*1.0mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷 设	津成	m	404.8
138	电力电缆	4. 名称:电力电缆 5. 规格:RVVP2*1.5mm 6. 敷设方式、部位:线槽内敷 设	津成	m	396
139	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP3*1.0mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷 设	津成	m	312.5

140	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP3*1.0mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	248
141	电力电缆	4. 名称:电力电缆 5. 规格:RVVP3*1.5mm 6. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	806
142	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP4*1.0mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	153.8
143	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP4*1.0mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	92
144	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP4*1.0mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	383.2
145	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*6mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	114.2
146	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*6mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	122
147	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:WDZC-YJV5*6mm	津成	个	4
148	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*10mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	116.8
149	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*10mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	121
150	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*16mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	182
151	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*16mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	93
152	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*25mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	14.1
153	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*25mm	津成	m	14

154	1 级手术室 IT 系统（隔离变压器）	ES710\8000 单相	德国本德尔	台	3
155	绝缘监视仪	1R427-LD	德国本德尔	台	3
156	电流互感器	ETW2	德国本德尔	支	3
147	外界报警和测试仪	MK7-CN	德国本德尔	台	3
158	隔离变压器机柜	国标	国产优质	个	1

三、医用气体

（一）急救中心洁净手术部医用气体系统

1	设备带		国产优质铝锭采用进口	M	11
2	笑气自动汇流排	1+1	美国捷瑞	套	1
3	二氧化碳自动汇流排	1+1	美国捷瑞	套	1
4	医气阀门报警箱	五气	美国捷瑞	个	1
5	医气阀门报警箱	三气	美国捷瑞	个	1

四、照明配电系统

（一）急救中心洁净手术部照明配电系统

1	手术室内配电	含线管及线		套	3
2	单相隔离变压器	ES710 8KVA	德国本德尔	套	2
3	绝缘监测仪	107TD47			2
4	电流互感器	STW2			2
5	仪器专用电源	AN450			2
6	外接报警显示和测试单元	MK2007CBM-CN			2
7	手术室专用灯盘	3*40W	南方灯市饰	套	32
8	气密封灯盘	3*40W, 1200*600		套	20
9	气密封灯盘	2*40W, 1200*300		套	47
10	气密封灯盘	3*18W, 600*600		套	39
11	“手术中”指示灯		江苏永信	套	3
12	二三级插座	10A, 220V	松下	个	98
13	阻燃铜芯线	ZR-BV-2.5mm ²	天津小猫	M	2251
14	阻燃铜芯线	ZR-BV-4mm ²	天津小猫	M	1450
15	电力电缆	ZR-YJV-5*6mm ²	天津小猫	M	33
16	电力电缆	ZR-YJV-5*10mm ²	天津小猫	M	155
17	电力电缆	ZR-YJV-5*16mm ²	天津小猫	M	58

18	电力电缆	ZR-YJV-3*25+2*16mm ²	天津小猫	M	86
19	电力电缆	ZR-YJV-3*50+2*25mm ²	天津小猫	M	41
20	电力电缆	ZR-YJV-3*95+2*50mm ²	天津小猫	M	100
21	镀锌线管	TC20	国产国标	M	830
22	镀锌线管	100*100	国产国标	M	39
23	镀锌线管	200*100	国产国标	M	54
24	镀锌线管	300*100	国产国标	M	10

五、给排水系统

（一）急救中心洁净手术部给排水系统

1	不锈钢感应洗手池	（三人位）带 3 个感应式出水龙头	江苏永信	套	2
2	不锈钢感应洗手池	（二人位）带 2 个感应式出水龙头	江苏永信	套	1
3	台式洗手盆连感应龙头		市购	套	4

北楼负压手术室

序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量
----	----	-------	----	----	----

一、建筑装饰

（一）北楼负压手术室装饰

1	气密封自动趟门	1600*2000	欧宝（带观察窗，四周采用不锈钢包边，门为胶合板面贴防火板组成，与门窗接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，微电脑控制，门机为品牌）	樘	1
2	气密封手动趟门	900*2100	达实久信（门为胶合板面贴防火板组成。）	樘	2
3	气密封自动趟门	1000*2100	达实久信（门为胶合板面贴防火板组成。）	樘	1
4	单开门	900*2100		樘	15
5	双开门	1200*2100		樘	4
6	内嵌式不锈钢器械柜	900*1700*300	达实久信（分四门开启，上下两层均有高强度玻璃托架，柜体采用磨砂白钢板，柜门色调与手术室主色调相近，周边采用铝合金包边。）	套	1

7	内嵌式不锈钢麻醉柜	900*1700*300	达实久信	套	1
8	内嵌式不锈钢药品柜	900*1700*300	达实久信	套	1
9	内嵌式不锈钢书写台	700*400	达实久信	套	1
10	组合多功能控制面板	触摸屏	达实久信（采用平面触摸式开关按钮，铝合金包边，采用清洁走廊背面维修方式，避免维修时对手术室的影响。）	套	1
11	内嵌式 X 光看片箱	单联	达实久信（框边采用特别高强度铝合金制作，表面装饰采用 ABS 材料，内置光管及继电器，表面光线均匀，不刺眼。）	套	1

二、净化空调系统

（一）北楼负压手术室净化空调系统

1	空调处理机组 PAU-401	风量(2400m ³ /h)含过滤器、风机、加湿器。	天加（合资优质品牌，专业空气净化机组，具有良好的声誉。）	台	1
2	空调处理机组 PAU-402	风量(4300m ³ /h)含过滤器、风机、加湿器。	天加（合资优质品牌，专业空气净化机组，具有良好的声誉。）	台	1
3	压力传感器			个	4
4	压差传感器			个	4
5	压力表			个	4
6	风阀执行器	300*300	西门子	个	5
7	电动双位定风量调节阀	RN200	国产优质	个	2
8	防火阀	不带信号输出	国产优质	个	2
9	手动风量调节阀		国产优质	个	4
10	高效净化送风口		达实久信	套	4
11	亚高效净化送风口		国产优质	个	5
12	铝合金上回风口	600*600	国产优质	个	6
13	手术室专用下回风口	795*345	国产优质	个	6
14	排风机 EAF-401	DKF3.0(H), 流量 3600m ³ /h	国产优质	台	1

15	排风机 EAF-402	DKF3.0(H),	国产优质	台	1
16	排风机 EAF-403	DKF3.0(H),	国产优质	台	1
17	备用排风机 EAF-404	DKF3.0(H),	国产优质	台	1
18	电加热箱	9KW	国产优质	套	2
19	辅房排风控制 开关		国产优质	套	1
20	手术室自控系 统	恒温恒湿控制系统	达实久信	套	1
21	走廊机组自控 系统	恒温恒湿控制系统	达实久信	套	1
22	I 级手术室净 化送风天花		达实久信	套	1
23	洁净排风口	430*430	国产优质	个	4
24	镀锌风管止回 阀	排风系统	国产优质	个	4
25	镀锌风管止回 阀	回风管上	国产优质	个	2
26	防雨排风百叶	500*300	国产优质	个	2
27	风管测定孔		国产优质	个	4
28	风管软接头		国产优质	个	4
29	风管检修门		国产优质	个	2
30	洁净风管	采用镀锌钢板现场加工	武钢	m²	165
31	排风机吊架			个	6
32	排风系统消声 器		合资产	个	4
33	排风中效过滤 器	每两个月更换一次	国产优质	个	48
34	功能房排风系 统控制箱		国产优质	套	4
35	保温棉		华美	m2	724
36	风管管道支架 及吊码		国标	T	9.6
37	风机盘管的铜 管接驳		国产国标	套	5
38	手动排气阀		国产国标	个	8
39	压力表		国产国标	个	6
40	温度计		国产国标	个	6
41	止回阀	DN125	国产国标	个	3
42	压差旁通阀	DN80	国产国标	个	2
43	闸阀	DN32	国产国标	个	2
44	闸阀	DN50	国产国标	个	2
45	Y 型过滤器	DN50	国产国标	个	2
46	Y 型过滤器	DN40	国产国标	个	2
47	橡胶软管	DN32	国产国标	个	4
48	橡胶软管	DN40	国产国标	个	6

三、医用气体

(一) 北楼负压手术室医用气体系统					
1	设备带	德标	国产优质	M	6
2	铝合金装饰罩	75*42	国产优质	m	6
3	气体终端	空气快速接头 YKS-111	德标	个	4
4	气体终端	氧气快速接	德标	个	4
5	气体终端	吸引快速接头 ZKS-111	德标	个	4
6	气体终端	二氧化碳	德标	个	4
7	医气终端箱	720*220*100	国产优质	套	1
8	二氧化碳自动 汇流排	2+2	上海齐威	套	1
9	医气阀门报警 箱	三气	GENTEC	个	1
10	黄铜球阀	Φ12	国产优质	个	5
11	黄铜球阀	Φ15	国产优质	个	9
12	黄铜球阀	Φ22	国产优质	个	4
13	医气脱脂紫铜 管	Φ12	国产优质	m	65
14	医气脱脂紫铜 管	Φ15	国产优质	m	45
15	医气脱脂紫铜 管	Φ22	国产优质	m	32
16	医气脱脂紫铜 管	Φ28	国产优质	m	21
17	医气脱脂紫铜 管	Φ35	国产优质	m	11
18	医气脱脂紫铜 管	Φ42	国产优质	m	9
19	医气脱脂紫铜 管	Φ76	国产优质	m	10
四、照明配电系统					
(一) 北楼负压手术室照明配电系统					
1	单相隔离变 压器	ES710 8KVA	国产优质	套	1
2	绝缘监测仪	107TD47	国产优质	套	1
3	电流互感器	STW2	国产优质	套	1
4	仪器专用电源	AN450	国产优质	套	1
5	外接报警显示 和测试单元	MK2007CBM-CN	国产优质	套	1
6	手术室内配电	含线管及线	津成	套	1
7	手术室专用灯		飞利浦	套	10
8	气密封灯盘	3*18W, 600*600	飞利浦	套	12
9	“手术中”指 示灯		达实久信	套	1
10	二三级插座	10A, 220V	松下	个	16
11	单级单控开关	WC511	松下	个	12
12	单级双控开关	WC511	松下	个	10

13	电力电缆	ZR-YJV-5*6mm ²	津成	M	33
14	电力电缆	ZR-YJV-5*10mm ²	津成	M	124
15	电力电缆	ZR-YJV-5*16mm ²	津成	M	58
16	电力电缆	ZR-YJV-3*25+2*16mm ²	津成	M	86
17	电力电缆	ZR-YJV-3*50+2*25mm ²	津成	M	41
18	电力电缆	ZR-YJV-3*95+2*50mm ²	津成	M	100
19	镀锌线管	TC20	国产国标	M	30
20	镀锌线管	100*100	国产国标	M	21
21	镀锌线管	200*100	国产国标	M	19
22	镀锌线管	300*100	国产国标	M	10

五、给排水系统

（一）北楼负压手术室给排水系统

1	不锈钢感应洗手池	2 位感应式出水龙头	达实久信	套	1
2	沐浴器		九牧	套	2
3	台盆及台面		九牧	套	3
4	不锈钢拖把池		九牧	个	2
5	供水管（脱脂紫铜管）	Φ 15	国产优质	m	18
6	供水管（脱脂紫铜管）	Φ 22	国产优质	m	10
7	供水管（脱脂紫铜管）	Φ 28	国产优质	m	6
8	供水管（铝塑复合管）	DN15	联塑	m	22
9	供水管（铝塑复合管）	DN25	联塑	m	14
10	供水管（铝塑复合管）	DN32	联塑	m	14
11	供水管（铝塑复合管）	DN40	联塑	m	12
12	排水管	DN50	联塑	m	25
13	排水管	DN75	联塑	m	28
14	排水管	DN110	联塑	m	9
15	存水弯	DN110	联塑	个	8
16	地漏	DN110		个	7
17	清扫口	DN110		个	2

第六章 拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商

环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后 10 个工作日内确认通过。

2. 采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起 30 日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。
3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的**30%**；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的**50%**。

7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后 1 个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。
8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

手术室净化设备维护服务合同

合同名称：

合同编号：

甲 方：首都医科大学附属北京儿童医院

乙 方：

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同基本条款
- (2) 投标人提交的投标函、开标一览表和服务承诺等全部投标文件
- (3) 中标通知书
- (4) 甲、乙双方商定并经共同确认的补充合同、修改文件及其他附件

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、服务内容和技术要求

本合同所涉及的乙方应提供的服务内容详见招标文件及投标文件中所列内容。

4、合同金额

根据中标通知书的中标内容，中标的价格标准为人民币____元/年，本合同期限为
1 年，合同总价款为人民币_____元（大写：_____）。

5、付款方式：

（1）在合同生效后，甲方每年分四次向乙方支付合同款项。

序号	拨付款日期	付款金额 人民币 (元)	备注
1	第一季度最后一个月		乙方须提前 30 个工作日提供正规发票给甲方
2	第二季度最后一个月		乙方须提前 30 个工作日提供正规发票给甲方
3	第三季度最后一个月		乙方须提前 30 个工作日提供正规发票给甲方
4	第四季度最后一个月		乙方须提前 30 个工作日提供正规发票给甲方

（2）超服务范围外需要提供服务的，双方协商，另行签署补充协议，付款标准参照本合同付款标准及办法。

6、服务期:

3 年, 开始时间____年 月 日, 截止时间____年 月 日。

7、甲、乙双方的责任:

7.1 甲方的责任

- (1) 按照合同的规定支付费用给乙方。
- (2) 按照设备操作规程和乙方的指导, 正确操作各设备。
- (3) 及时将不正常的设备运行情况通知乙方, 同时采取适当措施。
- (4) 负责协调甲方相关部分配合乙方开展服务工作。

7.2 乙方的责任

- (1) 定期按照约定对设备进行维护保养, 在接到甲方紧急召修后, 提供召修服务。
- (2) 自行配备工作所需的工具及设备, 保养、维修时设置现场安全警示标志, 乙方在履行本合同义务时, 须安全作业。
- (3) 随时听取甲方的反馈, 对不正常的设备运行状况, 做认真分析及纠正。
- (4) 乙方提供 365 天, 24 小时全天候应急处理服务。
- (5) 乙方发现或发生非保养责任事故时, 应立即书面通知甲方处理, 当事故严重影响设备安全运行时, 应通知甲方停止使用相关设备。

8、税费

- (1) 本合同履行过程中所涉及的税务, 一律适用中华人民共和国有关税法;
- (2) 根据国家税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担;
- (3) 根据国家税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担;
- (4) 本项目属于清包工方式的建筑服务, 采用简易计税方法计税, 计税税率为 3%。

9、违约

(1) 甲、乙双方不能按本协议书条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为, 应承担相应的违约责任, 包括支付违约金, 赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

(2) 除非双方协议将合同终止, 或因一方违约使合同无法履行, 违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

10、争议解决途径

双方在履行合同中发生的一切争议, 应通过协商解决。如果协商不能达成一致, 则应将争议提交西城区人民法院, 通过诉讼方式解决。

11、合同生效及其它

本合同一式捌份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
甲方执伍份，乙方执叁份。

甲方（章）：

乙方（章）：

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

地 址：

地 址：

联系电话：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：20____年____月____日

合同签订地点：首都医科大学附属北京儿童医院

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知:

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交，**为便于查找，建议添加目录。**
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件总封面（非实质性格式）

（文件可双面打印，资格证明文件及商务技术文件建议装订成一册，不用分册装订，建议对投标文件编制目录和序号）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标截止时间：

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：（采购人或采购代理机构）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

我单位与本项目其他潜在投标人之间不存在单位负责人为同一人，以及直接控股、管理关系，也不存在直接或间接影响公平竞争的行为，接受与其他潜在投标人之间如果存在上述情形将会按照无效投标处理，并承担法律责任。

我单位在此声明，本次采购活动中提供的资料都是真实有效的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济纠纷，完全由我单位负责；保证在整个投标过程中独立进行，未组织、未参与任何与本项目有关的串通投标，包括但不限于不同投标人委托同一单位或者个人办理投标

事宜、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出等《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）规定的行为，如有违反，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且承担由此带来的一切后果和责任(包括但不限于法律后果以及给采购人或其他第三方带来的损失)。上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有，详见投标邀请和投标人须知资料表，不涉及无需提供）

2-1 中小企业证明文件说明：

- （1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

- （2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

- （3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

- （4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

- （5）中小企业声明函填写注意事项

- 1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- (6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在該程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标人应明确标出中小微企业所属类型，否则不予认可。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目

采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3. 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包 招 标 项 目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。五、____负责____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。六、____负责____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

(1)_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；

(2)_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；

(...) _____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：__ 盖章：_____

联合体成员名称：__ 盖章：_____

联合体成员名称：____ 盖章：____

日期：_____年____月____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

详见投标邀请及资格审查要求。

4. 投标保证金凭证/交款单据电子件（非实质性格式）

4.1 附图

4.2 投标保证金退还信息

致：中信国际招标有限公司

项目名称：_____

项目编号：_____

退还保证金相关信息如下。

投标人名称	开户行名称+具体支行名称	账号	保证金金额小写	金额大写

投标人名称：_____（加盖单位公章）

注：此附件签字盖章及内容格式不做无效投标条款，仅用于采购代理机构后续办理退还投标保证金事宜，电子版需同时提供本文件可编辑 word 版。

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1. 投标书（实质性格式）

投标书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2. 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签字章或印鉴）

委托代理人（签字或签章）：

日期: 年 月 日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件复印件：

--

说明:

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；**否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。**
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面

复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明,

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签字章或印鉴）：_____

日期：_____年____月____日

3. 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：

- 1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价（合计）相一致。
- 2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	数量	单价	合价	备注/说明
1	住院部四层手术室	1 项			
2	门诊楼四层手术室	1 项			
3	急救楼九层手术室	1 项			
4	北楼负压手术室	1 项			
合计（元）					

注：

- 1.投标人须根据采购需求详细列明所包含的所有费用。
- 2.如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：__年__月__日

附件：各分项维保费报价明细表

住院部四层手术室							
序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	走廊及辅助用房装饰工程						
1	单开门	800*2100, 夹板气密封	灵镜	樘	7		
2	单开门	900*2100, 夹板气密封	灵镜	樘	28		
3	双开门	1200*2100, 夹板气密封	灵镜	樘	5		
4	双开门	1500*2100, 夹板气密封	灵镜	樘	15		
5	双开门	1800*2100, 夹板气密封	灵镜	樘	2		
二	洁净手术室基本配置						
1	医用气密性封电动趟门（手术室洁廊）	LY014-E, 1400*2100, 四周采用优质铝合金材料, 门身内部为保温、防火填充料、门身表面采用进口胶合板加贴进口一级防火板, 与门框接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封, 微电脑控制。	灵镜	樘	12		
2	医用气密性封手动趟门（体外循环室）	广东羚亚, LY014-H, 1100*2100	广东羚亚	樘	1		
3	组合多功能控制面板	广东羚亚, 六联, 含计时器、时钟、温度调节及温湿度显示、压差报警、照明系统控制、气体报警、空调系统控制、免提电话面板, 电子版为香港进口。	广东羚亚	套	12		
4	观灯片	广东羚亚, 四联, 底箱采用电解钢板广东加工, 内置 PHILIPS 光管及继电器, 外框铝合金制作。	广东羚亚	个	6		
5	观灯片	六联, 其它同上	广东羚亚	个	6		
6	不锈钢器械柜	广东羚亚, LY010-1: 分四门开启, 上下两层内均有高强度之玻璃拖架、可放置足量手术器械。柜体采用 1.2mm 磨砂白钢板, 周边采用铝合金包边	广东羚亚	个	12		
7	不锈钢药品柜	广东羚亚, LY010-2: 其他同上	广东羚亚	个	12		
8	不锈钢麻醉柜	LY010-3: 其他同上	广东羚亚	个	12		

9	不锈钢电脑柜		广东羚亚	个	12		
10	内嵌式不锈钢书写台	LY011-1, 内嵌式带照明系统, 结构采用 1.2mm 磨砂钢板, 铝合金包边, 台面加贴与手术室色调颜色一致的防火板, 同边采用铝合金包边	广东羚亚	个	12		
11	输液导轨	XH-200/L4, 3.1m 长, 含 4 根吊架	北京星汉	套	12		
三	净化空调系统工程						
1	超卫型组合式空调机组 AHU-01、02	香港雅士 AAHM2.5H, 2800m ³ /h, 含风机, 变频器, 瑞士 CONDAIR-OEM 加湿器, 电加热器	香港雅士	台	1		
2	超卫型组合式空调机组 AHU-03	香港雅士 AAHM2.5H, 3100m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1		
3	超卫型组合式空调机组 AHU-04、05	香港雅士 AAHM3.8H, 3700m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1		
4	超卫型组合式空调机组 AHU-06	香港雅士 AAHM3.8H, 3570m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1		
5	超卫型组合式空调机组 AHU-07	香港雅士 AAHM3.8H, 3680m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1		
6	超卫型组合式空调机组 AHU-08、10	香港雅士 AAHM12.5H, 11900m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1		
7	超卫型组合式空调机组 AHU-09	香港雅士 AAHM12.5H, 12880m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1		
8	超卫型组合式空调机组 AHU-11	香港雅士 AAHM12.5H, 11630m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1		
9	超卫型组合式空调机组 AHU-12	香港雅士 AAHM7.5H, 8290m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1		
10	新风机组 FAU-01	香港雅士 AAHM10H, 9350m ³ /h, 含风机, 瑞士 CONDAIR-OEM 加湿器, 新风电预热装置、亚高效过滤段	香港雅士	台	1		
11	新风机组 FAU-02	香港雅士 AAHM10H, 8730m ³ /h, 其他同上	香港雅士	台	1		

12	新风机组 FAU-03	香港雅士 AAHM2.5H, 9350m ³ /h, 含风机, 新 风电预热装置	香港雅士	台	1		
13	普通风机盘管 FP-01	冷量 5780W	国产	台	1		
14	普通风机盘管 FP-02	冷量 6700W	国产	台	1		
15	普通风机盘管 FP-03	冷量 11020W	国产	台	1		
16	普通风机盘管 FP-04	冷量 10440W	国产	台	1		
17	普通风机盘管 FP-05	冷量 6820W	国产	台	1		
18	普通风机盘管 FP-06	冷量 9630W	国产	台	1		
19	普通风机盘管 FP-07	冷量 1170W	国产	台	1		
20	铝网初效过滤 器（新风管 处）	每周清洗，每月更换一 次	国产	个	36		
21	喷塑铝合金防 雨新风百叶	1000*800	合资	个	3		
22	喷塑铝合金防 雨新风百叶	400*400	合资	个	25		
23	双层微穿孔板 式消声器		合资	个	27		
24	防火阀	符合当地防火条例		个	36		
25	风量调节阀	手动	国产	个	48		
26	电动风量调节 阀	西门子	德国	个	3		
27	定风量装置	妥思	德国	个	12		
28	高效净化送风 口		广东羚亚	个	50		
29	带调节阀百叶 （回风口）			个	121		
30	手术室内下回 风口中效过滤 器	每两个月更换一次		个	480		
31	不带调节阀排 风百叶			个	46		
32	排风机	DPT12-33A	广东正野	台	3		
33	排风机	DPT15-33A	广东正野	台	7		
34	排风机	DPT18-33A	广东正野	台	1		
35	排风机	DPT18-33A	广东正野	台	3		
36	排风机	DPT20-33A	广东正野	台	8		
37	排风机	AFBV-06	广东雅士	台	3		
38	排风机吊架			个	25		
39	镀锌风管止回 阀			个	25		

40	排风系统消声器		合资产	个	25		
41	排风中效过滤器	每两个月更换一次		个	222		
42	功能房排风系统控制箱			套	13		
43	洁净风管	采用 0.6-1.0mm 厚镀锌钢板现场加工, 含管道支架、法兰等	国产	m2	2800		
44	保温棉	采用 B1 级 PEF 保温材料	广东	m2	3024		
45	风管测定孔	国标	国产	个	111		
46	风管软接头	国标	国产	个	92		
47	风管检修门	国标	国产	个	25		
48	风管管道支架及吊码	国标	国产	T	12.6		
49	风机盘管的铜管接驳			套	7		
50	I 级手术室净化送风天花	LY002-III, 3150*2500*502, 采用通过英国 BSI 质量认证的净化手术室专用天花, 外框电解钢板制作		套	3		
51	II 级手术室净化送风天花	LY002-I, 1900*2500*502, 其他同上	广东羚亚	套	5		
52	III 级手术室净化送风天花	同上	同上	套	4		
53	空气处理机组控制系统 (两管制)	含落地式铝合金框架控制柜, 西门子温湿度传感器, 西门子风阀执行器、箍形恒温器、压差开关、HONEYWELL 高温断路器、百利门电动比例积分阀及控制线路		套	12		
54	新风机组控制系统	ACP-13.1, 含控制柜及外围控制设备		套	2		
55	新风机组控制系统	ACP-11.1, 含控制柜及外围控制设备		套	1		
56	独立空调控制面板	电子板	香港进口	套	2		
57	风机盘管的控制系统	含电动二通阀、调速开关等		套	7		
58	1 级手术室 IT 系统 (隔离变压器)	ES710\8000 单相	德国本德尔	台	4		
59	绝缘监视仪	1R427-LD	德国本德尔	台	4		
60	电流互感器	ETW2	德国本德尔	支	4		
61	外界报警和测试仪	MK7-CN	德国本德尔	台	4		

四	医用气体工程						
1	藏墙头气体终端及插头（氧气）	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12		
2	藏墙头气体终端及插头（笑气）	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12		
3	藏墙头气体终端及插头（二氧化碳）	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12		
4	藏墙头气体终端及插头（压缩空气）	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12		
5	藏墙头气体终端及插头（真空吸引）	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12		
6	麻醉废气排放终端及插头	BUNSTAT	香港 BUNSTAT, 含底盒	套	12		
7	设备带	羚亚	广东羚亚	m	26		
8	设备带上气体终端及插头（氧气）	广东羚亚, 含底盒	广东羚亚, 含底盒	套	9		
9	设备带气体终端及插头（笑气）	广东羚亚, 含底盒	广东羚亚, 含底盒	套	1		
10	设备带气体终端及插头（压缩空气）	广东羚亚, 含底盒	广东羚亚, 含底盒	套	8		
11	设备带气体终端及插头（真空吸引）	广东羚亚, 含底盒	广东羚亚, 含底盒	套	8		
12	麻醉废气收集瓶	英国 Penlon	英国 Penlon	套	12		
13	麻醉废气回收泵	英国 MPM SGS1820	英国 MPM SGS1820	台	1		
14	笑气汇流排	美国 WESTERN, 2+2 瓶量, 自动	美国 WESTERN, 2+2 瓶量, 自动	套	1		
15	气体阀门报警箱	四气, LY017-4, 电子板香港进口	四气, LY017-4, 电子板香港进口	个	1		
16	黄铜球阀	Φ12	日本 KITZ	个	3		
17	黄铜球阀	Φ15	日本 KITZ	个	41		
18	黄铜球阀	Φ22	日本 KITZ	个	14		
19	PVC 球阀	DN25	国产	个	12		
20	医气脱脂紫铜管	Φ12	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	85		
21	医气脱脂紫铜管	Φ15	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	760		
22	医气脱脂紫铜管	Φ22	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	330		

23	医气脱脂紫铜管	Φ28	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	55		
24	医气脱脂紫铜管	Φ35	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	35		
25	医气脱脂紫铜管	Φ42	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	12		
26	医气脱脂紫铜管	Φ76	澳大利亚 CRANE ENFIELD	m	10		
27	高强度 PVC 废气排放管	DN20	广东顾地	m	70		
28	高强度 PVC 废气排放管	DN25	广东顾地	m	100		
29	高强度 PVC 废气排放管	DN32	广东顾地	m	15		
30	高强度 PVC 废气排放管	DN40	广东顾地	m	60		
31	高强度 PVC 废气排放管	DN50	广东顾地	m	35		
五	给排水工程						
1	不锈钢膝控洗手池	LY013-2K, 带 2 个丹麦进口自动恒温出水龙头	广东羚亚	套	5		
2	不锈钢膝控洗手池	LY013-3K, 带 3 个丹麦进口自动恒温出水龙头	广东羚亚	套	4		
3	沐浴器	JW801、803、804 普釉	广东钻石	套	5		
4	蹲便器	挂式, JW1-568 普釉	广东钻石	个	3		
5	小便器	挂式, JW2-700 普釉	广东钻石	个	1		
6	台盆及台面	JW4-533 普釉, 带普通水嘴 MK-14	广东钻石	套	3		
7	不锈钢拖把池	广东羚亚	广东羚亚	个	2		
8	供水管 (脱脂紫铜管)	Φ15	国产优质	m	20		
9	供水管 (脱脂紫铜管)	Φ22	国产优质	m	12		
10	供水管 (脱脂紫铜管)	Φ28	国产优质	m	5		
11	供水管 (铝塑复合管)	DN15	广东联塑	m	20		
12	供水管 (铝塑复合管)	DN25	广东联塑	m	20		
13	供水管 (铝塑复合管)	DN32	广东联塑	m	20		
14	供水管 (铝塑复合管)	DN40	广东联塑	m	15		
15	排水管	DN50	广东联塑	m	30		
16	排水管	DN75	广东联塑	m	35		
17	排水管	DN110	广东联塑	m	10		
18	存水弯	DN110	广东联塑	个	21		
19	地漏	DN110	广东联塑	个	17		

20	清扫口	DN110	广东联塑	个	2		
六	照明供电系统						
1	分配电箱 4AP01		广东基业	台	1		
2	分配电箱 4AP02		广东基业	台	1		
3	I 级手术室内 配电	洁净室专用气密封灯 带, 10 灯盘/套		套	3		
4	II-III 级手 术室内配电	洁净室专用气密封灯 带, 8 灯盘/套	广东羚亚	套	9		
5	组合电源插座 箱 (手术室)	220V, 含 3 个万能插座 和 1 个接地端子		套	36		
6	组合电源插座 (手术室)	380V	3 广东松本电工	个	12		
7	I 级手术室德 国本德尔 IT 系统	单相隔离变压器	230V/230V, 5KVA	个	3		
		绝缘监视仪		个	3		
		电流互感器		个	3		
		仪器专用电源		个	3		
		外界报警和测试单元		个	3		
8	白板密封荧光 灯	40W*3, 600*1200	广东羚亚	套	59		
9	筒灯荧光灯	18W*1, 600*600	广东羚亚	套	138		
10	开关	10A/250V/单联单控	广东	个	49		
11	开关	10A/250V/双联单控	广东	个	4		
12	开关	10A/250V/单联双控	广东	个	10		
13	插座	220V	广东松本电工	个	66		
住院部四层手术室报价合计 (元)							
门诊楼四层手术室							
序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一、建筑装饰							
(一) 门诊洁净手术部维护结构及装饰装潢清单							
1	感应自动门	2100*1500	日本	樘	3		
(二) 门诊洁净手术部配置部分清单							
1	中央控制面板	在质保期内	国产优质	套	2		
2	内嵌式器械柜	850*850*350	日本 304 不锈钢	个	4		
3	X 光观片灯	四联	国产优质	个	2		
4	书写台	600*375*300	国产优质	个	2		
二、净化空调系统							
(一) 门诊洁净手术部净化空调系统							
1	超卫型组合空 调箱	MAAHH-02SS (在质保期 内)	雅士风量 6500	台	1		
2	超卫型组合空 调箱	MAAHH-02SS (在质保期 内)	雅士风量 3500	台	1		
3	瑞典排风机	CK125	瑞典 OSTBERG	台	3		
4	微穿孔板消声 器	320*250	中雅	个	3		
		500*350	中雅	个	2		
		400*350	中雅	个	2		

5	III级层流送风天花（高效、含气流补偿装置）	2500*1900	GMF/日本	套	2		
6	电动密闭风阀	320*250	深圳联通达	个	2		
7	风量调节阀	500*350	深圳联通达	个	1		
		400*350	深圳联通达	个	1		
		250*200	深圳联通达	个	4		
8	高效过滤器送风口	TSU-1.0	深圳联通达	个	14		
9	净化 DDC 全自动控制系统	含恒温可编程控制器，风道式温度传感器，风压差开关，冷热水电动调节阀，风阀电动执行器（在质保期内）	德国西门子	套	2		
10	可调风量回风口	640*400	北京建筑设计研究院	个	4		
	可调风量回风口	600*600	北京建筑设计研究院	个	3		
11	铝合金防雨百叶	600*500	北京建筑设计研究院	个	1		
		400*300	北京建筑设计研究院	个	1		
12	排风口	250*250	北京建筑设计研究院	个	2		
13	中效过滤器	320*250 每两个月更换一次	北京建筑设计研究院	个	12		
14	空调水系统阀件、管件		按设计要求	个	2		
15	镀锌风管（带保温材料）	δ=0.75--1.2mm	广州广华	m ²	196		
（二）门诊洁净手术部照明配电系统							
1	铜芯电缆	25mm ² BV-500V	金龙羽	米	30		
		16mm ² BV-500V	金龙羽	米	60		
		10mm ² BV-500V	金龙羽	米	30		
		6mm ² BV-500V	金龙羽	米	60		
		4mm ² BV-500V	金龙羽	米	90		
		2.5mm ² BV-500V	金龙羽	米	85		
2	净化密封灯盘组	按设计图纸要求	GMF	套	2		
3	气密插座组	按设计图纸要求	GMF	套	8		
4	净化气密灯盘	1250*300 2*40W	GMF	套	10		
5	净化气密灯盘	650*300 2*40W	GMF	套	10		
6	格栅灯盘	1250*300 2*40W	GMF	套	3		
7	单级单控开关	WC511	松下	个	12		
8	单级双控开关	WC511	松下	个	10		
9	三级单控开关	WC511	松下	个	1		
10	多功能插座	二、三插孔		套	4		
11	单相插座	10A 2P+3P	松下	个	13		

12	手术室配电分箱	按设计图纸要求	梅兰、日兰	套	3		
13	焊接钢管	Φ 20	国产优质	米	800		
14	焊接钢管	Φ 25	国产优质	米	30		
15	焊接钢管	Φ 40	国产优质	米	20		
三、给排水系统							
(一) 门诊洁净手术部给排水系统							
1	超卫型医用洗手池（三位）	恒温出水、日本 304 不锈钢洗手池、膝控德国出水水龙头	中国 GMF	位	2		
门诊楼四层手术室报价合计（元）							
急救楼九层手术室							
序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一、建筑装饰							
(一) 急救中心洁净手术室装饰							
1	气密封自动趟门	1600*2100	江苏永信/门机：韩国思派斯（带观察窗，四周采用不锈钢包边，门为胶合板面贴防火板组成，与门窗接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，微电脑控制，门机为韩国进口思派斯品牌）	樘	2		
2	气密封自动铅趟门	1800*2100	江苏永信/门机：韩国思派斯（带观察窗，四周采用不锈钢包边，门为胶合板面贴防火板组成，与门窗接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，微电脑控制，另外门体内加有铅板，观察窗为铅玻璃，可防 X 射线辐射，门机为韩国进口思派斯品牌）	樘	1		
3	气密封手动铅趟门	1000*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成，另外门体内加有铅板，观察窗为铅玻璃，可防 X 射线辐射。）	樘	1		

4	气密封手动趟门	900*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	樘	2		
5	气密封手动趟门	1000*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	樘	2		
（二）急救中心洁净手术部走廊及辅房装修							
1	气密封自动趟门	1600*1200	江苏永信/门机：韩国思派斯（带观察窗，四周采用不锈钢包边，门为胶合板面贴防火板组成，与门窗接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，微电脑控制，门机为韩国进口思派斯品牌）	樘	2		
2	气密封单开门	800*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	樘	11		
3	气密封单开门	900*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	樘	7		
4	气密封双开门	1100*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	樘	6		
5	气密封双开门	1400*2100	江苏永信（门为胶合板面贴防火板组成。）	樘	2		
6	单开门	2000*1200	钢制门	樘	2		
（三）急救中心洁净手术室室内基本设施							
1	组合多功能控制面板	LY004-6B，六联	广州宝赛（采用平面触摸式开关按钮，铝合金包边，采用清洁走廊背面维修方式，避免维修时对手术室的影响。）	套	6		
2	内嵌式 X 光看片箱	六联	江苏永信（框边采用特别高强度铝合金制作，表面装饰采用 ABS 材料，内置光管及继电器，表面光线均匀，不刺眼。）	套	3		

3	内嵌式不锈钢器械柜	900*1700*300	江苏永信（分四门开启，上下两层均有高强度玻璃托架，柜体采用磨砂白钢板，柜门色调与手术室主色调相近，周边采用铝合金包边。）	套	4		
4	内嵌式不锈钢麻醉柜	900*1700*300	江苏永信（分四门开启，上下两层均有高强度玻璃托架，柜体采用磨砂白钢板，柜门色调与手术室主色调相近，周边采用铝合金包边。）	套	4		
5	内嵌式不锈钢药品柜	900*1700*300	江苏永信（分四门开启，上下两层均有高强度玻璃托架，柜体采用磨砂白钢板，柜门色调与手术室主色调相近，周边采用铝合金包边。）	套	4		
6	内嵌式不锈钢书写台	700*400	江苏永信（开启照明）	套	3		
二、净化空调系统							
（一）急救中心洁净手术部净化空调系统							
1	空调处理机组JK01	送风量 9000m ³ /h, 新风量 9000m ³ /h, 机外余压 750Pa, 加湿量 13kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1		
2	空调处理机组JK02	送风量 12000m ³ /h, 新风量 1300m ³ /h, 机外余压 650Pa, 加湿量 13kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1		
3	空调处理机组JK03	送风量 10000m ³ /h, 新风量 1000m ³ /h, 机外余压 650Pa, 加湿量 13kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1		
4	空调处理机组JK04	送风量 12000m ³ /h, 新风量 3000m ³ /h, 机外余压 650Pa, 加湿量 25kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1		

5	空调处理机组 JK05	送风量 11300m³/h, 新风量 3000m³/h, 机外余压 650Pa, 加湿量 8kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1		
6	空调处理机组 JK06	送风量 4000m³/h, 新风量 1000m³/h, 机外余压 650Pa, 加湿量 8kg/h, 含过滤器、风机、电极式加湿器。	雅士	台	1		
7	空调处理机组 JK07	送风 3500m³/h, 新风量 1000m³/h, 机外余压 650Pa, 含过滤器、风机、亚高效过滤段。	雅士	台	1		
8	盘管机	1. 名称:ACS-01/02/03 2. 型号:10HP 3. 规格:制冷量 25KW, 电源 380/3P/50HZ1, 额定功率 9KW, 冷媒 R22	雅士	台	3		
9	室外机	快速降温管道	大金	台	3		
10	电加热箱	31.5KW	安装在机组电加热功能段	套	1		
11	电加热箱	27KW		套	2		
12	电加热箱	31.5KW		套	1		
13	电加热箱	27KW		套	2		
14	电加热箱	9KW		套	1		
15	电加热箱	9KW		套	1		
16	加湿器	电极式	雅士	套	6		
17	加湿桶	15KG	雅士	个	6		
18	防雨新风百叶	1200*900	国产国标	个	1		
19	初效过滤器	置于新风口处 每月更换一次	国产国标	个	24		
20	初效过滤器 JK01	W595*H490*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	24		
21	中效过滤器 JK01	W592*H490*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	24		
22	初效过滤器 JK02	W595*H595*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	24		
23	中效过滤器 JK02	W592*H592*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	24		
24	初效过滤器 JK03	W595*H490*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	24		
25	中效过滤器 JK03	W592*H490*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	24		
26	初效过滤器 JK04	W595*H595*D46 每两个月更换一次	国产国标	个	24		
27	中效过滤器 JK04	W592*H592*D381 每两个月更换一次	国产国标	个	24		
28	初效过滤器	W595*H595*D46 每两个	国产国标	个	24		

	JK05	月更换一次					
29	中效过滤器 JK05	W592*H592*D381 每两个月 月更换一次	国产国标	个	24		
30	中效过滤器 JK06	W595*H595*D46 每两个月 月更换一次 W290*H595*D46 每两个月 月更换一次	国产国标	个	12		
31	中效过滤器 JK06	W592*H592*D381 每两个月 月更换一次 W287*H592*D381 每两个月 月更换一次	国产国标	个	12		
32	中效过滤器 JK07	W595*H595*D46 每两个月 月更换一次 W290*H595*D46 每两个月 月更换一次	国产国标	个	12		
33	中效过滤器 JK07	W592*H592*D381 每两个月 月更换一次 W287*H592*D381 每两个月 月更换一次	国产国标	个	12		
34	风阀执行器	300*300	德国西门子	个	2		
35	电动双位定风 量调节阀	RN200	妥思	个	1		
36	电动双位定风 量调节阀	RN250	妥思	个	3		
37	电动双位定风 量调节阀	RN315	妥思	个	1		
38	天圆地方		雅士	个	10		
39	空调机组消声 器	双层微穿孔	雅士	个	16		
40	防火阀	带信号输出	国产国标	个	12		
41	防火阀	不带信号输出	国产国标	个	9		
42	手动风量调节 阀		国产国标	个	70		
43	高效净化送风 口		烟台宝源	个	2		
44	亚高效净化送 风口		烟台宝源	个	38		
45	铝合金上回风 口	600*600	国产国标	个	26		
46	手术室专用下 回风口	795*345	国产国标	个	22		
47	排风机 EAF- 901	风量 300m³/h, 机外余 压 130Pa	合资松下	台	1		
48	排风机 EAF- 902	风量 300m³/h, 机外余 压 130Pa	合资松下	台	1		
49	排风机 EAF- 903	风量 220m³/h, 机外余 压 105Pa	合资松下	台	1		
50	排风机 EAF- 904	风量 200m³/h, 机外余 压 84Pa	合资松下	台	1		

51	排风机 EAF-905	风量 100m³/h, 机外余压 65Pa	合资松下	台	1		
52	排风机 EAF-906	风量 100m³/h, 机外余压 65Pa	合资松下	台	1		
53	排风机 EAF-907	风量 180m³/h, 机外余压 80Pa	合资松下	台	1		
54	排风机 EAF-908	风量 170m³/h, 机外余压 79Pa	合资松下	台	1		
55	排风机 EAF-909	风量 240m³/h, 机外余压 91Pa	合资松下	台	1		
56	排风机吊架		国产国标	套	9		
57	辅房排风控制开关		苏州梅兰日	套	6		
58	洁净排风口	430*430	国产优质	个	7		
59	镀锌风管止回阀	排风系统	国产优质	个	9		
60	镀锌风管止回阀	回风管上	国产优质	个	6		
61	防雨排风百叶	500*300	国产优质	个	2		
62	风管测定孔		国产优质	个	53		
63	风管软接头		国产优质	个	38		
64	风管检修门		国产优质	个	21		
65	洁净风管	采用镀锌钢板现场加工	武钢	m²	996		
66	橡塑保温棉	20mm 厚	河北华美	m²	996		
67	风管管道支架及吊码	现场制作	国产国标	T	2		
68	I 级手术室净化送风天花		江苏永信	套	2		
69	II 级手术室净化送风天花		江苏永信	套	1		
70	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL1 2. 型号:71KW 3. 规格:760*1520*350	广州宝赛	台	1		
71	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL2 2. 型号:71KW 3. 规格:760*1520*350	广州宝赛	台	1		
72	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL3 2. 型号:33KW 3. 规格:710*1340*330	广州宝赛	台	1		
73	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL4 2. 型号:89KW 3. 规格:760*1520*350	广州宝赛	台	1		
74	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL5 2. 型号:62KW 3. 规格:760*1520*350	广州宝赛	台	1		
75	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL6 2. 型号:33KW 3. 规格:710*1340*330	广州宝赛	台	1		

76	净化设备恒温恒湿控制系统	1. 名称:控制柜 AL7 2. 型号:33KW 3. 规格:710*1340*330	广州宝赛	台	1		
77	主电源柜	一级闸箱	ABB	台	1		
78	动力柜	二级闸箱	ABB	台	1		
79	独立空调控制面板		宝赛	套	6		
80	新风机组自控系统	四管制恒温恒湿控制系统	西门子	套	1		
81	手动排气阀		国产国标	个	16		
82	压力表		国产国标	个	38		
83	温度计		国产国标	个	32		
84	水流开关	DN125	埃美柯	个	6		
85	电动两通调节阀	DN25	江森	个	4		
86	电动两通调节阀	DN32	江森	个	1		
87	电动两通调节阀	DN40	江森	个	7		
88	电动两通调节阀	DN80	江森	个	1		
89	止回阀	DN125	埃美柯	个	3		
90	旁通阀	DN80	埃美柯	个	13		
91	闸阀	DN32	埃美柯	个	23		
92	闸阀	DN50	埃美柯	个	10		
93	铸铁蝶阀	DN80	埃美柯	个	5		
94	铸铁蝶阀	DN80	埃美柯	个	5		
95	铸铁蝶阀	DN100	埃美柯	个	4		
96	铸铁蝶阀	DN125	埃美柯	个	8		
97	Y 型过滤器	DN100	埃美柯	个	2		
98	Y 型过滤器	DN125	埃美柯	个	3		
99	Y 型过滤器	DN25	埃美柯	个	4		
100	Y 型过滤器	DN32	埃美柯	个	1		
101	Y 型过滤器	DN40	埃美柯	个	7		
102	Y 型过滤器	DN80	埃美柯	个	1		
103	橡胶软管	DN125	国产国标	个	6		
104	供回水管（无缝钢管）	DN20，含 PEF 保温材料	天津利达	M	60		
105	供回水管（无缝钢管）	DN25，含 PEF 保温材料	天津利达	M	67		
106	供回水管（无缝钢管）	DN32，含 PEF 保温材料	天津利达	M	70		
107	供回水管（无缝钢管）	DN40，含 PEF 保温材料	天津利达	M	200		
108	供回水管（无缝钢管）	DN50，含 PEF 保温材料	天津利达	M	122		
109	供回水管（无缝钢管）	DN65，含 PEF 保温材料	天津利达	M	125		

110	供回水管（无缝钢管）	DN80，含 PEF 保温材料	天津利达	M	130		
111	供回水管（无缝钢管）	DN100，含 PEF 保温材料	天津利达	M	134		
112	供回水管（无缝钢管）	DN125，含 PEF 保温材料	天津利达	M	181		
113	金属结构刷油		国产优质	KG	150		
114	管道刷油		国产优质	KG	90		
115	软接头	DN40	国产优质	个	26		
116	制冷剂回气管	Φ 16，含 PEF 保温材料	宁波永亨	M	24		
117	制冷剂回气管	Φ 22，含 PEF 保温材料	宁波永亨	M	63		
118	制冷剂回气管	Φ 28，含 PEF 保温材料	宁波永亨	M	38		
119	水管支架		国产国标	个	150		
120	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	国产优质	m	1179		
121	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	国产优质	m	224		
122	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	国产优质	m	49		
123	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	国产优质	m	28		
124	配线	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN32	国产优质	m	646.2		
125	配线	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN40	国产优质	m	720		
126	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR1.5mm	津成	m	275.5		
127	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR2.5mm	津成	m	91		
128	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR2.5mm	津成	m	291.3		
129	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR2.5mm	津成	m	84		
130	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR4mm	津成	m	121.6		
131	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:BVR4mm	津成	m	42		
132	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR6mm	津成	m	8		
133	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:BVR6mm	津成	m	7		
134	配线	1. 名称:线槽内配线 2. 型号:BVR10mm	津成	m	8		
135	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:BVR10mm	津成	m	7		

136	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP2*1.0mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	540		
137	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP2*1.0mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	404.8		
138	电力电缆	4. 名称:电力电缆 5. 规格:RVVP2*1.5mm 6. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	396		
139	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP3*1.0mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	312.5		
140	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP3*1.0mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	248		
141	电力电缆	4. 名称:电力电缆 5. 规格:RVVP3*1.5mm 6. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	806		
142	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP4*1.0mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	153.8		
143	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP4*1.0mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	92		
144	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:RVVP4*1.0mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	383.2		
145	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*6mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	114.2		
146	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*6mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	122		
147	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:WDZC-YJV5*6mm	津成	个	4		

148	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*10mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	116.8		
149	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*10mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	121		
150	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*16mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	182		
151	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*16mm 3. 敷设方式、部位:管内敷设	津成	m	93		
152	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*25mm 3. 敷设方式、部位:线槽内敷设	津成	m	14.1		
153	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJV5*25mm	津成	m	14		
154	1级手术室 IT 系统（隔离变压器）	ES710\8000 单相	德国本德尔	台	3		
155	绝缘监视仪	1R427-LD	德国本德尔	台	3		
156	电流互感器	ETW2	德国本德尔	支	3		
147	外界报警和测试仪	MK7-CN	德国本德尔	台	3		
158	隔离变压器机柜	国标	国产优质	个	1		
三、医用气体							
(一) 急救中心洁净手术部医用气体系统							
1	设备带		国产优质铝锭采用进口	M	11		
2	笑气自动汇流排	1+1	美国捷瑞	套	1		
3	二氧化碳自动汇流排	1+1	美国捷瑞	套	1		
4	医气阀门报警	五气	美国捷瑞	个	1		

	箱						
5	医气阀门报警箱	三气	美国捷瑞	个	1		
四、照明配电系统							
(一) 急救中心洁净手术部照明配电系统							
1	手术室内配电	含线管及线		套	3		
2	单相隔离变压器	ES710 8KVA	德国本德尔	套	2		
3	绝缘监测仪	107TD47			2		
4	电流互感器	STW2			2		
5	仪器专用电源	AN450			2		
6	外接报警显示和测试单元	MK2007CBM-CN			2		
7	手术室专用灯盘	3*40W	南方灯市饰	套	32		
8	气密封灯盘	3*40W, 1200*600		套	20		
9	气密封灯盘	2*40W, 1200*300		套	47		
10	气密封灯盘	3*18W, 600*600		套	39		
11	“手术中”指示灯		江苏永信	套	3		
12	二三级插座	10A, 220V	松下	个	98		
13	阻燃铜芯线	ZR-BV-2.5mm ²	天津小猫	M	2251		
14	阻燃铜芯线	ZR-BV-4mm ²	天津小猫	M	1450		
15	电力电缆	ZR-YJV-5*6mm ²	天津小猫	M	33		
16	电力电缆	ZR-YJV-5*10mm ²	天津小猫	M	155		
17	电力电缆	ZR-YJV-5*16mm ²	天津小猫	M	58		
18	电力电缆	ZR-YJV-3*25+2*16mm ²	天津小猫	M	86		
19	电力电缆	ZR-YJV-3*50+2*25mm ²	天津小猫	M	41		
20	电力电缆	ZR-YJV-3*95+2*50mm ²	天津小猫	M	100		
21	镀锌线管	TC20	国产国标	M	830		
22	镀锌线管	100*100	国产国标	M	39		
23	镀锌线管	200*100	国产国标	M	54		
24	镀锌线管	300*100	国产国标	M	10		
五、给排水系统							
(一) 急救中心洁净手术部给排水系统							
1	不锈钢感应洗手池	(三人位) 带 3 个感应式出水龙头	江苏永信	套	2		
2	不锈钢感应洗手池	(二人位) 带 2 个感应式出水龙头	江苏永信	套	1		
3	台式洗手盆连感应龙头		市购	套	4		
急救楼九层手术室报价合计 (元)							
北楼负压手术室							
序号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	单价	合价

						(元)	(元)
一、建筑装饰							
(一) 北楼负压手术室装饰							
1	气密封自动趟门	1600*2000	欧宝（带观察窗，四周采用不锈钢包边，门为胶合板面贴防火板组成，与门窗接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封，微电脑控制，门机为品牌）	樘	1		
2	气密封手动趟门	900*2100	达实久信（门为胶合板面贴防火板组成。）	樘	2		
3	气密封自动趟门	1000*2100	达实久信（门为胶合板面贴防火板组成。）	樘	1		
4	单开门	900*2100		樘	15		
5	双开门	1200*2100		樘	4		
6	内嵌式不锈钢器械柜	900*1700*300	达实久信（分四门开启，上下两层均有高强度玻璃托架，柜体采用磨砂白钢板，柜门色调与手术室主色调相近，周边采用铝合金包边。）	套	1		
7	内嵌式不锈钢麻醉柜	900*1700*300	达实久信	套	1		
8	内嵌式不锈钢药品柜	900*1700*300	达实久信	套	1		
9	内嵌式不锈钢书写台	700*400	达实久信	套	1		
10	组合多功能控制面板	触摸屏	达实久信（采用平面触摸式开关按钮，铝合金包边，采用清洁走廊背面维修方式，避免维修时对手术室的影响。）	套	1		
11	内嵌式 X 光看片箱	单联	达实久信（框边采用特别高强度铝合金制作，表面装饰采用 ABS 材料，内置光管及继电器，表面光线均匀，不	套	1		

			刺眼。)				
二、净化空调系统							
(一) 北楼负压手术室净化空调系统							
1	空调处理机组 PAU-401	风量(2400m ³ /h)含过滤器、风机、加湿器。	天加(合资优质品牌,专业空气净化机组,具有良好的声誉。)	台	1		
2	空调处理机组 PAU-402	风量(4300m ³ /h)含过滤器、风机、加湿器。	天加(合资优质品牌,专业空气净化机组,具有良好的声誉。)	台	1		
3	压力传感器			个	4		
4	压差传感器			个	4		
5	压力表			个	4		
6	风阀执行器	300*300	西门子	个	5		
7	电动双位定风量调节阀	RN200	国产优质	个	2		
8	防火阀	不带信号输出	国产优质	个	2		
9	手动风量调节阀		国产优质	个	4		
10	高效净化送风口		达实久信	套	4		
11	亚高效净化送风口		国产优质	个	5		
12	铝合金上回风口	600*600	国产优质	个	6		
13	手术室专用下回风口	795*345	国产优质	个	6		
14	排风机 EAF-401	DKF3.0(H),流量 3600m ³ /h	国产优质	台	1		
15	排风机 EAF-402	DKF3.0(H),	国产优质	台	1		
16	排风机 EAF-403	DKF3.0(H),	国产优质	台	1		
17	备用排风机 EAF-404	DKF3.0(H),	国产优质	台	1		
18	电加热箱	9KW	国产优质	套	2		
19	辅房排风控制开关		国产优质	套	1		
20	手术室自控系统	恒温恒湿控制系统	达实久信	套	1		
21	走廊机组自控系统	恒温恒湿控制系统	达实久信	套	1		
22	I 级手术室净		达实久信	套	1		

	化送风天花						
23	洁净排风口	430*430	国产优质	个	4		
24	镀锌风管止回 阀	排风系统	国产优质	个	4		
25	镀锌风管止回 阀	回风管上	国产优质	个	2		
26	防雨排风百叶	500*300	国产优质	个	2		
27	风管测定孔		国产优质	个	4		
28	风管软接头		国产优质	个	4		
29	风管检修门		国产优质	个	2		
30	洁净风管	采用镀锌钢板现场加工	武钢	m²	165		
31	排风机吊架			个	6		
32	排风系统消声 器		合资产	个	4		
33	排风中效过滤 器	每两个月更换一次	国产优质	个	48		
34	功能房排风系 统控制箱		国产优质	套	4		
35	保温棉		华美	m2	724		
36	风管道支架 及吊码		国标	T	9.6		
37	风机盘管的铜 管接驳		国产国标	套	5		
38	手动排气阀		国产国标	个	8		
39	压力表		国产国标	个	6		
40	温度计		国产国标	个	6		
41	止回阀	DN125	国产国标	个	3		
42	压差旁通阀	DN80	国产国标	个	2		
43	闸阀	DN32	国产国标	个	2		
44	闸阀	DN50	国产国标	个	2		
45	Y 型过滤器	DN50	国产国标	个	2		
46	Y 型过滤器	DN40	国产国标	个	2		
47	橡胶软管	DN32	国产国标	个	4		
48	橡胶软管	DN40	国产国标	个	6		
三、医用气体							
（一）北楼负压手术室医用气体系统							
1	设备带	德标	国产优质	M	6		
2	铝合金装饰罩	75*42	国产优质	m	6		
3	气体终端	空气快速接头 YKS-111	德标	个	4		
4	气体终端	氧气快速接	德标	个	4		
5	气体终端	吸引快速接头 ZKS-111	德标	个	4		
6	气体终端	二氧化碳	德标	个	4		
7	医气终端箱	720*220*100	国产优质	套	1		
8	二氧化碳自动 汇流排	2+2	上海齐威	套	1		

9	医气阀门报警箱	三气	GENTEC	个	1		
10	黄铜球阀	Φ12	国产优质	个	5		
11	黄铜球阀	Φ15	国产优质	个	9		
12	黄铜球阀	Φ22	国产优质	个	4		
13	医气脱脂紫铜管	Φ12	国产优质	m	65		
14	医气脱脂紫铜管	Φ15	国产优质	m	45		
15	医气脱脂紫铜管	Φ22	国产优质	m	32		
16	医气脱脂紫铜管	Φ28	国产优质	m	21		
17	医气脱脂紫铜管	Φ35	国产优质	m	11		
18	医气脱脂紫铜管	Φ42	国产优质	m	9		
19	医气脱脂紫铜管	Φ76	国产优质	m	10		
四、照明配电系统							
(一) 北楼负压手术室照明配电系统							
1	单相隔离变压器	ES710 8KVA	国产优质	套	1		
2	绝缘监测仪	107TD47	国产优质	套	1		
3	电流互感器	STW2	国产优质	套	1		
4	仪器专用电源	AN450	国产优质	套	1		
5	外接报警显示和测试单元	MK2007CBM-CN	国产优质	套	1		
6	手术室内配电	含线管及线	津成	套	1		
7	手术室专用灯		飞利浦	套	10		
8	气密封灯盘	3*18W, 600*600	飞利浦	套	12		
9	“手术中”指示灯		达实久信	套	1		
10	二三级插座	10A, 220V	松下	个	16		
11	单级单控开关	WC511	松下	个	12		
12	单级双控开关	WC511	松下	个	10		
13	电力电缆	ZR-YJV-5*6mm ²	津成	M	33		
14	电力电缆	ZR-YJV-5*10mm ²	津成	M	124		
15	电力电缆	ZR-YJV-5*16mm ²	津成	M	58		
16	电力电缆	ZR-YJV-3*25+2*16mm ²	津成	M	86		
17	电力电缆	ZR-YJV-3*50+2*25mm ²	津成	M	41		
18	电力电缆	ZR-YJV-3*95+2*50mm ²	津成	M	100		
19	镀锌线管	TC20	国产国标	M	30		
20	镀锌线管	100*100	国产国标	M	21		
21	镀锌线管	200*100	国产国标	M	19		
22	镀锌线管	300*100	国产国标	M	10		

五、给排水系统							
(一) 北楼负压手术室给排水系统							
1	不锈钢感应洗手池	2 位感应式出水龙头	达实久信	套	1		
2	沐浴器		九牧	套	2		
3	台盆及台面		九牧	套	3		
4	不锈钢拖把池		九牧	个	2		
5	供水管（脱脂紫铜管）	Φ15	国产优质	m	18		
6	供水管（脱脂紫铜管）	Φ22	国产优质	m	10		
7	供水管（脱脂紫铜管）	Φ28	国产优质	m	6		
8	供水管（铝塑复合管）	DN15	联塑	m	22		
9	供水管（铝塑复合管）	DN25	联塑	m	14		
10	供水管（铝塑复合管）	DN32	联塑	m	14		
11	供水管（铝塑复合管）	DN40	联塑	m	12		
12	排水管	DN50	联塑	m	25		
13	排水管	DN75	联塑	m	28		
14	排水管	DN110	联塑	m	9		
15	存水弯	DN110	联塑	个	8		
16	地漏	DN110		个	7		
17	清扫口	DN110		个	2		
北楼负压手术室报价合计（元）							

5. 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☐ 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。表内偏离情况可使用■或者☑等形式进行选择，表格内如不涉及填写内容可“不填写”或者划“/”

。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6. 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号 (如有▲、*、#建议标注)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明（证明材料建议注明页码）

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“**完全响应**”、“**正偏离**”或“**负偏离**”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7. 中小企业证明文件说明：

（若投标邀请中项目专门面向中小微企业采购，则无需在商务技术文件中重复提供本部分内容）

1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
投标人应明确标出中小微企业所属类型，否则不予认可。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中_包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额 (人民币元)	占该采购包合同金额的比例 (%)
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例

为_____ %。乙方承诺将在上述情况下与甲方

签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月

_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可

8. 其他非实质性格式

8-1 采购代理服务费承诺书

致：中信国际招标有限公司

我们在贵公司组织的_____项目（招标编号：_____）招标采购中若中标，我们保证在收到中标通知书同时按招标文件有关规定，以支票、汇票、电汇、现金或贵公司认可的其他方式一次性向贵公司支付采购代理机构服务费。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）：_____

8-2 增值税发票开票信息

投标人如中标，采购代理服务费需由采购代理机构开具数电专用发票或数电普通发票的，请认真核实后填写下表。

开具发票类型	数电专用发票（ ） 数电普通发票（ ）
开票信息	
开票单位全称	
统一社会信用代码	
地址、电话	
开户行及帐号	

注：此附件签字盖章及内容格式不做无效投标条款，仅方便采购代理机构后续代理费开票事宜。

投标人名称（加盖公章）： _____

8-3 投标人同类项目实施案例

项目名称、内容简述	甲方名称	乙方名称	合同签订时间	履约情况

注：合格的案例材料要求详见“评标标准”中“同类项目实施案例”要求。

9. 招标文件要求提供或投标人认为应附的证明材料

9-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 **51%**以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。