

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 石彩新	
	职称: 中技(主管护师)	
	工作单位: 广东职业技术学院	
项目信息	项目名称: 麻醉手术室达芬奇机器人手术器械一批	
	供应商名称: 深圳市普力朗生物科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目采购的达芬奇机器人配套手术器械达芬奇手术系统专用配套耗材,设备软硬件接口、技术参数等具有专用性。深圳市普力朗生物科技有限公司为该器械唯一授权供应商,其他供应商无法提供相匹配的原装产品,若使用非原厂产品存在临床使用安全风险。 综上所述,该项目只能从上述唯一供应商进行采购,符合单一来源采购相关情形,建议本项目采用单一来源方式实施采购。	
专业人员签字	石彩新	日期 2026 年 9 月 8 日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 江志兰	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 广东顺德中科优联医学检验有限公司	
项目信息	项目名称: 麻醉手术室达芬奇机器人手术器械一批	
	供应商名称: 深圳市普力朗生物科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 采购人采购的达芬奇机器人的器械品种、规格均为麻醉手术室达芬奇机器人临床手术必需,是达芬奇机器人主机配套耗材。国内其他品牌手术机器人耗材不兼容,市场无合格的替代品,只能从原厂授权唯一供应商采购,符合《政府采购法》单一来源采购适用情形。符合“只能从唯一供应商处采购”,似采取单一来源方式采购麻醉手术室达芬奇机器人手术器械。	
专业人员签字	江志兰	日期 2026 年 9 月 8 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>孙明飞</u>	
	职称: <u>医疗器械工程师</u>	
	工作单位: <u>高明区人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>麻醉手术室达芬奇机器人手术器械一批</u>	
	供应商名称: <u>深圳市普力朗生物科技有限公司</u>	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 论证内容: 本次采购内容为da Vinci (IS4000) 配套手术器械, 属于专用材料, 仅适配IS4000, IS4000 同型号主机, 无法兼容其他型号和其他品牌手术机器人器械内置传感器片、接口、通讯协议、控制程序均为原厂专利, 主机需芯片校验, 非原厂器械无法实现7自由度腕关节、动作幅放、震颤过滤、荧光成像等核心临床功能, 且主机和器械为注册证配套申报, 国内暂无具有NMPA注册证的替代产品。 为保障临床手术安全, 设备稳定性及手术性能一致, 本项目只能由原设备供应商供应, 根据《政府采购法》第三十一条, 本项目符合单一来源采购条件, 建议采用单一来源采购。	
专业人员签字		日期 <u>2026 年 9 月 8 日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。