

单一来源专家论证意见表

使用单位	北安市第一人民医院		
项目名称	全自动血型分析仪试剂		
预算金额	150000.00 元/年		
申 请 理 由	<p>我院目前正在使用的全自动血型分析仪,该系统用于血型分析、交叉配血、不规则抗体筛查等检测。北京乐普生产的全自动血型分析仪(型号 Blozer 72),采用为准凝胶法,可检测出低含量抗原抗体,结果清晰明确可靠。由于各个厂家仪器和耗材尺寸、原材料和中间产物等均不一致,各个厂家的试剂及耗材不能通用,为专机专用产品。当 Blozer 72 使用非专用试剂时,仪器无法保证所得到的结果的性能或质量。<u>哈尔滨艾格赛尔科技有限公司</u>为黑龙江区域合规合法代理供应商。</p> <p>根据政府采购法第三十一条的适用条件,满足只能从唯一供应商处采购条件,现我院申请采用单一来源方式采购。</p>		
专家意见	<p>北安市第一人民医院现有血型分型仪是北京乐普 Blozer 72 型,该机型检测试剂为专机专用试剂,为保证临床血型分析、交叉配血等检测血液安全质量,建议在合格供应商处采购原厂试剂。</p>		
专家签字	姓名: 宋满	单位: 黑龙江省疾病预防控制中心	日期: 2024.2.11
	职称: 副主任技师		

单一来源专家论证意见表

使用单位	北安市第一人民医院
项目名称	全自动血型分析仪试剂
预算金额	150000.00 元/年
申请理由	<p>我院目前正在使用的全自动血型分析仪,该系统用于血型分析、交叉配血、不规则抗体筛查等检测。北京乐普生产的全自动血型分析仪(型号 Blozer 72),采用为凝凝胶法,可检测出低含量抗原抗体,结果清晰明确可靠。由于各个厂家仪器和耗材尺寸、原材料和中间产物等均不一致,各个厂家的试剂及耗材不能通用,为专机专用产品。当 Blozer 72 使用非专用试剂时,仪器无法保证所得到的结果的性能或质量。<u>哈尔滨艾格赛尔科技有限公司</u> 为黑龙江区域合规合法代理供应商。</p> <p>根据政府采购法第三十一条的适用条件,满足只能从唯一供应商处采购条件,现我院申请采用单一来源方式采购。</p>
专家意见	<p>经论证,由于该院已采购全自动血型分析仪,且该设备配套试剂属于专机专用试剂,第三方品牌无法替代,具有唯一性。因此,符合中国政府采购法第三十一条第一项规定只能从唯一供应商处采购的情况。建议以单一来源的方式从哈尔滨艾格赛尔科技有限公司处采购。</p>
专家签字	<p>姓名: <u>李太伟</u> 单位: <u>黑龙江省医院</u></p> <p>职称: <u>正高级工程师</u> 日期: <u>2025.2.11</u></p>

单一来源专家论证意见表

使用单位	北安市第一人民医院
项目名称	全自动血型分析仪试剂
预算金额	150000.00 元/年
申请理由	<p>我院目前正在使用的全自动血型分析仪,该系统用于血型分析、交叉配血、不规则抗体筛查等检测。北京乐普生产的全自动血型分析仪(型号 Blozer 72),采用为准凝胶法,可检测出低含量抗原抗体,结果清晰明确可靠。由于各个厂家仪器和耗材尺寸、原材料和中间产物等均不一致,各个厂家的试剂及耗材不能通用,为专机专用产品。当 Blozer 72 使用非专用试剂时,仪器无法保证所得到的结果的性能或质量。<u>哈尔滨艾格赛尔科技有限公司</u>为黑龙江区域合规合法代理供应商。</p> <p>根据政府采购法第三十一条的适用条件,满足只能从唯一供应商处采购条件,现我院申请采用单一来源方式采购。</p>
专家意见	<p>北安市第一医院在用乐普全自动血型分析仪,该仪器所需检测试剂是封闭溯源性专机专用试剂,其它厂家检测试剂不能通用,建议根据政府采购法第三十一条的适用条件,按照单一来源方式在有资质供应商处采购。</p>
专家签字	<p>姓名: 王强 单位: 黑龙江省中医药科学院</p> <p>职称: 副主任医师 日期: 2025.2.11</p>