



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 崔振辉
	职称: 高级
	工作单位: 哈药集团制药总厂
项目信息	项目名称: 全自动化学发光免疫分析仪
	供应商名称: 哈尔滨市万源医疗器械经营有限公司
专业人员论证意见	<p>哈尔滨市医科大学附属肿瘤医院于2018年已购进全自动免疫流水线, 流水线的生产厂家为罗比诊断公司. 今年该院临床患者量急剧增加, 该全自动流水线所搭载的罗比全自动免疫分析仪模块(e801)检测通量已无法满足科室工作要求. 全自动免疫分析仪模块(e801)为流水线原厂配套检测仪器, 和其他品牌产品无法兼容在该流水线上使用. 只能购买原厂生产的配套产品. 现罗比诊断产品(上海)有限公司授权哈尔滨市万源医疗器械经营有限公司做为此次招标方式为单一来源采购, 其他授权皆无效. 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款只能从唯一供应商处采购的. 建议采用单一来源方式采购.</p>
专业人员签字	<p>崔振辉</p> <p>日期: 2020年12月5日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘英涛
	职称: 副主任
	工作单位: 哈尔滨市疾病预防控制中心
项目信息	项目名称: 全自动化学发光免疫分析仪
	供应商名称: 哈尔滨市万源医疗器械经营有限公司
专业人员论证意见	<p>哈尔滨医科大学附属肿瘤医院于2018年采购全自动免疫流水线系统。流水线的出厂厂家是迈瑞诊断公司。今年随着该院门诊患者量急剧增加,该全自动流水线原搭载的迈瑞自动免疫分析仪模块(C801)检测速度已无法满足科室需求。迈瑞免疫分析仪模块(C801)为流水线原厂配套检测仪器。市场上其他品牌产品无法兼容在该流水线上使用。只能购买原厂的产品。迈瑞诊断产品(迈瑞)有限公司授权哈尔滨市万源医疗器械经营有限公司可作为此次招标方式为单一来源采购,其他投标无效。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定,只能从唯一供应商处采购。所以拟建议</p>
专业人员签字	<p>刘英涛 日期: 2024.12.05 拟采用单一来源采购。</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 隋丽萍	
	职称: 高级	
	工作单位: 哈尔滨市肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 全自动化学发光免疫分析仪	
	供应商名称: 哈尔滨市万源医疗器械经营有限公司	
专业人员论证意见	<p>哈尔滨市肿瘤医院于2018年以前进口全自动免疫流水线系统流水线的生产厂家为罗氏的诊断公司,今年该院门诊患者量急剧增加,该全自动流水线原搭载的罗氏全自动免疫分析仪模块(es01)检测通量已无法满足科室需求,全自动免疫分析仪模块(es01)为该流水线原厂配套检测仪器,市场上其他品牌产品无法兼容在该流水线上使用,经接触原厂生产的配套产品,现罗氏诊断产品(上海)有限公司授权哈尔滨市万源医疗器械经营有限公司做为此次招标罗氏为单一来源采购其他授权无效。且符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定,只能从唯一供应商采购,建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	隋丽萍	日期: 2024.12.5

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 专业人员论证意见表

项目名称：黑龙江省卫生健康委员会财务审计处公立医疗机构数据采集服务项目

审核内容及意见	<p>                     哈尔滨市医科大学附属肿瘤医院于2018年已购进全自动免疫流水线系统，流水线的生产厂家为罗氏诊断公司。今年该院临床患者量急剧增加，该全自动流水线原搭载的罗氏全自动免疫分析仪模块(e801)检测通量已无法满足科室工作要求。全自动免疫分析仪模块(e801)为流水线原厂配套检测仪器。市场上其他品牌产品无法兼容在该流水线上使用。只能购买原厂家的配套产品。                 </p> <p>                     罗氏诊断产品(上海)有限公司授权哈尔滨市万源医疗器械经营有限公司作为此次单一来源方式招标采购的唯一授权供应商 其他授权皆无效。                 </p> <p>                     本次招标采购方式符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第一款只能从唯一供应商处采购。因此建议采用单一来源方式采购。                 </p>
全体评委签字	崔振辉 隋丽萍 刘立涛

日期：2024年12月5日