

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**441900015-2025-00532**

采购项目编号：**441900015-2025-00532**

项目名称：东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目

采购人：东莞市桥头医院

采购代理机构：广东洲际招标代理有限公司

第一章 投标邀请

广东洲际招标代理有限公司受东莞市桥头医院的委托，采用公开招标方式组织采购东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目

采购计划编号：441900015-2025-00532

采购项目编号：441900015-2025-00532

采购方式：公开招标

预算金额：16,206,440.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目):

采购包预算金额：16,206,440.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他制冷空调设备	东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目	1(项)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：双方签订合同且接到采购人书面进场通知后120天内完成交货、安装及验收。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：参照招标公告附件资格条件承诺函格式（或自拟格式）提供相关承诺。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：参照招标公告附件资格条件承诺函格式（或自拟格式）提供相关承诺。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：参照招标公告附件资格条件承诺函格式（或自拟格式）提供相关承诺。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照招标公告附件资格条件承诺函格式（或参照投标函格式或自拟格式）提供相关承诺。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目）：本项目非专门面向中小企业。【注：

1、“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；2、投标（响应）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明

函》；3、如供应商提供的《中小企业声明函》存在所属行业或划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任】。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按投标函相关内容承诺。

3)本项目不接受分公司投标（响应）。

4)①投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：东莞市桥头医院

地址：广东省东莞市桥头镇工业路43号

联系方式：0769-82939180

2.采购代理机构信息

名称：广东洲际招标代理有限公司

地址： 东莞市南城区元美路2号财富广场B座13A层13A08室

联系方式： 0769-23328188

3.项目联系方式

项目联系人： 钱嘉仪

电话： 0769-23328188

4.技术支持联系方式

云平台联系方式： 020-88696588

开标评标服务专线： 020-88696599

采购代理机构： 广东洲际招标代理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

本项目为东莞市桥头医院住院部十五楼层手术室设备及配套设施采购项目，计划在住院部十五楼配置一新手术室，洁净手术部面积约2170m²，共设8间手术间。其中百级防辐射手术间2间，万级手术间4间，万级备用手术间2间（预留）以及相关辅助用房。中标人须按采购设备清单所含全部内容完成本项目。

采购包1（东莞市桥头医院住院部十五楼层手术室设备及配套设施采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	★双方签订合同且接到采购人书面进场通知后120天内完成交货、安装及验收。
标的提供的地点	东莞市桥头医院（或采购人指定地点）。
付款方式	1期：支付比例30%,★合同签订后，中标人提交预付款申请，且采购人在收到发票后10个工作日内支付合同总金额的30%； 2期：支付比例30%,★本项目所采购的洁净手术间电解钢板全部到达指定安装位置，中标人提交进度款申请，且采购人在收到发票后10个工作日内支付合同总价的30%； 3期：支付比例30%,★本项目所采购的洁净手术间医用净化空气处理机组全部到达指定安装位置，中标人提交进度款申请，且采购人收到发票后在10个工作日内支付合同总价的30%； 4期：支付比例10%,★本项目完工并经验收合格后，中标人提供验收报告，并提交完工验收款申请，采购人在收到发票后10个工作日内支付合同总金额的10%。备注：如采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户
验收要求	1期：★1、本项目验收须符合国家、广东省、东莞市及行业的现行标准、规范的要求，符合医院洁净手术部建筑技术规范，中标人应委托具有资质的第三方检测机构按照设计文件和有关标准规范对洁净室内洁净度等指标进行检测，并出具检测合格报告，费用由中标人承担。★2、中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在采购人监督下现场进行验收。★3、对于验收不合格的部分，中标人须进行整改直至验收合格为止。★4、中标人需负责向相关部门办理相关报验收手续，并保证按时完成验收手续，确保设备正常使用，由此产生的费用全部由中标人承担。
履约保证金	不收取
其他	

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内容说明
★	1	质保期及售后服务要求	1、中标人免费送货至采购人指定地点，负责上门安装、调试及试运行工作。2、本项目整体质保期不得少于2年，保修期自验收合格且中标人和采购人在验收单上签字之日起计算。质保期内中标人应免费提供设备在正常使用情况下的维修服务；在非人为因素情况下，除耗材更换费用由采购人负责外，其他一切维修费用（含零部件更换）均由中标人负责。3、质保期内，中标人应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴，具有完善的售后服务体系，并对产品提供维修服务。采购人使用过程中如出现故障，中标人应在接到采购人通知后1小时内做出响应，4小时内派工程技术人员到达现场维修。
★	2	包装、保险及发运、保管要求	1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。2、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。4、设备在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。5、设备在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。6、设备送至采购人指定地点的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。
★	3	安装、调试要求	1、由中标人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试，并与采购人完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。2、在项目安装、调试过程中，所产生的水电费均由中标人自行承担。
★	4	质量保证要求	1、中标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，并提供货物出厂合格证、使用说明书、货物配置清单等相关资料。2、采购人使用过程中实际发现的货品瑕疵责任，对此中标人仍应承担无条件包修、包换或者包退的质量保证责任，并承担修理、调换或退货所发生运费、维修人员交通差旅费等费用以及采购人因此造成的全部损失。

★	5	培 训 要 求	培训（所需费用包含在投标报价中）： 1、现场培训： 中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训，直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术。 2、专门培训： 中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训采购人技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。 3、培训方式： 技术培训、操作培训。 4、培训人员、地点和时间： 受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。
★	6	报 价 要 求	1、 投标人须对采购范围的全部内容进行报价，包含完成本次招标所有服务内容的设备费、材料费、运输费、人工费、职业病危害放射防护评价技术服务费、洁净环境检测费、设备因验收而发生的检测费和调试费、人工费、安装费、实施过程产生的水电费、各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用和售后服务费等完成合同规定的责任和义务、达到合同目的的一切费用。 2、 投标人需根据招标公告“附件1-东莞市桥头医院住院部十五楼层手术室设备及配套设施采购项目采购清单”中的内容，填报采购文件“第六章 投标文件格式要求”的《分项报价表》，且不得超过单价最高限价及预算金额。若因出现漏项、缺项等情形而引发任何状况或问题，均由投标人自行负责承担相应后果。
	7	其 他	1、 本需求书中涉及所有产品的尺寸、重量允许出现合理范围内的偏差，若不能满足采购人的使用要求，应根据采购人的实际需求进行调整。 2、 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。 3、 中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同。 4、 因产品的质量问题的发生争议，由广东省或东莞市市场监督管理部门进行质量鉴定。采购人与中标人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省市场监督管理部门与东莞市市场监督管理部门的鉴定结论不一致的，以广东省市场监督管理部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。
★	8	分 包 要 求	本项目在实施过程中若有部分涉及到需具备国家法定必须具有的资质方能执行的，如中标人不具备相应资质，须将此部分专业分包给具有相应资质的供应商，须分包部分及拟分包供应商须经采购人同意后方可分包，中标人须对该分包部分内容承担连带责任。如未经过采购人同意，由此引发的一切责任、问题及费用由中标人承担。（须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
	9	现 场 踏 勘	本项目投标人应对项目现场进行充分了解，可安排人员（须同时携带： ① 投标人授权函原件加盖投标人公章，格式自拟。 ② 授权人身份证）到项目现场进行勘查。投标人应保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。统一集中踏勘时间： 2025年11月28日上午9:00 。统一集中地点： 东莞市桥头镇工业路43号（桥头医院出入口门卫室） 。联系人姓名： 罗先生 ；联系电话： 0769-81037881 。采购人不接受集中勘查时间外投标人自行勘查现场请求，投标人未参加集中现场勘查将视为其已充分了解项目现场情况及采购人需求，若中标不得以对现场不了解为由漏缺项目而拒绝提供完整服务。

说 明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。
--------	---

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		其他制冷空调设备	东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目	项	1.00	16,206,440.00	16,206,440.00	工业	详见附件一

附表一： 东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、技术规范 本项目的全部技术指标，包括设备、材料、运输、安装、调试、维修全过程的各项技术参数必须符合本招标文件及《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）（以下简称《规范》）中所制定的指标，除应执行本规范外，还应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求，包括下列： 1.《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013） 2.《综合医院建筑设计标准》（2024年版）（GB 51039-2014） 3.《医院空气净化管理规范》（WS/T 368-2012） 4.《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002） 5.《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 7.《洁净室施工及验收规范》(GB 50591-2010) 8.《洁净手术室用空气调节机组》(GB/T 19569-2004) 9.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB5 0243-2016) 10.《高效空气过滤器》(GB/T 13554-2020) 11.《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012 12.《医用气体和真空用无缝铜管》YS_T 650-2020 13.《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033-2017 14.《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010 15.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011 16.《铜及铜合金拉制管》GB/T 1527-2017 17.《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》GB/T 50726-2023 18.如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行
		二、技术要求 （一）直膨式医用卫生型组合式循环空调处理机组技术性能及功能要求： 1、总体要求 ▲（1）所投机组的生产厂家须拥有符合空调行业要求的空调焓差实验室，且测试机组冷量≥350kW、测试机组风量≥100000m³/h。（须提供第三方检测机构出具的检测

合格证书并加盖投标人公章)

▲(2) 恒温恒湿机组获得中国节能产品认证。(提供证书复印件并加盖投标人公章)

▲(3) 恒温恒湿机组具有节能试验报告, 且全年能效比(AEER) ≥ 4.0 。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)

2、产品技术要求

(1) 箱体

①机组外表面应无明显划痕、锈斑和压痕, 表面光洁, 喷涂均匀一致, 不得有色差。

②箱体漏风率在-400Pa下 $\leq 0.11 \text{ l/(s}\cdot\text{m}^2)$, 在+700Pa下, 漏风率 $\leq 0.17 \text{ l/(s}\cdot\text{m}^2)$, 在正压和负压测试下均达到L1等级。

▲③箱体变形量在-1000Pa下 $\leq 0.7 \text{ mm/m}$, 在+1000Pa下 $\leq 0.7 \text{ mm/m}$, 在正压和负压测试下均达到D1等级。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)

(2) 表冷段

①表冷器采用铜管穿铝翅片结构, 铝翅片表面必须有防腐涂层, 铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率。

②冷媒介质为水时, 集水管采用紫铜管, 进出水接管采用无缝钢管。

③所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验。

④表冷器应有良好的旁通密封措施, 不得有未经换热片处理过的旁通风现象。

⑤表冷器下面配置有凝水盘, 水沿高度不低于50mm。

⑥全新风机组在盘管后面设有防冻保护装置, 以防止新风温度过低导致盘管冻裂。

(3) 风机段

投标人应优先选取使用寿命在20年以上、具备高效率与低噪音特性的风机, 风机效率全压效率不低于70%。

(4) 过滤段

①循环机组至少配初效、中效两级过滤, 新风机组至少配置三级过滤。

②过滤器规格应符合国内市场上标准的规格尺寸。

(5) 风冷室外机

①机组外壳为喷涂冷轧板, 所有钣金表面均有防腐处理, 符合室外安装条件, 设计寿命不低于20年。

②冷凝器的铝翅片应选用表面有防腐亲水涂层的蓝铝片, 具有换热效率和防腐性能。

③具有控制系统, 能实现对压缩机的启停控制与安全保护功能, 整体设计科学合理, 确保温湿度控制平稳运行。

(二) 麻醉吊塔、外科塔(1-2) 技术性能及功能要求:

1、吊塔主体采用6系及以上高强度铝合金型材, 加工级别达到T6, 抗拉伸强度 $\geq 280 \text{ Mpa}$ 。

2、表面处理采用环保抗菌粉末静电喷塑工艺。抗细菌能力I级, 抗菌率 $> 99.99\%$ 。粉末材料满足相关要求。

3、悬臂型材采用一体化挤压工艺成型, 无拼接, 厚度不低于9mm, 内部呈中空结构, 具备自重轻、结构稳固等特性。表面无裸露螺丝, 整体采用全密闭式设计, 外观呈流线型。

4、终端箱体采用多腔体设计, 塔身内部符合气电分离要求, 电路和气路分腔体隔开

。底板采用排气系统设计，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过24%。

5、吊塔箱体可旋转角度 ≥ 340 度。旋转部位采用推力滚针轴承，额定承载 $> 90000\text{N}$ 时，通过满负荷状态下转动10万次以上无损坏测试。旋转轴承终身免维护。

6、置物层板(托盘)采用全铝合金材质，一体化工艺成型，表面橘纹处理，边缘凸起防滑落防护设计，两侧配备铝合金边轨，宽度 $\geq 500\text{mm}$ ，深度 $\geq 450\text{mm}$ ，高度可调节。

▲7、置物层板(托盘)承载性：工作承载能力 $\geq 80\text{kg}$ ，安全承重需通过4倍工作承重测试。（提供第三方检测机构出具的承载能力检验报告复印件并加盖投标人公章）

8、抽屉安装于托盘底部，采用抽拉式，带阻尼自动吸合功能，具备防压线功能。

9、气体终端各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态Standby功能，有通、断、拔三种状态，能带气维修。

10、气体插头可保证五万次以上插拔，气体终端符合相关标准。

11、安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距 $\geq 50\text{mm}$ 。

12、电源采用双排五插插座，AC220V、10安/16安，插座斜45°，需安装在箱体上，便于医护人员插拔使用。电源插座符合国家3C认证。

13、具备RJ45、RJ11接口，以及接地端子和USB功能。可升级HDMI接口、BNC视频接口、VGA接口、3.5mm音频接口等，满足医疗影像传输、语音通话等需求。

14、采用医疗级气体软管，符合相关规范要求，箱体的旋转、移动均不会影响其通气量。

15、吊塔内所有医用气体软管需符合生物相容性ISO17025要求。

▲16、吊塔具有防尘和防水性能，防护等级不低于GB/T 4208-2017规定中的IP64。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

▲17、吊塔具备防火性能，外壳防火等级要求不低于UL94-V1级。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）

18、吊塔预埋基础支架承受10000N·m扭矩的作用力，持续10min，法兰盘水平偏角小于0.4°。

19、悬臂承载符合四倍承重安全负载要求，结构强度可达到4倍静态载荷、2倍动态载荷要求。

（三）手术无影灯（1-2）技术性能及功能要求：

1、灯头采用花瓣分片式超薄流线造型，非整体圆盘式设计，灯盘厚度最大处 $\leq 70\text{mm}$ ，具有层流穿透洁净效率，需符合层流手术室净化要求。

2、每个发光组单元均采用多镜面（反射镜面不少于100个）反射原理及菲涅尔透镜技术，确保获得均匀的光斑、卓越的无影度和照明深度，避免光线直射带来的炫光和光衰问题，保护医生健康。

3、配有深腔、浅表、腔镜、常规四种照明控制模式，需有“绿光护眼腔镜模式”。

4、灯体外观采用免维护设计，整体外观选择耐用、亚光安全环保粉末涂料喷塑工艺，符合相关要求，抗菌率 $\geq 99.99\%$ 。

5、支持连续照明，当一颗LED灯珠故障熄灭后，其它LED灯珠仍会持续点亮，不影响使用。

- 6、中置手柄：无菌柄可拆卸，非有意拆卸力不小于100N；无菌柄术后可轻松取下并可耐受134℃、2.3巴(bar)高温高压灭菌。
- 7、子母灯头均采用花瓣式分片造型，母灯灯叶≥5片、子灯灯叶≥4片。
- 8、LED光源数量：母灯≥80颗、子灯≥68颗。
- 9、中心照度（Ec）：不大于160,000 Lux,连续可调。
- 10、色温Tc（K）：≥4500。
- ▲11、显色指数（Ra）：≥98。（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
- 12、深腔照明率:≥100%。
- 13、母灯单遮板无影率：≥78%。
- ▲14、母灯单遮板无影率（带深腔管）：≥74%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
- 15、母灯双遮板无影率（带深腔管）：≥67%。
- 16、子灯单遮板无影率：≥77%。
- 17、子灯单遮板无影率（带深腔管）：≥69%。
- 18、子灯双遮板无影率（带深腔管）：≥67%。
- ▲19、母灯辐射照度Ee与照度Ec比值（Ee/Ec）≤2.47mW/（m2.lx）。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
- 20、光斑直径（最大）：母灯≥300mm、子灯≥250mm。
- 21、照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不少于对应光斑d10的57.5%，即d50:d10≥57.5%。
- 22、灯头垂直方向最大定位作用力≤30N。灯头水平面方向最大定位作用力≤16N。
- 23、光柱深度（L1+L2）60%：母灯≥770mm、子灯≥780mm。
- 24、母灯灯头最大功率≤80W，子灯灯头最大功率≤68W。

（四）电动手术床（1）技术性能及功能要求：

1、性能要求：

（1）手术床除基础配件以外，还需具备同品牌的碳纤维骨科牵引架、马镫型多功能腿架等特殊配件，以满足临床手术需求。

（2）手术床动力系统：采用全电动液压装置，其床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、一键腰上及腰下、平移、刹车等功能均采用电动液压驱动调节。

（3）床面具有一键自动水平复位功能。

（4）手术床整体采用边框式设计，中间无任何横杆。手术床底座外壳、升降套筒采用304不锈钢制成；手术床底座为方形且外壳表面平整光滑无任何凹凸。

（5）手术床内置不少于两组高性能铅酸蓄电电源系统，单次充电可满足50台以上手术需要，确保手术床无间断工作。

（6）采用双模式操作设计：

①手持控制器：具有背光显示功能可用于低光源手术，避免误触，影响手术操作；具有防误操作保护功能。

②备用操控系统：备用操控系统要求在手术床底座的头部端，拒绝置于床立柱侧面。

（7）手术床具有自主腰上/腰下位（即一键曲式体位）功能，可提供肾脏手术、胆囊手术、胸腔手术等多种手术需求。

- (8) 采用四组全万向脚轮设计，整张手术床可任意方向灵活移动使用。
- (9) 手术床具有内藏式电动四点刹车装置及轮式互换功能，兼备地面自动水平补偿功能，确保手术床在任何情况下安全稳固。

2、参数要求：

- (1) 手术床尺寸：长 $\geq 2025\text{mm}$ ，宽（不含边轨） $\geq 522\text{mm}$ 。
- (2) 床面最低高度 $\leq 685\text{mm}$ ，床面最高高度 $\geq 1135\text{mm}$ ，升降行程 $\geq 450\text{mm}$ 。
- (3) 纵转向前/向后倾斜角度 $\geq 30^\circ/30^\circ$ 。
- (4) 横转向左/向右倾斜角度 $\geq 20^\circ/20^\circ$ 。
- (5) 背板向上/向下倾斜角度 $\geq 80^\circ/40^\circ$ 。
- (6) 头板向上/向下倾斜角度 $\geq 30^\circ/90^\circ$ ，可拆卸。
- (7) 气动腿板，可拆卸，腿板向上/向下角度 $\geq 15^\circ/\geq 90^\circ$ ，外折角度 $\geq 90^\circ$ 。
- (8) 单侧气动腿板承重 $\geq 100\text{kg}$ 。
- (9) 腰板向上/向下角度 $220^\circ/100^\circ$ 。
- (10) 床面前后平移功能 $\geq 370\text{mm}$ 。
- (11) 最大负重 $\geq 363\text{kg}$ 。

3、配置清单（单套）：

- (1) 手术台主体1台
- (2) 头板1个
- (3) 手臂板1对
- (4) 气动腿板1对
- (5) 床垫组1组
- (6) 麻醉幕帘架（含连接器）1个
- (7) 双控系统1组
- (8) 电源线1根
- (9) 碳纤维骨科牵引架（单关节）1套

①牵引臂2件

②挂板1件

③牵引器（无快速牵引）2套

④侧卧挡柱1件

⑤牵引架鞋皮套2件

⑥座板1件

⑦仰卧挡柱1件

⑧承合器3件

⑨支撑柱2件

⑩小腿架1件

□辅助台车1个

（五）电动手术床（2）技术性能及功能要求：

1、性能要求：

- (1) 手术床除基础配件以外，还需具备同品牌的碳纤维骨科牵引架、马镫型多功能腿架等特殊配件，以满足临床手术需求。

- (2) 手术床动力系统：采用全电动液压装置，其床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、一键腰上及腰下、平移、刹车等功能均采用电动液压驱动调节。
- (3) 床面具有一键自动水平复位功能。
- (4) 手术床整体采用边框式设计，中间无任何横杆。手术床底座外壳、升降套筒采用304不锈钢制成；手术床底座为方形且外壳表面平整光滑无任何凹凸。
- (5) 手术床内置不少于两组高性能铅酸蓄电能源系统，单次充电可满足50台以上手术需要，确保手术床无间断工作。
- (6) 采用双模式操作设计。
- (7) 手持控制器：具有背光显示功能可用于低光源手术，避免误触，影响手术操作；具有防误操作保护功能。
- (8) 备用操控系统：备用操控系统要求在手术床底座的头部端，拒绝置于床立柱侧面。
- (9) 手术床具有自主腰上/腰下位（即一键曲式体位）功能，可提供肾脏手术、胆囊手术、胸腔手术等多种手术需求。
- (10) 采用四组全万向脚轮设计，整张手术床可任意方向灵活移动使用。
- (11) 手术床具有内藏式电动四点刹车装置及轮式互换功能，兼备地面自动水平补偿功能，确保手术床在任何情况下安全稳固。

2、参数要求：

- (1) 手术床尺寸：长 $\geq 2025\text{mm}$ ，宽（不含边轨） $\geq 522\text{mm}$ 。
- (2) 床面最低高度 $\leq 685\text{mm}$ ，床面最高高度 $\geq 1135\text{mm}$ ，升降行程 $\geq 450\text{mm}$ 。
- (3) 纵转向前/向后倾斜角度 $\geq 30^\circ/30^\circ$ 。
- (4) 横转向左/向右倾斜角度 $\geq 20^\circ/20^\circ$ 。
- (5) 背板向上/向下倾斜角度 $\geq 80^\circ/40^\circ$ 。
- (6) 头板向上/向下倾斜角度 $\geq 30^\circ/90^\circ$ ，可拆卸。
- (7) 气动腿板,可拆卸，腿板向上/向下角度 $\geq 15^\circ/90^\circ$ ，外折角度 $\geq 90^\circ$ 。
- (8) 单侧气动腿板承重 $\geq 100\text{Kg}$ 。
- (9) 腰板向上/向下角度 $\geq 220^\circ/100^\circ$ 。
- (10) 床面前后平移功能 $\geq 370\text{mm}$ 。
- (11) 最大负重 $\geq 363\text{kg}$ ；
- (12) 内置上举式肾桥，肾桥顶举高度 $\geq 121\text{mm}$ 。

3、配置清单（单套）：

- (1) 手术台主体1台
- (2) 头板1个
- (3) 手臂板1对
- (4) 气动腿板1对
- (5) 床垫组1组
- (6) 麻醉幕帘架（含连接器）1个
- (7) 双控系统1组
- (8) 电源线1根
- (9) 腿架（含连接器）1对
- (10) 侧卧手架（含连接器）1个

(六) 电动手术床 (3) 技术性能及功能要求:**1、性能要求:**

- (1) 手术床为电动液压, 电动调节 ≥ 5 个动作, 包括床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等。
- (2) 手控器液晶屏可在操作中以数字实时显示头脚倾斜、左右倾斜、背板升降角度, 且能显示脚轮控制状态。
- (3) 手控遥控器体位储存体位 ≥ 8 个。
- (4) 手术床具备电动平移功能。
- (5) 手术床配有充电电池, 可满足 ≥ 5 天手术需要, 同时具有交流电源供电功能。
- (6) 手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板两套控制方式, 且两套控制方式相互独立。
- (7) 手术床承重 $\geq 300\text{kg}$ 。
- (8) 手术床台面框架、边轨和立柱采用不锈钢制成。
- (9) 手术床床垫由双层记忆海绵整体制成, 厚度 $\geq 75\text{mm}$ 。床垫接缝处采用无缝烫接。
- (10) 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸; 腿板可拆卸、可分叉, 采用气弹簧组件助力, 可在 $+30^{\circ}/-90^{\circ}$ 范围内任意上下折。
- (11) 头板和腿板可前后互换。
- (12) 独立电动液压控制刹车。
- (13) 同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能, 以及一键复位功能。
- (14) 手术床电池内置蓄电池 1套, 每次充满电后能够保证常规手术 ≥ 50 例。

2、参数要求:

- (1) 手术床长度 $\geq 2000\text{mm}$ 。
- (2) 手术床宽度 $\geq 550\text{mm}$ 。
- (3) 手术床台面最低高度 $\leq 600\text{mm}$ 。
- (4) 手术床升降行程 $\geq 350\text{mm}$ 。
- (5) 台面前后倾角度 $\geq 30^{\circ}$ 。
- (6) 台面左右倾角度 $\geq 20^{\circ}$ 。
- (7) 背板向上/向下倾斜角度 $\geq 90^{\circ}/40^{\circ}$ 。
- (8) 气动腿板, 可拆卸, 腿板向上/向下角度 $\geq 30^{\circ}/90^{\circ}$, 外折角度 $\geq 90^{\circ}$ 。
- (9) 头板向上/向下倾斜角度 $\geq 60^{\circ}/90^{\circ}$ 。
- (10) 台面平移距离 $\geq 350\text{mm}$ 。

3、配置清单 (单套):

- (1) 手术床主体1台
- (2) 头板1个
- (3) 手臂板 (含连接器) 1对
- (4) 腿板 (含连接器) 1对
- (5) 记忆床垫组1组
- (6) 内置肾桥1组
- (7) 麻醉幕帘架 (含连接器) 1个

(8) 双控系统1组

(9) 内置蓄电池1组

(10) 电源线1根

(11) 使用说明书1份

(七) 医用压缩空气机组技术性能及功能要求:

1、总体要求

▲医用空气压缩机应内置气源报警系统，报警系统应符合YY9706.108-2021《医用电气设备 第1-8部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》的要求。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

2、无油涡旋空压机（2台，1用1备）

(1) 单台功率：≤3.7KW；三相50Hz/380V。

(2) 单台产气量：≥0.41m³/min。

(3) 工作压力：0.8Mpa。

(4) 无油涡旋空压机选用的无油涡旋空压机主机须通过第三方检测机构的无油认证。

3、缓冲罐（1台）

(1) 材质：不锈钢。

(2) 单个有效容积：≥0.3立方。

(3) 最大工作压力：1.0Mpa。

(4) 所投产品生产厂家具备压力容器制造许可证。

(5) 缓冲罐自带安全阀、压力表、排污阀、自动排水器。

4、吸附式干燥机（2台，1用1备）

(1) 单机处理气量：≥0.6m³/min。

(2) 进气温度≤45℃时压力露点≤-20℃。

▲(3) 吸干机应满足GB/T 10893.1-2012、JB/T 10532-2017要求，在进气温度45℃@进气压力7bar时压力露点-20℃~-40℃，同时耗气量≤22%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

5、五级过滤器（2套，1用1备）

(1) 处理量≥1m³/min。

(2) 过滤精度≥0.01μm。

(3) 过滤系统采用分级过滤模式，前级配置气水分离器，其过滤精度为1μm，并具备自动排水功能；后级依次设置过滤精度为1μm的粉尘过滤器、过滤精度为0.01μm的粉尘过滤器以及除菌过滤器，后级过滤器采用手动排水方式。

(4) 材质：铝合金壳。

6、自动球阀

(1) 材质：SUS304不锈钢阀体。

(2) 口径：DN15。

7、压力传感器

(1) 材质：SUS304不锈钢阀体。

(2) 精度: $\pm 0.5\%F.S$ 、 $\pm 1.0\%F.S$ 。

(3) 稳定度: $< 0.5\%F.S/年$ 。

(4) 工作温度: $-20\sim 85^{\circ}C$ 。

(5) 输出信号: $4\sim 20mA$ 。

8、露点仪

(1) 压力露点: $-80^{\circ}C\sim 20^{\circ}C$ 。

(2) 精度 $\pm 2^{\circ}C Td$ 。

(3) 医用气体露点传感器精度漂移应小于 $1^{\circ}C/年$ 。

9、一氧化碳监测仪

(1) 量程 $0-10ppm$, 分辨率 $0.01ppm$, 准确度 $\leq \pm 3\%FS$ 。

(2) 医疗空气供应源应设置一氧化碳浓度报警, 当一氧化碳浓度超标时应启动报警。

10、中央控制系统

(1) 采用触摸屏设计, 电气元器件, 支持手动/自动切换, 具备手自动双系统, 系统具备自动轮询、断电自启、相序保护功能, 含自动报警器(压力、故障、温度报警及保养提醒), 提供485远程信号; 手机在线监控(机房须有4G信号); 监测数据/曲线最长可保存30天, 可导出/打印; 环境温湿度监测; 露点再生控制, 一氧化碳在线监测。

▲(2) 医疗空气供应源在单一故障状态时, 应能连续供气; 每台压缩机应设置独立电源开关及控制回路; 医疗空气供应源应设置备用电源。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)

▲(3) 机组中的每台压缩机应能自动逐台投入运行, 断电恢复后压缩机应能自动启动; 医用空压机组内置报警系统当电源丧失时间不超过30s, 电源丧失前的报警设置应被自动恢复; 报警器应具有报警指示灯故障测试功能及断电恢复自启动功能。报警传感器回路断路时应能报警。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)

▲(4) 所有的听觉报警信号应对优先级编码; 对于一套听觉报警信号, 高优先级听觉报警信号应比中优先级或低优先级报警信号和听觉信息信号所静态的紧急程度要高; 所有报警系统应包含至少一套报警号; 声响报警应无条件启动, 1m处的声压级不应低于55dBA, 并应有暂时静音功能。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)

11、撬装及管路

(1) 材质及工艺: 钣金底座、烤漆工艺; 机组内部304卫生级不锈钢管件及阀门, 出气口径DN25; 内置排水管路及电缆/数据线。

▲(2) 空气压缩机进气管采用耐腐蚀材料, 并应配备进气过滤器; 多台压缩机合用进气管时, 每台压缩机进气端采取隔离措施; 压缩机进、排气管的连接采用柔性连接; 所有压缩医用气体管材及附件均应严格进行脱脂; 输送医用气体用无缝不锈钢管应符合现行GB/T 14976《流体输送用不锈钢无缝钢管》的有关规定。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)

(3) 管材应使用机械方法或等离子切割下料, 不得使用冲模扩孔, 也不得使用高温火焰切割或打孔; 不锈钢管道及附件的现场焊接应采用弧焊或等离子焊; 管道组件件

的预制应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010的有关规定。

(4) 采用一体撬装集成交付。

12、储气罐

(1) 材质：不锈钢

(2) 单个有效容积： $\geq 0.3\text{m}^3$ 。

(3) 最大工作压力：1.0Mpa。

(4) 所投产品生产厂具备压力容器制造许可证。

(5) 储气罐自带安全阀、压力表、排污阀。

13、双通道减压阀组

(1) 处理流量： $\leq 75\text{m}^3/\text{h}$ 。

(2) 调压范围0.4-0.7MPa，采用双通道设计。

(3) 材质：SUS304卫生级不锈钢管件。

(4) 具备阀门、带安全阀、压力传感器（接中央控制系统）。

(5) 医用气体减压装置应进行减压性能检查，应将减压装置出口压力设定为额定压力，在终端使用流量为零的状态下，应分别检测减压装置每一减压支路的静压特性24h，其出口压力均不得超出设定压力15%，且不得高于额定压力上限。

(八) PVC地板技术性能及功能要求：

1、嵌入颗粒式无方向性花纹，带聚氨酯耐污涂层的2.0mm同质透心PVC卷材。

▲2、单位面积重量 $\leq 2900\text{g}/\text{m}^2$ 。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

3、防火性能：达到B1级。

4、耐磨等级：T级。

▲5、抗病毒检测（人甲型流感病毒H1N1型，人冠状病毒229E型），平均抗病毒活性率 $\geq 99\%$ 。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

▲6、抗化学腐蚀性能：0级无污染，能抗100种化学物品。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

▲7、抗菌测试：抗菌检测（大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌） $\geq 99.96\%$ ，防霉性能（黑曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、蝇状青霉）：0级不生长。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

(九) 网络电话插座：

1、适配模块：单口面板，双口面板等，支持适配电话模块和网络模块。

2、规格：86型。

3、类别：包含单孔、双孔等类别，采用加厚设计，使用特级环保料制作。

4、颜色：具备乳白色等颜色供选择。

5、特性：嵌入面框设计，配备2个螺丝；设有防尘滑门。

6、适用场景：支持适用于综合网络布线、网络建设等场景。

7、插口标准：网络和电话插口标准通用。

(十) 视频监控系统

1、摄像机采用 ≥ 200 万像素数字IP网络型，支持H.265。

- 2、具有视音频采集、智能编码压缩及网络传输等多种功能。
- 3、采用嵌入式操作系统和高性能硬件处理平台。
- 4、支持通过浏览器或客户端软件，实现远距离传输和实时视频浏览和配置等功能。

（十一）可视门禁系统

- 1、门禁系统采用IC卡系统，支持通过刷卡、密码等方式进门，可实现人员出入权限控制及出入信息记录，只有被授权的人员才能进入，防止非法侵入。
- 2、科室门禁系统可实现科室对讲，用人脸开门，IC卡系统，实现刷卡、密码等方式进门，在病人口和医护人员入口处设置，主机设置在护士站，可以实现远程开门。

（十二）背景音乐广播系统

手术部设置一套背景音乐系统。相应功能辅房、办公辅房、走廊均需设置背景音乐天花喇叭，主机设备设置在护士站。系统采用有线定压传送方式，手术间、相应辅房均设置音量控制器，可单独控制音量大小。系统采用有线定压传输、分区控制方式，通过DVD机可播放各种格式的音乐碟片，护士站设置话筒，医护人员可通过话筒实现广播找人、发布消息等功能。

（十三）护士呼叫系统

预麻/复苏室、设置护士呼叫分机，并带有手持呼叫器。护士呼叫主机设置在护士站，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能。

（十四）开关插座：

- 1、采用流线型超薄外观设计。
- 2、震颤幅度小，导电容量大，升温低，具备较强的耐电流冲击能力。
- 3、具备耐漏电起痕电性能，对异常发热及火焰具有较强的耐受性。
- 4、面板采用PC(防弹胶)原料制作而成；
- 5、阻燃性能好，插座接插件采用锡磷青铜加工制成，导电性能好；面板无螺孔设计，采用流线型超薄外观，插座均采用内封闭结构，搭配双孔压板式接线方式。

（十五）桥架：

- 1、均采用镀锌桥架，镀锌厚度均匀，表面光滑平整、均匀、无裂痕、无气泡、无起皮。
- 2、连接片的接头螺丝、螺母、平垫、弹垫均进行镀锌处理，采用内外连接片设计。
- 3、电缆槽与槽盖采用搭扣连接，电缆桥架连接板的板厚统一采用同一等级。
- 4、用于固定桥架的角钢、托臂等，需根据桥架规格计算荷载，选用相匹配的固定支吊架。所有支吊架均进行镀锌处理。
- 5、桥架及其辅件材料均符合国家现行相关规定要求。

（十六）JDG管：

- 1、采用螺钉紧定连接技术，由连接套管及其金属附件构成电线管路。此连接方式无需进行跨接地处理，也无需焊接和套丝操作。
- 2、JDG导管及系列产品均采用钢材，经精密加工而成，双面镀锌工艺，具备防腐性能。其内外壁光滑、无毛刺，穿线时不易破坏电线绝缘层。
- 3、在JDG管安装过程中，不得使用电焊机和套丝设备，且无需进行刷漆操作。安装流程必须严格遵循简便原则，具体为：使用直管接头完成管与管之间的连接，运用螺纹管接头实现管与接线盒的连接，在精准定位后，利用专用工具将螺钉拧紧（直至拧断）；管与接线盒连接部位需采用锁母进行紧定。针对管路转弯处，需使用弯管器，

		依据现场实际需求，弯曲出相应的弧度。 （十七）电线电缆： 1、电线主要采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘型即WDZB-BYJ型。 2、参数： （1）电压：450 V /750 V。 （2）规格范围（mm²）：0.5～400。 （3）电缆主要采用交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆，即WDZ-YJY型。 3、参数： （1）电压：0.6 kV /1 kV。 （2）规格范围（mm²）：3芯：1.5～500；4芯：1.5～500；5芯：4～500；3+1芯：4～500；3+2芯：4～500；4+1芯：4～500。 （十八）配电箱： 1、配电箱内组件应排列整齐、固定可靠、各电气组件应可单独拆装。 2、配电箱柜体应采用冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。 3、配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体应有一次接线及二次接线原理图。 4、配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须具有“CCC”认证标志。
	3	5、设备清单及图纸 详见随招标公告发出的“附件1-东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目采购清单”和“附件2-东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目图纸”

	4	四、实施要求 1、中标人必须详细了解招标文件中的规定与要求，并充分预见本项目招标文件所列示的采购内容，提供对应设备和实施工作，由此产生的任何费用增加，均由中标人承担，采购人不予任何追加。 2、中标人必须在项目实施现场显眼位置设置正规工作警示牌，标注“工作进行中，注意安全”等语言。靠近人行通道边（或采购人认为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围蔽（板材的标准必须得到采购人的许可）。 3、中标人必须安全文明工作，确保项目实施场地区域道路通畅，保持现场整洁，做到工完场清。 4、中标人必须在项目实施过程中注意自身及周边安全，负责项目实施过程中的所有事故处理和费用，如有对现状有损坏的，需对现状进行修复。 5、中标人必须完成以下工作：a、实施场地区域内保洁工作（含清理栅栏）；b、保洁标准与实施场地区域内的原有保洁标准相同；c、实施区域及周边的恢复工作；d、设备安装完成后的调试工作。上述工作属采购项目范围内。 6、中标人必须制定安全管理机构和安全管理责任制，配备专职安全员，并认真落实各项安全管理规定。 7、所有服务人员都要经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程，因违规操作引起的一切后果由中标人负责。 8、项目实施过程中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。 9、对作业现场进行严格安全管理。禁止在项目实施场所吸烟，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因工作等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施。在作业现场进行动火作业的，事前应对现场的可燃物进行清理或隔离，事中应当安排专人进行现场安全管理，事后应对现场进行检查清理。因未按要求落实管理而引起的一切后果由中标人承担。 10、中标人须接受采购人、监督单位（如有）对项目实施过程中安全生产的监督。 11、项目实施期间发生任何安全责任事故，由中标人承担一切责任。 12、中标人确保房屋的安全，禁止破坏支撑整个建筑结构的承重墙体，否则，由此引发的一切安全责任事故及法律后果由中标人承担。 13、项目实施过程中，所产生的水电费均由中标人自行承担。
--	---	---

	5	四、节能产品 (一) 政府强制采购产品要求 ★(1) 本项目设备需求清单中的以下货物属于节能产品政府采购品目清单中的强制节能产品，投标人在投标文件中须按“政策适用性说明”中的要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。且投标型号和证书型号须一致，否则视为无效投标。 <table border="1"> <tr> <th>序号</th><th>品目名称</th><th>《节能产品政府采购品目清单》对应类别</th></tr> <tr> <td>1</td><td>空调设备</td><td>A0206180203 空调机</td></tr> <tr> <td>2</td><td>蹲便器</td><td>A060805 便器</td></tr> <tr> <td>3</td><td>热水器</td><td>A02061808 热水器</td></tr> </table> (2) 建议在证书上框选对应的型号，以便评标委员会查阅。 (二) 环境标志产品要求 (1) 本项目设备需求清单中的以下货物属于环境标志产品政府采购品目清单中的产品，投标人在投标文件中按“政策适用性说明”中的要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，可在投标报价得分中获得价格扣除： <table border="1"> <tr> <th>序号</th><th>品目名称</th><th>《环境标志产品政府采购品目清单》对应类别</th></tr> <tr> <td>1</td><td>空调设备</td><td>A02052305 空调机组</td></tr> <tr> <td>2</td><td>蹲便器</td><td>A060805 便器</td></tr> </table> (2) 建议在证书上框选对应的型号，以便评标委员会查阅。	序号	品目名称	《节能产品政府采购品目清单》对应类别	1	空调设备	A0206180203 空调机	2	蹲便器	A060805 便器	3	热水器	A02061808 热水器	序号	品目名称	《环境标志产品政府采购品目清单》对应类别	1	空调设备	A02052305 空调机组	2	蹲便器	A060805 便器
序号	品目名称	《节能产品政府采购品目清单》对应类别																					
1	空调设备	A0206180203 空调机																					
2	蹲便器	A060805 便器																					
3	热水器	A02061808 热水器																					
序号	品目名称	《环境标志产品政府采购品目清单》对应类别																					
1	空调设备	A02052305 空调机组																					
2	蹲便器	A060805 便器																					
	6	五、核心产品 本项目核心产品为：△直膨式医用卫生型组合式循环空调处理机组（AHU-1601）。																					
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。																					

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东洲际招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指东莞市桥头医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	远程电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。
11	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家
13	有效供应商家数	采购包1： 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无： -
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：1、以《中标通知书》中规定的中标金额采购文件中的预算金额作为收费的计算基数。2、招标代理服务费收费标准根据国家发展和改革委员会文件“发改价格[2011]534号”及“国家计委[计价格[2002]1980号]文”相关规定设置。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

18	其他	1、评标委员会组成，本项目的评标委员会组成严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十七条的规定执行。 2、中小企业划分标准，工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3、远程签名时长，30分钟（远程签名时长不作延长，供应商未参加开标或未在规定时间内确认签字的，视同认可开标结果，不作无效投标处理）。 4、说明，采购需求中提及的所有“免费”字眼的需求内容均属于与本项目采购有关的货物或服务，不等同于投标人对采购人的赠送行为，相关费用应包含在投标人的投标报价中。
19	开标解密时长	30分钟（如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间） 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的

有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5. 投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6. 投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东洲际招标代理有限公司代收。具体操作要求详见广东洲际招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东洲际招标代理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东洲际招标代理有限公司，到账情况以开标时广东洲际招标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”

(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>), 申请办理电子保函, 电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项: 供应商通过线下方式缴纳保证金(转账、支票、汇票、本票、纸质保函)的, 需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证; 通过电子保函形式缴纳保证金的, 如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时, 可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还:

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注: 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交;
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标;
- (3) 中标后, 无正当理由放弃中标资格;
- (4) 中标后, 无正当理由不与采购人签订合同;
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的, 采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的, 采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期, 要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金(如有)的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人可以拒绝延长有效期, 但其投标将会被视为无效, 拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 投标有效期超出保函有效期的, 采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函, 未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品(演示)

8.1 招标文件规定投标人提交样品的, 样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前, 投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的, 投标人应提前做好演示准备(包括演示设备)。

8.3 采购结果公告发布后, 中标供应商的样品由采购人封存, 作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后, 应按规定时间尽快自行取回样品, 否则视同供应商不再认领, 代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外, 有下列情形之一的, 投标无效:

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章;
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求;
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价;
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1. 开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

(1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2) 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3) 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4) 提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：钱小姐

电话：0769-23328188

传真：/

邮箱：3478473573@qq.com

地址：东莞市南城区元美路2号财富广场B座13A层13A08室

邮编：523000

3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地 址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电 话：0769-22831025、0769-22830161

邮 编：523000

传 真：-

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(东莞市桥头医院住院部十五楼层手术室设备及配套设施采购项目): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东洲际招标代理有限公司统一对外发布。

(2) 对广东洲际招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排

序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中标开一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除 10% ，即：评标价=投标报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予 1% 的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额**30%**以上的。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	参照招标公告附件资格条件承诺函格式（或自拟格式）提供相关承诺。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	参照招标公告附件资格条件承诺函格式（或自拟格式）提供相关承诺。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	参照招标公告附件资格条件承诺函格式（或自拟格式）提供相关承诺。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照招标公告附件资格条件承诺函格式（或参照投标函格式或自拟格式）提供相关承诺。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。按投标函相关内容承诺。
8	其他要求	本项目不接受分公司投标（响应）。
9	资质要求	①投标人为经营企业的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》（具备相应经营范围）。②投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得《医疗器械生产许可证》（具备相应生产范围）。③投标产品若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
10	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目非专门面向中小企业。【注：1、“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；2、投标（响应）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》；3、如供应商提供的《中小企业声明函》存在所属行业或划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任】。

表二符合性审查表:

采购包1（东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目）:

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标（响应）报价	①投标（响应）报价未超出预算金额或最高限价（如有），且满足采购文件要求。 ②报价为固定价，方案为固定不可选择的。
2	投标（响应）有效期	投标（响应）有效期满足采购文件要求。
3	投标（响应）文件的签名和盖章	投标（响应）文件的签名和盖章符合要求。
4	投标（响应）文件商务部分响应情况	投标（响应）文件商务部分未出现以下情况：①采购文件商务部分带“★”的条款有负偏离的；②《商务条件响应表》未按采购文件要求填写；③供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；④其它未实质性响应采购文件商务要求的。
5	投标（响应）文件技术部分响应情况	投标（响应）文件技术部分未出现以下情况：①采购文件技术部分带“★”的条款有负偏离的；②《技术和服务要求响应表》未按采购文件要求填写；③其它未实质性响应采购文件技术要求的。
6	其它情形	未出现法律、法规或采购文件中规定投标（响应）无效的其它情形。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分	
	技术参数响应情况 (10.0分)	根据投标人对“第二章 采购需求”中加注“▲”号的条款（共20条）进行评分：每满足一项得0.5分，最高得10分。【投标人必须按照《技术和服务要求响应表》要求逐条响应，并按以下要求提供证明材料：①单项条款中有要求的按要求提供证明材料；②其余的需在投标文件中提供所投产品彩页或技术白皮书或制造商的公开网址链接（及参数截图）或制造商对所投设备技术参数出具的证明。】

技术部分	项目实施方案 (15.0分)	对投标人根据“第二章 采购需求”提供的项目实施方案进行评分：①项目实施方案详尽全面，有针对本项目有明确具体的计划安排，对设备的运输过程有针对性保障手段、明确实施所需的人员、物资和设备等资源，并安排合理，得15分；②项目实施方案较全面，有针对本项目有较明确的计划安排，对设备的运输过程有较好的保障手段、明确实施所需的人员、物资和设备等资源，安排较合理，得11分；③项目实施方案基本完整，有针对本项目有基本明确的计划安排、对设备的运输过程有基本的保障手段、基本明确实施所需的人员、物资和设备等资源，安排合理，得7分；④项目实施方案一般，有针对本项目有简单的计划安排、对设备的运输过程有简单的保障手段、无明确实施所需的人员、物资和设备等资源，安排简单或无安排，得3分；⑤未提供不得分。
	培训方案 (11.0分)	对投标人根据“第二章 采购需求”提供的培训方案进行评分：①培训方案详尽全面，有针对本项目为采购人提供专人指导，有完整的培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，确保采购人技术人员能够全面掌握设备的基本操作、日常维护、故障排除及优化使用等知识并提供具体措施，得11分；②培训方案较全面，有针对本项目为采购人提供专人指导，有基本完整的培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得8分；③培训方案基本完整，培训内容简单，对操作培训只有非常简单的操作指引，得5分；④培训方案有缺漏或缺乏合理性，难以确保采购人技术人员掌握设备操作，得2分；⑤未提供不得分。
	售后服务方案 (12.0分)	对投标人根据“第二章 采购需求”提供的售后服务方案进行评分：①售后服务方案内容详尽全面，有完整合理的部署规划，有安排专人响应采购人的维修要求及服务沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行的操作维修处理方法，完全满足项目要求，得12分；②售后服务方案内容较全面，有较完整合理的部署规划，有安排专人响应采购人的维修要求及服务沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有较完整的操作维修处理方法，满足项目要求，得9分；③售后服务方案内容基本完整，有基本的部署规划，有安排专人响应采购人的维修要求及服务沟通，有专业的售后服务人员，对需维修的设备有基本的操作维修处理方法，部分满足项目要求，得6分；④售后服务方案有缺漏或缺乏合理性，维修服务安排无法满足项目要求，得3分；⑤未提供不得分。
	质量保证措施 (12.0分)	对投标人根据“第二章 采购需求”提供的质量保证措施进行评分：①质量保证措施有明确详细的计划和步骤，根据采购需求编制了系统科学、合理可行的质量控制点和应对措施，整体措施内容与采购需求紧密相关，能有效确保项目质量，得12分；②质量保证措施与采购需求较为匹配，包含了关键的质量控制点，并能针对常见问题提供相应的应对措施，能为项目质量提供较为全面的基础保障，具备一定可行性，得9分；③质量保证措施基本能对应采购需求，部分关键质量控制点未被充分涵盖，对项目质量的保障作用有限，得6分；④质量保证措施有缺漏或缺乏合理性，对项目质量的保障较差，得3分；⑤未提供不得分。

商务部分	项目业绩 (5.0分)	投标人具有手术间层流（净化）设备采购或安装或销售或改造工程业绩，每个得1分，最高得5分。注：须提供合同、相关设备清单复印件加盖投标人公章。
	企业认证情况 (3.0分)	投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的以下认证证书：①质量管理体系认证证书；②环境管理体系认证证书；③职业健康安全管理体系认证证书；每个得1分，最高得3分。注：须提供证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”网站（ http://cx.cnca.cn ）查询状态为有效的截图，上述材料加盖投标人公章；如企业因成立时间不足3个月而未能取得上述认证证书，可按对应标准得分。
	拟投入的技术负责人情况 (2.0分)	投标人拟投入的技术负责人（仅1人）具有人力资源和社会保障部门（含原人社部门）颁发的中级或以上工程师证书（专业为暖通空调类），得2分。注：须同时提供：①人员证书、②投标人近6个月内任意1个月为其缴纳的社保证明，复印件加盖投标人公章。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1：

（1）评标委员会成员规定的评审程序、评审方法和评审标准，就每个投标人的技术、商务、价格等内容进行评审，独立评出各投标人的技术得分、商务得分、价格得分，然后进行汇总；评标委员会成员对各项评审因素评分的算术平均值即为该项目的汇总得分；商务得分、技术得分和价格得分汇总得出综合得分。（2）评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，向采购人推荐3名中标候选人，并编写评标报告。（3）不同投标人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、投标报价及技术得分均相同的，评标委员会成员通过表决，以少数服从多数原则，决定列前中标候选人。（4）评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。（5）提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品品牌为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照第（3）点规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

（1）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

（2）投标文件提供虚假材料的。

（3）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（4）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

合同编号：_____

甲方：_____

乙方：_____

根据《中华人民共和国民法典》及广东洲际招标代理有限公司（项目编号：_____）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及相关配套服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

- 1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；
- 2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；
- 3、乙方在投标书中承诺的维护、升级服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

序号	货物名称	型号规格	制造商	单位	数量	单价	金额	交货期	备注
1									
2									
3									
4									
5									
....									
金额合计									

三、价格

- 1、合同总价：（人民币）大写_____（¥_____）。

2、总价须包含完成本次招标所有服务内容的设备费、材料费、运输费、人工费、职业病危害放射防护评价技术服务费、洁净环境检测费、设备因验收而发生的检测费和调试费、人工费、安装费、实施过程产生的水电费、各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用和售后服务费等完成合同规定的责任和义务、达到合同目的的一切费用。

- 3、本合同价为固定不变价。

四、交货

- 1、双方签订合同且接到甲方书面进场通知后120天内完成交货、安装及验收。
- 2、交货地点：_____（或甲方指定地点：_____）。

五、质保期及售后服务要求

- 1、乙方免费送货至甲方指定地点，负责上门安装、调试及试运行工作。
- 2、本项目整体质保期不得少于2年，保修期自验收合格且乙方和甲方在验收单上签字之日起计算。质保期内乙方应免费提供设备在正常使用情况下的维修服务；在非人为因素情况下，除耗材更换费用由甲方负责外，其他一切维修费用（含零部件更换）均由乙方负责。
- 3、质保期内，乙方应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴，具有完善的售后服务体系，并对产品提供维修服务。甲方使用过程中如出现故障，乙方应在接到甲方通知后1小时做出响应，4小时内派工程技术人员到达现场维修。

六、包装、保险及发运、保管要求

- 1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 2、乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运等。
- 3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
- 4、设备在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
- 5、设备在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
- 6、设备送至甲方指定地点的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

七、安装、调试要求

- 1、由乙方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试，并与甲方完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，乙方安装调试人员一切费用自理。
- 2、在项目安装、调试过程中，所产生的水电费均由乙方自行承担。

八、质量保证要求

- 1、乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，并提供货物出厂合格证、使用说明书、货物配置清单等相关资料。
- 2、甲方使用过程中实际发现的货品瑕疵责任，对此乙方仍应承担无条件包修、包换或者包退的质量保证责任，并承担修理、调换或退货所发生运费、维修人员交通差旅费等费用以及甲方因此造成的全部损失。

九、培训要求

培训（所需费用包含在投标报价中）：

- 1、现场培训：乙方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训，直至甲方基本掌握使用操作、维护保养技术。
- 2、专门培训：乙方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训甲方技术人员，直到甲方参训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
- 3、培训方式：技术培训、操作培训。
- 4、培训人员、地点和时间：参训人员由甲方确定，培训地点和时间由双方商定。

十、其他

- 1、本需求书中涉及所有产品的尺寸、重量允许出现合理范围内的偏差，若不能满足甲方的使用要求，应根据甲方的实际需求进行调整。
- 2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
- 3、乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，甲方将有权单方面终止合同。
- 4、因产品的质量问题的发生争议，由广东省或东莞市市场监督管理部门进行质量鉴定。甲方与乙方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省市场监督管理部门与东莞市市场监督管理部门的鉴定结论不一致的，以广东省市场监督管理部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

十一、索赔

设备在安装调试后未能达到乙方在投标文件中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决：

- 1、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方面中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。
- 2、由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方货款中扣除。

十二、付款

- 1、甲方以人民币货币形式支付给乙方。

2、付款方式：

1期：支付比例30%,合同签订后，乙方提交预付款申请，且甲方在收到发票后10个工作日内支付合同总金额的30%；

2期：支付比例**30%**，本项目所采购的洁净手术室电解钢板全部到达指定安装位置，乙方提交进度款申请，且甲方在收到发票后**10**个工作日内支付合同总价的**30%**；

3期：支付比例**30%**，本项目所采购的洁净手术室医用净化空气处理机组全部到达指定安装位置，乙方提交进度款申请，且甲方收到发票后在**10**个工作日内支付合同总价的**30%**；

4期：支付比例**10%**，本项目完工并经验收合格后，乙方提供验收报告，并提交完工验收款申请，甲方在收到发票后**10**个工作日内支付合同总金额的**10%**。

备注：如甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

3、所有与乙方有关的银行费用由乙方负担，与甲方有关的银行费用由甲方负担，在支付过程中出现的所有利息费用则由乙方承担。

4、甲方有权从已付货款中扣减乙方在按合同中规定应付违约金或赔偿。

十三、设备清单：见附件

十四、合同分包

本项目在实施过程中若有部分涉及到需具备国家法定必须具有的资质方能执行的，如乙方不具备相应资质，须将此部分专业分包给具有相应资质的供应商，须分包部分及拟分包供应商须经甲方同意后方可分包，乙方须对该分包部分内容承担连带责任。如未经过甲方同意，由此引发的一切责任、问题及费用由乙方承担。

十五、验收要求

1、本项目验收须符合国家、广东省、东莞市及行业的现行标准、规范的要求，符合医院洁净手术部建筑技术规范，乙方应委托具有资质的第三方检测机构按照设计文件和有关标准规范对洁净室内洁净度等指标进行检测，并出具检测合格报告，费用由乙方承担。

2、乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在甲方监督下现场进行验收。

3、对于验收不合格的部分，乙方须进行整改直至验收合格为止。

4、乙方需负责向相关部门办理相关报验收手续，并保证按时完成验收手续，确保设备正常使用，由此产生的费用全部由乙方承担。

十六、实施要求

1、乙方必须详细了解招标文件中的规定与要求，并充分预见本项目招标文件所列示的采购内容，提供对应设备和实施工作，由此产生的任何费用增加，均由乙方承担，甲方不予任何追加。

2、乙方必须在项目实施现场显眼位置设置正规工作警示牌，标注“工作进行中，注意安全”等语言。靠近人行通道边（或甲方认为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围蔽（板材的标准必须得到甲方的许可）。

3、乙方必须安全文明工作，确保项目实施场地区域道路通畅，保持现场整洁，做到工完场清。

4、乙方必须在项目实施过程中注意自身及周边安全，负责项目实施过程中的所有事故处理和费用，如有对现状有损坏的，需对现状进行修复。

5、乙方必须完成以下工作：**a**、实施场地区域内保洁工作（含清理栅栏）；**b**、保洁标准与实施场地区域内的原有保洁标准相同；**c**、实施区域及周边的恢复工作；**d**、设备安装完成后的调试工作。上述工作属采购项目范围内。

6、乙方必须制定安全管理机构和安全管理责任制，配备专职安全员，并认真落实各项安全管理规定。

7、所有服务人员都要经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程，因违规操作引起的一切后果由乙方负责。

8、项目实施过程中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。

9、对作业现场进行严格安全管理。禁止在项目实施场所吸烟，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因工作等特

特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施。在作业现场进行动火作业的，事前应对现场的可燃物进行清理或隔离，事中应当安排专人进行现场安全管理，事后应对现场进行检查清理。因未按要求落实管理而引起的一切后果由乙方承担。

10、乙方须接受甲方、监督单位（如有）对项目实施过程中安全生产的监督。

11、项目实施期间发生任何安全责任事故，由乙方承担一切责任。

12、乙方确保房屋的安全，禁止破坏支撑整个建筑结构的承重墙体，否则，由此引发的一切安全责任事故及法律后果由乙方承担。

13、项目实施过程中，所产生的水电费均由中标人自行承担。

十七、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额**20%**的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额**5%**的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额**2‰**向对方偿付违约金。逾期交付超过**15**天，甲方有权终止合同。

4、甲方逾期付款，则每日按合同总额**2‰**向对方偿付违约金。

十八、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为甲方所在地有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十九、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

二十、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

二十一、合同生效及终止

1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、合同期满本合同自然终止。

二十二、其它

1、本合同所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖公章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同正本___份，甲、乙各执___份，副本___份，甲方___份，乙方___份，采购代理机构一份（用于办理合同备案手续，在合同签订之日起**7**个工作日内由乙方递交）。

5、本合同合计___页**A4**纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖公章）： 乙方（盖公章）：

甲方法定代表(签字)： 乙方法定代表(签字)：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订时间：

签订地点：

合同附件（合同编号： ）

附件1.中标通知书

附件2.招标文件

附件3.投标文件

附件4.设备清单

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**441900015-2025-00532**

采购项目编号：**441900015-2025-00532**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广东洲际招标代理有限公司

你方组织的“东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目”项目的招标[采购项目编号为：441900015-2025-00532]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

(一) 按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

(二) 本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

(三) 我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

(四) 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

(五) 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(六) 我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

(七) 我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(八) 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(九) 我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

(十) 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(十一) 投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

(1) 对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(2) 对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

(3) 对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十二) 我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

(十三) 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

(1) 我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

(十四) 如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

(十五) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十六) 以上内容如有虚假或与事实不符的, 评标委员会可将我方做无效投标处理, 我方愿意承担相应的法律责任。

(十七) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地 址: _____ 邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____ 电子邮箱: _____

代表姓名: _____ 职 务: _____

投标人法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字或盖章: _____

投标人名称 (盖章): _____

日期: 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东洲际招标代理有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目”项目采购[采购项目编号为441900015-2025-00532]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：东莞市桥头医院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

中小企业声明函（货物）

■ ■ ■ ■ ■ ■

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期： 年 月 日

1: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报

2: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责, 投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中, 投标人希望获得中小企业扶持政策支持, 应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分, 或者不能确定相关信息真实、准确的, 不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：_____（盖章）_____，乙公司全称：_____（盖章）_____，.....公司全称：_____（盖章）_____，

_____年____月____日，_____年____月____日，_____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
- 2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
- 3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东洲际招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目招标中获中标（采购项目编号：441900015-2025-00532），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东洲际招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： _____
投标人法定地址： _____
投标人授权代表（签字或盖章）： _____
电 话： _____
传 真： _____
承诺日期： _____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东洲际招标代理有限公司

我单位已登记并准备参与“东莞市桥头医院住院部十五楼层流手术室设备及配套设施采购项目”项目（采购项目编号：441900015-2025-00532）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： _____
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： _____
地址/邮编： _____
电话/传真： _____
日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
 - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
 - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____ (盖章)
联系地址：_____
联系电话：_____
开立日期：__年__月__日

采购合同履约保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____ (盖章)

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日