

半

单一来源采购方式专业人员论证意见

人员信息	姓名：刘林凯	
	职称：高级工程师	
	工作单位：大庆龙南医院	
项目信息	项目名称：佳能 640CT 球管采购	
	供应商名称：佳能医疗系统（中国）有限公司	
人员论证意见	球管是CT的重要组成配件 也是CT最大的消耗配件。原厂 球管在设备匹配程度、安全 可靠性、在设备使用与精度等 各方面都是无法比拟的。故 建议从原厂或原厂的代理商处 以单一来源方式采购。	
人员签字	刘林凯	日期 2025 年 3 月 3 日

本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	罗海波
	职称:	高级工程师
	工作单位:	大久市中医医院
项目信息	项目名称:	佳能 640CT 球管采购
	供应商名称:	佳能医疗系统(中国)有限公司
专业人员论证意见	<p>球管是CT设备的关键部件,且其安装结构及技术参数都有其独特性,是其他厂家的球管无法替代的,只有原厂或有其授权的经销商提供的球管才能满足设备正常运行需求,故建议采取单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	罗海波	日期 2025 年 3 月 31 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王浩财	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 东北石油大学医院	
项目信息	项目名称: 佳能 640CT 球管采购	
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员论证意见	<p>CT属于重要的医疗诊断设备,其性能的稳定性和使用寿命尤为重要。球管是该设备的主要配件,只有原厂或原厂指定的代理商提供的配套球管,才能保证该设备的安全使用和有效运行。佳能医疗系统(中国)有限公司作为指定地区的唯一代理商,所提供的球管能够满足本项目的采购需求,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定。故建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	王浩财	日期 2025 年 3 月 3 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。