

招标公告

项目概况

公安部鉴定中心超高效液相色谱多重碎裂质谱联用分析系统采购项目（第二次）的潜在投标人应在中招联合招标采购平台：
[（http://www.365trade.com.cn）](http://www.365trade.com.cn) 获取招标文件，并于 2025 年 11 月 24 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TC250F0AX

项目名称：公安部鉴定中心超高效液相色谱多重碎裂质谱联用分析系统采购项目（第二次）

预算金额：人民币 565.8 万元

最高限价：人民币 565.8 万元

采购需求：

序号	货物名称	数量/单位	主要技术指标要求	质保期	交货期	交货地点	是否为本项目核心产品	是否允许进口产品
1	超高效液相色谱多重碎裂质谱联用分析系统	1/套	★1.最大操作压力：≥130MPa。 ★2.样品瓶容量：≥160位（标准2mL/1.5mL样品瓶）； ★3.有独立的电喷雾离子源和独立的大气压化学电离源，可以快速切换，不需要放空质谱真空系统； ★4.离子源接口：离子源接口采用锥孔方式，适用于100%有机相到100%水相，配备主动废气排放装置；	安装调试合格且验收合格后，免费质保1年，其中质谱检测器保修不少于3年	签订合同后90日内	采购人指定地点	是	是

序号	货物名称	数量/单位	主要技术指标要求	质保期	交货期	交货地点	是否为本项目核心产品	是否允许进口产品
			★5.四极杆质量范围：5~2000 m/z。 ★6.高分辨率质量分析器质量范围：20~40000 m/z； ★7.信息关联扫描模式下的最大MS/MS扫描速度≥130Hz； ★8.具有数据非依赖扫描模式，一轮循环跨越可变窗口≥150个；能够在对复杂样品进行一次分析时，记录所有可能的前体离子和碎片离子。					

注：

(1)技术参数的具体要求详见招标文件第四章货物及伴随服务需求。

(2)“★”为关键技术条款（实质性指标），不满足该指标项将导致投标被拒绝。

合同履行期限（交货期）：签订合同后 90 日内。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

2.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 从中招国际招标有限公司正式获得了本项目的招标文件。

落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.3 本项目为非专门面向中小企业。

本项目的特定资格要求：

2.4 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025 年 10 月 31 日 至 2025 年 11 月 7 日，每天上午 09:00 至 11:00，下午 13:30 至 16:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：线上购标，具体操作流程详见附件《特别告知》。

方式：线上购标，具体操作流程详见附件《特别告知》。

招标文件售价：每包/每套人民币 350 元；若邮购，每份加收人民币 50 元。招标文件售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025 年 11 月 24 日 09:30（北京时间）。

地点：中招国际招标有限公司六层会议室（具体会议室详见中招公司六层大屏幕）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

6.1 本项目的招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。

6.2 采购项目需要落实的政府采购政策：政府强制采购的节能产品、环境标志产品、政府采购促进中小企业发展、政府采购项目支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业、政府采购信用担保等相关政策详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：公安部鉴定中心

地址：北京市西城区木樨地南里 17 号

联系方式：(010) 83752752

2. 采购代理机构信息

名 称：中招国际招标有限公司

地 址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 601A 室

联系方式：(010) 62108246、62108186

3. 项目联系方式

项目联系人：钱卉卉、李振、刘雨婷、韩颖、杨凡

电 话：(010) 62108246、62108186

八、附件

8.1 《特别告知》

8.2 《招标公告原文》