

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李敏	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 武汉大学中南医院	
项目信息	项目名称: 鄖西县中医医院电子胃镜采购项目	
	供应商名称: 湖北人福医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>考虑到原设备的软硬件兼容和后续服务的连续性、完整性。(该设备与其它厂家的软硬件系统无法兼容。)</p> <p>另为保证原有项目采购的一致性和服务配套的要求,需继续从原供应商处采购,因湖北人福医疗科技有限公司是省内唯一的授权代理商,故建议从湖北人福医疗科技有限公司进行单一来源采购。</p>	
专业人员签字	李敏	日期 2024 年 10 月 18 日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 潘群	
	职称: 中级	
	工作单位: 武汉市第一医院	
项目信息	项目名称: 鄢西县中医医院电子胃镜采购项目	
	供应商名称: 湖北人福医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>为保证与旧电子胃镜系统兼容, 硬件兼容, 对提升后续服务的连续性, 使购进的设备与旧系统匹配兼容, 根据《政府采购法》第三十一条第一项规定, (三) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求, 需要继续从原供应商处添购, 满足单一来源采购要求, 湖北人福医疗科技有限公司是湖北省授权的唯一代理商, 建议从湖北人福医疗科技有限公司进行单一来源采购。</p>	
专业人员签字	潘群	日期 2024 年 10 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>姚迪</u>	
	职称: <u>副主任</u>	
	工作单位: <u>湖北省肿瘤医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>鄖西县中医医院电子胃镜采购项目</u>	
	供应商名称: <u>湖北人福医疗科技有限公司</u>	
专业人员论证 意见	<p>该院原使用豪雅电子胃镜系统,其设备硬件接口与其他厂家不兼容,豪雅胃镜需要继续从原供应商处购置,满足单一来源采购的要求,建议依法采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字		日期 <u>2024</u> 年 <u>10</u> 月 <u>18</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。