

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杜书立
	职称:	主任医师
	工作单位:	江门市妇幼保健院
项目信息	项目名称:	鹤山市共和镇卫生院采购佳能 32 层螺旋 CT 机配套球管项目
	供应商名称:	北京天勤安捷技术发展有限公司
专业人员 论证意见	<p>鹤山市共和镇卫生院现有的 X 线计算机断层摄影设备(型号为 Agilicon lighting TSX-035A)的球管已损坏,无法正常工作,为确保 CT 正常使用,需采购与该设备匹配的专用球管。与该设备匹配的专用球管 CX15-500B,为进口设备,只有设备原厂佳能医疗系统可以提供,无其他替代产品。北京天勤安捷技术发展有限公司在中国大陆地区是佳能 CT 球管唯一经销商。而北京天勤安捷技术发展有限公司为江门地区销售该产品总代理商。因此,本项目只能由北京天勤安捷技术发展有限公司提供原厂同型号的新球管。本项目采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的第(一)款单一来源采购。</p>	
专业人员签字	杜书立	日期 2024 年 12 月 11 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 邓杰文	
	职称： 工程师	
	工作单位： 新会人民医院	
项目信息	项目名称： 鹤山市共和镇卫生院采购佳能 32 层螺旋 CT 机配套球管项目	
	供应商名称： 北京天勤安捷技术发展有限公司	
专业人员 论证意见	<p>鹤山市共和镇卫生院现有的 X 射线计算机体层摄影设备（型号 Aquilion Lightning TSX-036A）的球管损坏。为保证设备的正常使用，需采购与该设备匹配的专用球管，型号为 CXB-500B，为进口产品，只有设备原厂佳能医疗系统（中国）有限公司可以提供，暂无替代品。佳能医疗系统（中国）有限公司授权北京众企佳业医疗设备有限公司为在中国区销售佳能 CT 球管的唯一经销商，且北京众企佳业医疗设备有限公司又授权北京天勤安捷技术发展有限公司为其在江门市等地区销售（进口）佳能 CT 机 Aquilion Lightning TSX-036A 设备 CXB-500B 球管的唯一代理商。因此，为保证采购的球管与原设备匹配，本项目只能由北京天勤安捷技术发展有限公司提供配套的球管，以保证设备的正常使用。本项目采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的第（一）款所述情形。</p>	
专业人员签字	邓杰文	日期 2024 年 12 月 11 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 冯健亮	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 江门市中心医院	
项目信息	项目名称: 鹤山市共和镇卫生院采购佳能 32 层螺旋 CT 机配套球管项目	
	供应商名称: 北京天勤安捷技术发展有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购单位原有X射线计算机断层摄影设备(型号为: Aquilion Lightning TSX-036A)的球管已损坏,无法正常工作。为保障医疗需求,设备正常使用,需采购与该设备匹配的专用球管维修更换。与该设备匹配专用球管型号为 CXB-50B 为进口设备,只该设备原厂佳能医疗系统(中国)有限公司提供,无任何替代。佳能医疗系统(中国)有限公司授权北京金佳世医疗设备有限公司为其在中国销售 CT 球管唯一经销商,北京金佳世医疗设备有限公司又授权北京天勤安捷技术发展有限公司为其在江门地区销售(进口)佳能 CT 机 Aquilion Lightning TSX-036A 设备 CXB-50B 球管唯一代理商。鉴于以上情况,为保证采购球管与采购单位原有X射线计算机断层摄影设备匹配,保证更换球管符合设备使用性能,本论证意见由北京天勤安捷技术发展有限公司提供原厂规格书新球管保证正常使用。本论证意见符合《招标投标法》第二十一条规定。</p>	
专业人员签字		日期 2024 年 12 月 11 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。