

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |               |
|----------|--|---------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 何林东  |               |
|          | 职称: 高级工程师  |               |
|          | 工作单位: 天津信金地产投资有限公司   |               |
| 项目信息     | 项目名称: 天津市安定医院全自动片剂摆药机原厂耗材采购项目  |               |
|          | 供应商名称: 国药控股天津有限公司  |               |
| 专业人员论证意见 | <p>天津市安定医院使用的日本阳山牌(YUYAMA)YS-TR-260FDS II全自动片剂摆药机, 设备匹配, 机器也在保修期内。该项目所需的包药纸和碳带必须符合该摆药机专用, 其他品牌的使用会造成摆药机损坏。建议通过单一来源方式购买日本阳山牌包药纸及定制碳带。</p> |               |
| 专业人员签字   | 何林东  | 日期: 2024年4月7日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |              |
|----------|--|--------------|
| 专业人员信息   | 姓名：王剑  |              |
|          | 职称：高工  |              |
|          | 工作单位：天津和平集团医药有限公司  |              |
| 项目信息     | 项目名称：天津市安定医院全自动片剂摆药机原厂耗材采购项目   |              |
|          | 供应商名称：国药控股天津有限公司   |              |
| 专业人员论证意见 | <p>我院现用日本汤山片剂CYUYAMR YS-TR-260FDS II全自动片剂摆药机</p> <p>1. 该摆药机处于保修期内，因原厂耗材问题造成机器部件受损，设备生产厂家不提供正常维修服务，需另外付费，且影响设备使用</p> <p>2. 原厂耗材与设备匹配度高，可降低相关风险，保证设备正常使用</p> <p>建议通过单一来源方式采购</p> |              |
| 专业人员签字   | 王剑   | 日期：2024年4月7日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 贾晶梅   |               |
|          | 职称: 高工  |               |
|          | 工作单位: 天津房地集团有限公司  |               |
| 项目信息     | 项目名称: 天津市安定医院全自动片剂摆药机原厂耗材采购项目   |               |
|          | 供应商名称: 国药控股天津有限公司   |               |
| 专业人员论证意见 | <p>1. 本项目现有日本汤山牌(YUYAMA)YS-TR-260FDSII全自动片剂摆药机, 此机器仍在质保期内。</p> <p>2. 本次采购原厂耗材需与此机器匹配, 其他品牌的使用易造成机器损坏。</p> <p>3. 故本项目建设通过单一来源方式进行原厂耗材采购。</p> |               |
| 专业人员签字   | 贾晶梅   | 日期: 2024年4月7日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。