

单一来源采购专业人员论证意见

主管预算单位	威远县卫生健康局				
采购单位	威远县人民医院				
项目名称	电子胃镜、肠镜采购项目				
项目背景	威远县人民医院消化内科于 2019 年购入富士胶片 BL-7000 电子消化道内窥镜及图像处理器主机，其配套使用的电子胃镜、电子肠镜因使用频率高、购置年限较长，设备性能已严重衰减，无法满足科室日常诊疗工作需求。科室申请采购检查及治疗用的电子胃镜、电子肠镜各 1 条，因该设备主机接口规格具有特殊性，仅同品牌(富士胶片)设备可实现完全兼容，确保设备正常运转及诊疗安全。				
专业人员论证意见	威远县人民医院拟采购的电子胃镜、电子肠镜需适配本院在用的富士胶片 BL-7000 电子消化道内窥镜及图像处理器主机。由于该设备主机接口规格具有特殊性，仅同品牌 EG-840T 电子消化道内窥镜、EC-760R-V/M 电子下消化道内窥镜与之匹配。四川天展铭海科技有限公司是设备生产商富士胶片(中国)投资有限公司的唯一经销商。 本项目符合《政府采购法》第三十一条规定，只能从唯一供应商处采购的情形。建议本项目采用单一来源方式采购。				
姓名	邱良	工作单位	威远县人民医院	职称	副主任护师

单一来源采购专业人员论证意见

主管预算单位	威远县卫生健康局				
采购单位	威远县人民医院				
项目名称	电子胃镜、肠镜采购项目				
项目背景	威远县人民医院消化内科于 2019 年购入富士胶片 BL-7000 电子消化道内窥镜及图像处理器主机，其配套使用的电子胃镜、电子肠镜因使用频率高、购置年限较长，设备性能已严重衰减，无法满足科室日常诊疗工作需求。科室申请采购检查及治疗用的电子胃镜、电子肠镜各 1 条，因该设备主机接口规格具有特殊性，仅同品牌(富士胶片)设备可实现完全兼容，确保设备正常运转及诊疗安全。				
专业人员论证意见	威远县人民医院本次拟采购的电子胃镜和电子肠镜，需匹配于该院在用的富士胶片 BL-7000 内窥镜图像处理器主机。该品牌主机接口规格特殊，仅有同品牌的 EC-840T 电子胃镜和 EC-760R-V/M 电子肠镜可以与之匹配，才能开展正常诊疗。四川晟铭海科技有限公司系以上两款内窥镜的生产厂家富士胶片(中国)投资有限公司在威远县人民医院所在区域的唯一经销商。 故本项目符合《政府采购法》第三十一条只能从唯一供应商处采购之情形，建议采用单一来源方式采购。				
姓名	张维柏	工作单位	威远县人民医院	职称	中技

单一来源采购专业人员论证意见

主管预算单位	威远县卫生健康局				
采购单位	威远县人民医院				
项目名称	电子胃镜、肠镜采购项目				
项目背景	威远县人民医院消化内科于 2019 年购入富士胶片 BL-7000 电子消化道内窥镜及图像处理器主机，其配套使用的电子胃镜、电子肠镜因使用频率高、购置年限较长，设备性能已严重衰减，无法满足科室日常诊疗工作需求。科室申请采购检查及治疗用的电子胃镜、电子肠镜各 1 条，因该设备主机接口规格具有特殊性，仅同品牌(富士胶片)设备可实现完全兼容，确保设备正常运转及诊疗安全。				
专业人员论证意见	威远县人民医院拟采购的电子胃镜、肠镜各 1 条与现有设备富士胶片 BL-7000 电子消化道内窥镜及图像处理器主机相匹配，方可兼容并保证设备正常运转及诊疗安全。 四川东辰医疗科技有限公司是现有设备供应商富士胶片(中国)投资有限公司在威远县人民医院所在地唯一授权的/全权经销商，具有唯一性。 综上所述，本项目符合《政府采购法》中从唯一供应商处采购的情形。建议本次采购采用单一来源方式实施采购。				
姓名	张宁	工作单位	市医院(退休)	职称	高级