

附件：

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：	刘子
	职称：	高级工程师
	工作单位：	绵阳市人民医院
项目信息	项目名称：	2024 年医疗设备采购（第五批）
	供应商名称：	四川楷博科技有限公司 地址：四川省成都市成华区龙潭总部新城成宏路 68 号 2 幢 2 单元 11 层 1 号；二幢 2 单元 12 层 3 号
专业人员 论证意见	<p>该医院有电生理系统工作站为日本奥林巴斯 CVL-290/ CVL-290SL。由于电生理系统软件输出/输入接口的唯一性，要求与之工作站匹配相应的电生理系统软件奥林巴斯品牌。其他进口品牌或国产品牌的电生理系统无法匹配。</p> <p>四川楷博科技有限公司为四川地区日本奥林巴斯电生理系统唯一授权经销商。根据政府采购法第三十一条之规定，符合“只能从唯一供应商处购买”的情形。建议本次采购单一来源方式由四川楷博科技有限公司进行。</p>	
专业人员签字	刘子	2024 年 10 月 16 日

注：本表格中的专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件：

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张印子	
	职称：主任技师	
	工作单位：退休	
项目信息	项目名称：2024 年医疗设备采购（第五批）	
	供应商名称：四川楷博科技有限公司	
	地址：四川省成都市成华区龙潭总部新城成宏路 68 号 2 幢 2 单元 11 层 1 号；二幢 2 单元 12 层 3 号	
专业人员 论证意见	<p>采购人员使用的安尔林巴斯 CV-290SL 电子胃肠镜系统，本次拟采购高清电子胃肠镜系统，必须与现有的设备配套使用，为保证培训质量，保证医疗效率及安全，四川楷博科技有限公司、安尔林巴斯唯一供应商。</p> <p>根据政府采购相关法律法规要求，该项目具有不可替代性，只能从唯一供应商处采购，故建议采取单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字	张印子	2024 年 10 月 16 日

注：本表格中的专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件：

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 邓燕玲	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 达州	
项目信息	项目名称： 2024 年医疗设备采购（第五批）	
	供应商名称： 四川楷博科技有限公司	
	地址： 四川省成都市成华区龙潭总部新城成宏路 68 号 2 幢 2 单元 11 层 1 号；二幢 2 单元 12 层 3 号	
专业人员 论证意见	采购人拟采购的高清电子胃肠镜系统需要与现有的奥林巴斯 CV-290/CLV-290SL 电子胃肠镜主机/光源相匹配，货物具有不可替代性，为保障与采购项目一致性和功能配套，需要继续从原供应商处添购。	
专业人员签字	邓燕玲	2024 年 10 月 16 日

注：本表格中的专业人员论证意见由专业人员手工填写。