

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	麻醉机 1 台
拟采购产品金额	450000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目（麻醉机）
采购项目所属项目金额	795000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 进口麻醉机具有更好的安全稳定性，比如其使用的风箱可以更直观地监测麻醉机的通气运行情况，并且能够通过动态潮气量补偿，保证通气的精准进行。另外整体回路提供了恒温加热功能，可以保证患者在通气的时候水汽不会在回路中过多的堆积，并且保证患者能够进行更舒适的通气。国产虽然也有恒温加热功能，但水汽会堆积在回路中，所以国产麻醉机需另外配置积水杯来弥补回路技术上的不稳定；进口麻醉机核心部件挥发罐可以做到十年免维护，保证使用和麻醉用药的精准，更好地保证病人安全。	

三、专家论证意见

专家姓名: 李玲

工作单位: 河南嘉同律师事务所

专家意见: 根据《政府采购进口产品管理办法》、《关于政府

采购进口产品管理有关问题的通知》相关规定, 结合
项目采购需求, 市场调研情况, 国内外同类设备技术
参数对比开展论证:

经核查, 本次拟采购设备未列入国家明文限
制、禁止采购进口产品目录, 不属于严控进口设备, 采购事
项符合现行法律法规, 政府采购进口产品管理规定及
国家产业政策要求。在国内外对国产同类设备开展技术比
对, 综合核心指标, 运行稳定性、检测精度, 配
套兼容性, 长期可靠性等指标研判, 现阶段国产同
类设备暂无法实现完全等效替代, 同意采购本次
进口产品。

专家签字:

李玲

2026 年 10 月 22 日