

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	何品如
	职称:	主任技师
	工作单位:	西安市中心医院
项目信息	项目名称:	主院区核磁共振设备拆移机服务采购项目
	项目采购预算:	18.6 万元
	供应商名称:	陕西康振医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>西安市中心医院飞利浦 Intera 1.5T 核磁共振拆移机单一来源论证意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 该设备拆移机必须由原厂培训合格工程师和原厂密钥以及专用工具完成。 2. 建议单一来源采购。 3. 由陕西康振医疗器械有限公司完成。 	
专业人员签字	何品如	2025 年 4 月 16 日
专业人员与项目专业相关性声明	相关专业	



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 贺基民	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 武警总医院	
项目信息	项目名称: 主院区核磁共振设备拆移机服务采购项目	
	项目采购预算: 18.6 万元	
	供应商名称: 陕西康振医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>该单位此前对原有设备飞利浦公司的核磁共振进行拆移机, 核磁共振设备的拆移, 专业性非常强, 技术要求较高, 且需设备厂家的专业人员进行操作. (因此建议采购单一来源方式进行招投. 由厂家在本地区唯一授权商陕西康振医疗器械有限公司实施。</p>	
专业人员签字	贺基民	2025 年 4 月 16 日
专业人员与项目专业相关性声明	相关专业知识。	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王安生	
	职称:	高 2	
	工作单位:	西安交大一附医院	
项目信息	项目名称:	主院区核磁共振设备拆移机服务采购项目	
	项目采购预算:	18.6 万元	
	供应商名称:	陕西康振医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	因此服务为拆除1.5T核磁共振设备故对拆卸人员、设备要求较高要求,因原厂工程师技术专业、受过专业培训且拆除前退磁、降场等均有专用设备来完成,为保证此项服务的安全、高效的完成故建议从原厂所授权的厂家康振医疗器械有限公司采取单一来源的方式进行采购。		
专业人员签字	王安生		2025 年 4 月 16 日
专业人员与项目专业相关性声明	从事专业与本项目符合。		

单一来源采购方式专业人员综合论证意见

项目信息	项目名称：主院区核磁共振设备拆移机服务采购项目
	供应商名称：陕西康振医疗器械有限公司
日期	2025 年 4 月 16 日
专业人员综合 论证意见	<p>因此项服务拆除旧1.5T核磁共振设备故对拆除工作有较高的要求。因原厂^{培训}受过专业培训且具有专业的拆除、搬运等工作的专用工具，为保证此次工作的安全、高效故建议从原厂所授权的即陕西康振医疗器械有限公司采取单一来源的方式进行采购。</p>
专业人员签字	 
采购人签字	