

论证专家声明书

本人已接受招标人邀请，担任哈尔滨医科大学附属肿瘤医院纤维乳腺内窥镜镜头论证专家。

本人声明，本人在论证前未与招标人、招标代理机构、投标人发生可能影响评标结果的接触，不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物，不收受有关利害关系人的任何财物和好处。本人无国家或本市有关规定需要回避的情况。

作为政府采购评标专家，本人保证：将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》（国家计委第 29 号令）、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家计委第 12 号令）的规定，独立、客观、公正地履行专家职责。

特此声明

论证专家签名：

张新 姜庆 王书平

2024 年 12 月 3 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜彦
	职称: 教授
	工作单位: 黑龙江旅游职业技术学院
项目信息	项目名称: 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院纤维乳腺内窥镜镜头
	供应商名称: 哈尔滨修仁科技有限公司
专业人员论证意见	<p>1. 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院现有设备STORZ内窥镜摄像系统主机和套STORZ品牌内窥镜附件已停产。</p> <p>2. 只有日本FiberTech品牌纤维乳腺内窥镜能够与之匹配。</p> <p>3. FiberTech中国区总代理上海安西电子科技有限公司授权哈尔滨修仁科技有限公司作为该项目的独家经销商。</p> <p>综上所述: 该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”情形。建议采用单一来源采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">姜彦</div> <div>日期 2024年12月3日</div> </div>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王伟
	职称: 副主任医师
	工作单位: 黑龙江省肿瘤医院
项目信息	项目名称: 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院纤维乳腺内窥镜镜头
	供应商名称: 哈尔滨修仁科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目采购纤维乳腺内窥镜镜头。哈尔滨医科大学附属肿瘤医院现有STORZ品牌内窥镜系统1台,型号2012020,内窥镜系统1台,型号204020。STORZ品牌内窥镜系统目前已停产,经测试,只有日本FiberTech品牌纤维乳腺内窥镜能匹配并成功连接该设备进行工作获取优质图像。市场上其他品牌内窥镜不能与设备连接。日本FiberTech中国区总代理上海西电子医疗设备有限公司授权哈尔滨修仁科技有限公司作为哈尔滨医科大学附属肿瘤医院的独家经销商。</p> <p>综上所述,该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的情形”,建议采用单一来源方式。</p>
专业人员签字	<div>王伟</div> <div>日期 2024年12月3日</div>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张世斌
	职称: 副主任技师
	工作单位: 黑龙江省疾病预防控制中心
项目信息	项目名称: 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院纤维乳腺内窥镜镜头
	供应商名称: 哈尔滨修仁科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该项采购的纤维乳腺内窥镜镜头, 是为与医院现有STORZ品牌内窥镜摄像系统型号20212020、型号201340201内窥镜冷光源系统配套使用。因STORZ品牌镜头已停产, 经测试只有日本FiberTech品牌纤维乳腺内窥镜能匹配并成功连接医院原有设备, 且能获取优质图像, 市场上其他品牌产品不能与原有设备匹配连接。日本FiberTech中国区总代理上海安西电子医疗设备有限公司授权哈尔滨修仁科技有限公司作为哈尔滨医科大学附属肿瘤医院内窥镜的独家经销商。</p> <p>综上所述, 该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的情形, 建议采用单一来源采购方式。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">张世斌</div> <div style="text-align: right;">日期 2026年12月3日</div> </div>

专家论证意见汇总

项目名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院纤维乳腺内窥镜镜头


采购人：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

论证内容：单一来源采购方式论证

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院现有 STORZ 品牌内窥镜摄像系统 1 台，型号 20212020，内窥镜冷光源系统 1 台，型号 20134020。STORZ 品牌乳管镜目前已经停产，经测试，只有日本 FiberTech 品牌纤维乳腺内窥镜能匹配并成功连接该设备进行工作，获取优质图像。市场上其他品牌乳腺内窥镜不能与该设备匹配连接。日本 FiberTech 中国区总代上海安西电子医疗设备有限公司授权哈尔滨修仁科技有限公司作为哈尔滨医科大学附属肿瘤医院的独家经销商。

综上所述，该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”情形，建议采用单一来源方式。

论证专家签字：



二〇二四年十二月三日