

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：360,000.00
采购包最高限价（元）：360,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A02329900 其他医疗设备	大邑县悦来镇公立卫生院CT球管采购项目	1.00（项）	360,000.00	工业	是	否	否	否	否

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	大邑县悦来镇公立卫生院CT球管采购项目	1.00（项）	360,000.00	总价	无

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02329900 其他医疗设备	大邑县悦来镇公立卫生院CT球管采购项目	大邑县悦来镇公立卫生院CT球管采购项目

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也

可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：大邑县悦来镇公立卫生院CT球管采购项目

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		技术参数与性能指标	▲1、阳极最大热容量：≥3.5（MHU）； 2、阳极靶角：≥7.0度； 3、大焦点在140KV条件下，曝光最大电流毫安量：≥300（mA）； ▲4、焦点最大功率要求：小焦点最大功率要求≥24KW；大焦点最大功率要求≥42KW； 5、焦点数量：≥2个； ▲6、焦点尺寸：大焦点≤1.1mm×1.0mm； ▲7、焦点尺寸：小焦点≤0.8mm×0.5mm； 8、标称电压：≥140（KV）； 9、启动时间：≥10（S）； 10、最大散热率：≥800KHU/MIN； 11、最小阳极转速：≥8400RPM； 12、球管最小总过滤：≥3.5mm铝当量； 13、连续阳极输入功率：≥2.7KW。
2		履约要求	1、投标人实施本项目应提供详细的项目服务方案：包含但不限于（①维护保养初步计划方案、②管理保障措施方案、③应急处理方案）； 2、投标人实施本项目应提供详细的项目售后方案：包含但不限于（①服务组织架构和服务体系；②服务计划；③售后服务人员安排；④售后服务管理制度）； 3、投标人应具有类似项目的履约能力。 注：“履约要求”作为评分因素，供应商未完全满足或仅按要求进行扣分，不影响其投标文件有效性。

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	服务要求	1、CT球管应适配采购人现有CT，型号为：Revolution Advance。 2、投标人所提供的货物，须为全新产品；货物包装需保持完整无损，外观无任何划伤、碰撞等瑕疵；同时，该货物不得侵犯任何第三方的知识产权。 3、投标人负责设备安装、调试，货物到达现场后，投标人接到采购人通知后24小时内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用，同时投标人负责处理本次更换下来的原有废旧球管，不得二次流入市场，所需的所有费用应包括在报价中。（提供单独的承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。）。) 4、投标人承诺在中标后签订合同前提供所投设备的合法合规来源渠道（提供软硬件合格证明等）的证明材料。（提供单独的承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。）。)

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	至合同签订之日起 30 日历天
2	★	交货地点	大邑县悦来镇公立卫生院
3		支付方式	一次付清
4	★	付款进度安排	1 、签订合同后，货物安装、调试、验收合格完毕能够正常使用并收到供应商出具的有效发票后，达到付款条件起 60 日内，支付合同总金额的 100.00%
5	★	验收、交付标准和方法	1 、履约验收主体：采购人。 2 、履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 15 日内进行验收。 3 、履约验收方式：由采购人组织相关专业人员进行验收。 4 、履约验收内容：本项目验收由采购人组织有关专业人员按招标文件所列的各项要求、中标人投标文件内容及承诺，签订的合同及验收所必须具备的其他材料进行验收。 5 、履约验收标准：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔 2016 ） 205 号）的要求及国家现行的有关法律法规和标准，招标文件要求、中标人的投标文件内容及承诺、签订的合同以及验收所必须具备的其他材料开展履约验收工作。
6	★	质量保修范围和保修期	1 质保期自验收合格之日起计算，质保时间为 1 年或累积使用 ≥20 万秒次，二者以先到为准。 2 质保期内出现质量问题，投标人在接到通知后 4 小时内响应到场， 24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经投标人 2 次维修仍不能正常使用，视作投标人未能按时交货，采购人有权退货并追究投标人的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，投标人亦应负责修复，但费用由采购人负担。 3 自合同签订之日起至保修期结束之日若因 CT 球管质量问题需要更换，在采购人提出更换要求 24 小时内更换新球管。
7	★	违约责任与解决争议的方法	按合同约定执行
8	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.其他要求

无