


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李以学	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 西安交大二附院	
项目信息	项目名称: 商南县医院紧急采购数字减影成像系统 DSA 球管项目	
	供应商名称: 陕西和泰德医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>本项目拟采购的数字减影成像系统 DSA 球管是目前正在使用的原装进口 GE Innova 3100 DSA、配套使用的专用核心部件。目前市面产品在电气性能和机械安装规格等方面无法与该球管完全匹配。因此,建议本项目采用单一来源方式采购。</p> <p>该项目由 GE 公司合法授权代理商“陕西和泰德医疗科技有限公司”提供产品。</p>	
专业人员签字		日期 2025 年 4 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	薛凯	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	商南县医院	
项目信息	项目名称:	商南县医院紧急采购数字减影成像系统 DSA 球管项目	
	供应商名称:	陕西和泰德医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	经阅读该项目文件,技术参数设置合理,性价比高。其采购项目 DSA 球管必须与原设备 Innova3100 血管机兼容匹配,且属于专用设备。为了原设备的正常运行,减少误差,需授权服务商完成;所以,本次单一来源采购《由授权商:陕西和泰德医疗科技有限公司》为供应商。		
专业人员签字	薛凯	日期	2025 年 4 月 2 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 许淑娥
	职称: 主任技师
	工作单位: 陕西富肿瘤医院
项目信息	项目名称: 商南县医院紧急采购数字减影成像系统 DSA 球管项目
	供应商名称: 陕西和泰德医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目拟采购的 DSA 球管是为该院应用的 GE Innova 3100 数字减影成像系统购置的配套使用的关键部件, 属专机专用, 任何第三方产品均无法与之完全匹配和兼容, 且经论证设备必须适配该设备影像质量。故建议该项目采用单一来源方式进行采购。</p> <p>由取得该项目合同书授权的陕西和泰德医疗科技有限公司提供服务。</p>
专业人员签字	<div data-bbox="560 1760 938 1874">许淑娥</div> <div data-bbox="938 1760 1364 1874">日期 2025 年 4 月 2 日</div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。