

内江市第一人民医院 2024 年超声刀手柄采购项目

单一来源采购方式论证报告

采购单位：内江市第一人民医院

二零二四年捌月



单一来源采购方式项目信息

采购单位	内江市第一人民医院
项目名称	内江市第一人民医院 2024 年超声刀手柄采购项目
项目背景	<p>1、我院现有超声高频外科集成系统主机，品牌为强生医疗，规格型号是GEN11CN，现需采购与该设备配套使用的超声刀手柄。为保障医院外科手术的安全及稳定的开展，现拟通过单一来源方式向强生授权经销商购买手柄。</p> <p>2、唯一性：GEN11CN为强生医疗独家设计和生产，其配件HP054CN具有唯一性，手柄HP054CN与主机GEN11CN为同一张注册证，注册证号为：国械注进20153010137，目前国内无可替代产品。</p> <p>3、兼容性：任何连接GEN11CN主机使用的配件，均必须检测与主机的兼容性，避免潜在的电击危险，HP054CN是唯一经过检测且只能与GEN11CN主机连接使用的配件，为确保配件与主机的兼容性，保证主机的稳定性及手术过程的医疗安全，故本项目采用单一来源方式采购。</p> <p>综上所述，四川航天卡迪医疗器械有限公司是强生医疗在内江市第一人民医院的唯一授权经销商，能够提供原厂配件，保证配件质量、合</p>

	<p>法来源及及时供应。符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定，故本项目拟采用单一来源采购方式实施采购。</p>
--	--

单一来源采购方式专业人员论证意见（二）

专业人员 信息	姓 名： 范泽贵	
	职 称： 律师	
	工作单位： 内江律师协会	
项目信息	项目名称： 内江市第一人民医院 2024 年超声刀手柄采购项目	
	供应商名称： 四川航天卡迪医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>本项目拟采购的产品，目前在国内尚无可替代的产品，为确保与医院现有的设备相匹配兼容，确保主机功能稳定性和诊疗安全，四川航天卡迪医疗器械有限公司是拟采购产品品牌商在内江市第一人民医院的授权经销商唯一，能够提供原厂配件，履行供货义务。根据《政府采购法》相关规定，建议同意本项目采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员 签字	范泽贵	日期： 2024 年 8 月 8 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见（三）

专业人员 信息	姓名：张宁	
	职 称：副主任检验师	
	工作单位：内江市第二人民医院	
项目信息	项目名称：内江市第一人民医院 2024 年超声刀手柄采购项目	
	供应商名称：四川航天卡迪医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>内江市第一人民医院拟采购2024年起超声刀手柄，因现有超声高频外科集成系统主机品牌为强生医疗，规格型号为GENIICN，是强生医疗独家设计和生产，其配件HP054CN与主机为同一张注册证（国械注进20153010137），国内国内无可替代产品，具有唯一性。且HP054CN是惟一经过检测，能与GENIICN主机连接使用的配件，方能兼容，确保主机的稳定性及手术过程的安全。</p> <p>四川航天卡迪医疗器械有限公司是强生医疗在内江市第一人民医院授权经销商（唯一），能够提供原厂配件，保证配件质量、合法采购及及时供应。</p> <p>经研究决定，该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定。建议本项目采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员 签字	张宁	日期：2024年8月8日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见（一）

专业人员 信息	姓名： 朱利剑	
	职 称： 卫生管理专业副主任医师	
	工作单位： 市中区卫生健康信息中心	
项目信息	项目名称： 内江市第一人民医院 2024 年超声刀手柄采购项目	
	供应商名称： 四川航天卡迪医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>本采购项目是采购与内江市第一人民医院现有超声高频外科集线系统主机（品牌为强生医疗，型号为GENIICN）配套使用的超声刀手柄。该配件与主机均属同一张医疗器械注册证。国内目前无可替代的产品；同时，为确保配件与主机的兼容性、保障精密设备的安全运行以及患者生命安全，仅有强生医疗 HD054CN 超声刀手柄可满足业主要求。</p> <p>四川航天卡迪医疗器械有限公司是强生医疗指定在内江市第一人民医院的授权供应商。因此本项目符合《政府采购法》第三十一条规定，建议单一来源。</p>	
专业人员 签字	朱利剑	日期：2024年8月8日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。