

广安市广安区生态环境局

关于更正“广安区悦来镇空气自动站建设项目” 采购项目部分参数的函

广安发展咨询服务有限公司：

我单位委托你公司代理实施的“广安区悦来镇空气自动站建设项目（项目编号：N5116022025000047）”，现需更正部分技术参数，具体变更如下：

标的名称：二氧化硫分析仪

▲3.16 干扰成分的影响： $\leq \pm 0.01\% \text{ F.S. } (\text{H}_2 \text{ O})$, $\leq \pm 0.3\% \text{ F.S. } (\text{甲苯})$ 。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章佐证）

更正为

▲3.16 干扰成分的影响： $\leq \pm 4\% \text{ F.S. } (\text{H}_2 \text{ O})$, $\leq \pm 4\% \text{ F.S. } (\text{甲苯})$ 。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章佐证）

标的名称：氮氧化物分析仪

▲3.16 干扰成分的影响： $\leq \pm 0.1\% \text{ F.S. } (\text{H}_2\text{O})$, $\leq \pm 0.01\% \text{ F.S. } (\text{NH}_3)$, $\leq \pm 0.1\% \text{ F.S. } (\text{O}_3)$, $\leq \pm 0.2\% \text{ F.S. } (\text{SO}_2)$ 。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章佐证）

更正为

▲3.16 干扰成分的影响： $\leq \pm 4\% \text{ F.S. } (\text{H}_2\text{O})$, $\leq \pm 4\% \text{ F.S. } (\text{H}_2\text{O})$

(NH₃), $\leq \pm 4\% \text{ F.S.}$ (O₃), $\leq \pm 4\% \text{ F.S.}$ (SO₂)。(提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章佐证)

标的名称：臭氧分析仪

▲3.16 干扰成分的影响： $\leq \pm 0.1\% \text{ F.S.}$ (H₂O), $\leq \pm 0.01\% \text{ F.S.}$ (甲苯), $\leq \pm 0.01\% \text{ F.S.}$ (SO₂), $\leq \pm 0.01\% \text{ F.S.}$ (NO/NO₂)。
(提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章佐证)

更正为

▲3.16 干扰成分的影响： $\leq \pm 4\% \text{ F.S.}$ (H₂O), $\leq \pm 4\% \text{ F.S.}$ (甲苯), $\leq \pm 4\% \text{ F.S.}$ (SO₂), $\leq \pm 0.5\% \text{ F.S.}$ (NO/NO₂)。(提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章佐证)

标的名称：一氧化碳分析仪

▲3.16 干扰成分的影响： $\leq \pm 0.01\% \text{ F.S.}$ (H₂O), $\leq \pm 0.01\% \text{ F.S.}$ (CO₂)。(提供国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章佐证)

更正为

▲3.16 干扰成分的影响： $\leq \pm 5\% \text{ F.S.}$ (H₂O), $\leq \pm 5\% \text{ F.S.}$ 。
请你根据本函发布变更公告。

广安市广安区生态环境局

2025年4月21日

