

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

项目编号：HHZB20240235

采购人：蒙自市观澜街道卫生院



招标代理机构：红河州建设工程招标有限公司



目录

第一章 询价通知书	3
一、项目基本情况	3
二、申请人的资格要求	5
三、获取采购文件	6
四、响应文件提交	6
五、开启	7
六、公告期限	7
七、其他补充事宜	7
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系:	9
第二章 采购需求	10
一、总体要求	10
二、商务条款	10
三、技术及性能参数要求	11
第三章 供应商须知	20
一、须知附表	20
二、总则	24
三、询价通知书	28
四、响应文件	28
五、响应文件的编制	29
六、询价报价	30
七、响应文件的提交	30
八、询价无效情形	31
九、询价、询价评审及定标	31
十、成交和合同	35
十一、其他事项	36
第四章 合同书样式及主要条款	37
第五章 响应文件格式	42
一、资格审查文件	43
格式 1. 具有独立承担民事责任的能力	44
格式 2. 具有良好的商业信誉和具有健全的财务会计制度	45
格式 3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	46
格式 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	47
格式 5. 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录	48
格式 6. 法律、行政法规规定的其他条件	49
格式 7. 特定资格要求	50
格式 8. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明	51
格式 9. 法律、行政法规规定的其他条件。	52
二、资信及商务文件格式	53
格式 1. 响应函	54
格式 2. 供应商信用信息声明书	55
格式 3. 商务响应表	56
格式 4. 法定代表人身份证明书	57
格式 5: 法定代表人授权委托书	58
三、技术文件要求	59
四、报价文件格式	60
格式 1. 报价一览表	60
格式 2. 中小企业声明函(货物)	61
格式 3、监狱企业声明函	63
格式 4、残疾人福利性企业声明函	64

第一章 询价通知书

项目概况

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台 (<http://www.zcygov.cn>)，(操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”)获取询价通知书。并于 2024 年 9 月 14 日 14 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：HHZB20240235
2. 项目名称：蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购
3. 采购方式：询价
4. 预算金额：13.64 万元

最高限价：13.64 万元

5. 采购需求：

序号	产品名称
1	牙科综合治疗机
2	便携式高频牙科 X 射线机
3	蒸馏水机
4	封口机
5	石膏震荡机
6	手机清洗养护机
7	光固化机
8	医用气泵（1 托 2）
9	超声波洁牙机
10	根管测量仪
11	根管马达
12	超声波洁牙工作尖
13	超声波洁牙上针器
14	抛光杯
15	抛光刷
16	砂离子
17	砂离子柄
18	牙科滑动椅
19	超声波洁牙手柄
20	拔牙快机
21	低速慢弯机、直机、马达

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

22	牙科治疗车
23	弯盘
24	镊子
25	探针
26	牙周探针
27	根管探针
28	玻璃粘固粉调伴板
29	粘固粉调拌纸
30	金属调拌刀
31	眼科剪
32	牙科小挖匙
33	牙龈分离器
34	骨膜分离器
35	牙骨锤
36	拉钩
37	树脂修形刀（光敏刀）
38	粘固粉充填器
39	银汞合金充填器
40	技工刀
41	研光器
42	水门汀充填器
43	刮治器
44	光滑针
45	拔髓针
46	扩孔挫（c+挫）
47	扩大针（K 扩）
48	牙挫（H 挫）
49	牙挫（k 挫）
50	牙胶尖侧方加压针
51	超声波洁牙工作尖
52	机扩根管锉
53	马尼金刚砂车针
54	马尼金刚砂车针
55	马尼金刚砂车针
56	马尼金刚砂车针
57	马尼金刚砂车针
58	马尼金刚砂车针
59	马尼金刚砂车针
60	马尼金刚砂车针
61	马尼金刚砂车针
62	马尼金刚砂车针
63	G 钻
64	P 钻
65	纤维桩钻
66	金刚砂磨头套装
67	抛光套装
68	马尼金刚砂车针
69	备牙车针

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

70	豆瓣成型片
71	测量台
72	高速手机
73	唇钩
74	牙科车针扩大针消毒盒
75	金属三用枪头
76	必兰注射器
77	止血钳
78	持针器
79	牙挺
80	牙挺
81	牙根尖挺
82	儿童拔牙钳
83	成人拔牙钳
84	成人拔牙钳
85	口角拉钩
86	技工剪
87	调拌刀
88	橡皮碗
89	手术刀柄
90	托盘
91	成形片夹
92	硅橡胶枪
93	刷牙模型
94	酒精灯
95	橡皮障套装

6. 合同履行期限：合同签订后 7 个工作日

7. 本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- (1) 具有独立承担民事责任的能力
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- (4) 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 特定资格要求：供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

备案、所报产品制造商医疗器械生产许可证、所报产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证、所报产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所报第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

三、获取采购文件

1. 时间：2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 13 日，每天 00:00 至 23:59（北京时间）

2. 地点：“政采云”平台 (<http://www.zcygov.cn>)

3. 方式：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”。凡有意参加询价者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA 申领链接:<http://yzt.ynsmartcert.cn/>，登录名 zyzb（凭此登录名可直接登录），线下办理可直接联系代理机构。数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。

注：各供应商应在询价前确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书申领。如因供应商自身原因，如：未注册入库，未办理 CA 数字证书、导致在规定时间内无法正常解密的(如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等)，造成无法投标或投标失败等由供应商自行承担。

如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询，数字证书问题可咨询 18183631383 政采云电子交易：服务热线 400 881 7190

4. 售价（元）：0 元/份

四、响应文件提交

1. 截止时间：2024 年 9 月 14 日 14 时 30 分（北京时间）

2. 地点：“政采云”平台 (<http://www.zcygov.cn>)

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

供应商应按照本项目询价通知书和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台。响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、开启

1. 时间：2024年9月14日14时30分（北京时间）
2. 询价地点：“政采云”平台电子开标大厅（供应商无需到现场）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日起或者采购文件公告期限届满之日起（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日起为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到云南省政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：

2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的询价。

2.2 采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《云南省财政厅云南省人民政府扶贫开发办公室关于贯彻落实运用政府采购政策支持脱贫攻坚有关事宜的通知》（云财采〔2019〕9号）、生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试

行)》的通知财库〔2023〕7号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。

3. 信用记录

根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求,采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

3.1 信用信息查询的截止时间:响应文件递交截止时间;

3.2 查询渠道:“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn);

3.3 信用信息查询记录和证据留存具体方式:采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存;

3.4 信用信息的使用规则:供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的,拒绝其参与政府采购活动。

4. 本次询价公告在云南省政府采购网<http://www.yngp.com/>发布,采购人和招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。供应商自获取询价通知书之日起,应及时登陆以上网站查看关于本项目相关澄清、更正、补遗文件及通知,因供应商未及时查看造成的后果由供应商自行承担。

5. 为支持和促进中小微企业发展,进一步发挥政府采购政策功能,鼓励供应商使用电子保函/保险替代保证金,支持供应商基于中标项目进行政府采购普惠融资。供应商可根据参与政府采购项目对应业务阶段登录【红河州政府采购金融服务平台】进行电子保函/保险购买或融资申请。具体操作详见附件操作手册。直达链接:

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

<https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/honghe?utm=luban.luban-PC-4741.749-pc- finance-xinjiang-applySteps-front.1.82bb9f204dca11ed8bd37d4e6923822f>。

咨询电话：4009039583

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

采 购 人：蒙自市观澜街道卫生院

地 址：蒙自市文澜镇十里铺村县道 G14

联 系 人：余老师

联系电话：0873-3690395

2. 代理机构信息

招标代理机构：红河州建设工程招标有限公司

地 址：蒙自市护国路 1 号红建佳苑商网 7 号

项目负责人：白老师

电 话：15394854182（座机）

3. 项目联系方式

项目联系人：白老师

联系方式：15394854182（座机）

第二章 采购需求

一、总体要求

1. 各供应商必须对询价文件第二章《采购需求》中的技术、服务要求作出全面、真实地反映，若响应文件中未对询价通知书第二章《采购需求》中的技术、服务要求作出全面、真实地反映，而供应商又未在响应文件中作出说明和解释的，询价小组在评审时可以视为不响应该条技术、服务要求。
2. 本章各项技术参数不允许正负偏离。本章各项技术、服务要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。
3. 供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
4. 本项目所采购设备须按采购人的要求安装至指定地点。
5. 供应商应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对系统中涉及的技术情报和资料进行保密。
6. 供应商应严格按照根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定进行询价，合同签订后采购人将按照成交人响应文件中所报货物、工程或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该成交人的成交资格，并保留追究其法律责任的权利。
7. 本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

二、商务条款

1. 货物为原制造商制造的全新产品，外表无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。提供的产品包装须符合防潮、防雨、防锈、防腐等要求，标识清晰无误；

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

2. 成交方负责将产品运至采购方地点交付验收。
3. 提供专业的技术培训（操作、维修），并保证需方操作人员正常使用设备的各种功能。
4. 对提供的产品在质保期内，因产品质量问题而导致设备损坏，必须承担相应责任，其产品免费提供包换、包退等服务，并承担因此而产生的一切费用。
5. 交货期：合同签订后 7 个日历日内交付。

三、技术参数要求

序号	产品名称	单位	数量	产品参数	配置清单
1	牙科综合治疗机	台	1	<p>1、工作条件：环境温度:-40 到+55 度；相对湿度：$\leq 80\%$RH；额定电压:AC220-230V；频率：50/60HZ；气源：气压 0.55-0.8MPA 水源：水压 0.2-0.4MPA。</p> <p>2、结构形式：连体式牙科综合治疗机。</p> <p>★3、手机挂架： 6 位下挂（角度可调节），独立水调节，防回吸功能。</p> <p>4、高速手机：转速≥ 310000 转/分钟，均可进行 135℃ 灭菌消毒；低速手机：低速手机 1 套（含直、弯机），转速≥ 20000 转/分钟，可进行 135℃ 高温和真空灭菌。</p> <p>5、三用枪：可喷水、气、雾；两支均可喷热水、雾。</p> <p>6、手术椅：</p> <p>6.1、控制系统：器械盘带水加热器，可为三用枪、手机、内置洁牙机提供温水，温度 40 ± 5 度，冬天舒适洁治；一键水气电开关在器械盘右侧，方便开关；器械盘、副控盘均有控制按键，方便双手操作；标配硅胶垫，卫生耐用；吐痰联动椅位快捷键，口腔灯快捷键，观片灯快捷键，术后复位快捷键；六位手机挂架，延展性强。</p> <p>6.2、动力系统及结构：侧箱与椅架采用中间连接结构，整机更稳定；最低椅位:380mm,最高椅位 700mm，方便老人小孩；靠背、弯板、底板均采用加厚材料；采用最新缓启缓停设计，消除了牙椅运动时的顿挫感，极大的提高舒适性。</p> <p>6.3、皮垫：豪华超纤皮垫，其特点柔软、舒适、耐磨，易于清洁；一体陶瓷痰盂，可旋转，清洁方便；采用进口水管，经久耐用。</p> <p>6.4、电机：采用进口静音电机，耐用。</p> <p>6.5、负载大于 135Kg。</p> <p>6.6、靠背带防撞功能，机椅互锁功能，手机防回吸功能，双重水过滤功能，带急停开关。</p> <p>7、治疗机：</p> <p>7.1、外形采用注塑吸塑工艺制作,防腐,防锈,不褪色，工具盘置物尺寸 295*400 mm。</p> <p>7.2、控制系统：全电脑控制操作系统，手机防回吸功能，具备术后清洁椅位，一键自动升高、自动关闭口腔灯、自动冲痰盂，方便冲洗干净且无杂质积水在管道上，避免产生异味和堵塞造成排水困难。</p> <p>7.3、自动加热恒温给水装置：主控、机箱均有水</p>	配置明细 1、高速手机 2 支（选配） 2、低速手机（含直、弯机） 1 套（选配） 3、三用枪（主副控三用枪均可出温水） 2 支 4、手术椅 1 台 5、治疗机 1 台 6、口腔灯 1 盏 7、陶瓷痰盂 1 个 8、医师座椅 1 台 9、护士座椅 1 台

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

				<p>加热器, AC24V 80W; 可设置出水量, 1 级保护: 45℃, 2 级保护: 70℃。</p> <p>7.4、痰盂: ★一体陶瓷痰盂, 易拆卸, 清洗方便, 吐痰舒适; 下水流畅, 下水速度不少于 4L/min; 痰盂尺寸: 400*250*80。</p> <p>7.5、强弱吸唾系统: 外置可拆卸式强弱吸唾器; 快速拆装, 易于清洁, 安装高质量强弱吸管; 强、弱吸带有清洗过滤网装置, 具有沉渣过滤功能。</p> <p>★7.6、口腔灯: 飞利浦 8 灯珠 LED 口腔冷光直射灯; 黄光、白光双色可选; 光线强弱可感应调节, 光强度 8000-40000LUX, 带感应开关, 防止触摸产生交叉感染, 手柄可拆卸清洗、消毒。</p> <p>7.7、观片灯: 低压 LED 外置观片灯。</p> <p>7.8、脚控开关: 圆形脚踏, 经久耐用。</p> <p>8、座椅: 四向调节医生椅, 可进行坐垫升降、靠背升降、靠背俯仰调节; 人体工程学设计, 有效缓解久坐疲劳; 金属支架, 静音万向轮, 经久耐用。</p> <p>9、助手工作台:</p> <p>9.1 强吸、弱吸手柄一套。</p> <p>9.2 优质三用喷枪。</p> <p>9.3 可旋转助手盘, 带 4 个预置孔位, 配有托盘, 托盘尺寸 255*80。</p> <p>9.4 一体式按键面板, 9 个按键。</p>	
2	便携式高频牙科 X 射线机	台	1	<p>1. 内部电源: 锂电池: 14.8V, 2500mAh, ±10%</p> <p>2. 适配器输入: 单相, AC 100~240 V, ±10%</p> <p>3. 适配器输出: 24V 1.5A</p> <p>4. 额定频率: 50/60Hz, ±1Hz</p> <p>5. 输入功率: 1.2A</p> <p>6. 电源电阻: ≤2 Ω</p> <p>7. 射线类型: X 射线</p> <p>8. 剂量率: 3mGy/sec</p> <p>9. X 射线管型号: KL11-0.4-70</p> <p>10. X 射线管电压: 65kV(±10%)</p> <p>11. X 射线管电流: 2.5mA (±20%)</p> <p>12. 加载时间调节范围: 0.02-2.00s, ±(10%+1ms),</p> <p>13. 调节方式: 按 R10 系数选择。</p> <p>14. 标称电功率: 0.163kW (65kV、2.5mA、0.10s)</p> <p>15. 导致最大输出电功率加载因素组合: 65kV 和 2.5mA</p> <p>16. 附加滤过: 1mmAl</p> <p>17. 总滤过: 1.8mmAl</p> <p>18. 半价层: ≥1.6mmAl (65kV)</p> <p>19. 负载循环: 1:30</p> <p>20. 焦点至皮肤距离: 20.5cm±0.5cm</p> <p>21. X 射线野: 圆形, Φ 5.7cm±0.3cm</p> <p>22. 表面泄露辐射: ≤0.25mGy/h(65kV、2.5mA、2s, 加载间隔 2s/60s)</p> <p>23. 防电击类型分类: 充电时为 II 类设备, 工作时为内部电源供电设备</p> <p>24. 最大加载因素组合值: 65kV、2.5mA、2.00s</p> <p>25. 防电击程度分类: B 型应用部分</p> <p>26. 防进液程度分类: IPX0</p> <p>27. AP/APG 型设备: 非 AP/APG 型设备</p> <p>28. 防除颤应用部分: 无</p> <p>29. 运行模式: 间歇运行, 工作 2s/停 60s</p> <p>30. 使用环境条件: 环境温度: 10℃~40℃ 相对湿度: 30%~75% 大气压力: 700hPa~1060hPa</p> <p>31. 运输和贮存条件: 环境温度: -20℃~+55℃ 相对湿度: 20%~80%</p>	装箱清单 主机(1 个) 电源线(1 个) 电源适配器(1 个) 防护板(1 个) 底座(1 个)

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

				大气压力: 70KPa~106KPa 32.灯丝电压: 2.8-3.4V 33.最大灯丝电流: 3A 34.标称电压: 70kV 35.阳极热容量: 4500J 36.阳极标称输入功率(在 0.1 秒时): 600W 37.最大阳极散热率: 110W 38.靶材: 钨 39.靶角: 12° 40.固有滤过: 0.8mmAl/75kV, YY/T 0062-2004 41.射线焦点: 0.4mm	
3	蒸馏水机	台	1	1.用途和要求: 产生蒸馏水。 2.工作条件: 放在平稳的地点操作 3.电 压: AC220V 50Hz 4.功 率: 800W 5.制 水 量: 1L/h 6.容 积: 4L 7.重 量: 3.5kg 8.内腔尺寸: 18.5X19cm 9.包装尺寸: 470*260X335mm 10.高温高压灭菌器必须采用蒸馏水作为工作介质。即使是纯净水,也含有各种矿物质,在高温下蒸发会产生水垢,一段时候以后,水垢会使电磁阀密封不严,导致蒸汽泄露;还会引起细小管路、压力传感器堵塞,及温度传感器失灵等故障。而且在灭菌室内的小型有孔器械,进入的水垢易堵塞细小管道和轴承,使器械的性能降低,并影响使用寿命。由此可见,使用蒸馏水非常重要。	1、储水桶 2、过滤器 3、导流器 4、洗涤剂 5、电源线 6、说明书 7、保修卡 8、合格证
4	封口机	台	1	1.全塑外壳 2.造型时尚, 绝缘安全性能好 3.换刀便捷 4.外置标准手术刀片, 容易获取 5.电压 AC220V 50HZ 6.功率: 500W 7.封口宽度: 250MM 8.压痕宽度: 10MM 9.机体尺寸: 405*355*290MM 10.重量: 5.5KG	1、说明书 2、电源线 3、备用刀片
5	石膏震荡机	台	1	1、电源电压: 220v/50Hz±10% 110v/60Hz±10% 2、电源功率: 550W 3、电机转速: 2800 转/分钟。 4、外形尺寸: 44x35x35cm	无
6	手机清洗养护机	台	1	★1.手机数量: 4 2.工作气源: 0.4-0.6Mpa 3.电源: 220/50V/Hz 4.气体消耗: 60L/Min 5.重量: ≤7.2 Kg 6.外形尺寸 :310x270x350mm ★7.槽腔容量: ≥350ml 8.使用年限: ≥8 年 9.确保口腔手机的清洗和加油。 10.能同时给四支口腔手机清洗及加油。 11.从不同角度给手机有效地清洗和注油。 12.完成清洗和注油步骤后, 按下“空气键”能去除手机内多余残油。 13.可选择短模式、长模式、超长模式根据不同手机进行加油。 14.吸油棉能吸收多余油。	1、注油机 1 台 2、养护油 1 瓶 3、油雾过滤棉 1 盒 4、吸油棉 1 包 5、注油斗 1 个 6、电源线 1 根 7、Y型连接头 1 个 8、O型圈 2 个 9、空气管 1 根 10、说明书 1 份 11、合格证 1 份 12、保修卡 1 份
7	光固化机	台	1	*1.设备光强输出波长为 385nm-515nm, 可聚合绝大部分牙科光固化材料	灯头 1 个 主机 1 个

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

				<p>*2. 可输出四挡光强: 2300mW/cm²、1500mW/cm²、1000mW/cm²、600 mW/cm² 分别适用于极速固化、大块树脂深度固化、软启动和脉冲模式下有效固化防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测, 四挡光强皆可供医生自行设置固化时间</p> <p>3.强大动力支持: 搭载 1600mAh 大容量电池, 可支持 1200 次 3 秒固化</p> <p>*4.光强可视: 搭载 OLED 屏幕, 清晰显示模式、光强、固化时间及主机电量</p> <p>*5. 内置有 6 种工作模式, 分别为高效模式 (M0, M1, M2) 软启动模式 (RAMP), 脉冲模式 (PULSE), 龋齿检测模式 (Detect)。</p> <p>6. 9mm 厚超薄机头, 轻松抵达后牙, 保证近平行光输出</p> <p>7. 360° 可旋转机头, 轻松照射整个口腔</p> <p>*8. 机头一体化, 坚固耐摔, 光强由机头直接输出, 减少光衰</p> <p>*9. 机头装置直径 9.5mm 的凸透镜, 具有聚光作用, 光学有效面积达 70.8m m²</p> <p>10. 蓝紫双色光: 四灯珠分别为三颗蓝色 LED 灯, 一颗紫色 LED 灯</p> <p>11. 尺寸: 22 厘米 x 11 厘米 x 8 厘米±1 厘米 (包装)</p> <p>12. 净重: 109g</p> <p>13. 内部电池: 锂电池: DC 3.7V, 1600mAh, ±10%</p> <p>14. 适配器输入: 单相, AC 220 V, ±10%</p> <p>15. 适配器输出: 5V 1A</p> <p>16. 额定频率: 50Hz, ±1Hz</p> <p>17. 输入功率: 0.4A</p>	遮光板 1 个 一次洗防护套 1 包 电源适配器 1 个 充电底座 1 个 使用说明书 1 本 合格证 1 份 装箱清单 1 份 保修卡 1 份
8	医用气泵(1托2)	台	1	1. 电 压: AC 220V/ 50Hz 2. 功率: ≥1200W *3. 排 气 量: ≥100L/min 4. 噪 音: ≤60dB 5. 最高 压力 : ≥0.8 Mpa 6. 储气罐容量: ≥50 L 7. 转速: ≥1400r/min 8. 尺寸: ≤70x40x65cm 9. 毛 重: ≤42 KG *10. 机头数: 双机头 11. 可带牙椅: 3-4 台 *12. 干燥器: 可选配 *13. 机头材质: 全包裹铝合金材质, 散热好	1 主机 1 2 合格证/保修卡 1 3 说明书 1
9	超声波洁牙机	台	1	1. 电源输入: AC220V-240V 50Hz 输入功率: 15VA~50VA 2. 输出的尖端主振动偏移: 1um~90um 3. 输出的尖端振动频率: 28kHz±3kHz 4. 输出的半偏移力: 0.1N~2N 5. 尖端输出功率: 3W~20W 6. 主机保险: T0.5AL250V 7. 进水压力: 0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA) 8. 主机重量: 1.8Kg 9. 外形尺寸: 278mm×182×137mm 10. 运行模式: 连续运行	01. 主机 02. 接插式手柄 03. 电源线 04. 脚踏开关 05. 工作尖 GD4 06. 限力扳手 07. 根管扳手 08. 接水软管 09. 接水快接头 但州今、老、、要< 10. 不锈钢消毒盒 11. 手柄防水 O 型圈 Φ12xΦ1.5Φ12xΦ1 Φ1.2xΦ1 12. 水瓶密封圈 13. 700mL 水瓶 14. 使用说明书 15. 合格证

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

					16.装箱单
10	根管测量仪	台	1	<p>1.配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作针在根管中的轨迹；</p> <p>2.基于 DSP 数字信号处理测量技术，自动校准保证了测量的准确度；</p> <p>3.锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染；</p> <p>4.2000mAh 大容量电池，可充电，不必反复更换电池；</p> <p>*5.磁吸式设计，屏幕可 360° 旋转，方便调整视角；</p> <p>6. 设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；</p> <p>*7.具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。</p> <p>8.按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备；</p> <p>9.按防电击程度分类：B 型应用部分；</p> <p>10.对进液防护程度：普通器材(IPX0)；</p> <p>11.按运行模式分类：连续运行设备。</p> <p>12.电池： 3.7V/2000mAh</p> <p>13. 电源适配器： ~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz</p> <p>14.输出信号电压：≤~200mV</p> <p>15.输出信号频率：400Hz 和 8kHz</p> <p>16.功耗：≤0.5W</p> <p>17.显示：3.8 英寸 LCD 屏</p> <p>18.声响提示：工作针在接近根尖孔时会有报警声提示</p>	<p>主机 1 台 测量线 1 条 锉夹 4 个 唇挂钩 5 根 测量仪探针 2 根 牙髓活力探针 2 根 电源适配器 1 个 测试器 1 个 使用说明书 合格证 1 份 保修卡 1 份 装箱单 1 份</p>
11	根管马达	台	1	<p>1. 采用高效无刷电机，低噪音，使用寿命长；</p> <p>2. 具有边测边扩、单根测及单机扩三种模式；</p> <p>3. 超小巧手柄和超迷你弯机头；</p> <p>4. 采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针；</p> <p>5. 无线马达手柄配置，操作更自如；</p> <p>6. 底座内置大容量电池配备无线充电系统，保证足够长的续航时间；</p> <p>7. 全触摸按键，使用简单，易于清洁；</p> <p>8. 连续模式-三种智能反转模式</p> <p>9. 往复模式-匹配市面上所有单支锉</p> <p>10.按运行模式分类：连续运行设备；</p> <p>11.按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备；</p> <p>12.按防电击程度分类：B 型应用部分；</p> <p>13.对进液防护程度：普通器材 (IPX0) ；</p> <p>14.电源输入 AC100--240V,50/60Hz,800mA Max</p> <p>15.电源输出 15.0V/1.6A</p> <p>16.手柄电池 3.7V/1200mAh 可充电锂电池</p> <p>17.底座电池 11.1V/2600mAh 可充电锂电池</p> <p>18.转速 100--1200rpm/</p> <p>19.扭矩 0.4--5.0Ncm</p>	<p>1、底座 1 个 2、手柄 1 个 3、弯手机 1 个 4、注油嘴 1 个 5、电源适配器 1 个</p>
12	超声波洁牙工作尖	板	3	5 支/板	
13	超声波洁牙上针器	个	3	扳手	
14	抛光杯	盒	2	100 个/盒	
15	抛光刷	盒	2	100 个/盒	
16	矽离子	盒	2	(25 个+轴柄 1 支) *4 袋/盒	
17	矽离子柄	盒	1	6 支/盒	

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

18	牙科滑动椅	台	1		
19	超声波洁牙手柄	支	3	5L	
20	拔牙快机	把	2	1.用途:手感舒适,供口腔科夹持高速牙科车针进行 钻、牙等手术使用 2.材质:不锈钢机身 3.轴承:陶瓷球形轴承 4.连接方式:标准机头, 标准四孔固定接头 5.整体性轴芯:旋转轴和内部轨道一体化 6.卫生机头系统:具备防回吸机制 7.功率:25w 8.车针夹持力:322N 9.车针卸取方式:按压式 10.转速范围:350,000-450,000 转/分钟 11.工作气压(MPa):0.2-0.3MPa 12.水流量(ml/min):水压为 200kPa 时>80mL/min 13.喷雾方式:单点喷水 14.造用车针:中 1.6mm FG 车针 15.机头尺寸(直径*高度):Φ 11.2mm*13.5mm 16.噪音:<60dB 17.机身总长度:130mm 18.手机净重(g):46g	1、手机 1 支; 2、说明书 1 份
21	低速慢弯机、直机、马达	支	3	1.品类: 外水道直机 2.连接方式: E 型接口 3.转速范围: 30,000-40,000 转/分钟 4.工作气压(MPa): 0.25-0.3MPa 5.出水方式: 外置水道, 可喷水喷雾 6.造用车针: p2.35mm FG 车针 7.取针方式: 机械式取针 8.噪音: ≤60dB 9.用途: 手感舒适, 供口腔科夹持低速直机车针、 药物输送针等使用	1、手机 1 支; 2、说明书 1 份 3、注油嘴
22	牙科治疗车	台	2	1.柜体颜色: 白色 2.台面: 一体成型台面 (高硬度耐磨, 防渗透) 3.导轨: 承重型三节隐形阻尼带自吸导轨 4.抽屉: 四抽带侧 (连杆锁, 机械密码锁头控制); 5.拉手: 大 C 形金属拉手 (无死角易清洁) 6.是否设计有移动电源插座: 是 7.电源线: 1 条 (180 cm) 8.内胆器械分隔盘: 配 2 个 9.轮子: 医用硅胶静音万向轮, 带刹驻停功能 10.外形尺寸: 高 86 cm × 宽 53 cm × 深 48 cm	
23	弯盘	个	10	中号	
24	镊子	把	10	双弯有定位	
25	探针	把	10	E5	
26	牙周探针	把	3	KPC15	
27	根管探针	把	3	KEX D16	
28	玻璃粘固粉调伴板	块	2	150*70*8	
29	粘固粉调拌纸	盒	5	10 本/1 盒 7.5cm*7.5cm 中号	
30	金属调拌刀	把	3	粘固粉调刀	

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

31	眼科剪	把	4	直、弯 10cm 直尖头	
32	牙科小挖匙	把	15	剔挖器各型	
33	牙龈分离器	把	5	E6(双头 5.5 八角柄) 10 把	
34	骨膜分离器	把	2	F1	
35	牙骨锤	把	1	紫铜	
36	拉钩	把	2	唇颊拉钩	
37	树脂修形刀(光敏刀)	把	5	树脂修整器 E1	
38	粘固粉充填器	把	5	水门汀充填器	
39	银汞合金充填器	把	4	E1-2	
40	技工刀	把	4	技工蜡型雕刻刀 E46	
41	研光器	把	2	E2-4	
42	水门汀充填器	把	1	水门汀充填器	
43	刮治器	把	1	牙科刮治器各型	
44	光滑针	板	6	12 支/板	
45	拔髓针	板	5	12 支/板	
46	扩孔挫 (c+挫)	盒	8	C+挫 10 号 6 支/板 8 板/盒	
47	扩大针 (K 扩)	板	32	6 支/板	
48	牙挫 (H 挫)	板	32	6 支/板	
49	牙挫 (k 挫)	板	32	6 支/板	
50	牙胶尖侧方加压针	盒	24	侧压针各型	
51	超声波洁牙工作尖	板	3	各型	
52	机扩根管锉	板	2	E-FLEX,混装 25mm,5 支/板	
53	马尼金刚砂车针	板	5	5*1/板各型	
54	马尼金刚砂车针	板	5	5*1/板各型	
55	马尼金刚砂车针	板	5	5*1/板各型	
56	马尼金刚砂车针	板	5	5*1/板各型	
57	马尼金刚砂车针	板	3	5*1/板各型	
58	马尼金刚砂车针	板	3	5*1/板各型	
59	马尼金刚砂车针	板	3	5*1/板各型	
60	马尼金刚砂车针	板	3	5*1/板各型	

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

61	马尼金刚砂车针	板	3	5*1/板各型	
62	马尼金刚砂车针	板	3	5*1/板各型	
63	G 钻	盒	3	各型	
64	P 钻	盒	3	各型	
65	纤维桩钻	盒	2	T-1.2 10 支/盒	
66	金刚砂磨头套装	颗	20	金刚砂磨头	
67	抛光套装	套	1	光固化树脂打磨抛光套装 9*1	
68	马尼金刚砂车针	板	3	5*1/板各型	
69	备牙车针	套	2	全冠预备套装 16*1	
70	豆瓣成型片	盒	2	常规 普通型 金属 中号, 50 个/盒	
71	测量台	个	3	BF03	
72	高速手机	支	5	STSM4	
73	唇钩	盒	16	金属唇钩	
74	牙科车针扩大针消毒盒	个	2	120 孔	
75	金属三用枪头	只	30	金属	
76	必兰注射器	把	3	KAS C/W(钩头)	
77	止血钳	把	4	14cm	
78	持针器	把	6	14cm 细针	
79	牙挺	把	1	微创牙挺各型	
80	牙挺	把	10	普通牙挺 1-6#	
81	牙根尖挺	把	4	牙根尖挺 HS 系列	
82	儿童拔牙钳	把	12	各型	
83	成人拔牙钳	把	5	各型	
84	成人拔牙钳	把	15	各型	
85	口角拉钩	对	4	口角拉钩成人	
86	技工剪	把	1	石膏剪 16cm	
87	调拌刀	把	2	石膏调刀	
88	橡皮碗	个	4	中号	
89	手术刀柄	把	4	3#	
90	托盘	对	15	金属网状	

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

91	成形片夹	个	3	钳式	
92	硅橡胶枪	把	1	1:01	
93	刷牙模型	个	2	无	
94	酒精灯	个	2	30ml	
95	橡皮障套装	套	1	SC01	

第三章 供应商须知

一、须知附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	蒙自市观澜街道卫生院
2	采购代理机构	红河州建设工程招标有限公司
3	资金来源	自筹资金
4	合格的供应商	本次询价公告在《云南省政府采购网》上发布，对其他网站或媒体转载的公告及公告内容，采购人和采购代理机构不承担任何责任；供应商可选择本项目的全部标段或其中的1个或几个标段参与报价（响应文件按“标段”进行制作、递交）。
5	联合体询价	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
6	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 本项目不允许分包。 <input type="checkbox"/> 2. 本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指：
7	信用信息记录查询截止时间	响应文件递交截止时间。
8	节能环保产品认证	本项目不涉及。
9	▲强制采购的节能产品品目	本项目不涉及。
10	政府采购政策	<p>1. 说明</p> <p>(1) 中小企业</p> <p>中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。</p> <p>符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p>在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列</p>

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

		<p>情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库〔2020〕46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。</p> <p>（2）残疾人福利性单位</p> <p>符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；</p> <p>（3）监狱企业</p> <p>根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。</p> <p>2. 本项目所属行业：制造业。</p> <p>3. 根据《财政部关于加大政府采购支持中小企业力度的通知》【财库〔2022〕19号】规定本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。</p>
11	采购进口产品	不允许采购进口产品
12	核心产品	/
13	现场考察	采购人及代理机构不组织现场考察。

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

14	询价通知书的澄清、答疑、修改、补充截止时间	响应文件递交截止时间 3 天前。
15	询价的澄清、答疑、修改、补充发布方式	《云南省政府采购网》上发布
16	资格审查文件的组成	<p>1. 具有独立承担民事责任的能力；（①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证复印件”。以上均提供扫描件）</p> <p>2. 具有良好的商业信誉和具有健全的财务会计制度（提供 2023 年度经第三方审计的财务审计报告，2024 年新成立的公司提供成立至今经第三方审计的财务审计报告）；</p> <p>3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供承诺函）</p> <p>4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>①纳税证明材料：2024 年 1 月至今任意 1 个月缴纳税收的凭据，如无需缴纳须提供税务部门证明材料；</p> <p>②2024 年 1 月至今任意 1 个月缴纳社会保险的凭据，如无需缴纳须提供社保部门证明材料；</p> <p>5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）</p> <p>6. 法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）</p> <p>7. 特定资格要求：</p> <p>供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案、所报产品制造商医疗器械生产许可证、所报产品的医疗器械注册证；</p> <p>供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证、所报产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所报第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第 739 号</p>

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

		《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
17	符合性审查内容	1. 是否按询价通知书要求提交保证金 1. 响应报价是否超过采购预算 2. 响应文件各项技术参数是否偏离 3. 是否存在询价通知书中规定的其它无效条情形
18	资信及商务文件的组成	编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。
19	报价文件的组成	编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。
20	响应文件有效期	90 天
21	响应文件提交地点	地点：“政采云”平台电子开标大厅开标。
22	响应文件提交截止时间	时间：2024年9月14日14时30分(北京时间)
23	询价评审办法	最低价评标价法，最低评标价法是指响应文件满足询价文件全部实质性要求，且报价最低的供应商为成交候选人的评审办法。
24	推荐成交候选人家数	推荐 3 家，确定 1 家。
25	付款方式	成交供应商与采购人签订合同时自行约定。
28	询价保证金	1、询价保证金的金额：人民币 2000.00 元整 投标保证金有效期与磋商有效期一致。 提交时间及提交地点：不接受现金形式的保证金，递交询价通知书截止时间前由企业基本账户汇至红河州建设工程招标有限公司；并且到红河州建设工程招标有限公司(蒙自市护国路 1 号红建佳苑商网 6 号)换取保证金收据， 办理缴纳保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购项目名称、项目编号。 保证金账户：红河州建设工程招标有限公司 账 号：873900019510903 开户行：招商银行股份有限公司红河分行 行 号：308743300014 保证金的退还：公示期满后投标人法人或被授权人携带保证金收据

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

		原件、身份证复印件（注明联系电话）到红河州建设工程招标有限公司财务自行办理 2. 为支持和促进中小微企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用电子保函/保险替代保证金，支持供应商基于成交项目进行政府采购普惠融资。供应商可根据参与政府采购项目对应业务阶段登录【红河州政府采购金融服务平台】进行电子保函/保险购买或融资申请。具体操作详见附件操作手册。咨询电话：4009039583
27	代理服务费	成交通知书发出前由成交人向招标代理机构一次性支付招标代理费7000元 代理费账户：红河州建设工程招标有限公司 开户银行：建行蒙自明珠路支行 银行账号：53001666351051002409 联系人：杨正伟 联系电话：0873-3033920 3038980
28	采购人	蒙自市观澜街道卫生院
29	免责声明	1. 供应商自行承担询价过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未成交、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商所有的费用。 2. 供应商在询价、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

二、总则

1. 适用范围

询价文件适用于本次采购项目的采购行为，法律、法规另有规定的从其规定。

2. 定义

2.1 采购人：见供应商须知前附表。

2.2 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.3 “供应商”系指按照询价文件的规定参加并提交响应文件的自然人、法人或其他组织。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “供应商代表”系指法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人。

2.6 “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、询价通知书和电子响应文件所提到的构成合同的所有文件。

2.7 “产品”系指供应商按询价文件规定，最终向采购人提供本项目采购的产品（包括：

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

虚拟产品），以及产品相关的配套设施、工具、手册及其他有关技术资料和材料等。

2.8 “服务”系指供应商按询价文件规定提供劳动形式满足采购人需求，包括劳动、运输、保管、包装、维修以及其他类似的附随义务。

2.9 “项目”系指供应商按询价文件规定向采购人提供的服务和服务成果。

2.10 “响应文件”系指供应商提交的电子响应文件。

3. 资金来源

见供应商须知前附表。

4. 合格的供应商

见供应商须知前附表。

5. 联合体询价（不接受）

6. 分包

6.1 分包：见供应商须知前附表。

6.2 供应商根据询价文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7. 询价费用

7.1 不论询价的结果如何（包括取消采购任务等情况），供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用。

7.2 招标代理服务费：采购代理机构在向成交供应商发出成交通知书的同时，参考按云建招协〔2023〕51号文附件《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》，向成交人收取代理服务费7000元。不论结果如何，供应商均应自行承担所有与本项目有关的全部费用。

7.3 成交供应商未按以上规定办理缴费，视为其自动放弃成交资格，采购人有权将标授予排名次之的成交候选人或重新组织采购。

8. 响应文件的语言及计量

8.1 响应文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关询价事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

8.2 计量单位，询价通知书已有明确规定的，使用询价通知书规定的计量单位；询价通知书没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

9. 质疑和投诉

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）等相关规定，

9.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。供应商可以委托代理人进行质疑和投诉，代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字或者盖章，并加盖公章。

供应商知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (二) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
- (三) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑；提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日起 7 个工作日内提出。

9.3 供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提供的质疑书应当包括以下主要内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。

9.4 采购人、招标代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

9.5 参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或招标代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或招标代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

9.6 投诉

投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

10. 保密

10.1 参与采购询价活动的各方当事人应当对询价评审情况以及在评审过程中的获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

11. 信用信息记录查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

11.1 信用信息查询的截止时点：询价截止时间前；

11.2. 查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

11.3. 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

11.4. 信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其询价将被作为无效询价被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或尚在行政处罚期内的。

12. 政府采购政策

12.1 供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件要求，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

12.2 供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.12.4条的扶持政策。

12.3 供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.12.4条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13. 特别声明

13.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

14. 现场考察

无

三、询价通知书

1. 本询价通知书的内容由以下部分组成：

- 1) 询价通知书；
- 2) 采购需求；
- 3) 供应商须知；
- 4) 合同主要条款；
- 5) 响应文件格式；
- 6) 本项目询价通知书的澄清、答复、修改、补充的内容。

2. 询价通知书的澄清、答疑、修改、补充

2.1 询价通知书的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见供应商须知前附表。供应商应仔细阅读和检查询价通知书的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在询价通知书的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或扫描件形式，要求采购人或采购代理机构对询价通知书予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2 询价通知书的澄清、答疑、修改、补充发布方式：见供应商须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理应当响应文件提交截止时间 3 天前，以电子文档形式在询价通知书的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各供应商查询，无论因任何原因造成供应商无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距响应文件提交截止时间不足 3 天，采购人或采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

2.3 澄清、答疑、修改、补充内容作为询价通知书的组成部分，对各供应商起同等约束作用。

四、响应文件

1. 响应文件形式及效力

响应文件形式：网上递交：供应商应按照本项目询价通知书和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。

2. 响应文件内容的组成

响应文件由资格审查文件、技术及商务文件、报价文件三部分组成。

3. 资格审查文件的组成

3.1 资格审查文件的组成：见供应商须知。

3.2 联合体询价的各方供应商必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

4. 技术及商务文件的组成

技术及商务文件的组成：见响应文件格式。

5. 报价文件的组成

报价文件的组成：见响应文件格式。

五、响应文件的编制

1. 响应文件的编制要求

1.1 响应文件编制请按照本询价文件要求编制，应按照询价文件附件格式要求对法定代表人或授权代理人签署、盖章的地方进行签字盖章确认，并对要求盖章的位置及响应文件封面盖电子公章；其他要求提供的资料（扫描件\复印件）均须加盖电子公章予以确认。

网上递交的响应文件需要对响应文件进行加密。

1.2 供应商应按询价文件的要求提供相关资料，并对询价文件中提出的所有内容要求给予明确响应，应当保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对询价文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，询价小组有权视作响应文件不完全响应询价文件要求。

1.3 响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

1.4 响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

2. 响应文件的格式

2.1 响应文件格式见“第五章响应文件格式”，响应文件应当按照询价文件已提供的格式填写，无格式的自行设计。

2.2 对于没有格式要求的由供应商自行编写。

3. 响应文件的有效期

3.1 询价有效期：见供应商须知前附表。询价有效期从提交响应文件的截止之日起算。

响应文件中承诺的询价有效期应当不少于询价文件中载明的询价有效期。

3.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

六、询价报价

1. 询价报价应当按照询价文件中相关格式填写。

▲2. 供应商报价是履行合同的最终价格。包括但不仅限于货款、人工、材料、机械、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位及安装、保修、采购咨询服务费、税金、利润等一切为本项目而产生的所有费用。供应商在报价时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在总报价中，结算时不再调整。

▲3. 项目预算金额：13.64万元。

4. 响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5. 响应文件的签署

响应文件所有加盖单位公章。

七、响应文件的提交

1. 不予接收的响应文件情形

▲(1)询价截止时间前未递交响应文件；

2. 响应文件修改和撤回

2.1 供应商在询价截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2.2 补充、修改后重新提交的响应文件应按询价文件的规定编制和提交。

2.3 询价截止时间后，供应商不得修改、撤回已提交的响应文件。

3. 响应文件提交地点和截止时间

3.1 响应文件提交地点：见供应商须知前附表。

3.2 响应文件提交截止时间：见供应商须知前附表。

4. 响应文件澄清、说明、补正

4.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 供应商的澄清、说明或者补正不得超出询价文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.3 供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

4.4 不接受供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

八、询价无效情形

1. 在开标时，如发现有以下情形之一的，其询价无效
未按要求提交响应文件的；
2. 在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效
 - (1) 供应商未按询价通知书规定进行签章的；
 - (2) 响应文件未按询价文件要求提供相关内容的，或者内容虚假的；
 - (3) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合询价文件要求的；
 - (4) 询价有效期、服务期、质保期等商务条款不能满足询价通知书要求的；
 - (5) 未实质性响应询价文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
 - (6) 询价响应文件未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清的；
 - (7) 未提供或未如实提供相关服务，或者询价响应文件的响应与事实不符或虚假响应的；
 - (8) 法律、法规及询价通知书规定的其他无效情形。
3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效
 - (1) 未采用人民币报价或者未按照询价文件标明的币种报价的；
 - (2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
 - (3) 询价报价具有选择性，或者出现重大偏离的；
 - (4) 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评审现场合理的时间内提供说明及证明材料来证明其报价合理性的。
4. 有下列情形之一的，视为供应商串通询价，其询价无效
 - (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 - (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；
 - (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。
5. 有下列情况之一的，其响应文件无效
 - (1) 妨碍其他供应商的竞争行为；
 - (2) 损害采购人或者其他供应商的合法权益。

九、询价、询价评审

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

1. 询价

1. 1 询价时间和地点

采购人在本章第 3.2 项规定的响应文件提交截止时间（询价时间）和第 3.1 项规定的地点询价。

1. 2 采购人或代理机构对供应商进行资格审查，主持人宣布通过资格审查的供应商名单；

- (1) 询价小组对响应文件进行符合性审查；
- (2) 询价小组对各供应商的报价文件进行审核；
- (3) 顺序排序：本项目采用最低评标价法，按报价由低到高顺序进行排序；
- (4) 询价小组起草询价评审报告，并推荐成交候选人或确定成交供应商；
- (5) 主持人宣布有效供应商的评审结果以及推荐的成交候选人或确定成交供应商；
- (6) 询价结束。

2. 资格审查、符合性审查

2. 1 资格性审查。

审查名称		审查内容
资格性审查	(1)具有独立承担民事责任的能力	①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证复印件”。
	(2)具有良好的商业信誉和具有健全的财务会计制度	提供 2023 年度经第三方审计的财务审计报告，2024 年新成立的公司提供成立至今经第三方审计的财务审计报告；
	(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供承诺函
	(4)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	1、2024 年 1 月至今任意 1 个月缴纳税收的凭据，如无需缴纳须提供税务部门证明材料； 2、2024 年 1 月至今任意 1 个月缴纳社会保险的凭据，如无需缴纳须提供社保部门证明材料；

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

	(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录	提供声明函
	(6) 法律、行政法规规定的其他条件。	提供承诺函
	(7) 特定资格	供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案、所报产品制造商医疗器械生产许可证、所报产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证、所报产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所报第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

2.2 符合性审查。询价小组依据询价通知书的规定，从供应商响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。符合性审查资料表如下：

审查名称		审查内容
符合性 审查	询价保证金	按询价文件要求提交保证金
	报价	报价不得超过采购预算
	技术参数	各项技术参数不允许正负偏离
	无效情形	是否存在询价通知书中规定的无效情形

3. 询价评审

3.1 询价小组组成：询价小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 询价评审规定

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

(1) 询价小组审查资信及商务标响应文件的完整性、符合性，是否满足询价通知书的实质性条款。

(2) 询价小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对。

(3) 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效标处理。

(4) 询价小组按询价评审办法推荐成交候选人或确定成交供应商，同时起草询价评审报告。

(5) 询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的询价小组成员应当在询价评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意询价评审报告。

(6) 询价小组协助采购代理机构处理现场供应商对询价评审结果报告提出的疑问。

3.3 错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1) 响应文件中询价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价一览表为准；

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(5) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商同意并确认后对供应商产生约束力。如果供应商不接受修正后的报价，其询价作无效处理。

3.4 询价评审纪律

(1) 询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

(2) 询价小组及有关工作人员不得向外界透露任何与询价评审有关的内容；

(3) 任何单位和个人不得干扰、影响询价评审的正常进行；

(4) 询价小组及有关工作人员不得私下与供应商接触；

(5) 在询价评审过程中撤离职守，影响询价评审程序正常进行的；

(6) 记录、复制或者带走任何询价评审资料；

(7) 其他不遵守询价评审纪律的行为。

3.5 询价评审过程的监控

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

本项目询价评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在询价评审过程中所有进行的试图影响询价评审结果的不公正活动，可能导致其报价被拒绝。

4. 定标

4.1 询价评审办法：见供应商须知前附表

4.2 本项目由询价小组推荐成交候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。推荐成交候选人家数：见供应商须知前附表。

4.3 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。

4.4 合格的供应商不足三家时，采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令74号）规定执行。

十、成交和合同

1. 成交

1.1 采购代理机构在询价评审结束后2个工作日内将询价评审报告提交采购人确认。

1.2 采购人应当自收到询价评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

1.3 采购人在收到评审报告后5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人名单确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按询价评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

1.4 采购人原则上应当按照排名顺序确定排名第一成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，采购人可以直接确定排名第二的成交候选人为成交供应商：

(1) 成交候选人因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

(2) 经质疑，采购人审查确认因成交候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

1.5 若第二成交候选人也存在本须知9.1.4条情形之一的，除采购任务取消外，应重新组织询价。

2. 追加采购合同标的

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3. 成交结果

3.1 采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的方

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

式发布成交结果。

3.2 成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。若成交人为小、微型企业的，则附《中小企业声明函》。

3.3 成交公告期限为1个工作日。

3.4 采购代理机构将线上向成交人发出成交通知书。

3.5 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交项目。

4. 合同签订

4.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书和响应文件确定的事项签订采购合同。政府采购合同不得对询价通知书作出实质性修改。

4.2 如成交供应商不按成交通知书中规定时间、地点与采购人签订合同，则按成交供应商违约处理。

4.3 付款条件：见供应商须知前附表。

4.4 付款方式：见供应商须知前附表。

十一、其他事项

1. 本询价通知书所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2. 询价通知书编制依据和解释权。

本询价通知书是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属询价通知书未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本询价通知书解释权属采购人和采购代理机构。

3. 采购代理机构对成交结果不负责解释。

第四章 合同书样式及主要条款

合同编号:

合同自编号:

项目编号:

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

(委托采购)

签订地点:

云南省财政厅

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

甲方（采购人公章）名称：蒙自市观澜街道卫生院

地址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名称：红河州建设工程招标有限公司

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

（此合同封面为模板）

蒙自市观澜街道卫生院口腔科相关医疗设备及器械询价采购

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据_____项目询价结果，签署本合同。

一、货物内容及合同金额（金额单位：元）

序号	货物名称	规格型号	数量	单价	总价
1					
2					
合计金额（人民币）：		元整	¥：	元	

注：内容应与成交通知书、响应文件及被买方接受的规格性能偏离表相一致（包括技术资料的提供要求）。

二、技术资料

1. 乙方应按询价通知书规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

无

六、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
4. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：按采购人要求清单，定时定量派送交货，安装完毕。
2. 交货方式：包装完好前交甲方相关人员初验。
3. 交货地点：甲方指定地点。

九、货款支付

1. 合同价款：_____
2. 成交人须提供正式的税务发票并凭税务发票付款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据询价通知书上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装，并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 验收时乙方必须在现场，验收费用由乙方负责。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按询价通知书规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 质保期为____年，自货物安装完毕并经甲方验收合格之日起计算。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。
4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过质保期的终生维修，维修时只收部件成本费。乙方应作好安全管理工作，在本合同执行期间，乙方工作人员发生的一切安全事故和意外由乙方承担责任。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价通知书 规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4. 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，招标代理公司执壹份。

第五章 响应文件格式

(项目名称)

响应文件

项目编号: _____

供应商: _____ (电子签章)

地址: _____

法定代表人: _____ (电子签章)

联系电话: _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

一、资格审查文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- (1) 具有独立承担民事责任的能力
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
- (4) 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 特定资格要求：供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案、所报产品制造商医疗器械生产许可证、所报产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证、所报产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所报第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

格式 1. 具有独立承担民事责任的能力

(①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证复印件”。以上均提供扫描件)

供应商：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日期： 年 月 日

格式 2. 具有良好的商业信誉和具有健全的财务会计制度

(提供 2023 年度经第三方审计的财务审计报告, 2024 年新成立的公司提供成立至今经第三方审计的财务审计报告)

供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

日期: 年 月 日

格式 3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

(提供承诺函)

供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

日期: 年 月 日

格式 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供①纳税证明材料：2024 年 1 月至今任意 1 个月缴纳税收的凭据，如无需缴纳须提供税务部门证明材料；

提供②2024 年 1 月至今任意 1 个月缴纳社会保险的凭据，如无需缴纳须提供社保部门证明材料；

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期： 年 月 日

格式 5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

(提供声明函)

供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

日期: 年 月 日

格式 6. 法律、行政法规规定的其他条件

(提供承诺函)

供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

日期: 年 月 日

格式 7. 特定资格要求

供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案、所报产品制造商医疗器械生产许可证、所报产品的医疗器械注册证；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证、所报产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所报第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

供应商：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日期： 年 月 日

格式 8.

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：红河州建设工程招标有限公司

本人以（供应商全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录。若在本次项目的询价全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足响应文件的要求，则采购人有权取消我公司的询价及成交资格，且我公司将无条件承担由此给本次询价活动带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期： 年 月 日

格式 9. 法律、行政法规规定的其他条件。

(提供承诺函)

供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

日期: 年 月 日

二、资信及商务文件格式

1. 响应函
2. 供应商信用信息声明书
3. 商务响应表
4. 诚信承诺书
5. 法定代表人身份证明书或法人授权委托书

格式 1. 响应函

红河州建设工程招标有限公司：

1. 我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。
2. 我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，报价为：____。
3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
4. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
5. 我方递交的响应文件有效期为询价通知书规定起算之日起____天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

格式 2. 供应商信用信息声明书

企业名称		企业资质等级 (如有)	
企业地址		联系电话	
项目名称		拟投入项目负责人姓名	
供应商 市场 行为 信誉 情况	有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。(未注明公告期限的)		
	有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为(在公告期内)。		
	有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为(不在公告期但在三年内)。		
	申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录(重大违法记录包括：(一)县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为作出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。(二)各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为作出的刑事判决。)		
供应商 信用 情况	是否列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。		
供应商 声明	本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 (单位公章) 日期： 年 月 日		

- 注： (1) 企业对上述情况进行承诺，按本表格内容如实填写；
 (2) 本表格须在询价时作为响应文件的资信部分内容放入响应文件中；
 (3) 本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

格式 3. 商务响应表

内容	询价通知书要求	是否响应	供应商的承诺或说明
供货承诺			
售后服务			
合同履行期限			
...			

填写说明：

- 1、项数不够时，可自行添加。
- 2、对照询价通知书第二章采购需求进行响应，如有偏离的，供应商必须据实填写，不得虚假响应。

供应商：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日期： 年 月 日

格式 4. 法定代表人身份证明书

供应商名称: _____

单位性质: _____

成立时间: _____年_____月_____日


经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系 _____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人有效身份证复印件 (复印在下方, 不允许粘贴)



供应商: (电子签章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

格式 5：法定代表人授权委托书

本授权书声明：（供应商全称）的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人参加贵方组织（项目名称）项目（项目编号： ）的询价，代理人在我方项目询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

此授权询价会议当日有效，代理人无转委托权。

附：被授权人有效身份证复印件（复印在下方，不允许粘贴）

被授权人身份证复印件 (国徽面)	被授权人身份证复印件 (人像面)
---------------------	---------------------

供应商全称：（电子签章）

法定代表人（电子签章）：

委托代理人签字：

日期：_____年____月____日

委托代理人姓名：

职 务：

身份证号码：

详细地址：

电 话：

注：若为联合体投标，本表由牵头人提供。

三、技术参数偏表

序号	产品名称	响应品牌	询价文件产品参数	响应产品参数	偏离情况

填写说明：

1. 项数不够时，可自行添加。
2. 按照采购需求的顺序对应填写。
3. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日期： 年 月 日

四、报价文件格式

格式 1. 报价一览表

项目编号：

项目名称：

序号	内 容	供应商填写
1	总报价（元）	小写： 大写：
2	交货期	
3	质 保 期	
4	所有产品制造商是否为政府采购支持企业	

(1) 供应商认为为完成本询价通知书规定的项目询价内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、货物进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入报价，凡未列入的将被认为均已包含在总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

(2) ★不提供此表格的将视为没有实质性响应询价通知书。

供应商：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日期： 年 月 日

格式 2. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（所有产品制造商）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （询价通知书中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （询价通知书中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

行业	中小型企业（或）			中型企业（且）			小型企业（且）			微型企业（或）		
	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额
农、林、牧、渔业	2000人以下	20000万元以下	5000万元以下	300人及以上	3000万元及以上	5000万元以下	50人及以上	50万元以下	50万元以下	30人以下	30万元以下	30万元以下
工业（包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业）	1000人以下	40000万元以下	10000万元以下	300人及以上	2000万元及以上	5000万元以下	20人及以上	300万元及以上	200万元以下	20人以下	300万元以下	300万元以下
建筑业		80000万元以下	80000万元以下		6000万元及以上	5000万元及以上		300万元及以上	300万元以下		300万元以下	300万元以下
批发业	200人以下	40000万元以下		20人及以上	5000万元及以上		5人及以上	1000万元及以上		5人以下	1000万元以下	
零售业	300人以下	20000万元以下		50人及以上	500万元及以上		10人及以上	100万元及以上		10人以下	100万元以下	
交通运输业（不含长途运输业）	1000人以下	30000万元以下		300人及以上	3000万元及以上		20人及以上	200万元及以上		20人以下	200万元以下	
金融业	200人以下	30000万元以下		100人及以上	1000万元及以上		20人及以上	100万元及以上		20人以下	100万元以下	
邮政业	1000人以下	30000万元以下		300人及以上	2000万元及以上		20人及以上	100万元及以上		20人以下	100万元以下	
住宿业	300人以下	10000万元以下		100人及以上	2000万元及以上		10人及以上	100万元及以上		10人以下	100万元以下	
餐饮业	300人以下	10000万元以下		100人及以上	2000万元及以上		10人及以上	100万元及以上		10人以下	100万元以下	
信息传输业（包括电信、互联网和相关服务业）	2000人以下	100000万元以下		100人及以上	10000万元及以上		10人及以上	100万元及以上		10人以下	100万元以下	
软件和信息技术服务业	300人以下	10000万元以下		100人及以上	1000万元及以上		10人及以上	50万元及以上		10人以下	50万元以下	
房地产开发经营	200000万元以下	10000万元以下			1000万元及以上	5000万元及以上		100万元及以上	2000万元及以上		100万元以下	2000万元以下
物业管理	1000人以下	5000万元以下		300人及以上	1000万元及以上		100人及以上	500万元及以上		100人以下	500万元以下	
租赁和商务服务业	300人以下		120000万元以下	100人及以上		8000万元及以上	10人及以上		100万元及以上	10人以下		100万元以下
其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务、修理和其他服务业、社会工作、文化、体育和娱乐业等）	300人以下				100人及以上			10人及以上			10人以下	

本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。**个体工商户**和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

本规定的中型企业标准上限即为大型企业的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

格式 3、监狱企业声明函

[监狱企业提供]

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加(采购人名称)的(项目名称)（项目编号）(标项)供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：_____

日 期：_____

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

格式 4、残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人名称)的(项目名称)（项目编号）(标项)项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：_____

日 期：_____

注：1. 符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

2. 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

本文件未尽事宜，按国家相关法律法规执行

