

进口产品论证专家签到表


日期: 2015 年 4 月 7 日

序号	姓名	单位	职务	职称	联系电话
1	李江云	省发改委	副教授	副教授	15269212058
2	张永	省发改委	主任	主任医师	18981739019
3	李维群	省公安厅	副主任	副主任医师	13891720102
4	陈军	省公安厅	主任医师	主任医师	13892402093
5	王卫华	省公安厅	主任/主任		13709173358

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况				
申请单位		眉县人民医院		
拟采购进口产品名称		飞利浦 incisive64 排CT球管		
拟采购产品金额		156 万元		
采购项目所属项目名称		眉县人民医院飞利浦 incisive64 排CT 球管单一来源采购		
采购项目所属项目金额		156 万元		
二、申请理由				
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取				
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取				
<input type="checkbox"/> 3.其他。				
原因阐述： 2024 年 4 月 4 日，我院影像中心飞利浦 incisive64 排 CT 机发生故障，经工程师现场查明原因，原因为球管灯丝烧断，只能更换新球管才能修复使用。该球管曝光次数 71.9 万次，已达到了使用寿命年限，属于正常消耗。我院对飞利浦 incisive64 排 CT 球管进行了市场调研，CT 球管为精密贵重消耗品，来源渠道只能从飞利浦授权的陕西售后服务公司进行采购，拟采购的 CT 球管预算资金 156 万元，资金来源为自有资金，采购方式为单一来源招标采购。我院将进行单一来源采购专家论证；并在陕西省政府采购网公示，办理单一来源采购政府部门审批，委托招标公司公开招标。我院按照政府采购法律法规严格落实，严肃采购工作纪律，采购过程做到公开、公正、公平。				
三、专家论证意见（提示：专家组应当由五人以上的单数组成，其中，必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家）				
该院拟采购的球管为世界品牌飞利浦 incisive 64 排 CT 的核心组件。进口球管能保证与原厂设备性能一致。匹配兼容性强。检测结果准确可靠。使用寿命长。故障率低。且该产品不属于国家禁止限制进口产品目录中的产品。建议采购进口球管。				
专家姓名	工作单位	职称	专业类别	联系电话
王强	省专家库	副教授	医疗设备	15769212058
李伟	省专家库	副主任医师	医疗设备	13891720100
张强	省专家库	主任医师	医疗设备	18981739019
陈强	省专家库	主任医师	医疗设备	1389402093
王强	省专家库	律师/32	法律	13709173308

# 政府采购进口产品专家论证意见


一、基本情况	
申请单位	眉县人民医院
拟采购进口产品名称	飞利浦 incisive64 排CT球管
拟采购产品金额	156 万元
采购项目所属项目名称	眉县人民医院飞利浦 incisive64 排CT球管单一来源采购
采购项目所属项目金额	156 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取 <input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取 <input type="checkbox"/> 3.其他，	
原因阐述： 2024 年 4 月 4 日，我院影像中心飞利浦 incisive64 排 CT 机发生故障，经工程师现场查明原因，原因为球管灯丝烧断，只能更换新球管才能修复使用。该球管曝光次数 71.9 万次，已达到了使用寿命年限，属于正常消耗。我院对飞利浦 incisive64 排 CT 球管进行了市场调研，CT 球管为精密贵重消耗品，来源渠道只能从飞利浦授权的陕西售后服务公司进行采购，拟采购的 CT 球管预算资金 156 万元，资金来源为自有资金，采购方式为单一来源招标采购。我院将进行单一来源采购专家论证，并在陕西省政府采购网公示，办理单一来源采购政府部门审批，委托招标公司公开招标。我院按照政府采购法律法规严格落实，严肃采购工作纪律，采购过程做到公开、公正、公平，	
三、专家论证意见	
<p>该院拟采购的球管为飞利浦 incisive64 型，属于精密贵重产品，为保证与所设备性能的一致性，匹配性能兼容性，以验证结果的准确性，保护患者的权益。建议采购配套的进口球管。</p>	
专家签字： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;">             2025 年 4 月 7 日           </div> </div>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	眉县人民医院
拟采购进口产品名称	飞利浦 incisive64 排CT球管
拟采购产品金额	156 万元
采购项目所属项目名称	眉县人民医院飞利浦 incisive64 排CT 球管单一来源采购
采购项目所属项目金额	156 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述： 2024 年 4 月 4 日，我院影像中心飞利浦 incisive64 排 CT 机发生故障，经工程师现场查明原因，原因为球管灯丝烧断，只能更换新球管才能修复使用。该球管曝光次数 71.9 万次，已达到了使用寿命年限，属于正常消耗。我院对飞利浦 incisive64 排 CT 球管进行了市场调研，CT 球管为精密贵重消耗品，来源渠道只能从飞利浦授权的陕西售后服务公司进行采购，拟采购的 CT 球管预算资金 156 万元，资金来源为自有资金，采购方式为单一来源招标采购。我院将进行单一来源采购专家论证，并在陕西省政府采购网公示，办理单一来源采购政府部门审批，委托招标公司公开招标。我院按照政府采购法律法规严格落实，严肃采购工作纪律，采购过程做到公开、公正、公平。	
三、专家论证意见	
该院拟采购的球管是进口品牌飞利浦 incisive64 排 CT 的核心组件，属于精密配套产品，为保证与原厂设备性能的一致性和匹配性，兼容性和检测结果准确性，技术的先进性以及软件的升级和售后服务，进口原装球管能完全满足以上需求。建议采购进口品牌。	
专家签字： 张永强	
2025 年 4 月 7 日	



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	眉县人民医院
拟采购进口产品名称	飞利浦 incisive64 排CT球管
拟采购产品金额	156 万元
采购项目所属项目名称	眉县人民医院飞利浦 incisive64 排CT球管单一来源采购
采购项目所属项目金额	156 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述： 2024 年 4 月 4 日，我院影像中心飞利浦 incisive64 排 CT 机发生故障，经工程师现场查明原因，原因为球管灯丝烧断，只能更换新球管才能修复使用。该球管曝光次数 71.9 万次，已达到了使用寿命年限，属于正常消耗。我院对飞利浦 incisive64 排 CT 球管进行了市场调研，CT 球管为精密贵重消耗品，来源渠道只能从飞利浦授权的陕西售后服务公司进行采购，拟采购的 CT 球管预算资金 156 万元，资金来源为自有资金，采购方式为单一来源招标采购。我院将进行单一来源采购专家论证，并在陕西省政府采购网公示，办理单一来源采购政府部门审批，委托招标公司公开招标。我院按照政府采购法律法规严格落实，严肃采购工作纪律，采购过程做到公开、公正、公平，	
三、专家论证意见（提示：专家组应当由五人以上的单数组成，其中，必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家）	
<p>该单位拟采购的球管是进口品牌飞利浦 incisive64 排球管，属于 CT 设备核心组件。为了论证与原有 CT 设备性能的一致性、匹配性，及检测结果的准确性，以保障后续的临床诊疗升级和科研需要，故建议采购球管的品牌规格满足以上需求，建议采购原装进口品牌。</p>	
专家签字： 	
2025 年 4 月 7 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	眉县人民医院
拟采购进口产品名称	飞利浦 incisive64 排CT球管
拟采购产品金额	156 万元
采购项目所属项目名称	眉县人民医院飞利浦 incisive64 排CT 球管单一来源采购
采购项目所属项目金额	156 万元


二、申请理由
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取
<input type="checkbox"/> 3.其他，

原因阐述：

2024 年 4 月 4 日，我院影像中心飞利浦 incisive64 排 CT 机发生故障，经工程师现场查明原因，原因为球管灯丝烧断，只能更换新球管才能修复使用。该球管曝光次数 71.9 万次，已达到了使用寿命年限，属于正常消耗。我院对飞利浦 incisive64 排 CT 球管进行了市场调研，CT 球管为精密贵重消耗品，来源渠道只能从飞利浦授权的陕西售后服务公司进行采购，拟采购的 CT 球管预算资金 156 万元，资金来源为自有资金，采购方式为单一来源招标采购。我院将进行单一来源采购专家论证，并在陕西省政府采购网公示，办理单一来源采购政府部门审批，委托招标公司公开招标。我院按照政府采购法律法规严格落实，严肃采购工作纪律，采购过程做到公开、公正、公平，

三、专家论证意见
----------

采购与进口CT机相配套的64排进口同品牌球管，可提升整体设备的兼容性，提升设备的稳定性和寿命，利于维护和服务，发挥设备综合效能。且该设备不属于国家禁止或限制进口产品目录，建议采购进口设备。

专家签字： 	2025 年 4 月 7 日
--	----------------

## 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	眉县人民医院
拟采购进口产品名称	飞利浦 incisive64 排CT球管
拟采购产品金额	156 万元
采购项目所属项目名称	眉县人民医院飞利浦 incisive64 排CT 球管单一来源采购
采购项目所属项目金额	156 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他,	
原因阐述: 2024 年 4 月 4 日, 我院影像中心飞利浦 incisive64 排 CT 机发生故障, 经工程师现场查明原因, 原因为球管灯丝烧断, 只能更换新球管才能修复使用。该球管曝光次数 71.9 万次, 已达到了使用寿命年限, 属于正常消耗。我院对飞利浦 incisive64 排 CT 球管进行了市场调研, CT 球管为精密贵重消耗品, 来源渠道只能从飞利浦授权的陕西售后服务公司进行采购, 拟采购的 CT 球管预算资金 156 万元, 资金来源为自有资金, 采购方式为单一来源招标采购。我院将进行单一来源采购专家论证, 并在陕西省政府采购网公示, 办理单一来源采购政府部门审批, 委托招标公司公开招标。我院按照政府采购法律法规严格落实, 严肃采购工作纪律, 采购过程做到公开、公正、公平。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">CT球管是CT设备的重要组成部分, 原装进口球管, 与国产各品牌度互, 图像质量稳定, 患者接受的放射线剂量最低。同时, 进口球管故障率较低。建议该院采购<sup>进口</sup>飞利浦 64 排球管。</p>	
专家签字: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="font-size: 1.5em;">李伟</div> <div>2025 年 4 月 7 日</div> </div>	