

政府采购项目招标采购公告审查表

采购项目名称	卓尼县乡镇卫生院、社区卫生服务中心购置救护车（含微医车）项目			
采购形式	分散采购	采购方式	公开招标	采购预算 260 万元
采购人名称	卓尼县卫生健康局		采购代理机构名称	甘肃诺航项目管理有限责任公司
评标委员会组建方案	专业类：3 人 经济类：1 人 招标代表人数：1 人		谈判、询价小组、组建方案	
招标采购公告指定发布媒体	甘肃政府采购网及甘南州公共资源交易网			
供应商资质（资格）条件及要求	<p>1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；</p> <p>（1）投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单，方可参加项目的投标。查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料；</p> <p>（2）投标人须为未列入“中国裁判文书网”行贿犯罪记录名单，方可参加项目的投标。以（网站：wenshu.court.gov.cn）查询结果为准；</p> <p>（3）本项目不接受联合体投标。</p> <p>2.落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>（1）根据甘财采[2022]16 号文件《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 15%的扣除。</p> <p>（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 15%的扣除。</p> <p>（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 15%的扣除。</p> <p>3.本项目的特定资格要求：供应商须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。</p>			
采购代理机构初审意见	<p>负责人：胡玉环</p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 7 月 5 日</p>			
采购人复审意见	<p>负责人：刘永</p> <p>(公章)</p> <p>2023 年 7 月 5 日</p>			

备注：本表一式肆份，采购人、采购代理机构、州县（市）交易中心各执一份。

甘南州政府采购项目 招标文件



项目名称：卓尼县乡镇卫生院、社区卫生服务中心购置救护车
（含微医车）项目

项目编号：GSNH-2023-GK07

采购方式：公开招标

采购单位：卓尼县卫生健康局



采购代理机构：甘肃诺航项目管理咨询有限公司



2023年07月

目 录



一、总 则.....	11
二、投标须知.....	13
2.1 招标.....	13
2.2 投标.....	14
2.3 开标.....	19
2.4 合同的授予.....	20
三、澄清和质疑.....	22
3.1 对招标文件的澄清和质疑.....	22
3.2 对招标过程和拟中标结果质疑.....	22
3.3 澄清或质疑不予受理的情况.....	23
四、货物需求及主要参数.....	24
4.1 货物需求及主要参数.....	24
4.2 供货期限及交货地点.....	35
五、技术要求.....	37
5.1 总体要求.....	37
5.2 销售服务和技术支持的要求：.....	37
六、评标原则及办法.....	39
6.1 评标工作中的原则及组织.....	39
6.2 评标内容及标准.....	40
6.3 评标内容及评分标准.....	41
6.4 评审委员会的职责及中标供应商的确定.....	43
6.5 废标.....	45
6.6 无效投标.....	46
七、附 件.....	48
附件 1 合同格式.....	49
附件 2 开标一览表.....	54
附件 3 分项报价表.....	55
附件 4 投标函格式.....	56

附件 5 法定代表人身份证明和法定代表人授权书格式.....	58
附件 6 投标人参加政府采购活动 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声 明.....	60
附件 7 非联合体投标声明格式.....	61
附件 8 政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书.....	62
附件 9 技术偏离表.....	64
附件 10 公司业绩一览表.....	66
附件 11 优惠条件承诺书.....	67
附件 12 售后服务承诺.....	68
附件 13 投标人认为有必要提交的其他相关证明材料.....	69



GSNH-2023-GK07

卓尼县乡镇卫生院、社区卫生服务中心购置救护车（含微医车）

项目公开招标公告



卓尼县卫生健康局招标项目的潜在投标人应登录甘南州公共资源交易网（[http:// ggzyjy. gnzmzf. gov. cn](http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn)）在线免费获取招标文件，并于 2023 年 07 月 26 日 15: 10 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

招标编号：GSNH-2023-GK07

项目名称：卓尼县乡镇卫生院、社区卫生服务中心购置救护车（含微医车）项目

预算金额：260（万元）

最高限价：260（万元）

采购需求：

购置救护车 8 辆，柳林镇社区卫生服务中心购置微医车 1 辆（具体内容详见招标文件）

合同履行期限：30 日历天；

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

（1）投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名

单，方可参加项目的投标。查询结果为准，如相关失信记录已失效，
供应商需提供相关证明材料；



(2) 投标人须为未列入“中国裁判文书网”行贿犯罪记录名单，
方可参加项目的投标。以（网站：wenshu.court.gov.cn）查询结果
为准；

(3) 本项目不接受联合体投标。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 根据甘财采[2022]16号文件《甘肃省财政厅关于进一步加
大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，本项目对小型和微型
企业产品的价格给予 15%的扣除。

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关
问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 15%的扣除。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促
进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单
位产品的价格给予 15%的扣除。

3. 本项目的特定资格要求：供应商须具有医疗器械生产许可证或
医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

三、获取招标文件

时间：2023 年 07 月 06 日至 2023 年 07 月 12 日，每天上午 0：
00 至 11：59，下午 12：00 至 23：59（北京时间）。

地点：登陆甘南州公共资源交易网（<http://ggzyjy.gnzhmzf.gov.cn>）。获取人须准确填写投标人名称、地址、联系人、联系电话等

相关信息，如填写信息有误，对其产生的不利因素由投标人自行承担
(招标文件获取后投标资格不能转让)。



方式：在线免费下载

售价：0.0（元）

注：投标人在投标文件递交截止时间前应主动登陆甘肃政府采购网或甘南藏族自治州公共资源交易网，以便及时了解相关投标信息和补充信息。如因未主动登陆网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023 年 07 月 26 日 15:10 分（北京时间）

地点：甘南州公共资源交易中心电子开标厅和甘肃中工不见面开标大厅。

注：

(1) 本项目采取线上递交方式，投标人须通过甘肃中工国际招投标有限公司投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。

(2) 投标人须在开标当日开标时间到达前凭 CA 锁登录甘肃中工不见面开标大厅(网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)，并进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并视为放弃投标。

(3) 本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工不见面开标大厅(网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)，并进入参与项目等待开标。

(4) 本项目解密开始至自动结束解密时间为 30 分钟，请投标人确
保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常
解密的，则视为放弃投标。



(5) 开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件
时使用的 CA 锁完成投标文件解密等操作。

(6) 技术支持：甘肃中工国际招投标有限公司；

客服电话：4006-1234-34；

微信公众平台：甘肃中工国际。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

①甘南藏族自治州公共资源交易网：<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f>

②信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：卓尼县卫生健康局

地 址：卓尼县滨河东路 52 号

联系方式：0941-3627002

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃诺航项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省甘南州卓尼县柳林镇白塔村 208

联系方式：0941-5921699

3. 项目联系方式

项目联系人：刘冰

电 话：0941-3627002



GSNH-2023-GK07

投标须知前附表



序号	内容说明与要求	
1	综合说明： (1) 项目名称：卓尼县乡镇卫生院、社区卫生服务中心购置救护车（含微医车）项目 (2) 内 容：购置救护车 8 辆，柳林镇社区卫生服务中心购置微医车 1 辆（具体内容详见招标文件）。 (3) 预算金额：260 万元 (4) 交货时间：卓尼县卫生健康局指定时间 (5) 交货地点：卓尼县卫生健康局指定地点	
2	采购方（需方）： (1) 单位名称：卓尼县卫生健康局 (2) 联 系 人：刘冰 (3) 联系电话：0941-3627002	
3	招标人： (1) 单位名称：卓尼县卫生健康局 (2) 联 系 人：刘冰 (3) 联系电话：0941-3627002 (4) 地 址：卓尼县滨河东路 52 号	
4	提交答疑截止时间	2023 年 07 月 11 日下午 17：00（北京时间）
5	答疑回复截止时间	2023 年 07 月 15 日下午 17：00（北京时间）
6	递交投标文件截止时间	2023 年 07 月 26 日下午 15：10 分（北京时间）
7	开标时间	2023 年 07 月 26 日下午 15：10 分（北京时间）
8	中标结果公告期限	中标公告发布之日起一个工作日
9	签订合同	中标通知书发出之日起三十日内
10	投标有效期	90天
11	投标文件份数	中标单位于中标结果公示结束后递交至甘肃省甘南州卓尼县柳林镇白塔村208（正本一份，副本二份）

12	评标方法	综合评分法
13	项目联系人	胡玉环
14	联系电话	0941-5921699
15	招标公告发布媒体	甘肃政府采购网、甘南藏族自治州公共资源交易网
16	开标流程	<p>(1) 本项目采取线上递交方式，投标人须通过甘肃中工国际招投标有限公司投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。</p> <p>(2) 投标人须在开标当日开标时间到达前凭CA锁登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），并进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并视为放弃投标。</p> <p>(3) 本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），并进入参与项目等待开标。</p> <p>(4) 本项目解密开始至自动结束解密时间为30分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。</p> <p>(5) 开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的CA锁完成投标文件解密等操作。</p>
17	所有材料均与原件一致的承诺书	实行投标人承诺制（格式后附），必须装入投标文件。由投标人对投标文件中所提供的材料等情况的真实性进行承诺，没有提供的按无效投标处理。若发现投标人提供了虚假材料，将按照相关法规进行处理。
18	代理服务费	根据《国家发展和改革委员会文件（发改价格【2015】299号）文件》、《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号规定，由采购单位向甘肃诺航项目管理咨询有限公司支付代理服务费。



一、总 则



1. 1 招标文件涉及术语的内涵及解释

1) “医药采购当事人”是指在医药采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2) “采购人”或“需方”是指依法提出招标项目进行招标的法人或其他组织（本项目“采购人”是指卓尼县卫生健康局）。

3) “采购代理机构”（以下简称“代理机构”）是指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织（本项目“代理机构”是指甘肃诺航项目管理咨询有限公司）。

4) “投标人”是指向本次招标人提交投标文件的供应商。

5) “供应商”是指已按照招标公告要求获取了招标文件，并向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6) “招标文件”是指由招标代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

7) “投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件。

8) “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

9) “货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品、货物、设备等。

10) “安装”是指投标人中标后按招标文件和合同的规定在项目

现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有仪器设备安装的完备性、稳定性和安全性负责。

11) “服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

12) “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

GSNH-2023-GK07

二、投标须知



2.1 招标

2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过招标来择优选定货物、服务的供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求；投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。

投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

2.1.2 招标文件的修改与补充

投标截止日期 15 天前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分。

招标文件的修改将以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由

未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标人可决定是否延长投标文件递交截止时间和推迟开标时间，并将此变更通知每个投标人。

2.2 投标

2.2.1 投标综合要求及说明

1) 投标人对投标货物性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；

2) 投标人在投标文件中所列出的所有货物均视为包含在投标项目以及报价中；

3) 投标人在本次采购项目中所提供的货物对于招标文件中的技术参数要求必须满足，必须符合国家相关规定的要求；

4) 招标人发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一规定的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中，中标供应人如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人也有权宣布中标结果视同无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

5) 采购人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力。

6) 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用。不论投标的结果如何，招标人和需方均无义务和责任承担这些费用。

7) 本次投标不接受联合体投标。

2.2.2 投标文件的制作

投标人须按招标文件的要求制作投标文件，制作投标文件份数为：详见投标须知前附表。制作投标文件必须按照下列编制顺序给文件编制页码，投标文件包含资格证明文件、商务和技术文件。

1) “资格证明文件”应包含以下内容：

(1) 在中华人民共和国境内合法注册，具有独立承担民事责任的能力，具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，上述营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件加盖公章）；如投标人是事业单位，应提供“事业单位法人证书”（复印件加盖公章）；如投标人是其他组织，应提供相应的证明文件（复印件加盖公章）；

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书原件；

(3) 法定代表人身份证及被授权人身份证复印件加盖公章；

注：法定代表人亲自投标的，无需提供“法定代表人授权委托书”和“授权代理人身份证”。

(4) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（以成功获取招标文件后至投标截止日前在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

(5) 投标人须提供 2022 年 6 月至今至少一个月缴纳税收的证明材料（证明材料可以增值税、企业所得税等税种中任意一种税种的完税证明，零报税的投标人须提供税务部门盖章的申报表或相关证明，享受免税政策的企业须提供免税证明）；

(6) 投标人须提供 2022 年 6 月至今至少一个月缴纳社会保障资金的证明材料；

(7) 投标人须提供 2022 年度完整的财务审计报告及基本开户银行出具的近一月的资信证明，（成立未满一年的企业可提供财务报表）；

(8) 投标人参加政府采购活动 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9) 投标人须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（彩色复印件或扫描件加盖公章）；

(10) 投标人须提供非联合体投标声明；

2) “商务文件”应包含以下内容：

(1) 投标函

(2) 开标一览表（用于唱标）

(3) 投标分项报价表

(4) 商务条款偏离表

(5) 中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供，不提供者不享受中小微企业优惠政策）

(6) 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团

团)出具的属于监狱企业的证明文件(监狱企业参加政府采购活动须提供,不提供不享受监狱企业优惠政策)



(7) 残疾人福利性单位声明函原件(残疾人福利性单位参加投标需提供,不提供者不享受残疾人福利单位优惠政策)

(8) 供应商业绩(填写近三年已完成或在执行类似项目一览表,并附中标通知书或合同复印件等证明材料,成立不足三年的按实际情况填写,没有业绩的填写“无”,表格加盖公章)

(9) 供应商认为有必要提供的其他资料

3) “技术文件”应包含(但不仅限于)以下内容:

(1) 技术要求响应/偏差表(须逐条响应)

(2) 投标货物说明表

(3) 售后服务及售后计划承诺书

(4) 实施方案(内容及格式自拟)

(5) 其他技术响应资料及附件

1) 投标产品详细说明或产品说明书

2) 由投标产品生产厂商印制的投标产品彩页

(6) 供应商认为有必要提供的其他技术资料

2.2.3 投标报价

此次投标报价须标明各品目报价及合计报价,否则视为无效投标。投标价格应包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运输、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务,以及可合理推断的责任

和业务。除非招标文件另有规定，投标报价应包括所需货物保险、税金、运输、装卸、政策性文件规定及合同包含的所有风险、~~优惠率~~、责任等各项应有费用。



投标价格采用唯一价格（即每种货物和服务只允许有一个报价），不得为某一范围价格。

投标货币：人民币。

2.2.4 投标有效期

投标文件在正式递交日期起 90 日内有效。

2.2.5 投标文件的份数和签署

投标文件的份数详见投标须知前附表。

投标文件中要求由投标人法定代表人或被授权人签字或签章的内容必须签字或签章，投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖公章。

2.2.6 投标文件格式

招标文件提供的规定格式见附件 1—14

2.2.9 投标文件的递交

投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGTF 加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子
服 务 系 统 （ v2.0 ） （ 网 址 ：
<http://47.108.141.94:8092/UserLogin.aspx>），逾期未上传到指定

的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。



2.2.10 投标截止时间

投标截止时间为 2023 年 07 月 26 日下午 15:10 分(北京时间)

2.2.11 投标文件的修改与撤回

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照招标文件规定不予退还。

4. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

2.3 开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点按程序组织开标会议。

2. 开标活动通过网络递交，投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGTF 加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子服务系统（V2.0）（网址：<http://47.108.141.94:8092/UserLogin.aspx>），若在开标时间前没有上传已固化的投标文件，则视为放弃投标（上传加密投标文件时，请直接填写投标单位全称即可。不得添加任何特殊字符、符号等，若

因特殊字符、符号等因素导致投标文件损坏或打不开，后果自负）。

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

2.4 合同的授予

2.4.1 中标通知书

招标人根据评标委员会的评议结果，公布中标结果，该结果将做为正式中标或签订供货合同的凭据。招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书发出之日起三十日内，中标人应与采购方签订供货合同。

2.4.2 合同的授予原则

招标人将把合同授予经评标委员会评议推荐，在法定公告时间后，收到中标通知书的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

2.4.3 合同的签署

中标人按中标通知书中规定的时间和地点，在招标代理机构的组织下，由法定代表人或被授权人与采购人签订合同。采购人与中标人

是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。



中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可取消其中标资格。

GSNH-2023-GK07

三、澄清和质疑



3.1 对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早获取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在获取招标文件开始之日起7个工作日内向招标人以书面形式递交澄清或质疑函（原件），并登记备案。由法定代表人递交澄清或质疑函时，须有法定代表人签字及提供法定代表人身份证复印件；由非法定代表人递交澄清或质疑函时，还须提供法人澄清或质疑授权函（原件）及被授权澄清或质疑人的身份证复印件，上述资料均需加盖公章。

招标人在投标截止日前五天根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

3.2 对招标过程和拟中标结果质疑

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向招标人递交质疑函（原件），并登记备案。由法定代表人递交质疑函时，须有法定代表人签字及提供法定代表人身份证复印件；由非法定代表人递交质疑函

时，还须提供法人质疑授权函(原件)及被授权质疑人的身份证复印件，上述资料均须加盖公章。



招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时间向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

3.3 澄清或质疑不予受理的情况

未按上述规定递交澄清或质疑函的，将视为无效澄清或质疑，对于口头、电话、邮件、传真件、电子邮件等方式进行澄清或质疑的也将视为无效澄清或质疑，招标人将不予受理且不再另行通知，由此产生的影响由投标人自行承担。

四、货物需求及主要参数



4.1 货物需求及主要参数

序号	名称	主要参数说明	单位	数量
一、救护车				
1	★功能	1、主要是转运、救治和抢救病人的专用转运型救护车。 2、投标人所投的整车产品须是已列入国家发改委发布的《车辆生产企业及产品公告》或工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录中列明的“救护车”车型，提供国家发改委或工信部公告网站截图及相关附件为证明材料。		
2	车辆技术要求	<p>一般技术指标：（以下序号：1、2、3；视为一项一般技术指标）</p> <p>1、底盘</p> <p>（1）变速器：手动变速箱；</p> <p>（2）悬挂系统：前悬双横臂式扭杆弹簧独立悬架，后悬钢板弹簧非独立悬架；</p> <p>（3）制动系统：前通风盘式 后实心鼓式</p> <p>（4）正副驾电动车窗</p> <p>（5）原厂空调、暖风</p> <p>（6）原厂中控锁</p> <p>2、安全</p> <p>（1）ABS 防抱死；</p> <p>（2）制动分配（EBD）；</p> <p>3、发动机</p> <p>（1）排量：≥1900ml；</p> <p>（2）燃油类型：汽油；</p> <p>（3）额定功率：≥100(KW)；</p> <p>（4）轴距：≥3000(mm)。</p> <p>（5）排放标准：（国六排放）；</p> <p>★重要技术指标：（该★号项下序号 1、2；视为一项重要技术指标）</p> <p>1、整车尺寸</p> <p>（1）外形尺寸：长：5600mm≥长≥5330mm、2100mm≥宽≥1600mm、2500mm≥高≥2000mm；</p> <p>（2）医疗舱尺寸：长≥2600mm、宽≥1700mm、高≥1700mm；</p> <p>2、载重</p> <p>（1）整备质量：2110kg ≤质量≤2150kg</p> <p>（2）总质量：≥2800(kg)</p>	辆	8
3	改装技术要求	<p>一般技术指标：（以下序号：1、2、3、4、5、6、7、8、9；视为一项一般技术指标）</p> <p>1、车辆外观</p> <p>（1）救护车车身外表底色要求为白色，标识颜色按采购人要求进行定制；</p> <p>（2）医疗舱左前车窗全贴不透光白膜，其余车窗贴 2/3 不透光白膜。</p> <p>2、警示系统：车顶前部需安装长排蓝色警灯，100W 警报器及手持控制，尾部圆柱形爆闪。（需提供照片及实物照片为证）</p> <p>3、照明系统：医疗舱内顶、医疗舱尾部、顶部照明灯 2 部，均需安装 LED 照明</p>		

	<p>灯，输液射灯。</p> <p>4、空调及通风换气系统：医疗舱为大功率直排制热、制冷，有排风换气扇。</p> <p>5、医疗舱设计与布局：医疗舱为原车顶内饰，驾驶室与医疗舱安装中隔断，会开前后车厢设有一块大尺寸玻璃推拉窗（方便驾驶室人员宽视野，全方位的掌握医疗舱状况），医疗舱中隔墙上方设有长整排空调出风口，医疗舱中间隔断后安装软包柜式座椅，医疗舱右侧中门旁安装朝前独立座椅，医疗舱右侧后方安装长排 2 人软包座椅，医疗舱左侧中部安装储物柜及设备摆放柜，后侧设有成型氧气柜，配置安装 2 个 10L 氧气瓶，医疗舱顶部安装双向换气风扇，可抽风及排气。（需提供设计图纸、实车图片并加盖厂家鲜章）</p> <p>6、担架系统</p> <p>（1）自动上车担架（含担架导板）。</p> <p>7、在车辆启动状态下，可实现 24 小时不间断供电，可输出 220V，不小于 500W 电源逆变器可供医疗设备使用，并在相应的位置安置 12V 电源端口至少 1 只、220V 电源端口至少 2 只，医疗舱翘板控制开关 1 个；（220V 电源插座符合国家相关标准）。</p> <p>8、供氧系统：医疗舱氧气柜包括氧气切换装置及 2 个 10L 氧气瓶，氧气瓶上配有 2 个国标氧气端口、2 个隐藏式氧气管路及减压阀、1 个刻度式流量湿化瓶、1 个呼吸机接口（国标），氧气管路等中央供氧系统，带专用设施门，方便患者吸氧使用。</p> <p>9、辅助设备</p> <p>（1）驾驶室与医疗舱隔断及前后对讲系统；</p> <p>（2）紫外线消毒灯；</p> <p>（3）安全扶手；</p> <p>（4）灭火器；</p> <p>（5）输液挂钩；</p> <p>（6）垃圾桶。</p> <p>★重要技术指标：（该★号项下序号 1、2、3、4；视为一项重要技术指标）</p> <p>1、柜体材料：</p> <p>（1）提供第三方检测机构出具的柜体制作材料环保检测报告，要求未检出甲醛、镉、铅、汞及六价铬；</p> <p>（2）提供第三方检测机构出具的柜体制作材料阻燃检测报告，要求满足 GB 8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求）。</p> <p>2、供电系统</p> <p>（1）在拔掉车辆钥匙后所有用电器应断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力；</p> <p>（2）安全保护：每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用；</p> <p>（3）汽车低压线束：改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，提供第三方检测机构出具的检测报告；耐高温压力测试，测试条件为 100℃、4h、1KV、1min 情况下，按照 GB/T25085 标准进行测试，要求满足标准，提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>3、地板采用具有阻燃性质地板，具有国家汽车质量监督检验中心阻燃报告，提供第三方检测机构出具的检验报告；医疗舱地板革采用防水、防腐、耐磨、抗菌、环保材料，便于清洁和整理。</p>	
--	---	--

		4、座椅：医生座椅，投标人须提供符合 GB15083-2019 第三方检测机构出具的检验报告(汽车座椅，座椅固定装置及头枕强度要求和实验方法)；		
二、救护车相关配套设施设备				
1	病人监护仪	<p>1. 监护仪外形结构：</p> <p>1.1、便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者</p> <p>1.2、★≥12.1 寸彩色 LED 背光液晶显示屏，彩色高分辨率达 800*600</p> <p>1.3、★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰</p> <p>2. 监测参数：</p> <p>2.1、可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温</p> <p>2.2、采用 ECG 多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性</p> <p>2.3、心电波形速度支持 6.25、12.5、25 和 50mm/s 不少于 4 种选择</p> <p>2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护</p> <p>2.5、★提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去 24 小时患者的心率变化和心率分布情况。</p> <p>2.6、★血氧监测时标配支持 PI 血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况</p> <p>2.7、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性</p> <p>2.8、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式</p> <p>2.9、成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg</p> <p>2.10、小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg</p> <p>2.11、新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg</p> <p>2.12、★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去 24 小时患者血压变化和分布情况。</p> <p>3. 系统功能：</p> <p>3.1、支持中/英文输入</p> <p>3.2、具有三级声光报警，参数报警级别可调</p> <p>3.3、具备报警集中设置功能</p> <p>3.4、具备血液动力学、药物计算功能</p> <p>3.5、支持≥1000 小时趋势数据的存储与回顾功能</p> <p>3.6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于 5 种工作模式</p> <p>3.7、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面</p> <p>3.8、具备网络通信功能，实现中央站的集中监护</p> <p>3.9、标配一块高能锂电池，工作时间可达 4 小时</p> <p>3.10、支持监护仪系统日志的向 U 盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求</p> <p>3.11、★主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。</p> <p>4. 安全与认证：</p> <p>★4.1：投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括</p>	台	8




		品牌和型号。 ★4.2: 投标型号监护仪认证: 通过国家三类注册, CE 认证, FDA 认证, 提供证明材料 ★4.3: 产品设计使用年限≥8 年, 提供机器标贴证明材料。		
三、微医车				
1	★功能	投标人所投的整车产品须是已列入国家发改委发布的《车辆生产企业及产品公告》或工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录中列明的“检测车”车型, 提供国家发改委或工信部公告网站截图及相关附件为证明材料。		
2	车辆技术要求	一般技术指标: (以下序号: 1、2、3、4; 视为一项一般技术指标) 1、底盘 (1) 变速器: 手动; (2) 悬架系统: 麦弗逊式独立前悬, 钢板弹簧后悬; (3) 轴距: ≥3300mm。 (4) 驾驶室 3 座椅 (5) 驾驶室电动窗, 中控门锁带遥控功能; (6) 后双开门 (7) ≥3 人 2、安全 (1) 安全气囊: 驾驶座安全气囊; (2) 防抱死制动系统 ABS; (3) 牵引力控制系统 ASR/TCS/TRC; (4) 车身稳定系统 ESC/ESP/DSC; (5) 制动辅助系统 EBA/BAS/BA; (6) 制动力分配系统 EBD/CBC; (7) 智能 LED 大灯及日间行车灯; (8) 驾驶室一体化中控台; (9) 三幅式方向盘; (10) 自动雨刷器 (11) 导航及倒车影像 3、发动机 (1) 排量: ≥1900ml; (2) 燃油类型: 汽油; (3) 额定功率: ≥149kW; (4) 最大扭矩: ≥330N·m; (5) 型式: 直列四缸、涡轮增压; (6) 排放标准: (国六排放); (7) 最高时速: ≥120km/h。 4、制动系统: 前通风盘式, 后实心盘式。 ★重要技术指标: (该★号项下序号 1、2; 视为一项重要技术指标) 1、整车尺寸 (1) 外形尺寸: 5355mm≥长≥5325mm、2060mm≥宽≥1986mm、2700mm≥高≥2395mm; (2) 检测舱尺寸: 长≥2600mm、宽≥1700mm、高≥1700mm;	辆	1

		<p>2、载重</p> <p>(1) 整备质量：2260kg≤质量≤2460kg；</p> <p>(2) 总质量：≥3300kg。</p>	
3	改装技术要求	<p>一般技术指标：（以下序号：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11；视为一项一般技术指标）</p> <p>1、车辆外观</p> <p>(1) 检测车车身外表底色要求为白色，标识颜色按采购人要求进行定制；</p> <p>(2) 检测舱左前车窗全贴不透光白膜,其余车窗贴 2/3 不透光白膜。</p> <p>2、照明系统：检测舱内顶、检测舱尾部、均需安装 LED 照明灯，输液射灯。</p> <p>3、空调系统：驾驶室原厂空调，检测舱顶置车载空调。</p> <p>4、紫外线消毒灯。</p> <p>5、驾驶舱及检测舱内外对讲机系统。</p> <p>6、在车辆启动状态下，可实现 24 小时不间断供电，可输出 220V，不小于 2000W 纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置 12V、220V 电源插座组合插座，可接三/二孔的多功能插座，交/直流两用至少 4 组；（220V 电源插座符合国家相关标准）。</p> <p>7、检测舱琴键式开关；</p> <p>8、集成电控箱，投标人须提供设计专利及授权用于检测车上装。</p> <p>9、汽车低压线束：改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，提供第三方检测机构出具的检测报告；耐高温压力测试，测试条件为 100℃、4h、1KV、1min 情况下，按照 GB/T25085 标准进行测试，要求满足标准，提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>10、外接电源：绕线盘；</p> <p>11、辅助设备：</p> <p>(1) 车载饮水机</p> <p>(2) 洗手池系统</p> <p>(3) 净水桶</p> <p>(4) 污水箱</p> <p>(5) 灭火器</p> <p>(6) 污物桶</p> <p>(7) 车窗黑色膜</p> <p>(8) 遮阳棚</p> <p>(9) 车载冰箱</p> <p>(10) 中后门上车踏板</p> <p>★重要技术指标：（该★号项下序号 1、2、3；视为一项重要技术指标）</p> <p>1、柜体材料：</p> <p>(1) 提供第三方检测机构出具的柜体制作材料环保检测报告，要求未检出甲醛、镉、铅、汞及六价铬；</p> <p>(2) 提供第三方检测机构出具的柜体制作材料阻燃检测报告，要求满足 GB 8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求）。</p> <p>2、检测舱地板革采用防水、防腐、耐磨、抗菌、环保、阻燃材料，便于清洁和整理。</p> <p>3、检测舱设计：检测舱内顶为医用沃克板材质，驾驶室与检测舱安装中隔墙，分开前后车厢设有一块大尺寸玻璃推拉窗（方便驾驶室人员宽视野，全方位的掌</p>	

		握检测舱状况），检测舱内顶上方设有顶置车载空调出风口，检测舱右侧推拉门上方设有中门长条防撞软包，检测舱右侧中门旁安装医用沃克板材质登记办公柜及储物柜，登记办公柜下方放置 2 只移动式旋转座椅，检测舱左侧及后门上安装防撞软包，检测舱左侧设有理化工作台及设备摆放柜，检测舱左侧上方并排吊柜（舱内所有柜门带锁止装置）；（需提供设计图纸、实车图片并加盖厂家鲜章）		
四、微医车相关配套设施设备				
1	全自动生化分析仪	1. 测试速度：恒速 400 测试/小时 2. 分光系统：全息凹面光栅，后分光检测 3. 分析方法：终点法，两点法，动力学法，两点终点法 4. 样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、胸腹水等 5. 样本管类型：原始采血管、微量样本杯、塑料试管等多种规格 6. 样本盘：100 个样本位 7. 样本量：1.5-40 μL ，0.1 μL 步进 8. 急诊样本处理：随时插入急诊；急诊优先处理 9. 试剂盘：80 个试剂位，24 小时不间断冷藏 10. 试剂量：10-400 μL ，1 μL 步进 11. 探针功能：具备液面探测、随量跟踪、立体防撞和堵针检测功能 12. 清洗系统：涌泉式内外壁针清洗；反应杯 8 阶清洗；专用酸碱清洗位 13. ★交叉携带污染率： $\leq 0.01\%$ 14. 搅拌系统：双头搅拌 15. 反应盘：81 个反应杯 16. 反应温度：37℃，温度波动 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 17. 加热方式：固体恒温加热 18. 反应杯：光径 5mm，支持永久型石英杯/半永久型 UV 塑料杯；非杯联塑料杯，支持单个更换 19. ★最小反应体积： $\leq 100 \mu\text{L}$ 20. 光源：卤素灯，寿命 ≥ 2000 小时 21. 波长：340~800nm，12 个波段检测 22. ★吸光度范围：0~4.0A，分辨率 0.0001A 23. 冷却方式：不间断流动水冷 24. 质控方式：实时质控，日间质控，日内质控等 25. 质控规则：Westgard 多规则质控、Cumulative sum check、Twinplot 等 26. 校准方式：单点线性、两点线性、多点线性等多种拟合校准 27. 操作系统：Windows 中文操作系统（64 位），支持 LIS 28. 系统接口：TCP/IP 网络接口、标准 RS232C 29. 报告打印：中文报告，支持用户自定义格式 30. 电脑配置：CPU 主频 2GHz；内存 4G；硬盘 500G；显示器 21.5' LED；打印机（选配，针式、喷墨、激光） 31. ★耗水量： $\leq 10\text{L}$ 32. 海拔高度： $< 3000\text{m}$ 33. 电源： $\sim 220\text{V}$ ，50Hz 34. 重量：250kg	台	1

		<p>35. ★配套试剂：提供原厂生产的配套生化试剂，试剂项目≥90个，包括 GR、C1q、IgG4 等</p> <p>36. 生产厂家有正规完善的溯源体系，所投仪器、试剂及配套校准品为同一品牌，能提供投标所有产品的溯源性证明文件</p>		
2	全自动血细胞分析仪	<p>1. 工作原理：激光散射法+流式细胞术（WBC 计数及分类）、比色法（HGB）、电阻抗法（RBC、PLT）</p> <p>2. ★检测参数：≥29 项参数结果，1 个 3D 散点图，4 个 2D 散点图，3 个直方图</p> <p>3. ★采样血量：最小自动封闭进样血量≤20 微升</p> <p>4. WBC 分类通道：采用独立的光学通道检测白细胞总数和嗜碱性粒细胞分类通道</p> <p>5. 进样模式：手动开放进样、自动封闭进样</p> <p>6. 检测模式：全血模式、微量血模式、预稀释模式</p> <p>7. 测试样本：静脉全血、末梢全血、预稀释血</p> <p>8. ★检测速度：血常规五分类≥70 速</p> <p>9. 检测模式：CBC、CBC+DIFF</p> <p>10. ★进样方式：全自动进样装置，可进行全自动微量血封闭进样（单个或多个，支持末梢血自动化批量检测），且一次性放置样本≥50 个，带急诊位</p> <p>11. 结果储存：≥100000 个结果；包含参数和图形信息</p> <p>12. 排堵功能：先进的检测系统，杜绝 WBC 堵孔；具有 RBC 反冲排堵、流动室排堵等排堵方式</p> <p>13. 报警提示：≥38 项 flag 报警，监控各类异常样本情况</p> <p>14. ★显示屏：自带≥10.4 寸超清触摸显示屏，方便用户操作</p> <p>15. 试剂管理：血常规检测试剂≤4 种，射频感应技术加载试剂，自动读取试剂、批号、效期等信息，即刷即用</p> <p>16. 试剂系统：提供原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件</p> <p>17. 校准：支持手动校准、自动校准，支持新鲜血、校准物校准</p> <p>18. 数据传输：USB 接口，网络接口，LIS 通信</p> <p>19. 报告打印：打印中英文报告，格式可选，外接打印机</p> <p>20. ★工作环境：电压 100-240V~，功率≤550W，频率 50HZ/60Hz，10~35℃，30~85%。</p> <p>21. ★线性范围：WBC：0~500×10⁹/L；RBC：0~8×10¹²/L；HGB：0~250 g/L；PLT：0~5000×10⁹/L</p> <p>22. ★重复性：WBC：≤2.5%；RBC≤1.5%；HGB≤1.5%；MCV≤1.0%；PLT≤4.0%</p> <p>23. ★尺寸重量：占地面积<0.45 m²，重量≤61kg</p>	台	1
3	全自动尿液分析仪	<p>1 测定原理：双光源全色光，光电比色法</p> <p>2、检测速度：单机测速≥240 标本/小时</p> <p>3、测定项目：≥14 项</p> <p>4、抗干扰：干化学试纸条中含抗环血酸（VC），能够排除 Vc 对检测的干扰</p> <p>5、ACR 功能：具有 ACR（微量白蛋白肌酐比）检测功能，能早期筛查糖尿病肾病，并且可自动编辑在报告单中。</p> <p>6、样本处理：无需离心直接上机，支持穿刺进样</p> <p>7、进样架：支持 10 管样本架，进样位可放置≥6 架</p>	台	1

		<p>8、配套试剂：具有原装配套的试纸条、质控品和校准品（含理学校准质控） 需提供证明文件：NMPA 产品注册证</p> <p>9、急诊位：有专用的急诊插入检测位置</p> <p>10、样本吸入量：≤1.5mL</p> <p>11、重复性：变异系数 CV≤1.0%</p> <p>12、稳定性：变异系数 CV≤1.0%</p> <p>13、级联拓展：考虑科室未来对尿液分析能力的进一步升级，要求能提供同一厂商生产的尿液有形成分分析仪（提供有形成分仪器注册证），并且可直接在本机上进行联机升级</p>		
4	便携式彩色多普勒超声	<p>一、主机与成像系统</p> <p>1) 显示器：≥15 英寸，显示器角度可调范围≥35°</p> <p>2) ★主机自带探头接口数≥2 个</p> <p>3) 二维灰阶成像部件</p> <p>4) 频谱多普勒显示及分析系统</p> <p>5) 多普勒能量图</p> <p>6) 回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析</p> <p>7) 空间复合成像技术</p> <p>8) 二维和彩色多普勒双幅实时显示模式</p> <p>9) ★具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式（提供图片证明）</p> <p>10) ★整机立式设计，操作面板通过下翻打开，合闭后机器占用面积小</p> <p>11) 系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用</p> <p>12) 开机时间< 30 秒，支持待机模式转运，启动时间< 5 秒</p> <p>二、二维灰阶成像单元</p> <p>1) 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，</p> <p>2) 发射声束聚焦：发射≥8 段</p> <p>3) ★最大显示深度：≥30cm</p> <p>4) ★TGC：≥8 段，LGC：≥4 段</p> <p>5) ★动态范围：≥200，可视可调（提供图片证明）</p> <p>三、彩色多普勒</p> <p>1) 多普勒频率≥2 段可视可独立调节</p> <p>2) B/Color 双幅实时显示</p> <p>3) ★彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6 个测点以上，并具有深度显示）（提供图片证明）</p> <p>四、测量和分析</p> <p>1) 常规测量（距离测量、椭圆及描述测量面积周长、体积测量）</p> <p>2) 外周血管专用测量及分析</p> <p>3) 妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式</p> <p>4) 多普勒测量及分析</p> <p>5) ★可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。（提供图片证明）</p> <p>五、图像传输与存储单元</p> <p>1) 图像存储与（电影）回放重现单元：支持同步存储（支持单帧图像文件包含：</p>	台	1



		<p>DCM、TIFF 单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描</p> <p>2) 输出：复合视频，S---视频，VGA</p> <p>3) 支持数据无线传输</p> <p>4) ★ 4 个 USB2.0 接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备</p> <p>5) ★ 500G 内置硬盘</p>		
5	心电图机	<p>一、基本要求</p> <p>1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。</p> <p>1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录 12 道心电波形。</p> <p>1.3 显示屏≥9.0 英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。</p> <p>1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。</p> <p>1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST 快速下载等 3 种患者信息录入方式。</p> <p>1.6 支持有线和无线联网，方便远程诊断。</p> <p>1.7 支持 PDF、PNG、JPG、HL7、XML、DICOM 数据格式。</p> <p>1.8 支持 FTP、HTTP、SAMB A 传输协议。</p> <p>二、性能要求</p> <p>2.1 A/D 转换：24bit。（提供注册检验报告证明）</p> <p>2.2 采样率：≥20000Hz。（提供注册检验报告证明）</p> <p>2.3 频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。（提供注册检验报告证明）</p> <p>2.4 内部噪声：≤12.5μVp-p。</p> <p>2.5 时间常数：≥3.2 s。</p> <p>2.6 耐极化电压：±910mV。（提供注册检验报告证明）</p> <p>2.7 输入电流：≤0.01 μA。</p> <p>2.8 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。</p> <p>2.9 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。</p> <p>2.10 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。</p> <p>三、功能要求</p> <p>3.1 ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集。</p> <p>3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera 导联体系，同时具备导联标识自定义功能。</p> <p>3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达 60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。</p> <p>3.4 支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。</p> <p>3.5 可同屏显示 12 导同步心电波形，同时支持 3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1 等多种显示布局。</p> <p>3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。</p> <p>3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。</p> <p>3.8 支持起搏检测功能。</p> <p>3.9 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。</p>	台	1

		<p>3.10 热敏记录纸：折叠纸。</p> <p>3.11 设备内置存储器，本机可存储病历≥ 1000例，存储满后机器可循环存储。</p> <p>3.12 支持U盘、SD卡的扩容存储。</p> <p>3.13 支持U盘和SD卡直接导出PDF、JPG、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。</p> <p>3.14 支持波形浏览功能。</p> <p>3.15 支持报告打印预览功能。</p> <p>3.16 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。</p> <p>3.17 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。</p> <p>3.18 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。</p> <p>四、电源</p> <p>交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz），内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。</p> <p>五、配置</p> <p>主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。</p>		
6	脉搏波医用血压计	<p>显示方法：LCD显示屏</p> <p>测量方法：脉搏波法</p> <p>测量范围：压力（0~300）mmHg [（0~40）kPa]</p> <p>脉率数40次/分~180次/分</p> <p>测量准确度：压力：$\pm 2\text{mmHg}$（$\pm 0.267\text{kPa}$）以内。（提供报告证明）</p> <p>脉搏：脉率数$\pm 2\%$以内</p> <p>存储容量：100组测量数据</p> <p>测量位置：左右臂均可测量</p> <p>压力监测：高精密半导体压力传感器</p> <p>加压：压力泵自动加压方式</p> <p>减压：线性电磁控制阀自动减压系统</p> <p>超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，急速排气时间不大于10秒；</p> <p>肘部位置传感器：有（准确定位肱动脉，提高测量精度）；</p> <p>臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度；</p> <p>适合臂周：17cm~42cm；</p> <p>*输出端口：RS-232和USB两种数据接口方式。</p> <p>主机重量：约8.0kg</p> <p>干扰提示：干扰情况用户提醒</p> <p>抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料</p> <p>用户教育：根据测量结果，显示提示信息</p> <p>打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选</p> <p>压力单位：mmHg和kPa两种模式互选</p> <p>电 源：AC 100-240V，50-60Hz，1.6-0.8A</p> <p>使用温湿度：5℃~40℃，15%RH~80%RH</p> <p>运输和贮存温湿度：-20℃~+55℃，$\leq 93\%$RH</p>	台	1

		运行大气压力：80kPa~106kPa 运输和贮存大气压力：50kPa~106kPa 主机尺寸：471.5mm（长）×402mm（宽）×309mm（高） 电击保护：I 类设备，B 型应用部分		
7	★超声波身高体重分析仪	产品：折叠款 身高测量：超声波智能感应测量 测高范围：30-210cm，分度值 0.5cm，允许±0.5cm 误差，具备身高微调功能 称重范围：3-200kg，分度值 100g，允许正负 300g 误差 测量项：体重、身高、BMI 语音报读功能（语音可以开或者关闭） RS232 端口：产品具备 RS232 端口，可实现数据输出 打印功能：自带热敏打印机 超重显示：Err，负重显示：0.0kg 视窗尺寸：70x80mm，LCD 黑底白字显示 开关机方式：重力开机/按键开机；按键长按关机 电源：插电使用（直流 6V2A 供电使用）	台	1
8	台式低速离心机	最高转速：5000r/min 最大相对离心力：3630xg 定时范围：1~99min 噪声：<65dB 显示：数字显示 操控方式：按键开关 电源：AC220V 50HZ 输入功率：0.6KW 驱动方式：交流变频电机 外型尺寸：42x32x30cm 净重：25kg	台	1
9	急救箱	尺寸规格：450mm×340mm×145mm 适用人数：10-20 人	台	1
10	折叠担架	展开尺寸（长*宽*高）：208*55*15cm 折叠尺寸（长*宽*高）：104*17*9cm 纸箱包装尺寸：108*18.5*18cm 承重：≤159kg 净重：5kg 毛重：12kg	台	1
11	荧光免疫定量分析仪	1. 产地：原装生产配送，国内有 CFDA 等权威认证。 2. 规格型号：所投标产品的规格型号必须与 CFDA 注册登记表一致。 3. 画面显示：≥14 英寸彩色液晶显示屏。 4. 操作方式：触摸操作，也可键盘鼠标操作。 5. 仪器小巧，体积应≤420mm×420mm×420mm（长×宽×高）。 6. 便于运输和安装，裸机重量应≤20Kg。 7. 外接口包括 USB 接口，以太网接口，通信接口等。 8. 数据传输：可连接 LIS 系统。	台	1

	<p>9. 储存空间：可储存>100000 条检测结果。</p> <p>10. 软件升级：可通过互联网或 U 盘对软件进行更新升级。</p> <p>11. 打印模式：外接 USB 打印机，可自定义打印模板。</p> <p>12. 样本类型：全血、血清、血浆、末梢血、尿液。</p> <p>13. 测试速度：≥120T/H。</p> <p>14. 通道数：≥20 个，支持急诊功能。</p> <p>15. 检测模式：孵育检测</p> <p>16. 校准模式：自动校准。</p> <p>17. 试剂卡识别：条形码自动识别。</p> <p>18. 温度控制系统：具有孵育位恒温加热，提供稳定的检测环境。</p> <p>19. 具有开机自检、断电保护、运行状态实时监控等功能。</p> <p>20. 检测方法：时间分辨荧光免疫技术。</p> <p>21. 检测时间：3-10 分钟内出检测结果。</p> <p>22. 稳定的光电信号通路，光学 CV 值：<1%</p> <p>23. 电源条件：220V 50Hz</p> <p>24. 环境温度：10℃-30℃</p> <p>25. 环境湿度：30%-85%</p> <p>26. 大气压：700 hPa-1060 hPa</p> <p>27. 使用期限/失效日期：5 年</p>		
--	---	--	--



1) 以上条款中标注“★”号的为重要技术参数，对这些重要技术参数负偏离响应不做无效标处理，但将导致较大分值扣分，对这些技术参数必须提供技术支持文件（如厂家彩页、注册证、检验报告、厂家配置清单、说明书和操作手册，上述技术参数中有要求的须按要求提供），否则视为负偏离。（扣分标准详见第六章评标办法）。

2) 供应商提供虚假技术资料而中标的，后期发现取消其中标资格，打入不良记录，并承担采购人的相应损失。

提供产品的品牌全部相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会应按低价优先的原则推荐排序候选人资格，价格得分相同时，由评标委员会采取随机抽取的方式决定。

4.2 供货期限及交货地点

供货期限：签订供货合同之日起30日内供完所有货物。

交货地点：卓尼县卫生健康局指定地点



GSNH-2023-GK07

五、技术要求



5.1 总体要求

- 1) 投标人应就其所提供的设备提供总体性说明；
- 2) 投标报价应包含完成招标文件规定的全部内容所需的全部费用；
- 3) 中标品种合同期内按中标价供货；如涉及国家发改委及政府价格下调品种，需依据国家发改委及政府价格进行相应下调；
- 4) 投标的产品质量和包装质量均应符合国家规定的质量标准及相关质量要求；
- 5) 供货产品的包装、说明书和标签应符合国家相关规定；
- 6) 投标人中标后所提供的产品必须确保最新生产批号，不得提供即将过期的产品；
- 7) 中标产品需随货提供产品的相关合格证件；
- 8) 对于投标人中标后提供的产品达不到以上所述，招标方有权单方拒绝按招标量购进，取消其以后投标资格，并保留追诉权利。

5.2 销售服务和技术支持的要求：

5.2.1 售前保障

- 1) 中标供应商应向采购人和直接使用人提供设备所需的房间布局，防护设备，温度、湿度的要求，电源供应要求、操作人员的基本素质要求等；

2) 培训：设备到达卓尼县卫生健康局指定的交货地点后，由采购方规定培训时间，供应商对设备的具体使用人员免费进行集中培训，时间至少为 2 天。

5.2.2 售后服务

- 1) 设备到达卓尼县卫生健康局指定的交货地点后，由供应商联系工程师对其进行现场安装、调试，由已参加培训的技术人员在工程师的指导下进行设备操作；能熟练操作后，对所有操作人员颁发合格

证书，并建立操作人员档案，采购方和供应商各存一份，便于日后的管理。



2) 供应商主动向采购人及有关技术人员提供关于正确使用设备的指导。

3) 供应商要保证设备的正常运行，设备保修期限要求为2年。在保修期内，如有任何质量问题，联系供应商后，供应商应及时联系工程师对设备进行免费维修，保证设备能够正常使用。售后服务不能达到承诺要求，延误使用的，将记入甘南州招标采购不良记录，在以后的招标中取消其投标资格。

4) 在保修期内接收到设备发生故障的通知，要求在4个小时内作出响应，48个小时内赶到现场解决问题；

5) 每6个月，要求派遣责任工程师巡访客户，做一些日常维护保养工作，并与采购人有关技术人员交流设备使用的相关事宜；

6) 在保修期后设备配件损坏，保证全部配件以出厂价提供给用户，双方协商保修期过后的维修方式，尽最大力度支持用户自身的维护，以减轻用户的负担。

六、评标原则及办法



6.1 评标工作中的原则及组织

6.1.1 原则

招标人根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨，认真细致地做好评标工作。

1) 评审小组成员人数不少于 5 人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二；

2) 评审小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

3) 评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、招标（成交）候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

6.1.2 组织

1) 评标委员会：由采购人代表和从医药采购评标专家库随机抽取的专家组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的商务审核和技术评价；

2) 招标人：由卓尼县卫生健康局及代理机构工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标小组分发招标文件、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对评审委员会推荐的拟中标结果

进行审核；

3) 监督部门：由政府采购监督管理部门、本中心监督科等有关部门人员组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

6.2 评标内容及标准

评审委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标人将组织评审委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评审委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评审委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价；

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

3) 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

4) 评审委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的

要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评审委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据；



5) 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

6.3 评标内容及评分标准

- 1、评标方法：综合评分法
- 2、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

符合性审查：

符合性审查的内容

序号	内 容
1	政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书
2	投标报价是否超过项目最高限价
3	投标人须提供所有材料均与原件一致的承诺书

3、澄清有关问题；

澄清内容表

项目名称	
招标编号	
需要澄清的	1.
投标人单位	2.

名称	3.
需要澄清的 具体内容	
评标专家	
日期	



4. 采用综合评分法的按照以下评分明细表进行评分。

5. 综合评分明细表：

分值分配

价格部分	商务部分	技术部分
30	15	55

6. 三项总和按四舍五入保留两位小数，得分最高者为拟中标单位，得分相同时由采购人确定中标候选人，推荐中标候选人名单。

7. 编写评标报告。

评标委员会将以招标文件要求为评标依据，对投标人的投标报价、商务、技术部分三部分内容进行综合评分。

（一）报价评分（满分 30）

序号	评分项目	评分标准	分值
1	报价	<p>在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分；其它供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 100 \times 30\%$（精确到小数点后二位）。</p> <p>对小、微企业执行甘财采[2022]16 号文件的规定，对其投标报价按 15%扣除后的价格作为其评标价；未填写中小企业声明函和不符合规定的企业价格不予扣除。</p>	30 分

序号	评分项目	评分标准	分值
		根据政府采购 87 号令第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	

（二）商务部分评分（满分 15 分）

序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	投标文件响应情况	3 分	投标文件格式完全响应招标文件，图表或字迹清晰、排版规范，资料齐全详备的得 3 分，图表或字迹不清晰、排版不规范，资料不齐全详备的得 1 分，其他的不得分。
2	类似业绩	6 分	投标单位需提供近三年类似项目的合同或中标通知书，每提供一份的得 2 分，最高得 6 分，没有的不得分。 (须提供合同或中标通知书原件或复印件扫描件加盖单位公章或电子签章放入投标文件正本，否则此项不得分。)
3	管理体系认证	2 分	投标单位需提供产品生产企业 ISO9001 质量体系认证、ISO13485 质量管理体系认证两项证书的得 2 分，没有不得分。
4	服务团队	4 分	投标单位需提供厂家 150 人以上的售后服务团队，其中至少 5 人的驻地售后服务团队，提供 24 小时技术服务的联系电话及全国免费 400 电话，方便及时快捷处理故障（包括节假日），评审专家可现场进行电话验证。驻地团队须提供团队社保证明及工程师培训合格证书作为依据，放入投标文件中，以上团队人员及资料齐全的得 4 分，不提供者或不完整的不得分。

（三）技术部分评分（满分 55 分）

序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	技术参数满足程度	26 分	根据各投标人所提供投标货物的技术参数对招标文件各项技术要求的逐项响应情况进行评分，完全满足招标文件技术参数要求的得 26 分，带“★”部分参数为重要技术参数，每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。其他为一般参数，每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。（带“★”项需按参数要求提供检测报告、相关证明

序号	评分项目	标准分值	评分标准
			材料加盖鲜章为依据放入投标文件中，否则不得分，如发现虚假证明材料，报财政部门严肃处理，并追究法律责任。）
2	厂家授权函及售后服务承诺函	5 分	投标人需提供产品厂家授权函和厂家售后服务承诺函的得 5 分。（需提供证明材料扫描件加盖公章，否则不得分）
3	供货方案	10 分	投标单位需提供供货方案，供货方案应体现：供货进度计划合理、运输计划细节详尽、货物准确和及时、运输过程安全保障措施、质量保障措施，以上方案每满足一项得 2 分，满分 10 分，不满足或不提供不得分。
4	实施方案	8 分	投标单位提供的实施方案结构完整包含：人员配备、安装方案、保修方案及应急故障处理方案、调试方案及验收方案等，根据方案是否符合本项目需求且内容完整的每满足一项得 2 分，最高得 8 分，没有或不符合本项目需求且内容不完整的不得分。
5	培训方案	6 分	投标人提供详细的培训方案包含：培训方案完整，培训计划合理、内容充实，保证使用单位工作人员能熟练操作、正常维护；根据方案是否符合本项目需求且内容完整的每满足一项得 2 分，最高得 6 分，没有或不符合本项目需求且内容不完整的不得分。

6.4 评审委员会的职责及中标供应商的确定

6.4.1 评审委员会的职责

评审委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要包括：

- 1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 2) 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- 3) 评标方法和标准；
- 4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5) 评标结果和中标候选供应商排序表；

6) 评审委员会的授标建议。

评标报告由评审委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评审委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

6.4.2 中标供应商的确定

根据《中华人民共和国财政部令第 87 号》第六十八条之规定，采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

本次采购项目采用“综合评分法”。中标供应商确定后，由招标人向中标供应商发出中标通知书，并要求其在中标通知书发出之日起三十日内，与采购方签订供货合同。

6.5 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的(经同级政府采购监管部门审核批准的除外)；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标人应当将废标理由通知所有采购当事人。



6.6 无效投标

遇到下列情况之一时，投标人的投标将被视为无效投标



- 1) 投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；
- 2) 投标文件未按规定编制、标注、密封的；
- 3) 超出投标商经营范围投标的；
- 4) 投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人签字的；
- 5) 投标函、法人授权函、生产厂家授权函、投标报价表、开标一览表及投标货物技术偏离表未按规定格式填报的；
- 6) 投标人未能提供法人身份证复印件，被授权人身份证复印件和法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效的；
- 7) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权代理人的印章或签字的；
- 8) 投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；
- 9) 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
- 10) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；
- 11) 投标有效期不足 90 天的；
- 12) 在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；
- 13) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或

者以弄虚作假等方式投标的；

14) 经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为；

15) 违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

16) 招标文件规定的其它无效投标条件。

注：依据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。



七、附 件



- 附件 1：合同文本
- 附件 2：开标一览表
- 附件 3：分项报价表
- 附件 4：投标函格式
- 附件 5：法定代表人身份证明和法定代表人授权书格式
- 附件 6：投标人参加政府采购活动 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 附件 7：非联合体投标声明格式
- 附件 8：政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书
- 附件 9：技术偏离表
- 附件 10：公司业绩一览表
- 附件 11：优惠条件承诺书
- 附件 12：售后服务承诺
- 附件 13：投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

GSNH-2023-GK07

附件1 合同格式

卓尼县乡镇卫生院、社区卫生服务中心购置救护车（含微医车）项目

供货合同

根据卓尼县乡镇卫生院、社区卫生服务中心购置救护车（含微医车）项目（招标编号：GSNH-2023-GK07）招标结果，甲、乙、丙三方签订本合同。

一、合同编号：GSNH-2023-GK07

二、签订地点：卓尼县卫生健康局

三、草拟时间：2023 年 月 日

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及甘南州公共资源交易中心（GSNH-2023-GK07）招标文件的规定，甲、乙、丙三方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、规格、数量等信息详见供货需求一览表。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

3、运输要求：不论采取何种运输形式，供方均需将货物运输到采购方指定的位置。

五、招标文件，招标结果表，合同所附供货需求一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货需求一览表的内容与招标文件和招标结果表不一致时，以招标文件和招标结果表为准。

六、合同金额：XXXXXXXXXX元，大写（XXXXXX 元）

七、中标内容：

八、一般条款：

1、乙方所提供的货物符合国家现行有效标准, 并为正规厂商生产的合格产品, 因质量问题而发生的任何故障由乙方负责。

2、乙方承担交货前的一切责任和费用。

3、甲方在交货地点验收, 如发现损坏、缺件等问题, 由乙方负责。

4、乙方在发运货物时需提供相应的技术文件, 包括使用说明、运输清单、产品合格证等。

5、乙方提供的货物必须保证无假冒、伪劣, 否则, 给甲方造成的一切经济损失由乙方承担, 并负相应的法律责任。

6、货款由甲方（卓尼县卫生健康局）支付, 设备安装调试提交全部材料并验收合格后一个月内付总款的 95%, 剩余 5%为质保金, 质保期一年, 质保期满后付清。乙方凭采购合同向甲方供货, 未见合同供货而造成的一切后果由乙方负责。

7、违约责任：乙方应依据合同规定时间按时交货, 如不能, 由此给甲方带来的损失由乙方负责。甲方将根据乙方实际违约情况没收其履约保证金, 且上缴国库。情节严重的, 将取消乙方参加甘南州政府采购资格。

8、质量验收：

（1）到货验收应当在 7 个工作日内完成, 验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样。

（2）甲方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或



有异议时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后 3 天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由乙方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，甲方可通知乙方停止供货，解除合同。

九、交货时间、交货地点和验收单位：

- 1、交货时间：于签订供货合同之日起 30 日内供完所有货物。
- 2、交货地点：卓尼县卫生健康局指定地点
- 3、验收单位：卓尼县卫生健康局

十、经济责任：

（一）乙方责任

（1）乙方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，甲方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，乙方须向甲方支付拒收货物价款总额 10%的违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，甲方同意利用的按质论价，不能利用的，乙方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5%的违约金。

（3）乙方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，乙方必须向甲方支付逾期交货部分货物总额 5%的违约金。逾期交货超过 30 日，甲方、丙方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）乙方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过合同总量的 10%时，视为整批货物不合格。

（二）甲方责任

甲方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向乙方支付退货部分货款总额 10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。



十一、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十二、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十三、其它未尽事宜由甲方、乙方、丙方协商约定。

十四、本合同经甲、乙、丙三方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效，均具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲、乙双方、招标代理机构各执一份、其余一份由采购人送同级政府采购办备案。

此页无正文

甲方（采购人）：（章） 地址： 电话： 邮编：	乙方（中标人）：（章）  地址： 电话： 邮编：
法定代表人： (或授权代表人)： 签字日期： 年 月 日	法定代表人： (或授权代表人)： 签字日期： 年 月 日
开户行： 账号：	开户行： 账号：
丙方（采购代理机构）：（盖章） 采购项目负责人签字： 电 话 ： 签约时间：2023年 月 日	



附件2 开标一览表

开 标 一 览 表

项目名称：_____ 招标编号：_____ 投标人名称：_____

序号	货物名称	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1					
2					
3					
投标总报价		(大写) _____元整； ￥： _____元。			

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

_____年____月____日



附件3 分项报价表

分 项 报 价 表

项目名称：_____ 招标编号：_____ 投标人名称：_____

序号	货物名称	品牌、规格、型号	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1								
2								
3								
投标总报价		(大写) _____元整； ￥： _____元。						

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

_____年____月____日

附件4 投标函格式

投 标 函



致：甘肃诺航项目管理咨询有限公司

根据已收到的“卓尼县乡镇卫生院、社区卫生服务中心购置救护车（含微医车）项目”招标文件【招标编号：GSNH-2023-GK07】，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。我方提交投标文件保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任和义务。

5、我方同意所递交的投标文件在90天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6、我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____

户 名：_____

账 号：_____

8、与投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

单位公章：_____

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

年 月 日



GSNH-2023-GK07

附件 5 法定代表人身份证明和法定代表人授权书格式



(1) 法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：

--	--

(2) 法定代表人授权书

致：甘肃诺航项目管理咨询有限公司



本授权函声明：_____ (投标人全称) 任命 (被授权人姓名、职务) 为我公司的授权代表人，参与“卓尼县乡镇卫生院、社区卫生服务中心购置救护车（含微医车）项目”（招标编号：GSNH-2023-GK07）投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

委托代理人身份证明复印件：

--	--

附件 6 投标人参加政府采购活动 3 年内在经营活动中没有重大违

法记录的书面声明

参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的

书面声明



致：甘肃诺航项目管理咨询有限公司

本供应商现参与（项目名称）（招标编号： ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

年 月 日

GSNH-2023-GK07

附件7 非联合体投标声明格式



非联合体投标声明

致：甘肃诺航项目管理咨询有限公司

本公司_____就参加（项目名称）（招标编号：_____）

的投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实有效的，本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

二、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被政府采购监管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

三、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目供货、安装、技术人员培训及其辅助服务均由本公司独立承担。本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加甘南州行政辖区内的政府采购招投标活动一至三年。

特此声明

声明企业名称：

法定代表人签字：_____

（企业公章）

____年__月__日

附件 8 政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书



政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书

我公司_____（供应商名称）已详细阅读了_____（项目名称）（招标编号：_____）招标（采购）文件，自愿参加本次采购活动，现有关事项郑重承诺如下：

一、我公司保证在该项目招标前，未向采购人提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询论证等任何服务。

二、我公司保证投标文件所提供的资料和内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他供应商的资质，不以他人名义投标，不弄虚作假。

三、我公司保证所提供的产品或服务质量。保证所提供的产品均为原厂正宗产品，确保售后服务；保证所提供的服务严格按招标文件要求，不打折扣，不降低服务质量，并保证做到以下几点：

- （一）不提供虚假材料谋取中标；
- （二）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商谋取中标；
- （三）不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通搞串标围标谋取中标；
- （四）不向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或者提供其他不正当利益谋取中标；

四、若中标，我公司严格按招标文件和合同要求，诚信履约，不与采购人订立有悖于采购结果的合同，严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不得擅自变更、中止、终止合同或

拒绝履行合同。

五、我公司保证，若有违反以上承诺行为，我公司自愿接受取消投标资格，记入不良记录，不予退还交纳的投标保证金，并通过政府采购媒体通报，在 1-3 年内禁止参加政府活动等处罚；如已中标（成交）的，取消中标（成交）资格，没收履约保证金，并承担全部法律责任，给采购人造成损失的，我公司依法承担全部赔偿责任。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

日期：____年__月__日

注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签字并加盖公章，投标文件无承诺书或法人代表未签字的作为无效投标处理，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。

附件 9 所有资格证明材料均与原件一致的承诺书

致：甘肃诺航项目管理咨询有限公司



我公司_____自愿参加，_____项目（项目编号：_____）投标活动，承诺在此次投标活动中提交的所有证书及证明材料均与原件一致且真实有效。如有违反，我公司愿接受财政部门及其他有关部门的一切处罚。

特此承诺！

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

GSNH-2023-GK07

附件 10 技术偏离表

技术偏离表



序号	货物名称	规格型号	招标文件 技术要求	投标文件 技术参数	偏离情况	备注

CSNH-2023-GK07
投标单位：（盖章）_____

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

_____年__月__日

附件 11 公司业绩一览表



公司业绩一览表

(附合同复印件或中标通知书复印件)

序号	项目名称	使用单位	使用单位电话	合同金额 (人民币)	签订日期

投标单位：（盖章）_____

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

_____年__月__日

附件 12 优惠条件承诺书



优惠条件承诺书

致：甘肃诺航项目管理咨询有限公司

经仔细阅读你们的招标文件，对所投标项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：

- (1)
- (2)
- (3)
-

特此承诺！

GSNH-2023-GK07

投标人授权代表（签字）：_____

职 务：_____

投标人名称：（盖章）

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

日期：_____年____月____日

附件 13 售后服务承诺



投标人应详细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：

售后服务承诺

厂商（电话、地址、联系人）
现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）
投标人（电话、地址、联系人）
现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）
售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历）

特此承诺！

承诺方授权代表（签字）：_____

职 务：_____

承诺方名称：（公章）

日期：_____年____月____日

附件 14 投标人认为有必要提交的其他相关证明材料



GSNH-2023-GK07