

# 邱县中医院妇产二科盆底康复设备项目

## 竞争性磋商文件

项目编号：QXHXZTB-2025-03-003

采 购 人：邱县中医院

采购代理机构：邱县恒信招投标代理有限公司

2025 年 03 月

## 磋商文件说明

采用的法律法规为：

《中华人民共和国政府采购法》及实施条例

财政部《政府采购信息公告管理办法》（2004 年第 19 号令）

财政部《财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》财库〔2017〕86 号

财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214 号

《政府采购评审专家管理办法》财库〔2016〕198 号

《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）

《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号

《财政部、司法部政府支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）

《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2 号）

财政厅《河北省政府采购评审专家抽取规则和评价扣分规则的通知》（冀财库〔2018〕9 号）

磋商文件中写入的其他法律法规

# 目 录

第一部分 竞争性磋商公告 .....	2
第二部分 投标须知 .....	5
1. 总则 .....	7
2 竞争性磋商文件 .....	8
3 磋商响应文件 .....	10
4 响应文件的递交 .....	12
5 开标 .....	13
6 响应文件的评审与磋商 .....	14
7 成交结果及合同授予 .....	15
8 需要补充的其他内容 .....	16
第四部分 合同条款 .....	18
第五部分 投标文件格式 .....	22
第六部分 评审标准 .....	37
第七部分 采购清单 .....	49

注：本招标文件，请投标单位领到后自行核对，如有问题，请向招标代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由投标单位自负。

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况：

邱县中医院妇产二科盆底康复设备项目 采购项目的潜在供应商应在“中国政府采购网”网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）查看采购公告，并于 2025 年 03 月 27 日 14 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QXHXZTB-2025-03-003

项目名称：邱县中医院妇产二科盆底康复设备项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：273000.00 元

最高限价（如有）：273000.00 元

采购需求：（标的名称：邱县中医院妇产二科盆底康复设备项目；简要技术需求：质量达到相关行业验收合格标准；采购内容：肌电生物反馈训练系统、空气波压力治疗仪、产后康复仪、头部汽浴科技养生系统等采购；项目地点：甲方指定地点）

合同履行期限：10 日历天

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：（1）投标人请携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；（2）有效的营业执照副本（具有与采购内容相适应的经营范围）、开户许可证或基本存款账户信息，具有独立法人资格，应有承担该项目的实施能力；（3）医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；（4）违法失信记录信息查询结果打印网页加盖公章（查询地址为“信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/>”，被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法失信主体，将被拒绝参加本次采购活动，查询时间在竞争性公告发布时间以后；（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；（6）参加采购活动中前三年内无重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

以上证件必须携带原件资料并提交复印件加盖本单位公章，才能获取竞争性磋商文件。

## 三、获取采购文件

时间：2025 年 03 月 12 日至 2025 年 03 月 18 日，每天上午 9：00 -11：30，下午 2：30-5：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：邱县恒信招投标代理有限公司报名。

方式：经审核通过的潜在投标人可以购买竞争性磋商文件。

售价：300 元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2025 年 03 月 27 日 14 时 30 分（北京时间）

地点：邱县恒信招投标代理有限公司开标室递交。

#### 五、开启

截止时间：2025 年 03 月 27 日 14 时 30 分（北京时间）

地点：邱县恒信招投标代理有限公司开标室。

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

本次磋商公告在中国政府采购网上发布，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人、采购代理机构概不负责。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名 称：邱县中医院

地 址：邱县

联系方式：耿绍兴 0310-4769215

##### 2. 采购代理机构信息

名 称：邱县恒信招投标代理有限公司

地 址：河北省邯郸市邱县新马头镇迎宾街 248 号

联系方式：王路兵 0310-8366118

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：耿绍兴

电 话：0310-4769215

## 第二部分 投标须知

### （一）前附表

项号	内 容	说明与要求
1	项目名称	邱县中医院妇产二科盆底康复设备项目
2	采购单位	邱县中医院
3	项目地点	甲方指定地点
4	资金来源	自筹资金
5	采购内容	肌电生物反馈训练系统、空气波压力治疗仪、产后康复仪、头部汽浴科技养生系统等采购（详见采购清单）
6	质量标准	合格
7	供货期	10 日历天
8	采购方式	竞争性磋商
9	报价方式	清单报价
10	投标人要求	满足竞争磋商公告中对投标人资格的要求
11	资格审查方式	资格后审
12	<b>采购政策</b>	无
13	投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
14	投标文件递交	邱县恒信招投标代理有限公司开标室
15	<b>磋商保证金</b>	不收取供应商投标保证金。
15	投标文件份数	正本 1 份，副本 2 份（副本可用正本复印件）。电子 U 盘一份
16	签字或盖章要求	按“响应文件格式”中指定的位置和要求签字或盖章。
17	设备要求	从验收合格之日开始起计，免费保修期为 1 年。低于 1 年，按无效投标处理。 <b>其他要求详见商务和技术要求</b>
18	磋商小组的组成	磋商小组由采购人代表和评审专家 3 人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3，采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审，与应邀竞争性磋商人有利害关系的专家不能担任磋商小组成员。
19	答疑	投标人获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺、或任何疑问等问题应在磋商文件出售 3 日内以书面形式向磋商人提

		出，质疑文件应加盖单位公章，否则，磋商人有权拒绝。
20	踏勘现场	投标人自行踏勘现场
21	投标单位签到时间	开标前 30 分钟
22	投标文件递交截止时间及开标时间	<u>2025 年 03 月 27 日 14 时 30 分</u>
23	开标地点	邱县恒信招投标代理有限公司二楼开标室。
24	联系方式	采购人：邱县中医院 联系方式：耿绍兴 0310-4769215 采购代理机构：邱县恒信招投标代理有限公司 联系人：王路兵 电话：0310-8366118
25	评标办法	综合评分法
26	本项目最高限价	人民币 273000.00 元
27	成交结果	评标结束后将在“中国政府采购网”网站（网址： <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> ）发布中标公示结果。
28	付款方式	签订合同时与采购人约定执行。
29	代理服务费	收取对象：中标人 收费标准：按照现行行业标准收取；由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付。
30	所属行业	本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业：批发业 指标名称：从业人员（X），营业收入（Y）； 中型、小型、微型企业是指： $20 \leq X < 200$ ， $5000 \text{ 万元} \leq Y < 40000 \text{ 万元}$ 的为中型企业； $5 \leq X < 20$ ， $1000 \text{ 万元} \leq Y < 5000 \text{ 万元}$ 的为小型企业； $X < 5$ ， $Y < 1000 \text{ 万元}$ 的为微型企业。 注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
<p><b>注：</b></p> <p>1. 所有证明材料在投标文件中附原件复印件。证件已上交正在办理相关手续的需要出示管理部门的证明文件。投标人对投标文件中所提交证件的清晰度、真实性、与原件的一致性负责，因上述原因导致否决其投标的，由投标人自行承担责任。招标人保留进行网上查询的权利，如若发现相关证件弄虚作假，招标人将按照相关法律法规移交相关部门处理。</p> <p>如相关证件为电子证书的，附有效的电子证书复印件即可。（如电子证书分为批准件和使用件，按照各地区规定提供使用件）</p>		

## **(二) 磋商须知**

### **1. 总则**

#### **1.1 项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目以竞争性磋商的形式进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见磋商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见磋商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见磋商须知前附表。

1.1.5 本项目实施地点：见磋商须知前附表。

#### **1.2 资金来源和落实情况**

1.2.1 本招标项目的资金来源：见磋商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见磋商须知前附表。

#### **1.3 采购范围、计划供货期和质量要求**

1.3.1 本次采购范围：见磋商须知前附表。

1.3.2 本项目计划供货期：见磋商须知前附表。

1.3.3 本项目质量要求：见磋商须知前附表。

#### **1.4 投标人资格要求**

1.4.1 投标人应具备承担本项目工作的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见磋商须知前附表；

(2) 其他要求：见磋商须知前附表。

1.4.2 磋商须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本项目提供招标代理服务的；

(4) 被责令停业的；



(5) 被暂停或取消投标资格的；

(6) 财产被接管或冻结的；

(7) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大项目质量问题的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织统一的踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，发生的费用由投标人自理。

1.9.2 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 投标人在踏勘现场中了解的项目现场和相关的周边环境情况，投标人在编制磋商响应文件时可参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 磋商响应文件递交截止时间

见磋商须知前附表；

### 1.11 偏离

磋商响应文件不允许偏离竞争性磋商文件的实质性要求和条件。采购人亦不接受磋商响应文件的非实质性偏离。

## 2 竞争性磋商文件

### 2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 磋商须知；
- (3) 采购清单、图纸（如有）；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 主要合同条款；
- (6) 评审标准和办法；
- (7) 竞争性磋商响应文件格式。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.2 投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。

响应文件按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目录、编页码（响应文件中扫描件等资料均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

投标人投标时需提供投标文件正本 1 份和副本 2 份，胶装成册，散页无效。投标文件应明确各部分的页次，并加页码。投标人应将投标文件的正本、副本和电子文件同时密封于密封袋中，用封条在响应文件密封袋开口处、底部及两侧密封。封口处加盖投标人的单位公章并由法定代表人签章。

8.3.4 投标人应在投标文件密封袋上按照要求标明下列内容：

**邱县中医院妇产二科盆底康复设备项目**

**投 标 文 件**

**项目编号：QXHXZTB-2025-03-003**

**投标单位名称：\_\_\_\_\_（公章）**

**法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）**

**密封时间：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日**

**年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分前，不得启封！**

**2.2 竞争性磋商文件的澄清**

**2.2.1** 投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。应随时通过相关网站关注文件修改内容，未关注相关网站而造成的一切风险由各投标人自行承担。

**2.2.2** 提交响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清，澄清的内容作为磋商文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，采购机构应当在提交响应文件截止之日 5 日前，以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体对澄清内容进行公示，不再另行通知，且不指明澄清问题的来源。不足 5 日的，应当顺延提交响应文件的截止日期。

### **2.3 竞争性磋商文件的修改**

**2.3.1** 提交响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的修改，修改的内容作为磋商文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者磋商小组应当在提交响应文件截止之日 5 日前，以在财政部门指定的政府采购信息发布媒体对澄清内容进行公示，不再另行通知，且不指明澄清问题的来源。不足 5 日的，应当顺延提交响应文件的截止日期。

## **3 磋商响应文件**

### **3.1 磋商响应文件的组成**

**3.1.1** 磋商响应文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；
- (3) 开标一览表；
- (4) 采购清单；
- (5) 资格审查资料；
- (6) 实施方案；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他材料。

### **3.2 报价要求**

**3.2.1** 投标人应按第七部分“采购清单”的要求填写相应表格。

**3.2.2** 本项目的投标报价采用固定总价，投标人在投标截止时间前修改磋商采购承诺书中的投标报价总额，应同时修改“已标价采购清单”中的相应报价，投标报价总额

为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

**3.2.3 本次招标设定磋商最高上限，磋商最高上限规定见磋商须知前附表。投标人的报价不得超过磋商最高上限。否则，按无效报价处理。**

3.2.4 投标人的投标报价，应是完成本须知第 1.3 条和合同条款上所列招标项目范围、质量及供货期的全部，结合现场实际情况、合同价款方式、风险范围及幅度以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的实施方案，依据企业和市场价格自主报价进行投标。

每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

投标人未填单价或合价的项目项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

投标人在采购清单中多报项目、修改清单项，采购人将不予接受，严重者将视为不符合性投标，其投标将被拒绝。

3.2.5 采用采购清单综合单价报价形式。

3.2.6 本项目报价分两次，磋商响应文件中的报价为初次报价，磋商过程中应邀磋商人均有第二次报价的机会；二次报价为优惠后的最终报价。

3.2.7 本招标项目的实施地点为本须知前附表所述。投标人可先到项目地踏勘以充分了解位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或供货期延长申请将不被批准。

3.2.8 除非合同条款中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该项目项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及风险费用等全部费用。

### **3.3 响应文件有效期**

3.3.1 在磋商须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其磋商响应文件。响应文件有效期不足的将被视为无效响应，并予以拒绝。

3.3.2 特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，不允许其修改响应文件。

### **3.4 磋商保证金**

3.4.1 本项目无需提供保证金。

3.4.2 成交的投标人应在签订成交合同并按要求提交合同正本（1份）并缴纳代理服务费。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明等材料的复印件。

### 3.6 磋商响应文件的编制

3.6.1 磋商响应文件应按第五部分“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，磋商采购承诺书在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关供货期、磋商有效期、技术要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 磋商响应文件应胶装成册。磋商响应文件凡要求盖章签字处均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其授权代理人签字。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权代理人签字确认。

## 4 响应文件的递交

### 4.1 磋商响应文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第1.10项规定的投标截止时间前，将密封的投标文件递交到指定地点。

4.1.2 投标人递交磋商响应文件的地点：见磋商须知前附表。

4.1.3 除磋商须知前附表另有规定外，投标人所递交的磋商响应文件不予退还。

4.1.4 采购人收到磋商响应文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

### 4.2 磋商响应文件的修改与撤回

4.2.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签章后，作为响应文件的组成部分。

14.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

## 5 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 1.10 款规定的递交响应文件截止时间（开标时间）和磋商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人准时参加开标。

### 5.2 开标程序

（1）标书解封后，进行确认投标信息环节，投标人确认投标信息、签字以及对投标报价进行确认，报价确认后，由所有投标人在“开标记录表”签字，主持人结束开标。

（2）开标过程中，合格投标人不足 3 家的，不进入评标程序。因投标方原因没有在规定时间内对递交投标文件的，视为自动放弃或主动撤销投标文件；未在规定时间内对其投标报价进行签字确认的，视为无效投标。未在规定时间内对“开标记录”进行签字确认的，视为认同开标结果。

（3）采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录像。录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

（4）开标结束后由采购人代表对投标单位进行资格审查；

（5）资格审查结束后由磋商小组对通过资格审查的投标文件进行初步审查。

（6）磋商小组对通过资格审查和投标文件初步审查的各投标单位进行价格磋商，修正投标单位的投标报价，即最终报价。

（7）由磋商小组按照竞争性磋商文件的规定对响应文件技术部分进行评审打分；

（8）由评标委员会或采购代理单位工作人员统计各投标单位的总分，按得分高低顺序进行排名，得分最高的为第一中标候选人，依次类推，推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

（9）宣读开标结果，开标结束。

### 5.3 无效投标文件情况说明

1. 逾期送达的或者未送达指定地点的；

2. 未按磋商文件要求密封的；

3. 法定代表人或其授权代表未到场的。
4. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
5. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
6. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
7. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## **6 响应文件的评审与磋商**

### **6.1 磋商小组**

采购人与采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，磋商小组的组成见磋商须知前附表。磋商小组负责对投标人响应文件进行审查；磋商、对报价进行评价以及推荐成交投标人。

### **6.2 磋商**

6.2.1 响应文件初步审查后，磋商小组所有成员集中与投标人分别就标准规范、技术性能、供货期、报价等项分别进行第一次磋商，在竞争性磋商中，竞争性磋商的任何一方不得透露与竞争性磋商有关的其他应邀磋商人的技术资料、价格和其他信息，磋商过程中磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有应邀竞争性磋商人。应邀竞争性磋商人可以决定是否继续参加。磋商小组将给予所有参加磋商的投标人相同的磋商机会。

6.2.2 确定成交人。磋商小组对各投标单位进行价格磋商，修正投标单位的投标报价，即最终报价。由磋商小组按照竞争性磋商文件的规定对响应文件进行评审打分；由磋商小组或采购代理单位工作人员统计各投标单位的总分，按得分高低顺序进行排名，得分最高的为第一中标候选人，依次类推，推荐三名中标候选人，并编写评审报告。

### **6.3 响应文件的澄清**

6.3.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.3.2 计算错误修正的原则：单价与总价有出入，以单价为准；大、小写有出入，以大写为准；按上述原则修正的响应文件，对投标人起约束作用，投标人不接受修正的，其响应文件将被拒绝。

6.3.3 投标人应按磋商小组通知的时间、地点，指派专人进行澄清、说明或者补正。

#### **6.4 磋商的特殊情形**

递交响应文件的投标人不足三家的，不开标唱标，除采购任务取消外，如磋商文件没有不合理条款，重新开展采购活动。

#### **6.5 磋商终止**

6.5.1 磋商时，出现下列情况之一，本次磋商终止：

- （1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人报价均超过采购项目预算；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

6.5.2 磋商小组应将磋商终止理由通知所有参与磋商的投标人。

#### **6.6 保密要求**

磋商小组成员以及与评审工作有关的人员对评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。

### **7 成交结果及合同授予**

#### **7.1 确定成交人**

7.1.1 磋商小组对通过资格审查和响应文件初步评审的各投标单位进行价格磋商，修正投标单位的投标报价，即最终报价。由磋商小组按照竞争性磋商文件的规定对响应文件进行评审打分；由磋商小组或采购代理单位工作人员统计各投标单位的总分，按得分高低顺序进行排名，得分最高的为第一中标候选人，依次类推，推荐三名中标候选人，并编写评审报告。

7.1.2 投标人有下列情形之一的，不得成为成交人：

- （1）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；
- （2）法律、法规和磋商文件规定的其他情形的。



## **7.2 成交信息的公布**

磋商结束后，成交结果信息将在竞争性磋商文件前附表规定的媒体上公布。

## **7.3 成交通知**

7.3.1 成交投标人确定后，采购代理机构将以书面形式向成交投标人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交投标人具有同等法律效力。

7.3.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

## **7.4 签订合同**

7.4.1 磋商文件、成交投标人的响应文件及其补充的响应文件等均为签订采购合同的依据。

7.4.2 成交投标人应当在成交（成交）通知书规定的时间与采购人签订采购合同。

7.4.3 成交投标人应当按照合同约定履行义务。成交投标人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

7.4.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物/服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

## **8 需要补充的其他内容**

### **8.1 招标代理服务费**

以中标金额作为计算基数,按照现行行业标准收取;由成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构一次性支付。

## 第三部分 项目需求

### 一、项目概况

#### 1、项目基本情况

邱县中医院妇产二科盆底康复设备项目，采购清单中全部内容。

2、采购最高限价：273000.00 元。

3、付款方式：中标供应方与采购人签订合同时另行约定。

4、供货期：10 日历天。

### 二、磋商内容

采购清单内全部内容

## 第四部分 合同条款

### 合同样本

项目编号：

项目名称

采 购 人：

中 标 人：

年 月 日

(仅供参考，以实际签订的合同为准)

\_\_\_\_\_（甲方）所需\_\_\_\_\_经以\_\_\_\_\_招标文件在国内以招标方式进行采购。  
经评标委员会确定\_\_\_\_\_（乙方）\_\_\_\_\_为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

#### 一、本合同由合同文本和下列文件组成

下列文件构成本合同的组成部分：

- 1、磋商文件；
- 2、乙方投标文件；
- 3、成交通知书（复印件）；
- 4、乙方在评标过程中做出的书面说明或承诺；
- 5、本合同附件。

#### 二、标的物说明及要求（清单中未列明的备品配件由乙方承担）

---

#### 三、合同金额

合同总金额：\_\_\_\_\_元（大写）

\_\_\_\_\_元（小写）

#### 四、货款支付

---

#### 五、交货

##### 1、交货时间：

自本合同生效之日起\_\_\_\_日内到货并交付使用，并向监督部门提交验收申请。

##### 2、交货地点：

---

##### 3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物交付甲方前由乙方承担。

#### 六、质量

货物的质量应符合公开招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明及承诺。并按国家、地方、企业安装规范及投标文件的承诺进行安装，确保安装质量达到项目要求。

#### 七、包装

货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护货物的包装方式。

#### 八、运输要求

乙方应确保货物按本合同第六、七条的规定运输，运输及相关费用由乙方承担。

## 九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

## 十、验收（由第三方组织验收）

1、货物运抵由甲方进行验收以确保货物的品牌、型号、配置等符合招标文件和投标文件的要求；安装调试完毕后正常使用，乙方向甲方、监管机构提出货物的报检申请。甲方、监管机构对乙方提供的货物报审表及其质量证明文件进行审核，并对提供的实物进行检验出具验收报告。必要时，甲方、监管机构可委托相关检验机构对中标货物进行技术、质量检验。对检验或验收不合格的货物，乙方应在限定时间内予以更换成合格的货物。

2、对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起10日内向乙方主张权利。

3、中标人供货后由第三方组织验收，检测结果必须达到国家相应规定标准，此项费用由甲乙双方协商支付。如此项检测不合格，中标人要承担由此给采购人造成的全部损失。

## 十一、售后服务

1、乙方应按公开招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：\_\_\_\_\_

## 十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下个条件：

1、本合同须经邱县中医院审查合格。

## 十三、违约条款

1、甲方迟付货款，每迟交一天，按逾期应付金额每日\_\_\_\_%支付违约金。（双方另有约定的除外）

2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟交货，每迟交一天，按延期交付货物总额每日 0.3%支付违约金。（双方另有约定的除外）

4、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，应按调换货物金额每日\_\_\_\_%向甲方支付违约金。

5、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 10 日内仍不履行合同的，经邱县中医院同意后，本合同解除，不履行合同方赔偿另一方的损失。

6、因乙方上述原因造成甲方经济损失时，乙方除赔偿甲方经济损失外，如引起诉讼，还应赔偿甲方实际支出的律师费。

7、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### 十四、不可抗力条款

乙方须遵守当地环保、交通及政府部门的有关规定，并承担因不遵守上述规定而导致的损失或罚款。

甲、乙双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知邱县中医院及另一方，双方互不承担责任，并在 10 日内提供相应证明。

未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报邱县中医院审核后确定。

#### 十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交邱县仲裁委员会仲裁。

#### 十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十一条第二款的规定。

十七、本合同的签署及合同项目的实施由监管单位监管。

十八、本合同一式三份：甲方一份、乙方一份、监管单位一份。

附件：后附清单明细表

甲方：

名称：（盖章）

全权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

开户单位：

开户银行：

帐号：

乙方：

名称：（盖章）

全权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

开户单位：

开户银行：

帐号：

## 第五部分 投标文件格式

# 邱县中医院妇产二科盆底康复设备项目

# 响 应 文 件

磋商编号：

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编制日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

## 一、投标书及商务部分

- 1、法定代表人身份证明书
- 2、法定代表人授权委托书
- 3、投标函
- 4、开标一览表
- 5、采购清单报价表
- 6、商务条款偏离表
- 7、竞标人资质证明文件
- 8、声明函
- 9、投标人认为需要提供的其他材料

## 二、技术部分

- 1、项目实施方案：

注：投标人可自拟目录，也可根据磋商文件提供的目录进行编辑响应文件。



## 一、投标书及商务部分

### 1、法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（竞标单位名称）\_\_\_\_\_ 的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件  
（正反两面）

竞标人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_日

## 2、法定代表人授权委托书

（开标时应另携带一份原件）

本授权委托书声明：我：\_\_\_\_\_（姓名）系：\_\_\_\_\_（委托单位名称）的法定代表人，现授权委托：\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（姓名）为我单位合法代理人，代理人\_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_以本单位名义代表我公司参加\_\_\_\_\_（项目名称）的磋商会议（包括签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改磋商响应性文件，现场最终报价），全权处理合同谈判签订及处理与本项目有关的所有事宜，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：\_\_\_\_\_（签字）        性别：\_\_\_\_\_        年龄：\_\_\_\_\_

单位：\_\_\_\_\_        职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

代理期限：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证复印件  
（正反两面）

被委托人身份证复印件  
（正反两面）

竞标人：\_\_\_\_\_（公章）    法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 3、投 标 函

致：\_\_\_\_\_（采购人）

根据贵方 \_\_\_\_\_（项目名称）项目采购的磋商文件 \_\_\_\_\_（项目编号），我方代表\_\_\_\_\_（姓名、职务）经正式授权并代表竞标人\_\_\_\_\_（竞标人名称）提交投标文件正本 1 份，副本 2 份，电子 U 盘 1 份，在此，授权代表郑重承诺如下：

1、承认和愿意按照采购文件中的各项规定和要求，我方愿以投标报价为人民币（大写）\_\_\_\_\_（小写¥：\_\_\_\_\_元）。提供本项目实施的供货期：\_\_\_\_\_日历天。

2、我方保证按照合同约定的期限开始本项目的实施，项目质量达到\_\_\_\_\_标准，并通过验收。

3、如果我单位为成交单位，我们将履行采购文件中规定的每一项要求和竞争性磋商申请文件中的承诺，按期、按质、按量完成任务。

4、我们愿意提供磋商人在采购文件中要求的所有资料。

5、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

6、我们同意按采购文件的规定，遵守有关磋商的各项规定。

7、我方的投标有效期为自投标截止之日起 60 天内。

竞标人：\_\_\_\_\_（盖章） 法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

单位地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 4、开标一览表

项目名称	邱县中医院妇产二科盆底康复设备项目		
投标单位			
首次报价	大写（人民币）： _____ 小写：（¥） _____元		
供货期		质量标准	
备 注			
竞标人： _____（单位公章）		法定代表人或授权委托人： _____（签字或盖章） <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">           年    月    日         </div>	

说明：

- 1、报价为完成本项目的全部费用。



## 6、偏离表

商务条款偏离表

序号	条款名称	招标文件要求	响应文件情况	偏差情况
1	供货期			
2	质量要求			
3	投标有效期			
4	投标报价			
...				

注：1、本表只填写投标文件与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）内容，招标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，没有列出的将被视为完全响应。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

## 技术条款偏离表

序号	招标文件要求	响应文件情况	偏差情况

注：各项参数指标高于或低于招标文件规定的，一律将偏离数值填入本表。如有偏离未在本表填列，无论谈判小组质疑与否，无论成交与否，均视为隐瞒技术参数。本表不填写视为不偏离，完全响应。

## 7、竞标人资质证明文件

### 供应商基本情况表

投标人全称	
负责人	姓名：                  职务：
联系方式	地址： 邮编： 联系人： 电话： 传真： Email：
开户银行	户名： 开户行： 账号：

注：1、此表可根据内容自行扩充，增加附页。

2、后附营业执照副本等资格审查资料。



企业营业执照副本；（复印件加盖公章）

开户许可证或基本存款账户信息；（复印件加盖公章）

医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；（复印件加盖公章）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；

参加采购活动中前三年内无重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

信用记录查询；（截图加盖公章）

## 8、声明函（如有）

### （1）中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**注：**1.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。在参与政府采购活动中，投标人希望获得《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定政策支持的，应获得充分、准确的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## **（2）残疾人福利性单位声明函 （如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_单位的\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：\_\_\_\_\_（盖章）

日 期：\_\_\_\_\_

## **（3）监狱企业声明函 （如有）**

监狱企业参加政府采购活动时，附监狱企业声明函（格式自拟），另需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

## 9、投标人认为需要提供的其他材料

## 二、技术部分

1、供货方案

2、质量保证措施

3、售后服务承诺

### 注：

投标人应对项目供货方案、质量保证措施、售后服务承诺等方面进行阐述。（视投标人自身情况拟定）

## 第六部分 评审标准

### 一、竞争性磋商原则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，坚持公正、公平和科学择优的原则，反对不正当竞争。

二、磋商小组的组成：采购人负责组建竞争性磋商小组，竞争性磋商由依法建立的竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由相关专业的专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中相关专业的专家不少于三分之二，与应邀竞争性磋商人有利害关系的专家不能担任磋商小组成员。

磋商开始前，竞争性磋商小组推选一名竞争性磋商小组组长，负责对应邀竞争性磋商人磋商活动的组织领导工作。

### 二、磋商小组的职责：

- 1、审查响应文件是否符合磋商文件要求，并做出评价；
- 2、根据需要，要求响应人对响应文件有关事项做出解释或者澄清；
- 3、推荐成交候选投标人名单。

### 三、评标依据

- 1、评审准备：磋商小组熟悉磋商文件。
- 2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 3、磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 4、磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

- 5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。
- 7、投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 8、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不得少于 3 家。
- 9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
- 10、最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
- 11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。
- 12、综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。
- 13、综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 14、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
- 15、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经磋商后的最终投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

16、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17、财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

18、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选投标人（如只有 1 家或 2 家则推选 1 名或 2 名成交候选投标人），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

#### 19、政策文件

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的第七条规定，本项目专门面向中小企业采购。

（1）. 投标人应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第四条规定出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的《中小企业声明函》（详见附件），即**货物由中小企业制造**，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）. 规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（3）. 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。依据中国政府采购网财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》第三问。



2. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定在政府采购活动中，供应商提供的货物、项目或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，项目由中小企业承建，即项目实施单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

#### 附件：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**注：**1.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。在参与政府采购活动中，投标人希望获得《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定政策支持，应获得充分、准确的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

20、根据财库[2017]141号 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附件：

#### **残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

#### 21、监狱企业声明函（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，附监狱企业声明函（格式自拟），另需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

22、根据节能、环保产品政府采购实施意见（财库[2004]185号）规定，政府采购属于节能、环保清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能、环保产品。

### 四、评审和磋商

#### （1）响应文件的评审与澄清

1、由磋商小组按照磋商文件规定的资格条件对投标人进行资格审查，符合资格条件的投标人将被认定为参加磋商的投标人。

2、磋商小组按照磋商文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加磋商的投标人进行有效性、完整性和响应程度的审查。未实质性响应磋商文件的投标人将按无效处理，不参加后续磋商。

3、出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应磋商文件：

3.1 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.2 投标人在报价时采用选择性报价；

3.3 投标人不具备磋商文件中规定资格要求的；

3.4 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

3.5 其他法律、法规及本磋商文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

4、如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5、在按照第 2 条的规定进行审查时，磋商小组可以以书面形式要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到磋商小组澄清等要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

6、对未被认定为参加磋商的投标人和其它未实质性响应磋商文件的投标人，磋商小组将及时告知。

## （2）磋商

1、依据磋商文件的要求和各投标人响应文件的应答情况，磋商小组所有成员集中在通知的时间，与参加的投标人逐一进行一轮或多轮磋商。磋商小组将给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

2、磋商包括但不限于以下内容：

2.1 磋商小组根据磋商文件要求，对照各磋商投标人提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

2.2 按规定修改变动磋商文件，并及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人；

2.3 针对修改变动的磋商文件，与所有参加磋商的投标人进行确认或者询问。

## 五、最后报价

### （一）最后报价的提交

1、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在现场规定时间内提交最终报价。

2、最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

### （二）逾期提交的最后报价

最后报价须在磋商小组规定的时间内提交。逾期提交最后报价的磋商投标人将被取消授予合同的资格。

## 六、最终评审

1、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

2、打分标准：（详见评审表）

## 七、编写评审报告

评审报告应当包括以下内容：

1、邀请投标人参加采购活动的具体方式和相关情况；

2、响应文件开启日期和地点；

3、获取磋商文件的投标人名单和磋商小组成员名单；

4、评审情况记录和说明，包括对投标人的资格审查情况、投标人响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

5、提出的成交候选投标人的排序名单及理由。

附表：评审标准（满分 100 分）

## 技术评审表

序号	评审项名称	评审标准	分值
1	磋商报价	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经磋商后的最终投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。	0-30 分
技术部分			
序号	评审项名称	评审标准	分值
1	技术参数响应情况	完全满足招标文件技术指标、参数要求的得 10 分，每有一项技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的减 0.5 分，减完为止。	0-10
2	供货方案	根据投标人提供的供货方案进行综合评价。 方案内容全面具体、详实合理、针对性强的得 25 分， 方案内容全面具体、详实合理、针对性较强的得 19 分， 方案内容较全面具体、合理度不够、针对性一般的得 13 分； 方案内容不够全面具体、合理性较差、针对性不强的得 7 分； 缺项或方案不能满足项目需求的不得分。	0-25 分
3	质量保证措施	根据投标人提供的保证措施进行综合评价，包括进度质量保证措施、产品质量保证措施等方面进行综合评价。 保证措施详细、完善、切实可行、保障有力，能够很好保障本次采购质量的得 20 分； 保证措施详细、完善、切实可行、保障有力，能够基本保障本次采购质量的得 15 分； 保证措施完善、可行、可以基本保证本次采购质量的得 10 分； 保证措施简单，基本能保障本次采购的得 5 分； 缺项或保证措施不能满足项目需求的不得分。	0-20 分
4	售后服务承诺	根据投标人项目售后服务体系、服务质量保证、响应速度等三个方面进行综合评价。 售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高，能很好的满足项目采购需求的得 15 分； 售后服务保障体系及措施明确，技术支持能力较强，服务响应较快，能较好满足项目采购需求的得 11 分； 售后服务保障体系及措施相对明确，技术支持能力相对较强，服务响应相对较快，能基本满足项目采购需求的得 7 分；	0-15 分

		售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，技术支持能力和服务响应速度基本能保障本次采购的得 3 分； 缺项或售后服务不能满足项目需求的不得分。	
--	--	---	--

说明：

（1）到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于 3 家的，采购人将依法重新组织招标。

（2）在评标过程中，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评审合理的时间内提供成本构成说明，并提交相关证明材料。

附表：资格审查表

资格审查表

序号	项目内容	合格条件	供应商具备的条件或说明
1	法定代表人授权委托书及授权委托人身份证或法定代表人证明书及法人身份证	有 效	提供原件
2	企业营业执照副本（三证合一）	有 效	提供原件
3	开户许可证或基本存款账户信息	有 效	提供原件
4	医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证	有 效	提供原件
5	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺	有 效	提供原件
6	参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的声明	有 效	提供原件
7	信用查询（信用中国被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单；文件开启现场由采购人代表或采购代理机构从“信用中国”查询）被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单，将被拒绝参加本次采购活动。	有 效	复印件加盖公章
8	结论		

注：1. 要求以上证件在竞争性磋商时出示原件，否则视为无效证件。

2. 各项必须全部通过，方可通过资格审查，成为合格的潜在供应商。



## 附表：符合性审查表

### 符合性审查表

序号	评审因素	评审标准	通过（√） 不通过（×）
1	响应文件按照招标文件规定的格式填写，并且内容齐全，字迹清晰可辨；招标文件所有要求签字盖章处均按要求签字或盖章。	符合要求为合格：通过 否则为不合格：不通过	
2	不存在以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标。	符合要求为合格：通过 否则为不合格：不通过	
3	响应文件实质上响应招标文件	符合要求为合格：通过 否则为不合格：不通过	
4	只能有一个有效报价且未超过拦标价	符合要求为合格：通过 否则为不合格：不通过	
5	供货期、投标有效期满足招标文件要求	符合要求为合格：通过 否则为不合格：不通过	
6	质量要求满足招标文件要求	符合要求为合格：通过 否则为不合格：不通过	
7	结 论		

注：响应文件中有一项不符合要求的，由评标小组初审后按废标处理。通过初审的供应商的响应文件方可进入下一步评审阶段，否则，不得进入下一步的评审。

## 附表：最终报价一览表

### 最终报价一览表

项目名称：邱县中医院妇产二科盆底康复设备项目

采购编号：QXHXZTB-2025-03-003

竞 标 人	
最终报价	大写： 小写：
供货期	
质量标准	
有无其他补充事宜	

说明：此页不做进响应文件，提前加盖公章和法定代表人印章；竞争性磋商现场单独手持，日期、价格等均需现场填写。

竞 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

填 表 人：\_\_\_\_\_（签字）

时 间：\_\_\_\_\_

## 第七部分 采购清单

序号	设备名称	参数	单位	数量
1	肌电生物反馈训练系统	1、电脑显示屏：24 英寸，便于操作。 2、不少于四通道输出。 3、理疗电极：电极片种类不少于 5 种，方便不同患者不同部位使用。 4、采样频率：10-16kSPS，采样位数 10-16bit（位）。 5、反馈阈值：10 $\mu$ V~1000 $\mu$ V。 6、分辨率不大于 2 $\mu$ V。 7、系统噪声不大于 1 $\mu$ V。 8、差模输入阻抗：>5M $\Omega$ 。 9、共模抑制比：>100dB。 10、通频带应不窄于 20Hz~500Hz（-3dB）（不包括陷波波段）。 11、工频陷波器：训练系统应有 50Hz 陷波滤波器，衰减后幅值不大于 5 $\mu$ V（峰-谷值）。 12、电刺激性能： 12.1、刺激波形：至少有双向对称波、单向波、交互波等（不少于三种）。 12.2、输出脉冲宽度：20 $\mu$ s~1000 $\mu$ s。 12.3、输出刺激频率：0.5Hz~999Hz。 12.4、输出刺激电流：1mA~100mA。 12.5、刺激时间：1s~20s，步进 1s。 12.6、休息时间：0~20s，步进 1s。 12.7、波升时间：0~10s，步进 1s。 12.8、波降时间：0~10s，步进 1s。 12.9、治疗时间：5min~40min，步进 5min。 13、肌电生物反馈训练功能：快速筛查、标准筛查、Glazer 评估、腰背疼痛评估、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、kegel 训练、控尿反射、多媒体生物反馈、镜像刺激等。 14、预设有不少于 50 个固定处方； 15、支持 HIS 系统对接，可与医院患者的信息、方案、报告同步。 16、组合方案功能：多个方案可预设治疗顺序。 17、盆底模块： 17.1、治疗处方：压力性尿失禁、盆底脏器脱垂、松弛型便秘、盆底肌肉松弛等固定方案。 17.2、具备快速筛查（筛查时间 1min）、标准筛查（筛查时间 3min）、Glazer 评估、腰背疼痛评估功能。 17.3、内置盆底多媒体生物反馈游戏训练模块，分别侧重盆底肌力、耐力、放松的训练。 17.4、腹肌参与度检测，帮助检测盆底肌训练过程腹直肌的参与程度，纠正盆底肌训练过程中的错误动作。 18、产康模块： 18.1、内置不少于 6 种固定方案。 18.2、评估功能：腰背疼痛评估方案和腰背疼痛评估评价功能。 19、肢体康复模块： 19.1、内置肢体多媒体生物反馈游戏训练模块，分别侧重肢体肌力、	台	1

		<p>耐力、精准、协调的训练。</p> <p>19.2、内置针对肢体康复的神经肌肉电刺激、触发电刺激方案。</p> <p>19.3、可以实现健侧带动患侧完成指定肢体动作，帮助患者建立康复信心。</p> <p>20、电脑配置：一体机电脑</p>		
2	空气波压力治疗仪	<p>1、操作方式：液晶屏，屏幕尺寸不小于 8 寸。</p> <p>2、可以一键调节压力，便于操控。</p> <p>3、传感器控压高精度压力实现腔体精准稳压。</p> <p>4、护套类型：穿戴式骨盆压力护套。</p> <p>5、压力套不少于 10 个独立腔室，可多部位治疗。</p> <p>6、压力套具备一类备案。</p> <p>7、循环压力治疗压力范围：0kPa~24kPa（0mmHg~180mmHg）。</p> <p>8、压强单位显示：支持 kPa 和 mmHg 两种压强单位的切换。</p> <p>9、单腔调压：腔体单独调节压力设定，也可以关闭任意腔室压力。</p> <p>11、治疗时间：1min~18h 可调，可设置连续运行，开机默认 30min。</p> <p>12、压力保持时间 0~20s 可设置；</p> <p>13、充气循环间隔时间 1~99s 可设置；</p> <p>14、提示与警示：具备过压保护提示功能。</p> <p>15、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊自动泄压。</p> <p>16、安全保护功能：配备紧急开关，</p> <p>17、静音治疗：设备使用噪声不超过 60dB(A)。</p> <p>18、治疗模式：两种以上治疗模式。</p>	台	1
3	产后康复仪	<p><b>（一）硬件要求：</b></p> <p>1. 四通道，每个通道可独立工作。</p> <p>2. 肌电检测功能要求</p> <p>    （1）AD 采样率：8192Hz；</p> <p>    （2）AD 采样位数：16 位；</p> <p>    （3）系统噪声：不大于 1 <math>\mu</math>V；</p> <p>    （4）差模输入阻抗：<math>\geq 5M\Omega</math>；</p> <p>    （5）共模抑制比：<math>\geq 100dB</math>；</p> <p>    （6）测量范围：10 <math>\mu</math>V~1000 <math>\mu</math>V；</p> <p>3. 电刺激技术要求</p> <p>    （1）频率：0.5Hz~999Hz；</p> <p>    （2）脉宽：20 <math>\mu</math>s~1000 <math>\mu</math>s；</p> <p>    （3）输出刺激时间：1s~20s；</p> <p>    （4）输出休息时间：0s~20s；</p> <p>    （5）输出波升时间：0~10s；</p> <p>    （6）输出波降时间：0~10s；</p> <p>    （7）治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min、35min、40min；</p> <p>    （8）输出强度：1~100mA。</p> <p>    （9）刺激波形：基波为双向对称波；</p> <p>4. 触摸显示屏：方便操作。</p> <p>5. 具有外置调节旋钮，方便操作</p> <p><b>软件技术要求：</b></p> <p>1. 具有表面肌电评估、产后腰背疼痛评估功能</p> <p>2. 具有神经肌肉电刺激功能，有专业的内置方案和方案自定义功能；</p>	台	1

		3. 具有肌电触发电刺激功能； 4. 神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始； 5. 独立、完整的方案管理模块，可以查询、修改、新增 NMES 方案； 6. 提供常规刺激和变频电刺激两种刺激形式； 7. 具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出； 8. 具备全新腰背疼痛评估方案； 9. 具备多媒体生物反馈训练功能； 10. 数据可视化，定量化程度高、展示流畅、实时性高、人性化； 11. 内置数据库、便于数据存取。		
4	头部汽浴科技养生系统	1、电源：AC220V 频率：50Hz； 2、额定输入功率：≤1500W； 3、外形尺寸：长 180cm 宽 70cm 高 70cm（以实际投标设备尺寸为准） 4、显示方式：数码管或液晶屏； 5、头部淋浴时间：5-40 分钟可调； 6、头部淋浴温度：35-45 度可调； 7、气浴时间 5-40 分钟可调； 8、气浴功率：1-5 档； 9、按摩时间：10-40 分钟； 10、按摩方式：滚轮按摩加气压按摩； 11、按摩模式不少于 3 种； 12、按摩力度：1-3 档； 13、气压按摩：1-3 档； 14、腿部可以上升或下降； 15、气压按摩可单独关闭； 16、连续工作时间应不少于 8 小时； 17、工作噪音≤60dB(A)；	台	1
5	深层肌肉按摩器	1、电压：a. c. 220V。 2、频率：50Hz。 3、功率：≤180W。 4、重量：≤20kg，方便移动。 5、尺寸规格：110×50cm。（以实际投标设备尺寸为准） 7、车式设计，方便移动。 8、配备不少与 7 款治疗头，可适用于身体不同部位。 9、具有手动和自动模式，自动模式不少于 3 种 10、转速≥4000 转/分钟。 11、强度 0~7 档可调。	台	1
6	熏蒸治疗机	1、电源：交流电压 220V，频率 50Hz 2、额定输入功率：2500-3500W 3、治疗机温度:可在 1℃~99℃范围设定，步进 1℃，37℃~45℃为熏蒸温度，。 4、治疗时间控制：可在 1min~99min 内设定；达到设定时间时，有提示音，加热装置自动断电停止。 5、外形尺寸：长 1600mm 宽 700mm 高 1300mm。（以实际投标设备尺寸为准） 6、加液量：≥4L。 7、微电脑控制，数码或者液晶显示。 8、防干烧功能，	台	1

		<p>9、具有温控保护功能：治疗机超过工作温度设定值时，保护装置应启动，停止加热。患者皮肤温度升高至 50℃时，保护装置应立即启动，切断电源。</p> <p>10、露头式全身熏蒸，让患者便于呼吸。</p> <p>11、具有淋浴功能和按摩功能。</p> <p>12、自动上水方式，熏蒸加热区为单区。</p> <p>13、臭氧消毒功能：</p> <p>14、根据人体工学设计，坐凳可调节高度，</p> <p>15、上盖有手孔，手可伸出活动（读书看报、饮水等）。</p> <p>16、具备故障自检错误提示功能。</p>		
--	--	--	--	--