

专家论证意见

姓名	孙树勇	工作单位	哈山煜设备安管公司
职称	高工	联系电话	13163687988
项目名称	佳木斯大学附属第一医院血管机备件		
唯一供应商	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		
<p>专家意见：经论证：佳木斯大学附属第一医院血管机备件项目，从专业性、唯一性考虑符合《中华人民共和国政府采购法》之相关规定，适用单一来源采购方式实施采购。</p>			
<p>签名：孙树勇</p> <p>日期：2024 年 08 月 16 日</p>			

专家论证意见

姓名	袁方	工作单位	哈药集团制药总厂
职称	中级	联系电话	18946187496
项目名称	佳木斯大学附属第一医院血管机备件		
唯一供应商	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		

专家意见：经论证，佳木斯大学附属第一医院血管机备件GE INNOVA3100属于介入手术治疗类大型血管造影DSA放射设备，其配件（机架自动定位智能控制盒、床旁系统控制盒）为血管造影机专用配件，其他品牌的配件无法替代使用。在市场上具有专业及唯一性。另外，从安全性、保障性来看，为满足临床使用需求及确保手术中稳定运行安全，其配件供应服务及维修服务必须确保、须易的统一性与设备安全性，而其他品牌的备件无法保证、须易的统一性与设备安全性，无法做到与主机匹配，甚至会导致无效及手术停机故障，严重影响患者的生命安全。综上，从备件及维修服务的专业性、安全性、保障性考虑，只能采购通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司的血管机备件，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。

签名：袁方

建议贵院拟采用单一来源采购方式实施采购。

日期：2024 年 08 月 16 日

专家论证意见

姓名	郝伟国	工作单位	黑龙江职业学院
职称	高工	联系电话	13945073897
项目名称	佳木斯大学附属第一医院血管机备件		
唯一供应商	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		
<p>专家意见：经论证：《佳木斯大学附属第一医院血管机备件》</p> <p>采购的是如下：1. 采购的设备规格要求必须满足《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定。</p> <p>2. 专业性。CE.1VV0V3100属于介入手术治疗大型血管造影DSA的射设备。其配件为血管造影机专用配件。其它品牌无法替代使用。在市场上具有专业且唯一性。</p> <p>3. 安全保障性。能满足临时使用确保手术稳定运行。经论证过。从备件及维修服务的专业性。安全保障性考虑。通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司为唯一来源。建议贵院批准单一来源采购方式。</p> <div style="text-align: right;"> 签名：郝伟国 日期：2024 年 08 月 16 日 </div>			

专家论证意见

姓名	张天琪	工作单位	黑龙江生态工程职业学院
职称	讲师	联系电话	13936560233
项目名称	佳木斯大学附属第一医院血管机备件		
唯一供应商	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		
<p>专家意见：对“佳木斯大学附属第一医院血管机备件”进行论证，本项目E INNOVA3100属于介入手术治疗类大型血管造影DSA放射设备，其他品牌配件无法替代使用，在市场上具有专业及唯一性。对安全保障性，满足临床使用需求及确保手术中稳定运行安全，其他品牌配件无法保证质量的统一性与设备安全性。</p> <p>综上所述，从备件及维修服务的专业性、安全保障性考虑，只能采购通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司的血管机备件，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的法律法规要求，只能从唯一供应商处采购，建议采用单一来源方式进行采购。</p> <div>签名：张天琪</div> <div>日期：2024 年 08 月 16 日</div>			

专家论证意见

姓名	刘需忠	工作单位	中国铁路哈尔滨局集团有限公司
职称	正高	联系电话	13059012929
项目名称	佳木斯大学附属第一医院血管机备件		
唯一供应商	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		

专家意见：

经论证，通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司生产的GE INNOVA 3100设备在市场上具有垄断性，另外为满足临床需求及确保手术安全稳定运行，其配件应供应商服务及维修服务必须统一性和设备安全。其他品牌无法做到与主^机匹配，影响手术安全。


综上所述，通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司血管机备件项目单一来源符合《中华人民共和国政府采购法》规定。

签名：

日期：2024 年 08 月 16 日

建议拟用单一来源方式采购

专家组论证意见

采购单位	佳木斯大学附属第一医院	
项目名称	佳木斯大学附属第一医院血管机备件	
唯一供应商	通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司	
专家一览表		
姓名	工作单位	职称
袁方	哈药集团制药总厂	中级
梁天琪	黑龙江生态职业学院	讲师
魏雪晶	中国铁路哈尔滨局集团有限公司	高工
孙树勇	哈尔滨市山煜设备安装工程有限公司	高工
郝伟国	黑龙江职业学院	高工
专家组论证意见：经论证：通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司生产的 GE INNOVA3100 在市场上具有专业及唯一性，为满足临床使用需求及确保手术中稳定运行安全，其配件供应服务及维修服务必须确保质量的统一性与设备安全性，而其他品牌的备件无法保证质量的统一性与设备安全性，无法做到与主机匹配，甚至会导致治疗无效及手术停机故障，严重危险患者的生命安全。符合《政府采购法》第三十一条规定中关于单一来源方式实施采购的规定，建议采用单一来源方式实施采购，建议推荐供应商为：通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司		
专家签名		

日期：2024 年 08 月 16 日

论证专家签到表

姓名	专业	工作单位	身份证号码	联系电话
陈吉成	建筑设备	杭州米路机械有限公司	430604196811204386	17059012929
郭伟国	法律	黑龙江职业学院	230103195701283913	13945073897
孙树勇	设备	哈尔滨设备安插有限公司	230102196702070731	13163687988
袁方	医疗设备	哈药集团制药六厂	230103196404064441	18906187496
徐天胜	设备	黑龙江生态工程职业学院	230713198409010028	13936560233

论证日期：2024 年 08 月 16 日